

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
Dėl ligoninėje turimos imunohistochemijos sistemos Ventana Benchmark techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos

2017-04-05 Nr.1-58727014
Vilnius

Paslaugos teikėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Expertus Vilnensis"
Paslaugos teikėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Administratorė Vilita Levanovič
Telefono numeris	+370 5 2729374
Fakso numeris	+370 5 2729396
El. pašto adresas	info@exvil.lt
Banko rekvizitai, atsiskaitomoji sąskaita	LT047044060001098939

/

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2017 m. d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2017/S ir 2017 m. vasario 7 d. CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Expertus Vilnensis“ RC jungtinė pažyma konfidenciali	2
2.	RC pažyma apie fizinį asmenį konfidenciali	1
3.	UAB „Expertus Vilnensis“ kvalifikacija KONFIDENCIALU	8

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali */perkančioji organizacija šios*

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.N r.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	UAB „Expertus Vilnensis“ RC jungtinė pažyma konfidenciali	„Prisegti dokumentai“
2.	RC pažyma apie fizinį asmenį konfidenciali	„Prisegti dokumentai“
3.	UAB „Expertus Vilnensis“ kvalifikacija KONFIDENCIALU	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Paslaugos teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administratorė

(pasirašyta saugiu
elektroniniu parašu)

Vilita Levanovič

(Paslaugos teikėjo arba jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Medicinos prietaisų techninė priežiūra

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Modelis	Serijos Nr. Gamintojas	Darbų apimtys
1.	Imunohistochemijos prietaiso techninis aptarnavimas	BenchMark XT	serijos Nr.712827 gamintojas Ventana Medical Systems Inc.	Planinis metinis (1 kartas per metus) prietaiso techninis aptarnavimas: • Reagentų karuselės diržas, jo įtempimas. • Purkštukų karuselės diržas, jo įtempimas. • Purkštukų vamzdeliai. • Atliekų vamzdeliai ir išvalomi. • Kaitinimo stalelių elektroninės plokštės apačia (reagentų nutekėjimai). • Stalelio persipildymo daviklio funkcionalumas. • Reagentų ir atliekų talpų lygio daviklių funkcionalumas. • Reagentų talpų įėjimo vožtuvų funkcionalumas. • Vakuumo rezervuaro atbulinis vožtuvas. • Dozatorių pasukimo tikslumas, pradinė padėtis. • Purkštukų pasukimo tikslumas, pradinė padėtis. • Stiklelių barkodo skaitytuvo geometrija. • Dozatorių barkodo skaitytuvo geometrija. • Aušinimo ir ištraukimo ventiliatoriai. • Dozavimo mechanizmo geometrija ir veikimas. • Barkodo etikečių nupūtymas. • Vortex mikserių aukštis ir darbas. • Prietaiso horizontalumas. • Aukšto slėgio reguliavimo tikslumas ir sandarumas. • Žemo slėgio reguliavimo tikslumas ir sandarumas. • Vakuumo reguliavimo tikslumas. • Vortex mikserių oro srauto reguliavimo tikslumas. • Reagentų dozavimo tikslumai : ✓ Kondicionavimo skysčio 1 ✓ Kondicionavimo skysčio 2 ✓ Dengimo skystis ✓ Skalavimas ir maišymas SSC 0,1 ✓ Skalavimas ir maišymas SSC 0,5 ✓ Skalavimas ir maišymas SSC 1 ✓ Skalavimas ir maišymas SSC 2 ✓ Skalavimas EZ Prep ✓ Skalavimas RB

				✓ Skalavimas SSC ✓ Stiklelių tūrio tikslumas RB ✓ Stiklelių tūrio tikslumas SSC • Kaitinimo stalelių temperatūros testavimas ir kvalifikavimas. • Detalės be papildomos patikros keičiamos naujomis : ✓ Oro kompresoriaus filtras ✓ 7vnt. reagentų filtrai
	1 vnt.			
	PVM tarifas procentais			21
	Viso pasiūlymo bendra kaina eurais su PVM			1.028,50

2 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Modelis	Serijos Nr. Gamintojas	Darbų apimtys
1.	Imunohistochemijos prietaiso techninis aptarnavimas	BenchMark XT	serijos Nr.712827 gamintojas Ventana Medical Systems Inc.	Planinis techninis ketvirtinis (einamasis) prietaiso aptarnavimas (vienas vienetas): • Atliekamas kaitinimo padukų testavimas bei kvalifikavimas, kurio metu yra įsitikinama kaitinimo padukų veikimo tinkamumas ir atitikimas gamintojo reikalavimams. Nustačius netinkamai veikiančius kaitinimo padukus, jie pakeičiami naujais ir pakartotinai atliekamas testavimas bei kvalifikavimas. • Atliekamas sistemos dezinfekavimas, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, naudojamas specialiai pritaikytas dezinfekavimo skystis. Dezinfekavimo metu atliekama: ✓ Prietaiso vidinių sistemų patikrinimas, kurio metu nustatius pažeidimus jie yra pašalinami. ✓ Reagentų talpų dezinfekavimas; ✓ Prietaiso sistemos dezinfekavimas; ✓ Prietaiso išorinių fragmentų, kurie turi sąlyti su dozuojamais reagentais, dezinfekavimas; ✓ kaitinimo padukų valymas bei dezinfekavimas; ✓ atliekų sistemos valymas bei dezinfekavimas;

				• Atliekamas prietaiso lygio testavimas bei kalibravimas, jei yra nustatomas nukrypimas nuo gamintojo reikalavimų. • Atliekamas skanavimo sistemos testavimas, valymas bei kalibravimas, jei yra nustatomas nukrypimas nuo gamintojo reikalavimų. • Atliekamas reagentų filtravimo sistemos patikrinimas, kurio metu nustačius susidėvėjimą, susidėvėjusios dalys yra pakeičiamos . • Detalės patikrinamos ir, nustačius jų susidėvėjimą, keičiamos naujomis : ✓ Reagentų filtrai iki 2vnt.
	I ketv. aptarnavimo kaina			786,50 Eur su PVM
	II ketv. aptarnavimo kaina			786,50 Eur su PVM
	III ketv. aptarnavimo kaina			786,50 Eur su PVM
	IV ketv. aptarnavimo kaina			786,50 Eur su PVM
	Viso 4 ketvr. Bendra suma eurai su PVM.			3.146,00
	1 ir 2 lentelių bendra suma eurai su PVM			4.174,50