



Medimote II

G. Samaras S.A. | remote monitoring of medical gas systems



- Map
- Projects
- Devices
- Dashboards
- Mobile App
- Contact
- Telemetry
- Site
- E-shop

O2 GENERATOR-1 (S/N: 37606)

2.11 Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba

View Edit

Measurements @ Thu. 15-Jan-2026 15:43:18 EET (UTC+02:00)


Auto-refresh 131

Analog

O2 Grynumas 93.4 %	O2 paskirstymo slėgis 6 bar	O2 Srautas 0.4 Nm3/h	Pagamintas tūris 419.71 Nm3	O2 slėgis talpoje 6.1 bar	Oro slėgis 6.6 bar
Oro slėgis iš kompresoriaus 8.6 bar	Temperatūra 20.5 °C	Rasos taškas@1atm -25.7 °C	Darbo laikas 79 h	Ijungimo laikas 409 h	

2.10.4


JS chart by amCharts




JS chart by amCharts




JS chart by amCharts




JS chart by amCharts



JS chart by amCharts



JS chart by amCharts



Digital

JUNGKILIS START	STATUSAS NORMALU	NUOTOLINIS VALDYMAS ĮJUNGTA	VOŽTUVAS Vns ĮJUNGTA	VOŽTUVAS Vev IŠJUNGTA
--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

Device Name: O2 GENERATOR-1
Device ID: MO2CSS