

VERTIMAS

SCW Medicath

68 dalis. Rinkinys pritaikytas dirbti su Medtron Accutron HP automatinio injektoriumi:
832624 / 42.16.40000

- švirkštas – kolba 200 ml;
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- švirkšto tvirtinimo jungtis pritaikyta automatiniam MEDTRON Accutron HP injektoriumi;
- smeigė pritaikyta kontrasto įsiurbimui į švirkštą arba greito užpildymo vamzdelis;
- aukšto spaudimo skaidri (permatoma), minkšta, lanksti, spiralinė prailginimo linija 150 cm, skirta sujungti švirkštą su intraveniniu kateteriu;
- injektoriaus gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas rinkinys tinkamas darbui su nurodyto tipo injektoriumi;
- supakuota po vieną rinkinį;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Vertimas tikras:
Vadybininkas
Donatas Gerulaitis
2024-06-12 d.

