

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PPS-20170410



Vilnius

17-C-933 2017-04-26

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu ir UAB VITROLAB (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Vaido Jankauskio, laimėjusi 2017 m. kovo mėn. 17 d. skelbtą supaprastintą atvirą konkursą pirkti reagentus ir pagalbines priemones Laboratorinės medicinos centrui (pirkimo Nr. 184645), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui reagentus ir pagalbines priemones (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra orientacinė sutarties suma be PVM **90.353,00** Eur (*devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt trys eurai, 00 ct*).

PVM suma **4.530,45** Eur (*keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurai, 45 ct*).

Bendra orientacinė sutarties suma su PVM **94.883,45** Eur (*devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 45 ct*).

2.2. Sutartyje nustatytas fiksuotas prekių įkainis, kuris sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamas per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą orientacinę sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos, kainos ir orientaciniai kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio, gamintojo, komplektacijos ar fasuotės prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos. Pardavėjas gali pristatyti kito modelio, gamintojo, komplektacijos ar fasuotės prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

3.3. Jeigu prekė dėl techninių, korporatyvinių ar kitų objektyvių priežasčių išimta iš apyvartos ir (arba) Pardavėjas nustoja ją prekiauti, Pardavėjas įsipareigoja kaip galėdamas anksčiau apie tai informuoti Pirkėją. Tokiu atveju 7.1 punkte numatyta bauda nėra taikoma.

4. PREKIŲ UŽSAKYO BEI PRISTATYMO TVARKA

- 4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu adresu:
- VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams – per 7 darbo dienas.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Tiekėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Pirkėjas, teikdamas užsakymą Pardavėjui, nurodys užsakomos prekės katalogo numerį ir užsakomą pakuočių skaičių.

10.3. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas (laikinas ar pastovias) ir perkamas prekes parduoti mažesnėmis, nei nurodyta sutarties priede, kainomis.

10.4. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.5. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA. Specifikacija, 1 lapas.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI


Pardavėjas

UAB Vitrolab
Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas
Įmonės kodas 235279070
A/s LT827044060002886700
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Vaidas Jankauskis



Generalinio direktoriaus patareėja Elena Jurevičienė



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigienė

Direktorė ekonomikai
Diana Muntušienė



17-C-933 2017-04-26

Priedas prie 1
Sutarties Nr. *PLS-2017-04-26*

SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas	Mato vnt.	Orientac kiekis	PVM tarifas %	Vnt. įkainis Eur be PVM	Vnt. įkainis Eur su PVM	Orientac. suma Eur su PVM
I.	Reagentai ir papildomos priemonės POCT pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų sistemos analizatoriui ABI 90 FLEX arba jam lygiavertiui prietaisui, įgyjamam panaudos būdu	8500 tyr.						
	pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca, Glu, Lac, Bil, Oksimetrijos (ctHb, sO ₂ , FO ₂ Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF) parametrų tyrimas							
I.1	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca, Glu, Lac, Bil, Oksimetrijos parametrams (ctHb, sO ₂ , FO ₂ Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF) matuoti.							
I.1.1								
I.2	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca, Glu, Lac, Bil, Oksimetrijos parametrams (ctHb, sO ₂ , FO ₂ Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF) matuoti.		Pak.	17	5			
I.2.1								
I.3	*Priedai analizatoriui		Pak.	6	5			
I.3.1								
I.3.2			Pak.	2	5			
			Pak.	30	5			

1.3.3	9						
1.4		Mėginio paėmimo priemonės					
1.4.1							
1.4.2							
1.4.3							
1.4.4							
1.4.5							
1.5		Programinė įranga apjungianti visus POCT analizatorius					
1.5.1							
1.5.2							
1.5.3							
II.		Reagentai ir papildomos priemonės klasikinės technologijos pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos ABL800 analizatoriui arba jam lygiavertiui prietaisui, įgyjamam panaudos būdu					
		pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca ⁺ , Glu, Lac, bilirubino, oksimetrijos (ctHb, sO ₂ , FO ₂ Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF) parametrų tyrimas.	13.000				
2.1		Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca ⁺ , Glu, Lac, oksimetrijos parametrai (ctHb, sO ₂ , FO ₂ Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF), bilirubinas.					
2.1.1							
2.1.2							
2.1.3							

2.1.4		Pak.	40	5					
2.1.5		Pak.	1	5					
2.1.6		Pak.	2	5					
2.1.7		Pak.	8	5					
2.1.8		Pak.	10	5					
2.1.9		Pak.	10	5					
2.1.10		Pak.	8	5					
2.2	Priedai analizatoriui								
2.2.1		Pak.	12	5					
2.2.2		Pak.	9	5					
2.2.3		Pak.	2	5					
2.2.4		Pak.	1	5					
2.2.5		Pak.	1	5					
2.2.6		Pak.	1	5					
2.2.7		Pak.	1	5					
2.2.8		Pak.	1	5					
2.2.9		Pak.	1	5					
2.2.10		Pak.	2	5					
2.2.11		Pak.	2	5					
2.3	Mėginio paėmimo priemonės								

	bilirubiną ir oksimetrijos parametrus.	bilirubiną ir oksimetrijos parametrus
3	Matavimo metodas	Potenciometrija: principas taikomas pH, pCO₂, K⁺, Na⁺, Ca²⁺ ir Cl⁻ jutikliams. Amperometrija: principas taikomas cGlu ir cLac jutikliams. Optinis pO₂: principas taikomas pO₂ jutikliui. Spektrofotometrija: matavimo principas naudojamas matuojant ctHb, sO₂, FO₂Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF ir ctBil.
3	Mėginio tipas	Arterinis, kapiliarinis, veninis, arterinis virkštelės kraujas, veninis virkštelės kraujas, mėginys paimtas iš vaistiaus
4	Įsiurbimui reikalingas mėginio tūris	Ne daugiau kaip 70 µL
5	Matavimo ribos	Ne siauresnės kaip: pH 6,3 – 8,0 pCO₂ – 5 – 250 mmHg pO₂ 0 – 800 mmHg Gliukozė 0 – 60 mmol/l Laktatas 0,1 – 31 mmol/l Matavimo ribos: pH 6,3 – 8,0 pCO₂ – 5 – 250 mmHg pO₂ 0 – 800 mmHg Gliukozė 0 – 60 mmol/l Laktatas 0,1 – 31 mmol/l
6	Naudojami reagentai	Naudojami reagentai - Sukomplektuoti lengvai paties vartotojo keičiamose kasetėse ir /ar paketuose, skirtose atlikti numatytą tyrimų skaičių per netrumpesnį nei 30 dienų laikotarpį ir per šį laiką išlaikantys stabilumą.
7	Kalibracija	Automatinė, įprastomis sąlygomis užtikrinanti analizatoriaus pasirengimą darbui ne mažiau kaip 23,5 valandas per parą

8	Kokybės kontrolės programa	Integruota automatinė kokybės kontrolės programa, atliekama be operatoriaus įsikišimo, naudojant ne mažiau kaip 3 skirtingų lygių kontrolines medžiagas per parą, automatiškai laikinai sustabdančią kokybės kontrolės kriterijų neatitinkančių analizių atlikimą. Atliekant kokybės kontrolę tyrimas iš reagentų kasetės turi būti nesunaudojamas, arba turi būti priskaičiuojami 3 tyrimai per parą 3 kokybės kontrolės lygiams atlikti, papildomai, prie nurodytų norimų atlikti tyrimų skaičiaus, kiekvienam analizatoriui atskirai.	Integruota automatinė kokybės kontrolės programa, atliekama be operatoriaus įsikišimo, naudojant ne mažiau kaip 3 skirtingų lygių kontrolines medžiagas per parą, automatiškai laikinai sustabdančią kokybės kontrolės kriterijų neatitinkančių analizių atlikimą. Atliekant kokybės kontrolę tyrimas iš reagentų kasetės turi būti nesunaudojamas, arba turi būti priskaičiuojami 3 tyrimai per parą 3 kokybės kontrolės lygiams atlikti, papildomai, prie nurodytų norimų atlikti tyrimų skaičiaus, kiekvienam analizatoriui atskirai. Galima automatinė QC po pakeitimų.
9	Tyrimo trukmė	Ne daugiau kaip 40 sekundžių visiems parametrų	Matavimo laikas – 35 sek.
10	Informacijos apie tyrimo eigą teikimas	Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui rodo tyrimo seką ir atliekamo matavimo eigą	Informacijos apie tyrimo eigą teikimas - Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui rodo tyrimo seką ir atliekamo matavimo eigą
11	Integruota mėginio pamašymo funkcija	Būtina	Integruota mėginio pamašymo funkcija:
12	Prietaiso valdymas	Per lietimui jautrų spalvotą LCD ekraną	Prietaiso valdymas - Per lietimui jautrų spalvotą LCD ekraną 8,4" spalvotas TFT-LCD, rezoliucija 800 × 600 SVGA Liečiamas ekranas 4" + jutiklinis ekranas
13	Duomenų įvesties būdai	Duomenys (paciento ir operatoriaus ID) gali būti įvedami nuskaitant brūkšninį kodą skaitytuvu, taip pat lietimui jautria klaviatūra ekrane skaičiais ir/arba raidėmis	Duomenų įvesties būdai (Duomenys (paciento ir operatoriaus ID) gali būti įvedami nuskaitant brūkšninį kodą skaitytuvu, taip pat lietimui jautria klaviatūra ekrane skaičiais ir/arba raidėmis)
14	Duomenų įvesties parametrai	Paciento ID (ligos istorijos Nr.), unikalus mėginio numeris, paciento temperatūra, mėginio paėmimo laikas, operatoriaus ID, galimybė reikiamus papildomus duomenis importuoti iš HIS. Galimybė nustatyti skirtingus vartotojų įgaliojimų lygmenis.	Duomenų įvesties parametrai (Paciento ID (ligos istorijos Nr.), unikalus mėginio numeris, paciento temperatūra, mėginio paėmimo laikas, operatoriaus ID, galimybė reikiamus papildomus duomenis importuoti iš HIS. Galimybė nustatyti skirtingus vartotojų įgaliojimų lygmenis).

15	Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS per tarpinę, POC visų ligoninėje esančių kraujo dujų analizatorių duomenų valdymo sistemą, kuri valdytų kokybės kontrolės duomenis, pacientų tyrimų rezultatų duomenis, analizatorių būklės, atsargų būklės, bei operatorių kontrolės duomenis nuotoliniu būdu iš CL kompiuterio.	Būtina	Galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS per tarpinę....
16	Atmintis	Ne mažiau kaip po 1000 tyrimų, kalibracijos ir veiklos įrašų, duomenų apsauga slaptažodžiu	Atmintis: Paciento registrai: 2000 Aktyvūs registrai: 5000 Kalibravimo registrai: 1000 Duomenys apsaugoti naudojant prieigos kodą. 8 skirtingi vartotojo profiliai Neribotas ID prieigos patikrinimas.
17	Integruotas spausdintuvas ir brūkšninių kodų skaitytuvas	Būtina	Integruotas spausdintuvas ir brūkšninių kodų skaitytuvas
18	RS-232, WiFi ir USB jungtys	Būtina	RS-232 USB ir WiFi
19	Akumuliatorius	Naudojimo laikas: ne mažiau 40 minučių ir ne mažiau 10 matavimų; Įkrovimo laikas: ne daugiau kaip per 90 minučių visiškai įkraunamas išsikrovęs akumuliatorius	Akumuliatorius - Naudojimo laikas: Apytiksliai 45 minutes, įskaitant 10 matavimų; Įkrovimo laikas: apytiksliai per 90 minučių visiškai įkraunamas išsikrovęs akumuliatorius.
20	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVD 98/79/EC	Būtina	TAIP, PATEIKIAMAS CE sertifikatas
21	Garantinis laikotarpis	6 mėnesiai.	Garantinis laikotarpis 6 mėn.
22	Servisas suteikiamas iškart tik gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val.	Būtina. Pateikti patvirtinamąjį raštą.	Servisas suteikiamas iškart tik gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val. Pateikiamas patvirtinantis raštas.

2.4

Reikalavimai klasikinės technologijos pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos analizatoriams

	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas
1	Klasikinės technologijos, tirpalinis laboratorinis analizatorius		Klasikinės technologijos, tirpalinis laboratorinis pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetro ir bilirubino tyrimų sistemos analizatorius ABL800-serijos FLEX
2	Matuojami parametrai	rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO ₂ , pO ₂ metabolitai: gliukozė, laktatai, T.bilirubinas oksimetro parametrai: ctHb, sO ₂ , FO2Hb, FCOHb, FHHb, FHHF; elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-	Matuojami parametrai: rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO ₂ , pO ₂ metabolitai: gliukozė, laktatai, T.bilirubinas oksimetro parametrai: ctHb, sO ₂ , FO2Hb, FCOHb, FHHb, FHHF; elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3	Išvestinių parametru skaičius	ne mažiau kaip 40	Išvestinių parametru skaičius - ne mažiau kaip 40.
4	Galimybė įvesti papildomus parametrus.	Būtina	Galimybė įvesti papildomus parametrus
5	Elektrocheminis pH, kraujo dujų, metabolitų, elektrolitų parametru matavimo principas	Būtina	Elektrocheminis pH, kraujo dujų, metabolitų, elektrolitų parametru matavimo principas
6	Oksimetro parametru (tHb, sO ₂) matavimo principas:	Spektrofotometrinis, naudojantis ne mažiau kaip 120 skirtingo ilgio šviesos bangas.	Oksimetro parametru (tHb, sO ₂) matavimo principas: Spektrofotometrinis, naudojantis 128 skirtingo ilgio šviesos bangas.
7	Mėginių tipai	Arterinis, kapiliarinis, veninis, arterinis virkštelės kraujas, veninis virkštelės kraujas, mėginys paimtas iš vaisiaus pirmeigės.	Mėginių tipai: Arterinis, kapiliarinis, veninis, arterinis virkštelės kraujas, veninis virkštelės kraujas, mėginys paimtas iš vaisiaus pirmeigės
8	Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto	Būtina	Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto.
9	Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus	Būtina	Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus
10	Automatinė kalibracija	Būtina	Automatinė kalibracija.
11	Matavimo režimai:	Visų parametru standartinis ir mikro režimai; metabolitų ir oksimetro parametrams mikro režimas; pH, kraujo dujų, oksimetro parametrams mikro režimas; kintamas įvedamo mėginio tūris	Matavimo režimai: Visų parametru standartinis ir mikro režimai; metabolitų ir oksimetro parametrams mikro režimas; pH, kraujo dujų, oksimetro parametrams mikro režimas; kintamas įvedamo mėginio tūris.

12	Mėginio tūris:	visi parametrai standartiniu režimu – ne daugiau kaip 200µl; visi parametrai mikro režimu – ne daugiau kaip 100µl; metabolitų ar oksimetrijos parametrams – ne daugiau 40µl; pH, kraujo dujos, oksimetrijos parametrai mikro režimu – ne daugiau 90µl; kintamas mėginio tūris nuo 40µl iki 200µl	Mėginio tūris: visi parametrai standartiniu režimu – ne daugiau kaip 200µl; visi parametrai mikro režimu – ne daugiau 100µl; metabolitų ar oksimetrijos parametrams – ne daugiau 40µl; pH, kraujo dujos, oksimetrijos parametrai mikro režimu – ne daugiau 90µl; kintamas mėginio tūris nuo 40µl iki 200µl.
13	Elektrodų stabilumas:	pH, pCO ₂ , referentinio elektrodų ne mažiau 15 mėnesių; pO ₂ elektrodo ne mažiau 22 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 8 mėn.	Elektrodų stabilumas: pH, pCO ₂ , referentinio, laktato elektrodų 18 mėnesių; pO ₂ elektrodo 2,5 mėn.
14	Elektrodų membranų stabilumas:	pH, pO ₂ , pCO ₂ membranų ne mažiau 2 mėn.; referentinio elektrodo ne mažiau 1 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 3 savaitių;	Elektrodų membranų stabilumas: pH, pO ₂ , pCO ₂ membranų ne mažiau 2 mėn.; referentinio elektrodo ne mažiau 1 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 3 savaitių;
15	Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė	Būtina	Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė.
16	Automatinė mėginio išmaišymo funkcija	Būtina	Automatinė mėginio išmaišymo funkcija.
17	Galimybė vienu metu paduoti daugiau nei 2 mėginius į analizatorių	Būtina	Galimybė vienu metu paduoti daugiau nei 2 mėginius į analizatorių.
18	Instaliuota lietuviška programinė įranga	Būtina	Instaliuota lietuviška programinė įranga.
19	Analizatoriaus valdymas:	valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.	Analizatoriaus valdymas, valdomas lietimui jautriu ekranu.
20	Automatinė kokybės kontrolės sistema be operatoriaus įsikišimo	Būtina	Automatinė kokybės kontrolės sistema be operatoriaus įsikišimo.
21	Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas.	Būtina	Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas.
22	Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba.	Būtina	Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba
23	Rezultatai atspausdinami spausdintuvu bei pateikiami grafikai: rūgščių-šarmų būklės grafikas.	Būtina	Rezultatai atspausdinami spausdintuvu bei pateikiami grafikai: rūgščių-šarmų būklės grafikas.
24	Analizatoriaus atmintis:	Ne mažiau paskutinių 1500 pacientų tyrimų; 1000 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, 1000 kalibracijos duomenų rezultatai	Analizatoriaus atmintis: Paciento rezultatai : 2000 Kalibravimo rezultatai : 1000 KK rezultatai : 1500 Sistemos ir serviso žinutės : 5000

25	Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS per tarpinę, POC visų ligoninėse esančių kraujo dujų analizatorių duomenų valdymo sistemą, kuri valdytų kokybės kontrolės duomenis, pacientų tyrimų rezultatų duomenis, analizatorių būklės, atsargų būklės, bei operatorių kontrolės duomenis nuotoliniu būdu iš CL kompiuterio.	Būtina	Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS per tarpinę....
26	Įranga paženklinama CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC	Būtina	TAIP, PATEIKIAMAS CE sertifikatas
27	Garantinis laikotarpis	6 mėn.	Garantinis laikotarpis - 6 mėn.
28	Servisas suteikiamas iškart tik gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val.	Būtina. Pateikti patvirtinamąjį raštą.	Servisas suteikiamas iškart tik gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val.. Pateikiamas patvirtinantis raštas.

Pardavėjas

UAB Vitrolab

Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas


Įmonės kodas 235279070

A/s LT827044060002886700

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius Vaidas Jankauskas



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius


Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinio direktoriaus patarėja Elena Jurevičienė



Parašiusioji
viešųjų pirkimų specialistė
Jolita Balandienė