



UAB FORMEDICS

Pilaitės pr 16, Vilnius, Tel. +370 5 262-30-70, el.paštas: info@formedics.lt
Įmonės kodas: 1249 80311, PVM kodas: LT 100001278310, AB SEB Bankas, A/S LT37 7044 0600 0167 0742
Informacija yra saugoma Juridinių asmenų registrų centre

**Lietuvos Sveikatos mokslų universitetinė ligoninė
VŠĮ Kauno klinikos**

**PASIŪLYMAS
DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKIMO**

2017 01 25 Nr. _____

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „FORMEDICS“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pilaitės pr.16, Vilnius LT-04352
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įmonės kodas: 124980311 PVM kodas: LT 10000 1278310
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/S LT37 7044 0600 0167 0742; AB SEB bankas, kodas 70440.
Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė	Direktorius Vytautas Pranulis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Petravičiūtė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Klientų aptarnavimo ir logistikos vadybininkas, Žymantas Sukackas
Telefono numeris	+370 5 2623070
Fakso numeris	+370 5 2137563
El. pašto adresas	info@formedics.lt

2 lentelė

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
4	Didelio spaudimo jungtys automatiniam švirkštui:	Pritaikytos aukštam slėgiui (1000 - 1200 psi arba 6895 - 8274 kPa); labai lanksčios, ištiesinus nesistengiančios įgauti pakuotėje buvusios konfigūracijos, permatomos; prijungus prie kateterio jo nedeformuojančios; su skirtingais jungikliais (F ir M) galuose; ilgis 25 - 130 cm; pagamintos iš polimerinės medžiagos, skaidrios, jose gerai matomi oro burbuliukai ar kraujas; vidinis diametras ne mažesnis nei 2,25 mm 1000 psi jungčiai ir ne mažesnis nei 1,80 mm 1200 psi jungčiai.
9	Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema:	sistemą sudaro punkcijos vietos uždariklis su jo įdėjimo prietaisu ir švirkštas; tinkama naudoti po 5F - 8F introduuserių; pagaminta ne iš biologinės kilmės produktų; arterijos punkcijos vieta uždaroma polietilenglikoliu ar lygiaverte medžiaga, besirezorbuojančia per ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį; joks sistemos komponentas nepagamintas iš latekso; galimybė kateterizuoti tą pačią kraujagyslę iš karto po sistemos panaudojimo.
18	Pre-dilataciniai PTV balioniniai kateteriai:	distalinė dalis (galiukas) - ne daugiau nei 1,9F storio (iki 0,016"), proksimalinė dalis – ne daugiau 2,8F storio; nominalusis slėgis - ne daugiau 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažiau 14 atm; balionėlių ilgiai - nuo 10 mm iki 30 mm, diametrai - nuo 1,5 mm iki 4,0 mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; du, nepriklausomai nuo balionėlio ilgio ir diametro, įspausti į balionėlio kateterį rentgeno kontrastiniai žymekliai; pritaikyti iki 0,014" diametro vielai; kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji balioninio kateterio vidurinė dalis sklandžiam stūmimo jėgos perdavimui iš proksimalio į distalinį kateterio segmentą.
26	Balioninių kateterių rinkinys paklitakselio įvedimui į vainikinės	1) PTV balioniniai kateteriai predilatacijai: distalinio galo diametras ne didesnis nei 1.9 F, proksimalinio ne didesnis nei 2.4 F; pritaikyti 0.014" vieloms pravedėjoms;

	arterijos sienelę, susidedantis iš balioninio kateterio prediliatacijai (1) ir balioninio kateterio, padengto paklitakseliu (2):	nominalus slėgis ne didesnis kaip 6 atm, išbandytasis sprogo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; jėgimo profilis ne didesnis nei 0,016''; visų diametrų balioniniai kateteriai turi praeiti per 5F nukreipiantį kateterį; plėtimą dviem balionėliais („kissing-balloon“, - angl.) galima atlikti per 6 F nukreipiantį kateterį; dalinai kintant (semi-compliant, - angl.) balioninio kateterio sistema; hidrofilinis kateterio padengimas; balionėlių diametrai nuo 1,5 mm iki 4,0 mm, ilgiai nuo 10 mm iki 30 mm; balioninio kateterio ilgis ne mažesnis nei 130 cm; 2) paklitakseliu padengti PTVA balioniniai kateteriai: paklitakselio kiekis balionėlio paviršiuje ne mažesnis nei 3,0 μg/mm²; distalinio galo diametras ne didesnis nei 1.9F, proksimalinio - ne didesnis nei 2.4F; pritaikyta 0.014“ vieloms pravedėjoms; nominalus slėgis ne didesnis nei 6 atm, išbandytasis sprogo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 13 atm; jėgimo profilis ne didesnis nei 0,016''; visų diametrų balioniniai kateteriai turi praeiti per 5F nukreipiantį kateterį; dalinai kintant (semi-compliant, - angl.) balioninio kateterio sistema; hidrofilinis kateterio padengimas; balionėlio išleidimo laikas ne didesnis nei 3 sek.; balionėlių ilgiai nuo 10 mm iki 30 mm; balionėlių diametrai nuo 2,0 mm iki 4,0 mm; balioninio kateterio ilgis ne mažesnis nei 130 cm.
27	Polimerinės dangos PTVA vielos:	polimerinės vientisos konstrukcijos distalinis galas; dviejų standartinių ilgių: ne ilgesnės nei 185 cm ir ne ilgesnės nei 300 cm; geras sukamojo judesio perdavimas; 0,014" storio; vielos kūnas padengtas hidrofile medžiaga; nuo lengvo iki vidutinio palaikymo (support - angl.), įvairaus kietumo galiukas, lankstus ir netraumuojantis, J formos arba tiesus; ne trumpesnis nei 30 cm vielos galas padengtas polimerine ir hidrofile medžiagomis; vielos galiuką, ne ilgesnį kaip 2 cm, galima lenkti ir formuoti.
28	PTVA vielos nukreipėjos įvairiems susiaurėjimams rekanalizuoti:	pagamintos iš metalų lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiai ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; vielų storis - 0,014", ilgis - ne mažesnis nei 180 cm ir ne didesnis nei 300 cm; galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio); tiesūs ar J formos galiukai; modifikacijos: • įprastiniams atvejams: nuo 0,5 g iki 0,8 g hidrofilinis galiukas, iki 3 cm ilgio rentgenokontrastiškas; • universalios: galiukas nuo 0,8 g iki 1,0 g hidrofilinis, 3 - 16 cm rentgenokontrastiškas; • lėtinėms visiškoms okliuzijoms: galiuko kietumas nuo 3,0 g iki 12,0 g; galiukas 3 - 11 cm rentgenokontrastiškas; • lėtinėms visiškoms okliuzijoms smailiu galiuku: galiuko kietumas nuo 9,0 g iki 20,0 g; galiukas 17 - 20 cm rentgenokontrastiškas; galiuko storis - ne didesnis nei 0,009".

29	Vainikinių arterijų stentai įprastinėms procedūroms:	atviros celės konstrukcija, kobalto-chromo ar lygiavertis lydinys, naudojami su 0,014" PTV A vielomis; lankstūs, netrombogeniški, metalo-arterijos santykis ne daugiau 17%; sienelės storis - ne didesnis nei 0,0036" (90 mkm), stento akutės plotas - ne didesnis nei 3,0 mm², baliono išplėstos akutės diametras - ne didesnis nei 3,0 mm; sistema turi būti žemo profilio: proksimalioji dalis - ne storesnė nei 2,1F, distalinė dalis kartu su stentu - ne storesnė nei 2,7F; įėjimo profilis - ne didesnis nei 0,019"; diametras - nuo 2,25 mm iki 4,5 mm, ilgis - nuo 8 mm iki 30 mm; tinka ir stambioms, ir smulkioms vainikinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos; nominalusis slėgis - ne didesnis nei 9 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; du rentgenokontrastiniai žymekliai visų ilgių balionėliuose, geras stento rentgeno kontrastavimasis; sutrumpėjimas - ne daugiau 1,7%, esant RBP, radialinė jėga - ne mažesnė nei 150 kPa; galimybė išplėsti stentą papildomai 1,5 mm nuo nominalaus diametro. Balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas. Sistema saugi: nesėkmės atveju stentas lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio. Sistema stento vietoje turi priėjimą prie šoninių šakų iki 3,0 mm diametro; praeina per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį.
30	Vainikinių arterijų stentai, padengti skatinančia endotelizaciją danga:	stentai padengti skatinančia endotelizaciją anglies pluošto danga; stento sienelės storis – 70-80 μm; diametras - nuo 2,25 mm iki 4,5 mm, ilgis - nuo 7 mm iki 31 mm; visų diametrų stentai praeina per 5F nukreipiantį kateterį; sistemos nominalus (NBP - angl.) slėgis - ne mažesnis nei 9 atm, darbinis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 18 atm; įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm.
31	Vainikinių arterijų stentai-graftai:	skirti aortos - vainikinių arterijų veninėms jungtims, arterijų aneurizmomams ir arterijų perforacijoms stentuoti; vieno sluoksnio metalo stentas, iš išorės pilnai padengtas perikardu arba polimerine danga; perikardo dangos storis 105 ± 5 μm; stento ilgiai - nuo 13 mm iki 27 mm, diametrai - nuo 2,5 iki 4,0 mm; stento sistema lanksti, leidžianti praeiti ir pro sudėtingus vainikinių arterijų vingius.
34	Vainikinių arterijų stentai su tinkleliu, skirti distalinei embolizacijai išvengti, esant pakenkimui su dideliu trombu:	stentas padengtas polimeriniu tinkleliu, tinklelio storis ne didesnis kaip 20 mikronų; stentų diametras - nuo 2,0 mm iki 5,0 mm., ilgis - nuo 12 mm iki 40 mm; stentas užmautas ant dalinai kintamo storio (semi-compliant - angl.) balioninio kateterio; balionėlio nominalus slėgis – ne didesnis nei 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 14-16 atm; tinkančio nukreipiančiojo kateterio dydis – nuo 6F; darbinis ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm.
37	Vainikinių arterijų stentai, padengti - limus klasės vaistu, ūminiams vainikinių arterijų pakenkimams	žiedinės konstrukcijos stentas su ketvirtinėmis jungtimis, užtikrinančiomis išskirtinį lankstumą; stentas padengtas biodegraduojančiu (per 90 dienų ištirpstančiu) poli - l - pieno rūgšties arba lygiavertiu polimeru ir -limus klasės vaistu, turinčiu antiproliferacinį poveikį ir mažinantį restenozų skaičių; tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis padengta vaistu (abluminal coating, - angl.);

	stentuoti:	stentų ilgis - nuo 8 mm iki 36 mm, diametras - nuo 2,25 mm iki 4,00 mm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra iš dalies kintamo diametro (semi-compliant - angl.); nominalus balionėlio slėgis - ne daugiau 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; stento sienelės storis - iki 0.0047" (0,12 mm); įvedimo sistemos stento vietoje rentgeno kontrastiniai žymekliai įspausti į kateterio bazę (neišsikišę); įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm.
39	Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai	padengti biologiškai suderinamu polimeru; padengti -limus klasės medikamentu; pagaminti iš metalų lydinio, bet ne iš nerūdijančio plieno, atviros ląstelės struktūros, tęstinės sinusoidinės konstrukcijos arba lygiaverčiai; naudojami su 0,014" PTVA vielomis; stento akutės plotas ne mažesnis nei 3,0 mm², baliono išplėstos akutės diametras ne didesnis nei 3,0 mm; sistema žemo profilio: proksimalioji dalis ne storesnė nei 2,1 F, distalinė dalis kartu su stentu - ne storesnė nei 2,7F; įėjimo profilis - iki 0,019"; stento diametras - nuo 2,00 mm iki 5,00 mm, ilgis - nuo 8 mm iki 38 mm; tinka įvairaus kalibro vainikinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos; nominalusis slėgis - ne daugiau 9 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; du rentgeno kontrastiniai žymekliai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimasis; galimybė išplėsti stentą papildomai 1,5 mm nuo nominalaus diametro; balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas; sistema saugi: nesėkmės atveju stentas lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio; sistema turi priėjimą prie šoninių šakų iki 3,0 mm diametro (stento vietoje); sistema praeina per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantįjį kateterį.
40	Arterijų stentai, užmauti ant baliono (pre-mounted - angl.), inkstų arterijų stentavimui	balioninio kateterio skersmuo - ne didesnis nei 5F; naudojami su 0.018" vielomis; aukšto spaudimo, nominalus spaudimas - ne mažesnis nei 8 atm; stento diametras - nuo 5,00 mm iki 7,00 mm, ilgis nuo 12 mm iki 17 mm; įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis nei 75 cm; specialiai modifikuotas balioninio kateterio galiukas; stentas specialios konstrukcijos su sustiprinta (storesne) proksimaline ir plonesne distaline dalimi.
42	Periferiniai polimeru padengti stentai (stent-graft - angl.)	išplečiami balionėliu (balloon expandable - angl.), pagaminti iš metalo, padengti polimerine plėvele; implantuojami per 7F ar 8F introduiserius; sienelės storis išplėtus stentą - 0,40 - 0,45 mm; minimalus implantavimo slėgis - 4 atm; diametras (priklausomai nuo implantavimo slėgio): mažesnis (4 - 9 mm diametro) ir didesnis (6 - 12 mm diametro), ilgis - nuo 12 mm iki 58 mm.
43	Mikrokateteriai embolizavimo procedūroms ir selektyviam vaistų suleidimui	2,2F ir 2,6F storio; tiesus arba 45° lenktumo galiukas, sudarytas iš dviejų dalių, kurių viena ne mažiau nei 0,9 mm rentgenokontrastiška, kita - ne mažiau nei 1,2 mm itin lanksti (distaliai); mikrokateterio vidus padengtas PTFE arba lygiaverčia medžiaga, išorė padengta hidrofiline danga ne trumpesniame nei 65 cm segmente; mikrokateteris pagamintas iš supinto nerūdijančio plieno arba lygiaverčio pluošto; ilgis - nuo 105 cm iki 150 cm; lankstaus galo ilgis – mažiausiai 20 cm; vidinis spindis – ne mažesnis nei 0,020" 2,2F mikrokateterio ir ne

		mažesnis nei 0,027" 2,6F mikrokateriui; tinkančios nukreipiančiosios vielos: ne didesnė nei 0,016" 2,2F mikrokateriui ir ne didesnė nei 0,021" 2,6F mikrokateriui; atlaiko ne mažesnę nei 800 psi slėgį.
45	PTVA mikrokateriai lėtinėms visiškoms okliuzijoms atkimšti antegradiškai ar retrogradiškai:	smailėjantis ir lankstus, kad mikrokaterį būtų galima stumti ant nukreipiančiosios vielos (vidinis diametras - ne mažesnis nei 0,015"); galiukas iki 5 mm ilgyje padengtas lanksčiu metalu; ant galiuko yra iki 0,8 mm dydžio žymeklis; padengti hidrofiline danga; atlaiko iki 300 psi slėgį; mikrokaterio darbinis ilgis - ne mažiau kaip 135 cm; spindžio dydis - 0,015-0,018"; mikrokaterio sienelė – iš polimero, kurio kietumas tolygiai distaliau mažėja; mikrokateris supintas iš keleto metalinių spiralių ir vielų - geram sukamojo judesio perdavimui ir atsparumui kompresijai palaikyti.
47	Tarpprieširdinės pertvaros įvairių defektų uždarikliai:	komplektuojamas su atitinkama įvedimo sistema; uždariklis su mechanizmu, kuris išskleidus uždariklį jį išcentruoja; lankstūs (artikuluojantys) uždariklio diskai (burės); uždariklio padėtį po išskleidimo galima koreguoti; išskleidžiamas uždariklis prisitaiko prie pertvaros anatomijos; uždariklio karkasas padengtas specialia anatomiškai suderinta danga; uždariklis komplektuojamas su specialiu mechanizmu, kurio pagalba išskleistą uždariklį galima suskleisti; uždariklio paleidimo mechanizmas pritaikytas manipuluoti viena ranka; uždariklio vidinis diametras - nuo 6 mm iki 38 mm; išorinis išskleisto uždariklio diametras - nuo 20 mm iki 58 mm (atvirai ovaliajai angai uždaryti - nuo 20 mm iki 35 mm); skirtas pertvaros defektams nuo 6 mm iki 38 mm („žingsniais“ kas 2 mm) uždaryti.
54	PTVA pagalbinių prietaisų rinkiniai:	PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį; 0,014" vielos fiksatorius-sukiklis; Y jungtukas su hemostaziniu įrenginiu kraujo netekimui minimizuoti; jungtukas uždaromas ir sandarinamas ne rotaciniu, o išilginiu judesiu (Push-Pull Y Connector - angl.); vielos-nukreipėjo įvedimo adata, trijų atšakų kranukas
56	PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį	PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį
58	Kateteris vainikinių arterijų trombo aspiracijai su standinančiu stiletu:	tinkamas darbui su 0,014" viela, 6 ir 7 F diametro; didelio vidinio diametro: 6F kateteriui - ne mažesnio nei 1,00 mm (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 0,78 mm ²); 7F kateteriui - ne mažesnio nei 1,25 mm (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 1,23 mm ²); ne trumpesnis nei 140 cm standinantis stiletas, kurio distalinis galas - ne storesnis nei 0,40 mm, proksimalinis - ne storesnis nei 0,42 mm; ne trumpesnis nei 23 cm greito pakeitimo (rapid exchange - angl.) segmentas; pakuojamas kartu su dviem 30 ml atsiurbimo švirkštais, prijungimo žarnele ir dviem trombo išplovimo filtrais, kurių filtravimo dydis - ne didesnis nei 70 μm.
60	Nukreipiantieji kateteriai vainikinių arterijų procedūroms, skirti	susideda iš dviejų dalių: nukreipiančiojo 6,5F, 7,5F ar 8,5F dydžio kateterio ir ne trumpesnio nei 105 cm dilatatoriaus; komplektuojami kartu su 21G adata a. radialis punkcijai ir 0,021" viela-pravedėju; naudojamas ilgis - ne mažesnis nei 100 cm; įvairių modifikacijų;

	įvedimui per a.radialis, naudojami be introduserio:	didelio vidinio diametro: 6,5F kateteriui - ne mažesnio nei 0.070", 7,5F - ne mažesnio nei 0.081", 8,5F - ne mažesnio nei 0.090"; padengti hidrofiline danga; kateteris karkasas supintas iš keletu metalinių spiralių - geram sukamojo judesio perdavimui ir atsparumui kompresijai palaikyti.
63	Biopsinių žnyplių sistema, skirta širdies biopsijos paėmimui per šlaunies arteriją ar veną:	sistemą sudaro žnyplių valdymo prietaisas, sudarytas iš trijų tarpusavyje judančių žiedų trimis operatoriaus pirštams, nuo valdymo prietaiso einanti ne trumpesnė nei 110 cm metalinė lanksti jungtis, jungianti valdymo prietaisą su žnyplėmis; bioptato tūris – ne mažesnis nei 2,0 mm³ 6F žnyplėms ir ne mažesnis nei 6,5 mm³ 7F žnyplėms.
64	Balioniniai kateteriai plaučių arterijos ir aortos valvuloplastikai:	tinkami naudoti su 0.035" vielomis; ne trumpesnio nei 110 cm darbinio ilgio; išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - nuo 2 atm (30 mm diametro balionėliui) iki 9 atm (10 mm balionėliui); įvedimui reikalingo introduserio dydis - nuo 7F iki 14F, priklausomai nuo balionėlio dydžio; balionėlio diametras - nuo 10 mm iki 30 mm, ilgis - nuo 3 cm iki 4 cm; balionėlis nekeičia savo diametro, kintant slėgiui (non-compliant - angl.), pagamintas iš termoplastinio elastomero; rentgenokontrastiniai žymekliai pagaminti iš platinos ir iridžio arba lygiaverčio lydinio; išpūtimo metu pirmiausia išsipučia balionėlio galai - stabiliai balionėlio padėčiai nustatyti.
72	Diagnosticinės vielos - pravedėjai (140 - 150 cm ilgio)	lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,035 - 0,038".
74	PTVA vielos nukreipėjos senoms okliuzijoms ir sudėtingos anatomijos susiaurėjimams rekanalizuoti:	pagamintos iš metalų lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; vielų storis - 0,014", ilgis - ne mažesnis nei 180 cm ir ne didesnis nei 300 cm; galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio); tiesūs ar J formos galiukai; modifikacijos: - lėtinėms visiškoms okliuzijoms: galiuko kietumas nuo 3,0 g iki 12,0 g; galiukas 3 - 11 cm rentgenokontrastiškas; - lėtinėms visiškoms okliuzijoms smailiu galiuku: galiuko kietumas nuo 9,0 g iki 20,0 g; galiukas 17 - 20 cm rentgenokontrastiškas; galiuko storis - ne didesnis nei 0,009"; - specialios dedikuotos modifikacijos retrogradiniam okliuzijų atvėrimui.
82	Vainikinių arterijų stentai, padengti - limus klasės vaistu be polimerinės dangos, implantuojami pacientams, turintiems didelę kraujavimo riziką:	Pateikiami tyrimo rezultatai žiūrėti prisegtą dokumentą : Tyrimas 82 pozicija ; Tyrimas2 82 pozicija. -limus klasės vaistu stentas padengtas be polimerinio sluoksnio; vaistu padengtas tik besiliečiantis su arterijos sienele stento paviršius (abluminal coating, - angl.); -limus klasės vaistas pritvirtintas tiesiogiai ant specialiai paruošto stento

		viso paviršiaus, kuris liesis su arterijos sienele; stentas - žiedinės struktūros su ketvirtinėmis jungtimis; stentų ilgiai - nuo 8 mm iki 36 mm, diametrai - nuo 2,25 mm iki 4,00 mm; visos sistemos ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; stento sienelės storis (strut thickness, - angl.) - ne didesnis kaip 0,0047" (0,12 mm); balionėlis, ant kurio užmautas stentas - dalinai kintamo diametro (semi-compliant, - angl.), jo nominalusis slėgis - ne didesnis nei 6 atm, darbinis slėgis - ne mažesnis kaip 16 atm; balionėlio rentgeno kontrastiniai žymekliai įspausti į kateterį (neišsikišę).
84	Vaistais (-limus klasės) padengtieji stentai su bioabsorbuojamu polimeru, stentų restenozės gydymui	stentas padengtas -limus klasės vaistu ir biodegraduojančiu (per ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį išnykstančiu) PLGA (poli (DL)-pieno-glikolio rūgštis) ar analogišku polimeru; tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento sienelė padengta vaistu (abluminal coating, - angl.); pateikti tyrimo rezultatai žiūrėti prisegtus dokumentus: <i>Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ BES is OK in SVG 2013 10 psl.; Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ BES is safe in ACS vs BMS 2011 6psl.; Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ Biodegradable DES are better then durable 2015 12psl. ;Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ 84 poz Leaders 5 y 13psl. ;Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ BES gal geriau nei EES 6psl..</i> vaisto išsiskyrimo laikas - ne ilgesnis nei 3 mėnesiai; stentas pagamintas iš platinos ir chromo ar analogiško lydinio; stento sienelės storis - ne didesnis kaip 0.0029"; stento diametrai - nuo 2,25 mm iki 4,00 mm, ilgiai - nuo 8 mm iki 38 mm; proksimali stento įvedimo sistemos dalis ne didesnio nei 2,1F storio, distalinė dalis - ne didesnio nei 2,7F storio; stento įvedimo sistema - iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis ar adekvati; įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra kintamo diametro ("compliant" tipo); sistemos nominalus slėgis - ne mažesnis nei 11 atm, darbinis - ne mažesnis nei 16-18 atm
90	PTVA balioniniai kateteriai:	vidinė dalis ne daugiau kaip 1,8F storio, distalinė dalis – ne daugiau kaip 2,4F storio; nominalus slėgis - ne mažiau 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP) - ne mažiau 14 atm, vidutinis plyšimo slėgis (MBP) - ne mažiau 18 atm; du rentgeno kontrastiniai žymekliai; lankstus ir plonas galiukas, su ryškiu spalvotu žymekliu; kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji kateterio kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmentų; balionėlių ilgiai - nuo 9 mm iki 30 mm, diametrai - nuo 1,5 mm iki 6,0 mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; kontroliuojamo išsiplėtimo; kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) - ne daugiau 0,017"
93	Labai plonos sienelės spalvotųjų metalų lydinio vainikinių arterijų stentai	vamzdiniai, lazeriu gręžti, šlifluotas, atvirų gardelių dizaino stentai (arba lygiaverčiai); stento sienelės storis ne didesnis kaip 0.0020"; nominalūs stentų storiai: 2,00 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm; elastinis susitraukimas (recoil, - angl.) - ne daugiau 1,1%; du rentgenokontrastiniai balioninio kateterio žymekliai; stento - balioninio kateterio storiai ne didesni kaip: 1,8F proksimalinėje dalyje ir 2,5F distalinėje dalyje (kartu su stentu);

		nominalus slėgis – ne mažiau 10 atm, išbandytasis baliono plyšimo slėgis – ne mažiau 15 atm; sistemos naudojamas ilgis – ne mažiau 155 cm; įėjimo storis (entry profile, - angl.) - ne didesnis kaip 0,016"; stento su balionėliu storis (crossing profile, angl)
94	Vaistais ir anglimi padengti vainikinių arterijų stentai:	padengti anglimi ir -limus klasės vaistu, kuris yra rezervuaruose, o ne polimerinėje medžiagoje; neturintys polimero ; -limus klasės vaistas surištas su riebalų rūgštimis geresnei penetracijai į arterijos sienelę; pagaminti iš metalų lydinio, bet ne iš nerūdijančio plieno; stento sienelės storis - ne didesnis kaip 80 μm; stento diametrai - nuo 2,25 mm iki 4,50 mm, ilgis - nuo 8 mm iki 46 mm; tinka įvairaus kalibro vainikinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos; nominalusis slėgis - ne daugiau 9 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 18 atm; du rentgeno kontrastiniai žymekliai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimasis; balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas; stentų efektyvumas ir saugumas įrodytas klinikiniuose tyrimuose su sergančiais cukriniu diabetu pacientais.

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

4 LENTELĖ

Aachen bukl balloon Elutax anglu 8 psl
Aachen bukl balloon Elutax lietuviu 1 psl
Aachen CE Elutax DEB 2020 07 04 lt1 psl
Aachen CE Elutax DEB 2020 07 04 ang 5 psl
AB Medica bukl biopsy forceps anglu 2 psl
AB Medica bukl biopsy forceps liet k 1 psl
AB Medica bukl biopsy forceps Pres. ENG 21psl
AB Medica CE Biopsy forceps ENG iki 2018 06 11 3psl
AB Medica CE Biopsy forceps LT iki 2018 06 11 21psl
Access Closure bukl MynxGrip anglu k 2psl.
Access Closure bukl MynxGrip lietuviu k 1psl
Access Closure CE MynxGrip iki 2019 08 25 lt k.1 psl.
Access Closure CE MynxGrip untill 2019 eng 3psl.
Alvimedica bukl stent Avantgarde 2psl. Lietuviu 2psl.
Alvimedica bukl stent Avantgarde Anglu 3psl.
Alvimedica CE Avantgarde LT iki 2019 06 30 1psl.
Alvimedica CE Avantgarde ChronoCE iki 2019 06 30 ang 8psl.
Alvimedica CID CE Cre8 until 2021 07 12 anglu k 2psl.
Alvimedica CID CE Cre8 until 2021 07 12 liet k 1psl.
Alvimedica CID CE Radix iki 2020 07 27 anglu 3psl.
Asahi bukl PTCA vielos 14 psl.
Asahi bukl PTCA vielos Sion Black anglu 1 psl
Asahi bukl PTCA vielos Sion Black lietuviu 1 psl
Asahi CE Corsair iki 2019 12 01 anglu k 2 psl (1)
Asahi CE Corsair iki 2019 12 01 lietuviu k 1 psl (2)
Asahi CE PTCA visos vielos iki 2017 08 12 angl
Asahi CE PTCA visos vielos iki 2017 08 12 LIETUVIU K
Asahi CE SheathLess iki 2018 09 01 anglu k 4 psl
Asahi CE SheathLess iki 2018 09 01 liet k 4 psl
Asahi CE Stride iki 2019 12 01 Angl k. 2 psl
Asahi CE Stride iki 2019 12 01 Lietuviu k 1 psl
BALT bukletas 200908-cristal-balloon 4 psl
BALT bukletas 200908-cristal-balloon LIETUVIU 3 psl
Balt CE angioplasty catheter CRISTAL CBP CBV CBVP iki 2019 07 12 L...
Balt CE angioplasty catheter CRISTAL CBP CBV CBVP iki 2019 07 12
Biosensors bukl BMS Chroma anglu k 2 psl
Biosensors bukl BMS Chroma liet k 1 psl
Biosensors bukl DES BioFreedom anglu k 2 psl
Biosensors bukl DES BioFreedom liet k 1 psl
Biosensors bukl PTCA balion PowerLine 2 psl

Alvimedica CID CE Radix iki 2020 07 27 liet 1 psl
Alvimedica CID coronary bukl stent CRE8 DES anglu k 3 psl
Alvimedica CID coronary bukl stent CRE8 LIETUVIU 1 psl
Alvimedica CID Flype CE liet k iki 2021 05 03 d 1 psl
Alvimedica CID Flype large CE anglu iki 2021 05 03 d 4 psl
Alvimedica CID Flype small CE anglu iki 2021 05 03 d 4 psl
Alvimedica perif CE stent self expandible NAUJAS EASY Flype-HiFlyp...
Alvimedica perifer bukl stent renal rx RADIX2 anglu k 3 psl
Alvimedica perifer bukl stent renal rx RADIX2 lietuviu k 3 psl
Alvimedica perifer bukl stent self expandible FLYPE nauj anglu k 3 psl
Asahi bukl katet a radialis Sheathless Eucath 3 psl
Asahi bukl katet a radialis Sheathless Eucath Lietuviu k 2 psl
Asahi bukl kateteris mikro coro ir perif Stride 1 psl LIETUVIU
Asahi bukl kateteris mikro coro ir perif Stride 2 psl
Asahi bukl mikrokateris CTO Corsair 135cm
Asahi bukl mikrokateris CTO Corsair 150 cm 2 psl
Asahi bukl mikrokateris CTO Corsair Lietuviu k 1 psl
Asahi bukl PTCA CTO vielos anglu 8 psl
Asahi bukl PTCA CTO vielos lietuviu k 11 psl
Asahi bukl PTCA vielos LIETUVIU K 16 psl
Biosensors bukl PTCA balion PowerLine LIETUVIU 1 psl
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Alpha anglu 4 psl
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Alpha lietuviu 1 psl
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Flex LIETUVIU k 3 psl
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Flex Long 2 psl
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Flex Long 3 metu studijos rezult
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Flex Long Techn spec 2 psl
Biosensors bukl stent DES Biomatrix Flex Long Techn spec papildom...
Biosensors CE balloon PTCA Powerline iki 2019 05 01 LIETUVIU K 1 psl
Biosensors CE balloon PTCA Powerline iki 2019 05 01 ANGLU K 1 psl
Biosensors CE BMS Chroma iki 2019 12 01 anglu k 3 psl
Biosensors CE BMS Chroma iki 2019 12 01 liet k 1 psl
Biosensors CE DES BioFreedom iki 2018 02 01 anglu 2 psl
Biosensors CE DES BioFreedom iki 2018 02 01 LIET K 1 psl
Biosensors CE DES Biomatrix Alpha iki 2017-02-26 anglu 2 psl
Biosensors CE DES Biomatrix Alpha iki 2017-02-26 lietuviu 1 psl
Biosensors CE DES Biomatrix iki 2017-07-15 ANGLU K 1 psl
Biosensors CE DES Biomatrix iki 2017-07-15 LIETUVIU K 1 psl
Biosensors Kaneka bukl Thrombuster anglu k 2 psl
Biosensors Kaneka bukl Thrombuster liet k psl
Biosensors Kaneka CE Thrombuster iki 2017 01 21 anglu k 2 psl

-  Biosensors Kaneka CE Thrombuster iki 2017 01 21 anglu k 2 psl
-  Biosensors Kaneka CE Thrombuster iki 2017 01 21 liet k psl
-  Cardia bukl ASD anglu k 2 psl
-  Cardia bukl ASD liet k 2 psl
-  Cardia CE ASD exp 2016 08 29 en 2 pages
-  Cardia CE ASD Extension Letter anglu k 1 psl
-  Cardia CE ASD Extension Letter liet k 1 psl
-  Inspire MD CE Mguard Prime iki 2017 10 30 anglu k 2 psl
-  Inspire MD CE Mguard Prime iki 2017 10 30 liet k 1 psl
-  Inspire MD MGuard bukletas stent coro su tinkl MGuard Anglu k 6 psl
-  Inspire MD MGuard bukletas stent coro su tinkl MGuard Liet k 1 psl
-  ITGI Medical bukletas Aneugraft Coronary anglu k 2 psl
-  ITGI Medical bukletas Aneugraft Coronary LIETUVIU 2 psl
-  ITGI Medical CE Certificate iki 2016 10 01 englisch 4 pages - Copy
-  ITGI Medical CE Certificate iki 2016 10 01 englisch 4 pages
-  ITGI Medical CE Certificate iki 2016 10 01 liet 1 psl
-  Kval dok Igaliuojimas Sandra 1 psl
-  Kval dok Isplestinis israsas 5 psl
-  Kval dok jungtine pazyma 12 19 2 psl
-  Kval dok Vadovas netaistas 12 14 1 psl
-  Kval dok Vadovas turi balsu dauguma 1psl. 2017
-  Pasiulymas 12psl.
-  Sarasas ir suvestine 2psl
-  SCW Medicath catalogue 2015 anglu k 27 psl
-  SCW Medicath catalogue 2015 liet k 5 psl
-  SCW Medicath CE visi prod iki 2020 07 09 anglu k 3 psl
-  SCW Medicath CE visi prod iki 2020 07 09 liet k 3 psl
-  Tyrimas 2 82 pozicijai 10 psl
-  Tyrimas 82 pozicijai spec.atitikimas 53psl
-  Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ BES is OK in SVG 2013 10 psl.
-  Tyrimas 84 pozicija Biosensors BES is safe in ACS vs BMS 2011 6psl.
-  Tyrimas 84 pozicija Biosensors 12 psl. publ Biodegradable DES are b...
-  Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ 84 poz Leaders 5 y 13psl.
-  Tyrimas 84 pozicija Biosensors publ BES gal geriau nei EES 6psl.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Konkursų ir projektų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Sandra Petravičiūtė

(Vardas ir pavardė)

