

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA\*

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – Etaloninio dujų skaitiklių patikros įrenginio techninė priežiūra.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

Etaloninio dujų skaitiklių patikros įrenginio techninė priežiūra.

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Etaloninio (pramoninio) dujų skaitiklių patikros įrenginio FMTB-B650/IO Nr.1508-01 (1 įrenginys) derinimas ir kalibravimas, matavimo ribose 0,25...650 m<sup>3</sup>/h, kaip nurodyta 5.1. punkte.

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. AB “ Energijos skirstymo operatorius ” Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija (Smolensko g. 5, Vilnius).

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Įrenginio sudėtinių dalių derinimas ir kalibravimas:

Eilės Nr.	Pavadinimas, tipas	Matavimo ribos	Tikslumas	Kiekis
1.	Skirtuminio slėgio keitiklis CXLdp	0...60 mbar	±0,4 %	3 vnt.
2.	Absoliutinio slėgio keitiklis SensorTechnics SQ219	800...1100 mbar	± 0,5 mbar	1 vnt.
3.	Temperatūros matavimo sistema su 4 vnt. PT100 temperatūros jutikliais	15 °C...25 °C	Pageidaujama kalibravimo neapibrėžtis ± 0,5 °C	1 komplektas

5.1.2. Atlikus 5.1.1. p nurodytų įrenginio sudėtinių dalių derinimą, atlikti Etaloninio dujų skaitiklių patikros įrenginio kalibravimą pagal Paslaugų tiekėjo patvirtintą kalibravimo metodiką. Etaloninio dujų skaitiklių patikros įrenginio charakteristikos:

Eilės Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas, tipas	Matavimo ribos	Pastabos
1.	Etaloninis pramoninių dujų skaitiklių patikros įrenginys FMTB-B650/IO Nr.1508-01	(0,25...650) m <sup>3</sup> /h	Pageidautina kalibravimo neapibrėžtis ne didesnė kaip ± 0,33 %

#### 5.2. Įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.2.1. Užsakymas bus pateikta elektroniniu paštu arba telefonu.
- 5.2.2. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 5.2.3. Suteikus etaloninio dujų skaitiklių patikros stendo kalibravimo paslaugas, turi būti išduotas kalibravimo liudijimas.