



UAB MEDEX BALTIC, Islandijos pl.91, 49176 Kaunas, Tel./faks.: 837707549/837200005, Įm.kodas 300637605, PVM mokėtojo kodas LT100002899912, Registro duomenys kaupiami ir saugojami Kauno m. savivaldybės rejestro sk.

VšĮ LSMUL Kauno Klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKIMO (181884)**

2017 m. vasario mėn. 2 d. Nr.170202lsmulkk1

KAUNAS

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Medex Baltic
Tiekėjo adresas	Islandijos pl.91, LT-49176 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	300637605, LT100002899912
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Paulius Šultė
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB Citadele bankas, LT547290000012467528
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Paulius Šultė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Paulius Šultė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Paulius Šultė
Telefono numeris	(8-37) 707549
Fakso numeris	(8-37) 707549
El. pašto adresas	info@medex.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius


Paulius Šultė


UAB Medex Baltic
Islandijos pl. 91
LT-49176 Kaunas
Lietuva

Mob.Tel.: (8-677) 65241, (8-677) 65231
Tel./Faks.: 837707549/837200005
E-paštas: info@medex.lt


A/s Nr. LT987044060005858492
AB SEB BANKAS
Banko kodas: 70440
Įmonės kodas: 300637605
PVM kodas: LT100002899912




SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

2 lentelė

Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
1.	Angiografinis apklotų ir pagalbinių priemonių rinkinys rutininei intervencinėms kardiologijos procedūrai.	Visos priemonės supakuotos steriliai uždareme plastikiniame maiše; paciento apklotas, ne mažesnis nei 330-400 x 230-250 cm, trijų sluoksnių gerai sugeriančios sluoksnių gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, abipus skaidriais kraštais, su dviem ovaliomis kraštais, su dviem ovaliomis neaustinės medžiagos, abipus skaidriais kraštais, su dviem ovaliomis angomis, ne mažesnėmis nei 12 x 7 cm radialinei prieigai, ir dviem apvaliomis 12 cm diametro angomis femoralinei prieigai; didelio diametro angomis femoralinei prieigai; didelio skysčių sugėrimo zonos dydis - ne mažesnis nei 100 x 80 cm; apdangalas instrumentavimo staliukui 150 x 200 cm; apdangalai polietileningai su guma angiografijos aparato vaizdo angai; polietileningai su guma angiografijos aparato vaizdo stiprintuvui apdengti 70 cm gylis ir 130 cm kraštinės ilgio - 3 vnt.; dubenėliai apvalūs: 250 ml - 2vnt., 500 ml - 1vnt.; indas su tvirtinimo grioveliu kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje, 1200 ml talpos; plastmasinis spaustukas, 15 cm; gaziukai medvilniniai ar neaustinės medžiagos, 8 sluoksnių: 100 x 100 mm - 20 vnt.; 50 x 50 mm - 15 vnt.; 18 G storio ir 70 mm adata arterijos punkcijai; pirštais manipuluojamoje adatos dalyje yra žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos kryptį reguliuoti; dvi 21 G ir 40 mm poodinėms ar raumenų injekcijoms skirtos adatos; trys švirkštai: LL 20 ml - 2 vnt., LS 10 ml - 1 vnt.; skalpelis Nr. 11; J3 0,035" nikelio - chromo viela - pravedėjas, padengta PTFE, 140 cm.	Visos priemonės supakuotos steriliai uždareme plastikiniame maiše; paciento apklotas, ne mažesnis nei 330 x 230 cm, trijų sluoksnių gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, abipus skaidriais kraštais, su dviem ovaliomis angomis, ne mažesnėmis nei 12 x 7 cm radialinei prieigai, ir dviem apvaliomis 12 cm diametro angomis femoralinei prieigai; didelio diametro angomis femoralinei prieigai; didelio skysčių sugėrimo zonos dydis - ne mažesnis nei 100 x 80 cm; apdangalas instrumentavimo staliukui 150 x 200 cm; apdangalai polietileningai su guma angiografijos aparato vaizdo angai; polietileningai su guma angiografijos aparato vaizdo stiprintuvui apdengti 70 cm gylis ir 130 cm kraštinės ilgio - 3 vnt.; dubenėliai apvalūs: 250 ml - 2vnt., 500 ml - 1vnt.; indas su tvirtinimo grioveliu kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje, 1200 ml talpos; plastmasinis spaustukas, 15 cm; gaziukai medvilniniai ar neaustinės medžiagos, 8 sluoksnių: 100 x 100 mm - 20 vnt.; 50 x 50 mm - 15 vnt.; 18 G storio ir 70 mm adata arterijos punkcijai; pirštais manipuluojamoje adatos dalyje yra žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos kryptį reguliuoti; dvi 21 G ir 40 mm poodinėms ar raumenų injekcijoms skirtos adatos; trys švirkštai: LL 20 ml - 2 vnt., LS 10 ml - 1 vnt.; skalpelis Nr. 11; J3 0,035" nikelio - chromo viela - pravedėjas, padengta PTFE, 140 cm.



Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
7.	A. radialis užspaudėjai, naudojami po intervencinių kraujagyslių procedūrų kraujavimui sustabdyti	pagaminti iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei; selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius; užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi; užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu; užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo; oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml; oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu; prietaisas supakuotas steriliai; dvių dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui).	pagaminti iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei; selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius; užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi; užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu; užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo; oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml; oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu; prietaisas supakuotas steriliai; dvių dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui).
18.	Pre-dilataciniai PTVA balioniniai kateteriai	distalinė dalis (galiukas) - ne daugiau nei 1,9F storio (iki 0,016"), proksimalinė dalis – ne daugiau 2,8F storio; proksimalinė dalis – ne daugiau 2,8F storio; nominalusis slėgis - ne daugiau 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažiau 14 atm; balionėlių ilgiai - nuo 10 mm iki 30 mm, diametrai - nuo 1,5 mm iki 4,0 mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; du, nepriklausomai nuo balionėlio ilgio ir diametro, įspausiti į balionėlio kateterį rentgeno kontrastiniai žymekliai; pritaikyti iki 0,014" diametro vielai; kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji balioninio kateterio vidurinė dalis sklandžiam stūmimo jėgos perdavimui iš proksimalio į distalinį kateterio segmentą.	distalinė dalis (galiukas) - 1,9F storio (0,016"), proksimalinė dalis – 2,7F storio; nominalusis slėgis - 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - 14 atm; balionėlių ilgiai - nuo 5 mm iki 30 mm, diametrai - nuo 1,0 mm iki 4,0 mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis - 140 cm; du, nepriklausomai nuo balionėlio ilgio ir diametro, įspausiti į balionėlio kateterį rentgeno kontrastiniai žymekliai; pritaikyti iki 0,014" diametro vielai; kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji balioninio kateterio vidurinė dalis sklandžiam stūmimo jėgos perdavimui iš proksimalio į distalinį kateterio segmentą.




Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
54.	PTVA pagalbinių prietaisų rinkiniai	PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį; 0,014" vielos fiksatorius-sukiklis; Y jungtukas su hemostaziniu įrenginiu kraujo netekimui minimizuoti; jungtukas uždaromas ir sandarinamas ne rotaciniu, o išilginiu judesiu (Push-Pull Y Connector - angl.); vielos-nukreipėjo įvedimo adata, trijų atšakų kraniukas.	PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį; 0,014" vielos fiksatorius-sukiklis; Y jungtukas su hemostaziniu įrenginiu kraujo netekimui minimizuoti; jungtukas uždaromas ir sandarinamas išilginiu judesiu (Push-Pull Y Connector - angl.); vielos-nukreipėjo įvedimo adata, trijų atšakų kraniukas.
55.	PTVA pagalbinių prietaisų rinkiniai be PTVA švirkšto	"Y" jungtukas su hemostaziniu vožtuvu, "užrakinantis" vielą; paslanki jungtuko dalis vielai įvesti užtikrina reguliuojamą vielos slydimą; speciali mova ant jungtuko užfiksuoja vielą kateteryje; rinkinį sudaro adata, "Y" jungtukas, viela pravedėjas ir suktukas.	"Y" jungtukas su hemostaziniu vožtuvu, "užrakinantis" vielą; paslanki jungtuko dalis vielai įvesti užtikrina reguliuojamą vielos slydimą; speciali mova ant jungtuko užfiksuoja vielą kateteryje; rinkinį sudaro adata, "Y" jungtukas, viela pravedėjas ir suktukas.
56.	PTVA švirkštas su manometru	Atlaikantis 30 atm slėgį	Atlaiko 30 atm slėgį
68.	Ampliatz tipo arba lygiavertčiai kilpų ir mikrokilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui	komplektą sudaro 1 kilpa ar mikrokilpa, pritvirtinta ant vielos, ir 1 įvedimo kateteris; kilpos ar mikrokilpos padėtis statmena (900) įvedimo kateteriui; kilpos ir mikrokilpos yra apskritimo su išsikišusiu snapeliu formos; nitnolinis kilpų vielos korpusas; kilpa pagaminta iš paauskuotos volframo spiralės arba lygiavertė geram rentgeno vizualizavimui; kilpų diametrai - nuo 5 mm iki 35 mm, kilpų vielų ilgis - ne mažesnis nei 120 cm, mikrokilpų diametrai - nuo 2 mm iki 7 mm, jų vielų ilgis - nuo 175 cm iki 200 cm; mikrokilpų įvedimo kateterio diametrai - nuo 2,3F iki 3F, ilgiai - nuo 150 cm iki 175 cm, kilpų kateterių diametrai - nuo 4F iki 6F, ilgis - ne mažesnis nei 102 cm.	komplektą sudaro 1 kilpa ar mikrokilpa, pritvirtinta ant vielos, ir 1 įvedimo kateteris; kilpos ar mikrokilpos padėtis statmena (90°) įvedimo kateteriui; kilpos ir mikrokilpos yra apskritimo su išsikišusiu snapeliu formos; nitnolinis kilpų vielos korpusas; kilpa pagaminta iš paauskuotos volframo spiralės geram rentgeno vizualizavimui; kilpų diametrai - nuo 5 mm iki 35 mm, kilpų vielų ilgis - 125 cm, mikrokilpų diametrai - nuo 2 mm iki 7 mm, jų vielų ilgis - 175 cm; mikrokilpų įvedimo kateterio diametrai - nuo 2,3F iki 3F, ilgiai - 150 cm, kilpų kateterių diametrai - nuo 4F iki 5F, ilgis 110 cm.
72.	Diagnostinės vielos - pravedėjai (140 - 150 cm ilgio)	140 - 150 cm ilgio, lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,035 - 0,038"	150 cm ilgio, lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,035"



Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
73.	Diagnostinės vielos - pravedėjai (300 cm ilgio)	300 cm ilgio, lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,038".	300 cm ilgio, lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,035".

Direktorius





3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies kopijos	3	Kvalifikacijos dokumentai
2	VĮ Registrų Centro jungtinės pažymos kopija, kuri atstoja Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažymą, VMI bei Sodros pažymas	2	Kvalifikacijos dokumentai
3	Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pažymos kopija. Prisegta el.byla „doc4178870.adoc“, kurią peržiūrėti galite paspausdę nuorodą: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view	1	Kvalifikacijos dokumentai
4	Raštas dėl absoliučios balsų daugumos	1	Kvalifikacijos dokumentai
5	Siūlomų prekių CE sertifikatų kopijos	5	CE sertifikatai Konfidencialu
6	Siūlomų prekių originalių katalogų kopijos bei vertimai	14	Katalogai Konfidencialu

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:

1. Siūlomų prekių CE sertifikatų kopijos ir jų vertimai
2. Siūlomų prekių originalių katalogų kopijos bei jų vertimai
3. Raštas dėl absoliučios balsų daugumos

Direktorius

