

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. 25-114
Vilnius

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Tarnybos direktorių, Taurinto Rudžio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 patvirtintus Tarnybos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir Uždaroji akcinė bendrovė „ARM GATE“, atstovaujama direktoriaus Marijaus Svetiko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas:

1. Prietaiso „Automatinis analizatorius sieros kiekiui benzine, dyzeline, RRME, skystame kure, jūriniame kure, gazolyje nustatyti“ pirkimas (toliau – Prietaisas), kuris bus vykdomas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais, pagal Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra bendra Prietaiso kaina, kokią Tiekėjas nurodė savo pateiktame pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymo kopija“) 85510,70 Eur (įskaitant PVM), 70670,00 Eur be PVM, 14840,70 Eur PVM.

2.2. Į Prietaiso kainą (Sutarties 2.1 punktą) yra įskaičiuotas PVM ir kiti mokesčiai, mokami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Papildomi mokėjimai pagal šią Sutartį nebus atliekami.

2.3. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, pirkimo sutartyje nustatytoje kainoje PVM perskaičiuojamas, nekeičiant pirkimo sutartyje nustatytos kainos be PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, pirkimo sutartyje nustatyta kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Sutarties kaina mokama eurais. Užsakovas už Prietaisus atsiskaito Tiekėjui mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Užsakovas sumoka 2.1 punkte nurodytą sumą Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo. PVM sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3. Prekių priėmimas - perdavimas:

3.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prietaisą per 90 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, o įdiegti bei praveisti darbuotojų įvadinius ir pagrindinius apmokymus darbui su pateikiama įranga, per 10 dienų nuo Prietaiso pristatymo dienos.

3.2. Apie pristatomą Prietaisą Tiekėjas informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkis) kalendorines dienas.

3.3. Tiekėjas įsipareigoja Prietaisą pristatyti į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymų laboratoriją, esančią V. Bielskio g. 47B, Šiauliai.

3.4. Pistačius pilnai sukomplektuotą Prietaisą (numatyta Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“) į paskirties vietą ir įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (prietaiso įdiegimas, darbuotojų įvadiniai ir pagrindiniai apmokymai darbui su pateikiama įranga), surašomas Perdavimo-priėmimo aktas, kurį pasirašo abiejų Šalių įgalioti asmenys.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

4.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 8000 (aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct) eurų.

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai:

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1. pristatyti Prietaisą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

5.1.2. laiku ir tinkamai vykdyti visus kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

5.1.3. atsakyti už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pažeidimą Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.2. Tiekėjas turi teisę:

5.2.1. gauti iš Užsakovo informaciją, pagrįstai reikalingą šios Sutarties tinkamam įvykdymui;

5.2.2. turi kitas teisės aktuose Tiekėjui numatytas teises.

5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. priimti laiku Tiekėjo visus Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Prietaisus ir suteiktas paslaugas;

5.3.2. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Tiekėjui už laiku pristatytą Prietaisą;

5.3.3. pateikti Tiekėjui informaciją, pagrįstai reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui;

5.3.4. laiku ir tinkamai vykdyti visus kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. reikalauti, kad Tiekėjas laiku ir tinkamai vykdytų visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bei atsakytų tuo atveju, jei įsipareigojimai yra vykdomi netinkamai;

5.4.2. turi kitas teisės aktuose Užsakovui numatytas teises.

6. Šalių atsakomybė:

6.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalis atsako įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

6.2 Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

6.3. Nei viena iš šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (*force majeure*). Tokiu atveju Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas yra sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

6.4. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir savo įsipareigojimų vykdymą atnaujinti.

6.5. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti įsipareigojimus Užsakovui pagal Sutartį, jis, Užsakovui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius, apskaičiuojamus nuo nesuteiktų Prietaisų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

6.6. Užsakovui pavėlavus atsiskaityti už suteiktus Prietaisus pagal Sutarties sąlygas, Užsakovas, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) nuo laiku neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Sutarčiai aiškinti bei ginčams dėl Sutarties vykdymo spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi ginčai dėl Sutarties sprendžiami gera valia ir bendru Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose arba arbitraže. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

8. Sutarties nutraukimas:

8.1. Sutartis gali būti nutraukta:

8.1.1 raštišku Šalių susitarimu;

8.1.2 kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;

8.1.3 kai Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

8.1.4 kai Tiekėjas perleidžia Sutartį arba sudaro subrangos sutartį be Užsakovo leidimo;

8.1.5 kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.1.6 kai Tiekėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

8.1.7 kai Tiekėjas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

8.1.8 kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama sutartis;

8.1.9 dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį.

8.2. Jei sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui sumokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą garantiją.

8.3. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8.4. Jeigu viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą pirkimo sutarties šalį raštu prieš 14 dienų, pateikdama pagrįstus motyvus.

8.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

9. Sutarties galiojimas:

9.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, nurodytą Sutarties 4.1 punkte.

9.2. Sutartis galioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki per Sutartyje numatytą terminą įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 20 d.

10. Baigiamosios nuostatos:

10.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą juridinę galią.

10.2. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.3. Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.

10.4. Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

10.4.1 Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

10.4.2. Sutarties priedas Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymo kopija“.

10.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai, o tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Šalių.

10.6. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pranešti viena kitai apie Sutarties 11 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

10.7. Užsakovas už tinkamą Sutarties vykdymą skiria atsakingą asmenį Naftos produktų bandymų laboratorijos vyriausiąją specialistę Ingridą Stulgienę, tel. (8 41) 441 164, mob. 8 683 31746, el. p. ingrida.stulgiene@vvtat.lt.

11. Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
Kodas 188770044
AB SEB Vilniaus bankas
A.s. LT597044060001527853
Tel. (8 5) 262 6751
Faks. (8 5) 279 1466
El. p. tarnyba@vvtat.lt

Tiekėjas

UAB „ARM GATE“
J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234 Vilnius
Įmonės kodas 135218757
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT 827300010074437059
PVM mokėtojo kodas LT352187515
Tel. (8 5) 2789573; faks. (85) 2789572
El. p. info@armgate.lt

Direktoriaus pavaduotojas,
Tarnybos direktorių
Taurintas Rudys

pavadojujantis

Direktorius

Marijus Svetikas



A.V.

Produktų saugos ir kokybės
departamento direktoriaus pavaduotoja

Rima Tuganaukaitė
2017-09-06

Teisės skyriaus vedėjos pavaduotoja

Gerda Petrikienė
2017-09-06

I. Stuloiene 2017-09-06
E. Monkele 2017-09-06

R. Papraskienė
2017-09-06

M. Kociuska 2017-09-06

VVTAT Priežiūros skyriaus pavaduotoja
2017-09-06

PASIŪLYMAS

1. Pirkimo dalis. Automatinį analizatorių sieros kiekiui benzine, dyzeline, RRME, skystame kure, jūriniame kure, gazolyje nustatyti

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM	PVM suma Eur	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
	Automatinį analizatorių sieros kiekiui benzine, dyzeline, RRME, skystame kure, jūriniame kure, gazolyje nustatyti (Multitek LLS su 749 autosampleriu, PAC kompanijų grupė)	1	vnt.	70.670,00	14.840,70	85.510,70

Bendra pasiūlymo dalies kaina (su PVM) - 85.510,70 (Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai dešimt Eur, 70 ct)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės	Siūlomo rodiklio reikšmė
1.	Paskirtis	Automatinis sieros kiekio analizatorius skystuose naftos produktuose nustatyti	Automatinis žemų sieros kiekių analizatorius skystuose naftos produktuose nustatyti
2.	Analizės metodas	Sukomplektuotas darbui pagal standarte „LST EN ISO 20846:2011 Naftos produktai. Sieros kiekio automobiliniuose degaluose nustatymas. Ultravioletinės fluorescencijos metodas (ISO 20846:2004).“ nurodytas	Sukomplektuotas darbui pagal standarte „LST EN ISO 20846:2011 Naftos produktai. Sieros

		metodikas arba lygiavertis	kiekio automobiliniuose degaluose nustatymas. Ultravioletinės fluorescencijos metodas (ISO 20846:2004).“ nurodytas metodikas
3.	Veikimo principas	Katalitinis oksidavimas su UV fluorescencine detekcija	Katalitinis oksidavimas su UV fluorescencine detekcija
4.	Aukštatemperatūrinės krosnies tipas	Kvarcinio stiklo, vertikalios konstrukcijos	Kvarcinio stiklo, vertikalios konstrukcijos
5.	S nustatymo riba skystiems mėginiams	Nustatoma reikšmė ne didesnė nei 35 ppb	30 ppb
6.	Matavimo atsikartojamumas	Reikšmė ne didesnė nei 0,2 (ties 1ppm)	0,2 ppm
7.	Ilgalaikis matavimo stabilumas matuojant ties 5ppm	Reikšmė ne didesnė nei 1,4% RSD per 48val.	1,325%
8.	Analizei reikalingas laikas	Ne didesnis nei 5 min.	2~5 min
9.	Automatinis mėginių įvedimo įrenginys	Privalomas	Komplektuojamas (749 modelis PAL3 LSI bazės pagrindu), pilnai palaikomas taikomosios programinės įrangos
10.	Įvedamo bandinio kiekio diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 1 iki 100μl	nuo 1 iki 100μl

11.	Maksimalus bandinių skaičius	Ne mažiau nei 215	216 vienu metu termostatuojamų bandinių indelių
12.	Integruotas bandinių termostataavimo/šaldymo priedas	Privalomas	Pateikiamas
13.	Bandinių termostataavimo diapazono apatinė riba	Ne aukštesnė nei 10 °C	4 °C
14.	Prietaiso valdymo bei duomenų apdorojimo sistema	Privaloma pateikti kartu su taikomąja programine įranga	Pateikiama
15.	Surinktų duomenų saugojimas sąryšinėje duomenų bazėje	Privalomas	Taip, saugoma sąryšinėje duomenų bazėje
16.	Pajungimas prie esančių dujinių linijų įvadų	Privalomas, įskaitant pajungimui reikalingas detales	Taip
17.	Prietaiso išplėtimo galimybės	Privalo turėti galimybę papildomai sumontuoti N detektorių bei galimybę sumontuoti halogenidų nustatymui tame pačiame kaip ir S mėginyje reikalingą įrangą	Analizatorius turi gamykliškai numatytą galimybę papildomai sumontuoti N detektorių bei galimybę sumontuoti halogenidų nustatymui tame pačiame kaip ir S mėginyje reikalingą įrangą
18.	Papildomi reikalavimai		
18.1	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą personalą konkurso dokumentuose nurodytų prietaisų techninei priežiūrai ir remontui bei Naftos produktų bandymų laboratorijos darbuotojų apmokymui darbo vietoje (pateikti atitinkamo dokumento kopiją)	Tiekėjas turi gamintojo apmokytą personalą konkurso dokumentuose nurodytų prietaisų

			techninei priežiūrai ir remontui bei Naftos produktų bandymų laboratorijos darbuotojų apmokymui darbo vietoje (pateikiama atitinkamo dokumento kopiją)
18.2	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas privalo pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų ir lietuvių kalba	Bus pateiktos
18.3	Papildomi reikalavimai	Pateikti prietaiso darbui reikalingas pagalbines medžiagas ne mažiau kaip 1000-čiui bandymų	Komplektuojama
18.4	Papildomi reikalavimai	Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuotos išlaidos įrangos instaliacijai, darbuotojų įvadiniams ir pagrindiniams apmokymams darbui su pateikiama įranga, pristatymo išlaidos.	Įskaičiuota
18.5	Garantija ir techninis aptarnavimas	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Garantija suteikiama darbo vietoje (on-site), reakcijos laikas: 48 val. nuo pranešimo gavimo. Garantinis techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje reziduojančio, gamintojo sertifikuoto serviso inžinieriaus (pateikti sertifikato kopiją).	Suteikiama 3 metų garantija skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Garantija suteikiama darbo vietoje (on-site),

			reakcijos laikas: 48 val. nuo pranešimo gavimo. Garantinis techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje reziduojančio, gamintojo sertifikuoto serviso inžinieriaus (pateikiama sertifikato kopija).
18.6	Dokumentacija	Pateikti gamintojo patvirtintą informaciją pagrindžiančią atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams	Pridedama

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Automatinis analizatorius sieros kiekiui benzine, dyzeline, RRME, skystame kure, jūriniame kure, gazolyje nustatyti

Prekių techniniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai
Paskirtis	Automatinis sieros kiekio analizatorius skystuose naftos produktuose nustatyti
Analizės metodas	Sukomplektuotas darbui pagal standarte „LST EN ISO 20846:2011 Naftos produktai. Sieros kiekio automobiliniuose degaluose nustatymas. Ultravioletinės fluorescencijos metodas (ISO 20846:2004).“ nurodytas metodikas arba lygiavertis
Veikimo principas	Katalitinis oksidavimas su UV fluorescencine detekcija
Aukštatemperatūrinės krosnies tipas	Kvarcinio stiklo, vertikalios konstrukcijos
S nustatymo riba skystiems mėginiams	Nustatoma reikšmė ne didesnė nei 35 ppb
Matavimo atsikartojamumas	Reikšmė ne didesnė nei 0,2 (ties 1ppm)
Ilgalaikis matavimo stabilumas matuojant ties 5ppm	Reikšmė ne didesnė nei 1,4% RSD per 48val.
Analizei reikalingas laikas	Ne didesnis nei 5 min.
Automatinis mėginių įvedimo įrenginys	Privalomas
Įvedamo bandinio kiekio diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 1 iki 100µl
Maksimalus bandinių skaičius	Ne mažiau nei 215
Integruotas bandinių termostataavimo/šaldymo priedas	Privalomas
Bandinių termostataavimo diapazono apatinė riba	Ne aukštesnė nei 10 °C
Prietaiso valdymo bei duomenų apdorojimo sistema	Privaloma pateikti kartu su taikomąja programine įranga
Surinktų duomenų saugojimas sąryšinėje duomenų bazėje	Privalomas
Pajungimas prie esančių dujinių linijų įvadų	Privalomas, įskaitant pajungimui reikalingas detales
Prietaiso išplėtimo galimybės	Privalo turėti galimybę papildomai sumontuoti N detektorių bei galimybę sumontuoti halogenidų nustatymui tame pačiame kaip ir S mėginyje reikalingą įrangą

Papildomi reikalavimai	
Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą personalą konkurso dokumentuose nurodytų prietaisų techninei priežiūrai ir remontui bei Naftos produktų bandymų laboratorijos darbuotojų apmokymui darbo vietoje (pateikti atitinkamo dokumento kopiją)
Papildomi reikalavimai	Tiekėjas privalo pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų ir lietuvių kalba
Papildomi reikalavimai	Pateikti prietaiso darbui reikalingas pagalbines medžiagas ne mažiau kaip 1000-čiui bandymų
Papildomi reikalavimai	Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuotos išlaidos įrangos instaliacijai, darbuotojų įvadiniams ir pagrindiniams apmokymams darbui su pateikiama įranga, pristatymo išlaidos.
Garantija ir techninis aptarnavimas	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Garantija suteikiama darbo vietoje (on-site), reakcijos laikas: 48 val. nuo pranešimo gavimo. Garantinis techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje reziduojančio, gamintojo sertifikuoto serviso inžinieriaus (pateikti sertifikato kopiją).
Dokumentacija	Pateikti gamintojo patvirtintą informaciją pagrindžiančią atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams