

PRIEMONIŲ, SKIRTŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS PROCESUI IR KONTROLEI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

2. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamentuose (ES) 2017/745, (ES) 2015/830, (ES) 528/2012 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).


3. Prekėms privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo


dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, naudojimo instrukcijas (lietuvių kalba ir originalo kalba), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.


Pirki- mo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Būtinios charakteristikos ir parametrai	Fasuotė/pakuotė	Mato vienetas	Maksimalus numatomas pirkti mato vnt. kiekis	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams		
						Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai	Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
							dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1.	ATSIURBIMO SISTEMŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS							
1.1	Dezinfekcijos priemonė odontologijos atsiurbimo įrangai: Koncentruotas šarminis preparatas skirtas uždaros odontologijos įrangos atsiurbimo sistemos plovimui ir dezinfekcijai, pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Savo sudėtyje turi turėti ploviklių, neturi būti aldehidų, fenolių, chloro. Preparatas nėra toksiškas ir kancerogeninis. Gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles). Mažai putoja, biologiškai suyra. Paruošto		≤ 2 litrai	litras	170	Gamintojas: AS Chemi-Pharm ALKADENT Koncentruotas šarminis preparatas skirtas uždaros odontologijos įrangos atsiurbimo sistemos	1.1.p.d. Alkadent. CE atitikties sertifikatai.	Pateikiamas atskiras dokumentas Pateikiamas atskiras dokumentas

	<p>tirpalo koncentracija \leq 2%. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 min. Pagal poreikį pateikti originalias limpančias etiketes paruoštiems tirpalams žymėti.</p>				<p>plovimui ir dezinfekcijai, pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Savo sudėtyje turi ploviklių, neturi būti aldehydų, fenolių, chloro. Preparatas nėra toksiškas ir kancerogeninis. Gera tirpdo organinius teršalus. Mažai putoja, biologiškai suyra. Paruošto tirpalo koncentracija 2%. Ekspozicijos laikas 10 min. Pagal poreikį pateiksime originalias limpančias etiketes paruoštiems tirpalams žymėti. Pakuotė 1 L.</p>		
1.2	<p>Dezinfekcijos priemonė odontologijos atsiurbimo įrangai: Rūgštinis koncentratas, skirtas uždarų sistemų plovimui ir dezinfekcijai. Sudėtyje turi būti</p>	\leq 5 litrai	litras	75	<p>Gamintojas: AS Chemi-Pharm ACIDENT Rūgštinis</p>	1.2.p.d. Accident.	Pateikiamas atskiras dokumentas

	<p>neorganinių rūgščių, nejoninių tenzidų, putų stabilizatorių korozijos inhibitorių. Gerai plauna organinius teršalus. Mažai putoja, biologiškai suyra.</p> <p>Darbinio tirpalo koncentracija iki 2 procentų, ekspozicija iki 15 min.</p>				<p>koncentratas, skirtas uždarų sistemų plovimui ir dezinfekcijai. Sudėtyje turi būti neorganinių rūgščių, nejoninių tenzidų, putų stabilizatorių korozijos inhibitorių. Gerai plauna organinius teršalus. Mažai putoja, biologiškai suyra. Darbinio tirpalo koncentracija iki 2 procentų, ekspozicija iki 15 min. Pakuotė 5L.</p>	CE atitikties sertifikatai.	Pateikiamas atskiras dokumentas
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---------------------------------











--	--	--	--	--	--	--	--