



Uždaroji akcinė bendrovė "LITFARMA"

Įmonės kodas 133943714, PVM mokėtojo kodas LT339437113,

Buveinės adresas: Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius,

Tel. (8-5) 2405916, El. paštas: info@litfarma.com

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre

VšĮ LSMUL Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL DEFIBRILIATORIŲ IR ELEKTROKARDIOGRAFŲ PIRKIMO**
2025 10 01 Nr.1001
Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Pavadinimas	UAB LITFARMA
Juridinio asmens kodas	133943714
Adresas	Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius
PVM mokėtojo kodas	LT339437113
Atsiskaitomoji sąskaita	LT157180300029467242
Bankas, banko kodas	AB Artea bankas, b.k. 71800
Įmonės telefonas	+370 5 240 59 16
Įmonės el. paštas	info@litfarma.com
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vaidas Sliesoraitis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas	Direktorius Vaidas Sliesoraitis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas	Direktorius Vaidas Sliesoraitis, +370 5 240 59 16, info@litfarma.com

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-us)*

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS
„Defibriliatorius“

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Defibriliatorius	D100, Mediana	Vnt.	5	3.685,00	18.425,00	22.294,25
Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM):							18.425,00
PVM suma:							3.869,25
Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM):							22.294,25

II PIRKIMO DALIS
„Defibriliatorius (su stimuliacijos funkcija)“

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Defibriliatorius (su stimuliacijos funkcija)	D100, Mediana	Vnt.	5	3.900,00	19.500,00	23.595,00
Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM):							19.500,00
PVM suma:							4.095,00
Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM):							23.595,00

III PIRKIMO DALIS
„Elektrokardiografas“

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Elektrokardiografas	iMAC120, Zoncare	Vnt.	12	1.470,00	17.640,00	21.344,40
Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM):							17.640,00
PVM suma:							3704,40
Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM):							21.344,40

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Defibriliatorius – 5 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir parametru reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Paskirtis	Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu	Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.15</i>
2.	Reikalavimai defibriliatoriui:		
2.1.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos	Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos,

			<i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.144, 145</i>
2.2.	Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J.	1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J., <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
2.3.	Defibriliatoriaus darbo režimai:	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (angl. trump. - AED) režimas.	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (angl. trump. - AED) režimas. <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.15</i>
2.4.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	Ne daugiau 7 s įsikrovimui iki 200 J	7 s įsikrovimui iki 200 J <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
2.5.	Automatinės funkcijos	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime.	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime. <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136, 137</i>
3.	Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui:		
3.1.	EKG derivacijų skaičius	Ne mažiau 3	3 <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.137</i>
3.2.	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 20 iki 300 kartų/min	20 iki 300 kartų/min <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.137</i>
3.3.	EKG amplitudės nustatymo parinktys	40 (arba 30), 20, 10, 5 mm/mV	40,30, 20, 10, 5 mm/mV, <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.137</i>
4.	Reikalavimai ekranui:	1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau 14 cm; 4. Ne mažiau 2 kreivių atvaizduojama vienu metu.	1. Skystųjų kristalų LCD; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė 17,5 cm; 4. 3 kreivės atvaizduojama vienu metu. <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.133</i>
5.	Spausdintuvas	Defibriliatorius turi integruotą spausdintuvą	Defibriliatorius turi integruotą spausdintuvą <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.133</i>
6.	Maitinimo šaltiniai:	1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 100 iškrovų, naudojant maksimalią energiją.	1. 100-240V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina 200 iškrovų, naudojant maksimalią energiją <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.134</i>
7.	Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija	Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją	Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf</i>

			<i>p. 35</i>
8.	Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.24</i>
9.	Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą <i>1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.97, 98</i>
10.	Komplektacija	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems ir vaikams – 1 kompl., b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus (<i>suaugusiems ar vaikams pasirenkama defibriliatoriaus užsakymo metu</i>) –1 kompl. (įrangos išbandymui) (<i>tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus</i>)	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems ir vaikams – 1 kompl., b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus (suaugusiems ar vaikams pasirenkama defibriliatoriaus užsakymo metu) –1 kompl. (įrangos išbandymui) (<i>tiekėjas patvirtina, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus</i>) Įskaičiuoti priedai: D100, Daugkartiniai elektrodai suaugusiems ir vaikams, vienkartinį elektrodų laidas, 2 komplektai vienkartinį elektrodų, 3 laidų ECG laidas, baterija, Spausdintuvui popieriaus rulonas, vartotojo instrukcija, tinklo maitinimo laidas <i>Priedai_1_2 dalys.pdf</i> <i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
11.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą <i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
12.	Medicininio personalo apmokymas	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

			<i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
13.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
14.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: a) atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) prietaisas pateikiamas suderintas gamykloje. J) serviso slaptažodžiai b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti nurodyti serviso instrukcijoje
15.	Garantinis laikotarpis	Defibriliatoriui (prietaisui, neįskaitant vidinio akumuliatoriaus) ir daugkartiniams defibriliacijos elektrodams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai, defibriliatoriaus akumuliatoriui suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.	Defibriliatoriui (prietaisui, neįskaitant vidinio akumuliatoriaus) ir daugkartiniams defibriliacijos elektrodams suteikiama garantija 36 mėnesiai, defibriliatoriaus akumuliatoriui suteikiama garantija 24 mėn. <i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
16.	Garantijos sąlygos	Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. <i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>

17.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. <i>1 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
-----	---	---	---

Antra pirkimo dalis. Defibriliatorius (su stimuliacijos funkcija) – 5 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir parametru reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Paskirtis	Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu ir stimuliacija	Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.15</i>
2.	Reikalavimai defibriliatoriui:		
2.1.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos	Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos, <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.144, 145</i>
2.2.	Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J.	1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
2.3.	Defibriliatoriaus darbo režimai:	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (<i>angl. trump. - AED</i>) režimas.	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinės išorinės defibriliacijos (<i>angl. trump. - AED</i>) režimas. <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.15</i>
2.4.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	Ne daugiau 7 s įsikrovimui iki 200 J	7 s įsikrovimui iki 200 J <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
2.5.	Automatinės funkcijos	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime.	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių

			tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime. <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136, 137</i>
3.	Stimuliacija:		
3.1.	Stimuliacijos režimai:	1. Stimuliacija pagal pareikalavimą (<i>angl. - „demand“</i>); 2. Fiksuota stimuliacija.	1. Stimuliacija pagal pareikalavimą (<i>angl. - „demand“</i>); 2. Fiksuota stimuliacija. <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p..75</i>
3.2.	Stimuliacijos impulsas	Monofazinis	Monofazinis, pastovios srovės <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
3.3.	Stimuliacijos dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 40 iki 170 impulsų/min	Nuo 30 iki 180 impulsų/min <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
3.4.	Stimuliavimo srovės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 10 iki 140 mA	Nuo 0 iki 140 mA <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.136</i>
4.	Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui:		
4.1.	EKG derivacijų skaičius	Ne mažiau 3	3 <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.137</i>
4.2.	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 20 iki 300 kartų/min	20 iki 300 kartų/min, <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.137</i>
4.3.	EKG amplitudės nustatymo parinktys	40 (arba 30), 20, 10, 5 mm/mV	40,30, 20, 10, 5 mm/mV, <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.137</i>
5.	Reikalavimai ekranui:	1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau 14 cm; 4. Ne mažiau 2 kreivių atvaizduojama vienu metu.	1. Skystųjų kristalų LCD; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė 17,5 cm; 4. 3 kreivės atvaizduojama vienu metu. <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.133</i>
6.	Spausdintuvas	Defibriliatorius turi integruotą spausdintuvą	Defibriliatorius turi integruotą spausdintuvą, <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.133</i>
7.	Maitinimo šaltiniai:	1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumulatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumulatorius užtikrina ne mažiau kaip 100 iškrovų, naudojant maksimalią energiją.	1. 100-240V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumulatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumulatorius užtikrina 200 iškrovų, naudojant maksimalią energiją <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.134</i>
8.	Akumulatoriaus įkrovos lygio indikacija	Defibriliatorius turi akumulatoriaus įkrovos lygio indikaciją	Defibriliatorius turi akumulatoriaus įkrovos lygio indikaciją <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p. 35</i>

9.	Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį, <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.24</i>
10.	Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą <i>2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf p.97, 98</i>
11.	Komplektacija	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems ir vaikams – 1 kompl., b) vienkartinius defibriliacijos - stimuliacijos elektrodus (<i>suaugusiems ar vaikams pasirenkama defibriliatoriaus užsakymo metu</i>) –1 kompl. (įrangos išbandymui) (<i>tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus</i>)	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems ir vaikams – 1 kompl., b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus (<i>suaugusiems ar vaikams pasirenkama defibriliatoriaus užsakymo metu</i>) –1 kompl. (įrangos išbandymui) (<i>tiekėjas patvirtina, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus</i>) Įskaičiuoti priedai: D100, Daugkartiniai elektrodai suaugusiems ir vaikams, vienkartinių elektrodų laidas, 2 komplektai vienkartinių elektrodų, 3 laidų ECG laidas, baterija, Spausdintuvui popieriaus rulonas, vartotojo instrukcija, tinklo maitinimo laidas <i>Priedai_1_2 dalys.pdf</i> <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
12.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>

13.	Medicininio personalo apmokymas	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
14.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
15.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: a) atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) prietaisas pateikiamas suderintas gamykloje. J) serviso slaptažodžiai b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti nurodyti serviso instrukcijoje
16.	Garantinis laikotarpis	Defibriliatoriui (prietaisui, neįskaitant vidinio akumuliatoriaus) ir daugkartiniams defibriliacijos elektrodams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai, defibriliatoriaus akumuliatoriui suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.	Defibriliatoriui (prietaisui, neįskaitant vidinio akumuliatoriaus) ir daugkartiniams defibriliacijos elektrodams suteikiama garantija 36 mėnesiai, defibriliatoriaus akumuliatoriui suteikiama garantija 24 mėn. <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
17.	Garantijos sąlygos	Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų	Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek prietaiso remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos

		atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
18.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai <i>2 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>

Trečia pirkimo dalis. Elektrokardiografas – 12 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	
1.	Aparato vežimėlis	Į aparato kainą įskaičiuotas kartu su aparatu pateikiamas specialus vežimėlis (arba mobilus stovas), pritaikytas siūlomo aparato transportavimui, turintis aparato fiksavimui skirtą (-us) konstrukcinį (-ius) elementą (-us).	Į aparato kainą įskaičiuotas kartu su aparatu pateikiamas specialus vežimėlis, pritaikytas siūlomo aparato transportavimui, turintis aparato fiksavimui skirtą konstrukcinį elementą. <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 154 psl.</i>
2.	Aparato ekranas	Skystųjų kristalų (arba lygiavertis), jutiklinis, ne mažesnės kaip 5" įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 taškų raiškos	Skystųjų kristalų lygiavertis LED, jutiklinis, 10,4" įstrižainės, 1024x768 taškų raiškos ekranas <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl.</i>
3.	Kardiogramos interpretavimo programinė įranga	Aparate įdiegta kardiogramos interpretavimo programinė įranga	Aparate įdiegta kardiogramos interpretavimo programinė įranga <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl.</i>
4.	Reikalavimai ramybės ritmo kardiogramos užrašymui	Ramybės kardiograma užrašoma pasirinktinai rankiniu arba automatinio režimu	Ramybės kardiograma užrašoma pasirinktinai rankiniu arba automatinio režimu; <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl.</i>
5.	Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis	5/12,5/25/50 mm/s	5/6.25/10/12,5/25/50 mm/s <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl.</i>
6.	Spausdinimo raiška, esant 25 mm/s greičiui	Ne mažiau kaip 8 taškai/mm (arba ne mažiau kaip 200 taškų/colyje) amplitudės ašyje, ne mažiau kaip 20 taškų/mm (arba ne mažiau kaip 500 taškų/colyje) laiko ašyje	8 taškai/mm amplitudės ašyje, 40 taškų/mm laiko ašyje <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl.</i>
7.	Keičiamas elektrokardiografo	2,5/5/10/20 mm/mV	2,5/5/10/20/40/Auto mm/mV

	spausdintuvo jautrumas (priklausomai nuo aparato darbo režimo)		3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl
8.	Vartotojo pasirenkamos derivacijos	Standartinės 12 derivacijų	Standartinės 12 derivacijų 3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl.
9.	Galimybė kardiogramą peržiūrėti aparato ekrane	Kardiogramą galima peržiūrėti aparato ekrane	Kardiogramą galima peržiūrėti aparato ekrane 3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 94 psl.
10.	Aparato sąsajos:	1. EKG kabelio jungtis; 2. Potencialų išlyginimo jungtis; 3. Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; 4. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys arba ne mažiau kaip viena USB jungtis ir ne mažiau kaip viena RS232 jungtis.	1. EKG kabelio jungtis; 2. Potencialų išlyginimo jungtis; 3. Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; 4. dvi USB jungtys . 3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 22, 23, 41 psl.
11.	Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu:	1. Aparate įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertę); 2. Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 3. Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 4. Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 5. Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (i) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris. Tarpinis serveris turi būti instaliuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimoje „VMware“ virtualioje aplinkoje (būtinai atitinkamas tiekėjo	1. Aparate įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą ; 2. Aparatas gali bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą PACS (MedDream ir kitus); 3. Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu gali būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS; 4. Aparatas gali bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS; 5. Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (i) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS tarpinis serveris nenaudojamas. 3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1,65,69 psl., 3 dalis_Patvirtinimas.pdf 1 psl.

		ir/arba gamintojo patvirtinimas) (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio).	
12.	Aparato vidinė atmintis	Ne mažiau 350 EKG arba ne mažiau 100 ramybės ritmo įrašų	1500 EKG įrašų <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl</i>
13.	Apsauga nuo defibriliacijos iškvos	Aparatas turi apsaugą nuo defibriliacijos iškvos	Aparatas turi apsaugą nuo defibriliacijos iškvos <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl</i>
14.	Aparato naudojami maitinimo šaltiniai	1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis aparato funkcionavimą budėjimo režime ne trumpiau kaip 90 min. (arba lygiaverčių parametru).	1. 100-240 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis aparato funkcionavimą budėjimo režime 630 min. <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl</i>
15.	Reikalavimai aparato akumuliatoriui	Akumuliatoriaus pilno įkrovimo trukmė ne ilgiau kaip 6 valandos.	Akumuliatoriaus pilno įkrovimo trukmė 3.5 valandos. <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl</i>
16.	Komplektacija:	1. Elektrokardiografas (aparatas) – 1 vnt.; 2. Paciento kabelis – 1 vnt.; 3. Daugkartiniai elektrodai (galūniniai ir krūtininiai) – 1 rinkinys; 4. EKG gelis – 1 flakonas; 5. Terminis spausdinimo popierius – 1 pakuotė (aparato išbandymui)	1. Elektrokardiografas (aparatas) – 1 vnt.; 2. Paciento kabelis – 1 vnt.; 3. Daugkartiniai elektrodai (galūniniai ir krūtininiai) – 1 rinkinys; 4. EKG gelis – 1 flakonas; 5. Terminis spausdinimo popierius – 1 pakuotė <i>3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf 1 psl</i>
17.	Prekių pristatymas ir instaliavimas	Prekių pristatymo, iškvosimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Prekių pristatymo, iškvosimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. <i>3 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
18.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <i>3 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
19.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <i>3 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
20.	Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba:

		a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (<i>taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>); j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>).	a) struktūrinė schema ir atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos nenumatytos siūlomos įrangos gamintojo, jos nėra taikomos, prietaisas pateikiamas gamykloje sukalibruotas ir suderintas. Periodinis kalibravimas ar derinimas nereikalingas. j) serviso slaptažodis - b), instaliavimui pateikiamas instrukcijoje. Kartu su konkurso dokumentais pateikta vartotojo instrukcija. Jos skyriuje 3 aprašomas instaliavimas. Skyriuje 4, nurodomas vartotojo nustatymų galimybės. Šio skyriaus p.65 nurodomas slaptažodis, reikalingas duomenų ryšio nustatymams atlikti, o p. 69 nurodomas slaptažodis (jie yra vienodi) DICOM protokolo nustatymams atlikti. Nors šie nustatymai nurodomi vartotojo instrukcijoje, jie daugiau skirti serviso inžinieriui, nes šie nustatymai turi būti derinami su klinikų duomenų serverių bei PACS administratoriumi. a), b), c), d), e), h) punktai yra aprašyti serviso instrukcijoje, kuri, kaip ir reikalaujama, bus pateikiama su prietaisu. b) – instaliavimo instrukcija serviso instrukcijoje pateikiama sutrumpinta, o vartotojo instrukcijoje – plati ir detali.
--	--	---	--

21.	Garantinis laikotarpis	1. Aparatui su vidiniu akumuliatoriumi ir vežimėliui (arba mobiliam stovui) - ≥ 36 mėn.; 2. EKG kabeliui ir elektrodams - ≥ 12 mėn.	1. Aparatui su vidiniu akumuliatoriumi ir vežimėliui 36 mėn.; 2. EKG kabeliui ir elektrodams - 12 mėn. <i>3 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
22.	Garantijos sąlygos	Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. <i>3 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>
23.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai <i>3 dalis_Patvirtinimas.pdf</i>

Pastabos:

1. Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	EBVPD	14	Espd-response-signed.pdf
2	Deklaracija	1	Deklaracija.pdf
3	Tiekėjo deklaracija	1	Tiekėjo deklaracija.pdf
4	1 dalis_gamintojo dokumentai	161	1 dalis_gamintojo dokumentai.pdf


5	2 dalis_gamintojo dokumentai	161	2 dalis_gamintojo dokumentai.pdf
6	3 dalis_gamintojo dokumentai	173	3 dalis_gamintojo dokumentai.pdf
7	1 dalis_patvirtinimas	1	1 dalis_Patvirtinimas.pdf
8	2 dalis_patvirtinimas	1	2 dalis_Patvirtinimas.pdf
9	3 dalis_patvirtinimas	1	3 dalis_Patvirtinimas.pdf
10	Priedai_1_2_dalys	2	Priedai_1_2_dalys.pdf
11	1_2_dalys_CE atitikties deklaracija	1	1_2_dalys_CE atitikties deklaracija.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): konfidencialios informacijos nėra

SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <...> "informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



Vaidas Sliesoraitis