

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinika

PASIŪLYMAS
DĖL REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LDC PIRKIMO

2017-05-11

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Werfen LT“
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 281 A, LT-50128 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Šarūnas Saudargas
Telefono numeris	+370 37 313157
Fakso numeris	+370 37 313159
El. pašto adresas	ill@ill.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai (failo pavadinimas „KONFIDENCIALU“))

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	Pasiūlyme 11 pirkimo daliai pasiūlytų atskirų pozicijų kainos (išskyrus bendrą pasiūlymo kainą) yra konfidenciali informacija	Prisegti dokumentai
2.	Jungtinė pažyma	Prisegti dokumentai
3.	Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas	Prisegti dokumentai
4.	Tiekėjo deklaracija	Prisegti dokumentai
5.	Raštas dėl juridinio asmens neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą	Prisegti dokumentai
6.	Gamintojo Beckman Coulter įgaliojimo atstovauti jį Lietuvoje kopija su vertimu į lietuvių kalbą	Prisegti dokumentai
7.	Gamintojo Beckman Coulter įgaliojimo dėl CellaVision kopija su vertimu į lietuvių kalbą	Prisegti dokumentai
8.	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai	Prisegti dokumentai
9.	Specialistų mokymų sertifikatų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą	Prisegti dokumentai

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (3 pirkimo dokumentų priedas).

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina su PVM – 502353,59 Eur (Penki šimtai du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai, 59 ct)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 23 921,60 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikiame užpildytą 3 pirkimo dokumentų priedą ir pirkimo dokumentų 5.7 p. nurodytą informaciją).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė pažyma	2
2.	Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas	2
3.	Tiekėjo deklaracija	1
4.	Raštas dėl juridinio asmens neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą	1
5.	Gamintojo Beckman Coulter įgaliojimo atstovauti jį Lietuvoje kopija su vertimu į lietuvių kalbą	3
6.	Gamintojo Beckman Coulter įgaliojimo dėl CellaVision kopija su vertimu į lietuvių kalbą	2
7.	Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai	34
8.	Specialistų mokymų sertifikatų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą	4
9.	Gamintojo Beckman Coulter reikalavimai prietaisų priežiūrai	Žr. CVP IS
10.	Reagentų MNI anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą	Žr. CVP IS
11.	Reagentų CE ženklo kopijos su vertimu į lietuvių kalbą	Žr. CVP IS
12.	Prietaisų CE ženklo kopijos su vertimu į lietuvių kalbą	Žr. CVP IS
13.	Siūlomų prietaisų MNI anglų ir lietuvių kalbomis	Žr. CVP IS
14.	MSDS anglų ir lietuvių kalbomis	Žr. CVP IS

Gamintojo internetinė svetainė: www.beckmancoulter.com

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

Sąrašas Soudargas

[illegible]

10. Tepinėlių paruošimo ir dažymo modulis	Pagal vartotojo nustatytas taisykles turi paruošti ir nudažyti tepinėlius, jei reikia, paruošti kartotinius tepinėlius iš vieno mėginio įsiurbimo. Vartotojui pageidaujant, turi paruošti ir nudažyti tepinėlių be mėginio pamatavimo.	Pagal vartotojo nustatytas taisykles paruošia ir nudažo tepinėlius, jei reikia, paruošia kartotinius tepinėlius iš vieno mėginio įsiurbimo. Vartotojui pageidaujant, paruošia ir nudažo tepinėlių be mėginio pamatavimo. (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai (Reklaminis bukletas "UniCel DxH Slaidemaker Stainetr Coulter Cellular Analysis System"), psl. 17-18)
11. Tepinėlių paruošimo našumas	Ne mažiau kaip 50 tepinėlių per 1 val.	140 tepinėlių per 1 val. (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai psl. 2)
12. Automatinis tepinėlių vertinimo modulis	Turi būti galimybė vertinti kraujo ir kūno skysčių tepinėlius	Yra galimybė vertinti kraujo ir kūno skysčių tepinėlius. (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 19)
13. Veikimo principas	Šviesos mikroskopija, vaizdų analizė.	Šviesos mikroskopija, vaizdų analizė. (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 19)
14. Vertinami parametrai	Blastai, promielocitai, mielocitai, metamielocitai, lazdeliniai, neutrofilai, bazofilai, cozinofilai, monocitai, reakciniai limfocitai, atipiniai limfocitai, reakciniai monocitai, plazminės ląstelės, gigantiniai trombocitai, trombocitų sankaupos. Eritrocitų (RBC) morfologija: anizocitozė, poikilocitozė, polichromatofilija, mikrocitozė, makrocitozė, hipochromija, hiperchromija.	Blastai, promielocitai, mielocitai, metamielocitai, lazdeliniai, neutrofilai, bazofilai, cozinofilai, monocitai, reakciniai limfocitai, atipiniai limfocitai, reakciniai monocitai, plazminės ląstelės, gigantiniai trombocitai, trombocitų sankaupos. Eritrocitų (RBC) morfologija: anizocitozė, poikilocitozė, polichromatofilija, mikrocitozė, makrocitozė, hipochromija, hiperchromija. (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 20-22)
15. Duomenų valdymo programa	Turi būti suderinama ir prijungiama prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos. Turi būti galimybė prijungti įvairių gamintojų analizatorius. Turi būti galimybė prijungti darbo vietas su rankiniu tepinėlių vertinimu. Turi būti rezultatų automatinio patvirtinimo galimybė. Turi būti matoma analizatorių būklė realiuoju laiku.	Yra suderinama ir prijungiama prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 23). Yra galimybė prijungti įvairių gamintojų analizatorius (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 24-25). Yra galimybė prijungti darbo vietas su rankiniu tepinėlių vertinimu (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 26). Yra rezultatų automatinio patvirtinimo galimybė (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 27). Yra matoma analizatorių būklė realiuoju laiku (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 28)
16. Skystos atliekos	Turi būti pajungimas prie centrinio nuotekų šalinimo mazgo laboratorijoje.	Yra pajungimas prie centrinio nuotekų šalinimo mazgo laboratorijoje (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 29)
17. Informacija apie reagentus	Turi būti nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje. Apie besibaigiančius reagentus sistema turi pranešti garsiniais ir vaizdiniais signalais, vartotojui turi būti prieinama informacija apie galimą atlikti matavimų kiekį (likutį).	Informacija apie reagentus yra nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje. Apie besibaigiančius reagentus sistema praneša garsiniais ir vaizdiniais signalais, vartotojui yra prieinama informacija apie galimą atlikti matavimų kiekį (likutį) (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 30, 31)
18. Reagentų keitimas	Turi būti atliekamas nestabdant matavimų ir analizatoriaus darbo.	Reagentų keitimas yra atliekamas nestabdant matavimų ir analizatoriaus darbo (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 32)
19. Kasdienė priežiūra	Prietaiso paleidimo ir išjungimo ciklai turi būti automatiškai užprogramuojami pagal laboratorijos poreikius.	Prietaiso paleidimo ir išjungimo ciklai yra automatiškai užprogramuojami pagal laboratorijos poreikius (Žr. Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai, psl. 33-34)

[illegible]

Bendra 1 tyr kaina: (CBC+Diff+ NRBC+BF)	540200			
4. Kraujo tepinėliai	120000	Pakuočių įkainius, kiekius ir kt. skaičiavimus žr. žemiau esančiose pozicijose Nr. 4.2.1. - 4.2.6. ir 4.3.1. - 4.3.4.		
4.1. Kūno skysčių tepinėliai	2600	Pakuočių įkainius, kiekius ir kt. skaičiavimus žr. žemiau esančiose pozicijose Nr. 4.2.1. - 4.2.6. ir 4.3.1. - 4.3.4.		
4.2. Priemonės skirtos darbui su tepinėlių darymo/dažymo moduliu				
4.2.1. Giemsa dažai (4x2L)		21		
4.2.2. Buferis		48		
4.2.3. May Grunwaldo dažai (4x2L)		66		
4.2.4. Skiediklis (10L)		78		
4.2.5. Ploviklis (5L)		15		
4.2.6. Stikleliai (1440 vnt/pak)		90		

		BECKMAN COULTER, GIEMSA STAIN
		BECKMAN COULTER, GIEMSA STAIN BUFFER
		BECKMAN COULTER, MCG STAIN
		BECKMAN COULTER, DILUENT
		BECKMAN COULTER, CLEANER
		BECKMAN COULTER, SMS SLIDES

Bendra 1 tepinėlio kaina atliekant darymo/dažymo moduliu:									
4.3. Priemonės skirtos darbui su tepinėlių vertinimo įranga:									
4.3.1. Imersinis aliejus (2x150ml)		18							CellaVision AB, Oil Pack
4.3.2. Brūkšninio kodo lipdukai QC (kokybės kontrolei), (1x1000)		3							CellaVision AB, Pre-Printed QC labels
4.3.3. Brūkšninio kodo lipdukai ER (1x1000)		111							CellaVision AB, Pre-Printed ER labels
4.3.4. Brūkšninio kodo lipdukai balti (1x3000)		39							CellaVision AB, barcode labels, white
Bendra 1 tepinėlio kaina atliekant vertinimo moduliu:									
Bendra 1 tepinėlio kaina atliekant darymo/dažymo ir vertinimo moduliu:	122600								
Bendra pasiūlymo suma 11 pirkimo daliai Eur (1+2+3+4+4.1)							478.431,99	502.353,59	

* Pakuotės dydis pateiktas lentelės kolonoje "Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai"

Generalinis direktorius



Šarūnas Saudargas