

Kam: VšĮ Karoliniškių poliklinikai
veronika.babiciene@karpol.lt

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Mes siūlome plyšinę lempą:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina vnt. Eur. Be PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Plyšinė lempa SL-2G, Topcon, Japonija Komplekte: oftalmologinis, reguliuojamo aukščio elektrinis staliukas	1	4041,32	4890,00

**PLYŠINĖ LEMPA
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 Modelis SL-2G. Gamintojas: Topcon, Japonija**

Eil. Nr.	Reikalaujamas techninis parametras	Reikalaujamo techninio parametro reikšmė	Siūlomos įrangos parametras atitikimas, konkreti parametras reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomą specifikaciją)
1.	Tipas	Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo	Stacionari, Zeiss tipo – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo. Žr. Bukletas 1 psl.
2.	Mikroskopas	Galileo tipo, konvergencinis	Galileo tipo, konvergencinis Žr. Bukletas 3 psl.
3.	Padidininiai	Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x.	Padidininiai 3 perjungiami: 10x, 16x, 25x. Žr. Bukletas 2,3 psl.
4.	Apžiūros laukas	Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x – ≥14 mm; Prie 25±1x – ≥8 mm.	Apžiūros laukas Prie 10x – 22,5 mm; Prie 15,98x – 14,1 mm; Prie 25,53x – 8,8 mm. Žr. Bukletas 3 psl.
5.	Okuliarai	≥12x	Okuliarai 12,5x Žr. Bukletas 3 psl.

6.	Okuliarių dioptrijų reguliavimas	Ne siauresniame diapazone nei $-5,0D \div +3,0D$	Okuliarių dioptrijų reguliavimas diapazone nuo $-5,0D \div +3,0D$ Žr. Bukletas 3 psl.
7.	Plyšio plotis	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas	Plyšio plotis diapazone nuo 0-14 mm, nuosekliai keičiamas Žr. Bukletas 3 psl.
8.	Plyšio ilgis	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas	Plyšio ilgis diapazone nuo 1-14 mm, nuosekliai keičiamas Žr. Bukletas 3 psl.
9.	Plyšio diametras	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais $0,3 \pm 0,1 \text{ mm} / 1 \pm 0,1 \text{ mm}$ $/5 \pm 0,5 \text{ mm} / 10 \pm 1 \text{ mm}$ $/14 \pm 1 \text{ mm}$	Plyšio diametras diapazone nuo 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais $0,3 \text{ mm} / 1 \text{ mm}$ $/5 \text{ mm} / 10 \text{ mm} / 14 \text{ mm}$ Žr. Bukletas 3 psl.
10.	Plyšio sukimas	Nuo 0^0 iki 180^0 su horizontalia skenavimo galimybe	Plyšio sukimas nuo 0^0 iki 180^0 su horizontalia skenavimo galimybe. Žr. Bukletas 3 psl.
11.	Šviesos šaltinis	LED	Šviesos šaltinis LED. Žr. Bukletas 3 psl.
12.	Priedėlis binokuliarių pakreipimui 20° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu	Galimybė užsakyti ateityje	Yra galimybė užsisakyti priedėlį binokuliarių pakreipimui 20° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu. Žr. Bukletas 4 psl.
13.	Filtrai	Būtini: mėlynas ir beraudis	Filtrai mėlynas ir beraudis. Žr. Bukletas 3 psl.
14.	Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku	Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais	Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku. Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais. Žr. Bukletas 5 psl.
15.	Maitinimo šaltinis	Iš $\sim 220V$ 50Hz elektros tinklo	Maitinimo šaltinis iš $\sim 220V$ 50Hz elektros tinklo. Žr. Bukletas 3 psl.
16.	Garantija	≥ 12 mėn.	Suteikiama 12 mėn. garantija
17.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)	Yra CE ženklavimas

Pristatymo laikas: per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo

Mokėjimas: pagal susitarimą.

Pasiūlymas galioja 2017.12.31

Projektų vadovė
Jurgita Kontenienė

Tel. 8 685 33969

