

SUTARTIS Nr. 14-17-0080

Klaipėda,

2017 m.

11

mėn. 13 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Limeta“ atstovaujama direktoriaus K. Kutkausko (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvira konkurse (344863) laimėtas sienines palatines konsoles, kurių kaina yra 84.929,00 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Sieninės palatinės konsolės

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
I.	Sieninė palatinė konsolė dvejoms lovoms	
1.	Konsolės tvirtinimas	
2.	Konsolės konstrukcijos tipas	
3.	Konsolės profilio gylis viršutinėje konsolės dalyje kurioje sumontuotas netiesioginis apšvietimas	
4.	Aliuminio profilio storis iš kurio pagaminta konsolė	
5.	Konsolėje sumontuota	koridoriui
6.	Reikalavimai dujų tiekimui	
7.	Deguonies tiekimas 5 bar, ne mažiau	
8.	Suspausto oro tiekimas 5 bar, ne mažiau	
9.	Vakuumo tiekimas (-0,8) bar, ne mažiau.	
10.	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu	

11.	Med. personalo iškvietimo mygtukas	
12.	Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai	
13.	Konsolėje sumontuota medicininė šina (bėgelis) aparatūros -lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui	
14.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos per visą konsolės ilgį	
15.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos 500 mm ilgio, vakuumo indams tvirtinti	
16.	Kompiuterinio ryšio jungtys RJ45, 6 kategorijos	
17.	Laikiklis (vertikalus) perfuzorių (automatinių švirkštinių pompų) tvirtinimui su alkūne, kurios ilgis 300 mm, +/- 5 mm tvirtinamas prie medicininio bėgelio.	
18.	Konsolė komplektuojama su besisukančių alkūnių sistema infuzinių sistemų kabinimui, tvirtinama ant sienos virš konsolės.	
19.	Mobili, lengvai uždedama ir nuimama lentynėlė su stalčiumi skirta gyvybinių funkcijų monitoriui laikyti, lengvai slankiojanti per visą bėgelio ilgį.	
20.	Degonies drėkintuvas.	
21.	Vakuumo reguliatorius.	
22.	Konsolė komplektuojama su sekreto atsiurbimo rezervuaru 2 litrų fiksuojamu ant medicininio bėgelio	
23.	Konsolė turi turėti CE ženklą ir pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42	

mpv

gus

24.	Sumontavimas ir pridavimas eksploatacijai.	
25.	Suteikiamos garantijos	
26.	Perkamas kiekis	Iki 13 vnt.
27.	Vnt. kaina Eur su PVM	5808,00
28.	Viso kaina Eur su PVM	75504,00
29.	Firminis pavadinimas, gamintojas	I
II.	Sieninė palatinė konsolė vienai lovai	
1.	Konsolės tvirtinimas	
2.	Konsolės konstrukcijos tipas	
3.	Konsolės profilio gylis viršutinėje konsolės dalyje kurioje sumontuotas netiesioginis apšvietimas	
4.	Aliuminio profilio storis iš kurio pagaminta konsolė	
5.	Konsolėje sumontuota	
6.	Reikalavimai dujų tiekimui	
7.	Deguonies tiekimas 5 bar, ne mažiau	
8.	Suspausto oro tiekimas 5 bar, ne mažiau	2
9.	Vakuomo tiekimas (-0,8) bar, ne mažiau	2
10.	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu	
11.	Med. personalo iškviatimo mygtukas	
12.	Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai	4 vnt.

13.	Konsolėje sumontuota medicininė šina (bėgelis) aparatūros -lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui ilgi	1
14.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos per visą konsolės ilgį	
15.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos 500 mm ilgio atsiurbimo rezervuarams tvirtinti	
16.	Kompiuterinio ryšio jungtys RJ45, 6 kategorijos	
17.	Laikiklis (vertikalus) perfuzorių (automatinių švirkštinių pompų) tvirtinimui su alkūne, kurios ilgis 300 mm, +/- 5 mm tvirtinamas prie medicininio bėgelio.	
18.	Konsolė komplektuojama su besisukančių alkūnių sistema infuzinių sistemų kabinimui, tvirtinama ant sienos virš konsolės.	
19.	Mobili, lengvai uždedama ir nuimama lentynėlė su stalčiumi skirta gyvybinių funkcijų monitoriui laikyti, lengvai slankiojanti per visą bėgelio ilgį.	
20.	Deguonies drėkintuvas	
21.	Vakuumo reguliatorius	
22.	Konsolė komplektuojama su sekreto atsiurbimo rezervuaru 2 litrų fiksuojamu ant medicininio bėgelio..	ks ir
23.	Konsolė turi turėti CE ženklą ir pagaminta pagal	

[Signature]

[Signature]

	medicininę direktyvą 93/42	
24.	Sumontavimas ir pridavimas eksploatacijai.	
25.	Suteikiamos garantijos	
26.	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.
27.	Vnt. kaina Eur su PVM	3146,00
28.	Viso kaina Eur su PVM	6292,00
29.	Firminis pavadinimas, gamintojas	
III. Palatos teleskopinės užuolaidos		
1.	Pertvaros konstrukcija	
2.	Užuolaidos laikiklis	
3.	Užuolaida:	
3.1.	Išmatavimai (plotis x aukštis)	
3.2.	Pakabinimas/nuėmimas	
3.3.	Užuolaidos spalva	
3.4.	Užuolaidos audinys	
4.	Perkamas kiekis	Iki 7 vnt.
5.	Vnt. kaina Eur su PVM	447,70
6.	Viso kaina Eur su PVM	3133,90
7.	Firminis pavadinimas, gamintojas	

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties vertė – 84.929,00 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai 00 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (24 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

- 3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
- 3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

- 4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.
- 4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.
- 4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.
- 4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

- 5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.
- 5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.
- 5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

- 6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.
- 6.2. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.



7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.


“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Limeta“
V. A. Graičiūno g. 4
Vilnius, LT-02241
A/S LT397300010121261479
AB SEB bankas
Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 221906050



V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el. paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMAS DĖL SIENINIŲ PALATINIŲ KONSOLIŲ

2017 m. spalio 2 d. Nr. 2-1291

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkų asistentė Kristina Lieščinskaitė
Telefono numeris	(8~5) 2649696
Fakso numeris	(8~5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s:LT257044060001645641, AB “ SEB bankas”, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2017 m. d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2017/S ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registracijos pažymėjimas	1
2.	EBVPD deklaracija	15
3.	Siūlomų prekių gamintojų dokumentai	42
4.	Igaliojimas Kristinai Lieščinskaitei	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Techninė_specifikacija.pdf	Prisegti dokumentai
2.	Konfidencialu.pdf	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkų asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Kristina Lieščinskaite
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Sieninių palatinių konsolių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
I.	Sieninė palatinė konsolė dvejoms lovoms		Sieninė palatinė konsolė dvejoms lovoms
1.	Konsolės tvirtinimas	Ne trumpesnė nei 5000 mm ilgio konsolė tvirtinama prie sienos su galimybe montuoti viena šalia kitos, ilgis koreguojamas pagal esamą situaciją konkrečioje palatoje.	
2.	Konsolės konstrukcijos tipas	Horizontalus balkis pagamintas iš, anoduoto aliuminio, 6 atskirų kanalų, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai	
3.	Konsolės profilio gylis viršutinėje konsolės dalyje kurioje sumontuotas netiesioginis apšvietimas	Būtina. 215 mm (+/- 5mm)	
4.	Aliuminio profilio storis iš kurio pagaminta konsolė	Ne mažiau 3 mm	
5.	Konsolėje sumontuota	Palatos apšvietimo šviestuvai 1x39W jungiami iš koridoriaus arba konsolėje, naktinio apšvietimo lempa 3W, įjungimas konsolėje, apšvietimas 18W apžiūrai- skaitymui, įjungimas konsolėje, personalo iškviatimo kontaktas valdymo pultelyje (kiekvienai lova po vieną)	
6.	Reikalavimai dujų tiekimui	Visos pneumatinės jungtys turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą, ČSN atitinkanti standartą	
7.	Deguonies tiekimas 5 bar, ne mažiau	2 jungtys kiekvienai lovai, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	
8.	Suspausto oro tiekimas 5 bar, ne mažiau	2 jungtys kiekvienai lovai, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	

9.	Vakuomo tiekimas (-0,8) bar, ne mažiau.	2 jungtys kiekvienai lovai, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.
10.	Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu	Po 18vnt. kiekvienai lovai (220V, 16A kiekviena) sumontuotos 35 °(+/- 5°) kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu
11.	Med. personalo iškvietimo mygtukas	Po vieną kiekvienai lovai
12.	Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai	Po 4 vnt. kiekvienai lovai
13.	Konsolėje sumontuota medicininė šina (bėgelis) aparatūros -lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui	Būtina. Viršutinėje konsolės dalyje, per visą konsolės ilgį
14.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos per visą konsolės ilgį	1 vnt
15.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos 500 mm ilgio, vakuumo indams tvirtinti	2 vnt kiekvienai lovai
16.	Kompiuterinio ryšio jungtys RJ45, 6 kategorijos	2 vnt. kiekvienai lovai
17.	Laikiklis (vertikalus) perfuzorių (automatinių švirkštinių pompų) tvirtinimui su alkūne, kurios ilgis 300 mm, +/- 5 mm tvirtinamas prie medicininio bėgelio.	Po vieną kiekvienai lovai (pacientui), kabinamų perfuzorių kiekis ne mažiau 5vnt., medicininio stovo ilgis ne trumpesnis nei 900 mm, reguliuojamo aukščio su nemažiau 5 fiksuoto aukščio padėtimis. Galimybė nenaudojant pakelti vertikaliąją dalį į viršų ir saugiai užfiksuoti.
18.	Konsolė komplektuojama su besisukančių alkūnių sistema infuzinių sistemų kabinimui, tvirtinama ant sienos virš konsolės.	Būtina. Vienai lovai po vieną dvigubą alkūnių sistemą. Dviguba alkūnių sistema iš dviejų dvigubų alkūnių, kurių pirmos alkūnės ilgis ne mažiau 700mm, antros ne mažiau 600 mm. Viso: dvi dvigubos alkūnės su reguliuojamo aukščio lašelinių laikikliais su nemažiau kaip 5 fiksuoto aukščio padėtimis leidžiančiomis greitai pakeisti infuzinių sistemų laikiklio aukštį nenaudojant papildomų įrankių. Infuzinių sistemų stovas ne trumpesnis kaip 1000 mm pagamintas iš nerūdijančio plieno su nemažiau kaip 4 kabliais infuzinių skysčių

		maišelių kabinimui ir nemažiau kaip 4 buteliukų tvirtinimui. Galimybė nenaudojant pakelti vertikaliąją dalį į viršų ir saugiai užfiksuoti.	
19.	Mobili, lengvai uždedama ir nuimama lentynėlė su stalčiumi skirta gyvybinių funkcijų monitoriui laikyti, lengvai slankiojanti per visą bėgelio ilgį.	Būtina. Po 1 vnt. kiekvienai lovai išmatavimai 410x300x80 mm (+/- 5%)	
20.	Deguonies drėkintuvas.	Po vieną kiekvienai lovai. ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42. Pateikti sertifikatus.	
21.	Vakuumo reguliatorius.	Po vieną kiekvienai lovai, ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus	
22.	Konsolė komplektuojama su sekreto atsiurbimo rezervuaru 2 litrų fiksuojamu ant medicininio bėgelio.	1 vnt kiekvienai lovai, 2 litrų indas atsparus dūžiams ir dezinfekcinėms medžiagoms, autoklavuojamas, su rankena ir apsauga nuo perpylimo lengvai fiksuojamas ant medicininio bėgelio ir lengvai nuimamas. CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42, pateikti sertifikatus.	
23.	Konsolė turi turėti CE ženklą ir pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42	Būtina. Pateikti sertifikatus	
24.	Sumontavimas ir pridavimas eksploatacijai.	Būtina.	
25.	Suteikiamos garantijos	Ne mažiau kaip 2 metai.	

26.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	
27.	Perkamas kiekis	Iki 13 vnt.	13 vnt.
28.	PVM tarifas procentais		21
29.	Vnt. kaina Eur su PVM		5808,00
29.	Viso kaina Eur su PVM		75504,00
30.	Firminis pavadinimas, gamintojas		
II. Sieninė palatinė konsolė vienai lovai			Sieninė palatinė konsolė vienai lovai
1.	Konsolės tvirtinimas	Ne trumpesnė nei 1950 mm ilgio konsolė tvirtinama prie sienos su galimybe montuoti viena šalia kitos, ilgis koreguojamas pagal esamą situaciją konkrečioje palatoje.	
2.	Konsolės konstrukcijos tipas	Horizontalus balkis pagamintas iš, anoduoto aliuminio, 6 atskirų kanalų, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai	
3.	Konsolės profilio gylis viršutinėje konsolės dalyje kurioje sumontuotas netiesioginis apšvietimas	Būtina. 215 mm (+/-5 mm)	
4.	Aliuminio profilio storis iš kurio pagaminta konsolė	Ne mažiau 3 mm	
5.	Konsolėje sumontuota	Palatos apšvietimo šviestuvai 1x39W	

		jungiama iš koridoriaus arba konsolėje, naktinio apšvietimo lempa 3W, įjungimas konsolėje, apšvietimas 18W apžiūrai- skaitymui, įjungimas konsolėje, personalo iškvietimo kontaktas valdymo pultelyje	
6.	Reikalavimai dujų tiekimui	Visos pneumatinės jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą / atjungimą ir atitikti mechaninių jungčių kodavimą, ČSN atitinkanti standartą	
7.	Deguonies tiekimas 5 bar, ne mažiau	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	
8.	Suspausto oro tiekimas 5 bar, ne mažiau	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	
9.	Vakuumo tiekimas (-0,8) bar, ne mažiau	2 jungtys, išdėstytos simetriškai abiejose lovos pusėse.	
10.	Vienfazės elektros rozetės su žeminiu	Po 18vnt. (220V, 16A kiekviena) sumontuotos 35 °(+/- 5°) laipsnių kampu vertikali plokštumos atžvilgiu	
11.	Med. personalo iškvietimo mygtukas	Po vieną kiekvienai lovai	
12.	Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai	4 vnt.	
13.	Konsolėje sumontuota medicininė šina (bėgelis) aparatūros -lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui	Būtina. Viršutinėje konsolės dalyje, per visą konsolės ilgį	
14.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos per visą konsolės ilgį	1 vnt	
15.	Medicininis bėgelis po konsole montuojamas ant sienos 500 mm ilgio atsiurbimo rezervuarams tvirtinti	2 vnt kiekvienai lovai	
16.	Kompiuterinio ryšio jungtys RJ45, 6 kategorijos	2 vnt.	
17.	Laikiklis (vertikalus) perfuzorių (automatinių švirkštinių pumpų) tvirtinimui su alkūne, kurios ilgis 300 mm, +/- 5	Po vieną kiekvienai lovai (pacientui), kabinamų perfuzorių kiekis ne mažiau 5vnt., medicininio stovo ilgis ne trumpesnis nei 900 mm, reguliuojamo aukščio su nemažiau 5	

	mm tvirtinamas prie medicininio bėgelio.	fiksuoto aukščio padėtimis. Galimybė nenaudojant pakelti vertikaliosią dalį į viršų ir saugiai užfiksuoti.	
18.	Konsolė komplektuojama su besisukančių alkūnių sistema infuzinių sistemų kabinimui, tvirtinama ant sienos virš konsolės.	Būtina. Vienai lovai po vieną dvigubą alkūnių sistemą. Dviguba alkūnių sistema iš dviejų dvigubų alkūnių, kurių pirmos alkūnės ilgis ne mažiau kaip 700mm, antros ne mažiau kaip 600 mm. Viso: dvi dvigubos alkūnės su reguliuojamo aukščio lašelinių laikikliais su nemažiau kaip 5 fiksuoto aukščio padėtimis leidžiančiomis greitai pakeisti infuzinių sistemų laikiklio aukštį nenaudojant papildomų įrankių. Infuzinių sistemų stovas ne trumpesnis kaip 1000 mm pagamintas iš nerūdijančio plieno su nemažiau kaip 4 kabliais infuzinių skysčių maišelių kabinimui ir nemažiau kaip 4 buteliukų tvirtinimui.	
19.	Mobili, lengvai uždedama ir nuimama lentynėlė su stalčiumi skirta gyvybinių funkcijų monitoriui laikyti, lengvai slankiojanti per visą bėgelio ilgį.	Būtina. Po 1vnt. kiekvienai lovai išmatavimai 410x300x80 mm (+/- 5%)	
20.	Deguonies drėkintuvas	Po vieną kiekvienai lovai, ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus	
21.	Vakuomo reguliatorius	Po vieną kiekvienai lovai su greito uždarymo vožtuvu, ČSN pajungimo standartas, CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42 pateikti sertifikatus	
22.	Konsolė komplektuojama su sekreto atsiurbimo rezervuaru 2 litrų fiksuojamu ant medicininio bėgelio..	1 vnt kiekvienai lovai, 2 litrų indas atsparus dūžiams ir dezinfekcinėms medžiagoms, autoklavuojamas, su rankena ir apsauga nuo perpilimo lengvai fiksuojamas ant medicininio bėgelio ir lengvai nuimamas. CE atitikties deklaracija, pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42, pateikti sertifikatus.	
23.	Konsolė turi turėti CE ženklą ir pagaminta pagal medicininę direktyvą 93/42	Būtina, pateikti sertifikatus	

24.	Sumontavimas ir pridavimas eksploatacijai.	Būtina.	
25.	Suteikiamos garantijos	Ne mažiau kaip 2 metai	
26.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	
27.	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.	2 vnt.
28.	PVM tarifas procentais		21
29.	Vnt. kaina Eur su PVM		3146,00
30.	Viso kaina Eur su PVM		6292,00
31.	Firminis pavadinimas, gamintojas		
III. Palatos teleskopinės užuolaidos			Palatos teleskopinės užuolaidos
	Pertvaros konstrukcija	Specialaus audinio užuolaida, kabinama ant užuolaidos laikiklio, tvirtinamo prie sienos tarp lovų	
2.	Užuolaidos laikiklis	1. Tvirtinama teleskopinė (sustumiama/ištraukiama) konstrukcija, vienu galu pritvirtinama prie sienos (komplekte turi būti pateikiami reikiami tvirtinimo elementai). 2. Ištraukiamo laikiklio ilgis ≥ 220 cm 3. Laikiklio konstrukcija turi būti tokia, kad sustumtą laikiklį su užuolaida būtų galima pasukti horizontalioje plokštumoje, prigludžiant prie sienos.	

3.	Užuolaida:		
3.1.	Išmatavimai (plotis x aukštis)	(230–240)cm x (170–180)cm	
3.2.	Pakabinimas/nuėmimas	Užuolaida turi būti lengvai pakabinama bei nuimama valymui.	
3.3.	Užuolaidos spalva	Turi būti galimybė pasirinkti pageidaujamą spalvą iš kelių spalvų paletės (pasirenkama užsakant).	
3.4.	Užuolaidos audinys	Antibakterinis, atsparus ugniai (nepalaikantis degimo) bei dezinfektantams, tinkamas plauti 60°C ir žemesnės temperatūros vandenyje.	
4.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>		
5.	Perkamas kiekis	Iki 7 vnt.	7 vnt.
6.	PVM tarifas procentais		21
7.	Vnt. kaina Eur su PVM		447,70
8.	Viso kaina Eur su PVM		3133,90
9.	Firminis pavadinimas, gamintojas		
	VISO PASIŪLYMO BENDRA KAINA EURAIS SU PVM		84929,90