



V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8-5) 2649696, faks. (8-5) 2602055, el. paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

VšĮ Centro poliklinika

**PASIŪLYMAS
DĖL BURNOS CHIRURGIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. 2-1193

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Telefonų numeris	(8-5) 2649696
Fakso numeris	(8-5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramutė Germanaitė
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	Įmonės kodas 221906050
PVM kodas	PVM mokėtojo kodas LT219060515
Bankas ir sąskaitos numeris	A/s:LT257044060001645641, AB “SEB bankas”, banko kodas 70440
Pardavėjo kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)	Vadybininkė Ramutė Germanaitė, tel.868634481, el. paštas ramute.germanaite@limeta.lt
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	Generalinis direktorius Kęstutis Kutkauskas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).	
Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Sudarius sutartį, PVM sąskaita faktūra privalės būti išrašoma pasiūlyme nurodytu firminių prekių pavadinimu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpinimu, o kaina turės būti nurodoma tiek skaičių po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (būtina įrašyti firmini pavadinimą ir / ar gamintoją)	Reikalaujamas prekės aprašymas	Siūlomos prekės aprašymas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur (be PVM)	PVM %	Vnt. kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 pirkimo dalis.									
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“									
1.1.	Preparacinės žirkutės AC 472/11, Nopa, Vokietija	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Žirkutės „La Grange“ tipo arba lygiavertės. 5. Lenkta darbinė dalis, briaunos aštrios, dantytos, bendras ilgis 12 cm (± 5 cm). 6. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Žirkutės „La Grange“ tipo. 5. Lenkta darbinė dalis, briaunos aštrios, dantytos, bendras ilgis 11,5 cm 6. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	3					
1.2.	Periodontologinis zondas	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.	10					

	DD.701.120 Falcon, Lenkija	2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Periodontinėms kišenėms zonuoti skirtas instrumentas, instrumento darbinė dalis su spalvine gradacija kas 3 mm, galiukas bukas, neduriantis. 5. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Periodontinėms kišenėms zonuoti skirtas instrumentas, instrumento darbinė dalis su spalvine gradacija kas 3 mm, galiukas bukas, neduriantis. 5. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
1.3.	Pianas AA 211/16 Nopa, Vokietija	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Instrumentas, skirtas kietiems audiniams suimti. „Kocher“ tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, bendras ilgis 16 cm (± 5 cm). 5. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Instrumentas, skirtas kietiems audiniams suimti. „Kocher“ tipo, darbinė dalis lenkta, bendras ilgis 16 cm. 5. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	2					
1.4.	Moskitas AA 151/14 Nopa, Vokietija	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Instrumentas, skirtas minkštiesiems audiniams suimti. 5. „Halsted“ tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, bendras ilgis 12 cm (± 5 cm). 5. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Atsparus korozijai. 4. Instrumentas, skirtas minkštiesiems audiniams suimti. 5. „Halsted“ tipo, darbinė dalis lenkta, bendras ilgis 12,5 cm. 5. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	3					
1.5.	Kiuretė KA 654/85	1. Dviejų darbinių galių kiuretė, darbinė dalis išlenkta dviejuose plokštumose.	1. Dviejų darbinių galių kiuretė, darbinė dalis išlenkta dviejuose	2					

[illegible]

		turėti CE sertifikatą arba atitiktis deklaraciją.	CE sertifikatą.						
1.8.	Minkštųjų audinių retractorius RU 4603-01 Rudolf, Vokietija	1. Skirtas atitraukti minkštiesiems audiniams operuojant burnoje. 2. „Langenbeck“ tipo arba lygiavertis, galiukas lenktas žemyn. Darbinės dalies ilgis 25 mm (± 5 mm), skersmuo 6-7 mm. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitiktis deklaraciją.	1. Skirtas atitraukti minkštiesiems audiniams operuojant burnoje. 2. „Langenbeck“ tipo, galiukas lenktas žemyn. Darbinės dalies ilgis 25 mm skersmuo 7 mm. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	4					
1.9.	Chirurginės žirkutės AC 087/16 Nopa, Vokietija	1. Chirurginės žirkutės, skirtos siūlams nukirpti intraoraliai. Instrumento ilgis 160 mm (± 5 mm). 2. „Kelly“ tipo arba lygiavertės, rieta darbinė dalis. 3. Pagamintos iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparios korozijai. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitiktis deklaraciją.	1. Chirurginės žirkutės, skirtos siūlams nukirpti intraoraliai. Instrumento ilgis 160 mm. 2. „Kelly“ tipo, rieta darbinė dalis. 3. Pagamintos iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparios korozijai. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	3					
1.10.	Adatkotis RU 6059-16 Rudolf, Vokietija	1. Adatkotis, tinkamas laikyti FS 2 (17 mm) bei P3 (13 mm) adatoms, skirtas dirbti intraoraliai. 2. „De Bakey“ tipo arba lygiavertis. 3. Darbinės dalies dantukai ne daugiau 0,4 mm. Instrumento bendras ilgis 160 mm (± 5 mm). 4. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus	1. Adatkotis, tinkamas laikyti FS 2 (17 mm) bei P3 (13 mm) adatoms, skirtas dirbti intraoraliai. 2. „Ryder“ tipo 3. Darbinės dalies dantukai ne 0,4 mm. Instrumento bendras ilgis 160 mm 4. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai,	4					

		korozijai. 5. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	atsparus korozijai. 5. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
I.11.	Respiratorius KA 680/13 Nopa, Vokietija	1. Instrumentas, skirtas atkelti gleivinei, cistų rezekcijai, periodonto chirurgijai. Darbinė dalis aštri, 4,2 mm pločio. Instrumento ilgis 140 mm ($\pm$ 5 mm). 2. „Williger“ tipo arba lygiavertis. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Instrumentas, skirtas atkelti gleivinei, cistų rezekcijai, periodonto chirurgijai. Darbinė dalis aštri, 4,2 mm pločio. Instrumento ilgis 140 mm. 2. „Williger“ tipo. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	4					
I.12.	Respiratorius DS.832.011, Falcon	1. Instrumentas, skirtas atkelti gleivinei, cistų rezekcijai, periodonto chirurgijai. Instrumento ilgis 180 mm ($\pm$ 5 mm). 2. „Buser“ tipo arba lygiavertis, dvipusis. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Instrumentas, skirtas atkelti gleivinei, cistų rezekcijai, periodonto chirurgijai. Instrumento ilgis 180 mm. 2. „Buser“ tipo, dvipusis. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus.	1					
I.13.	Tiesus elevatorius 13-3, HLW, Vokietija	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Aštri, tiesi, plokščia su sekliu grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diameteras 2,5 mm. Rankenėlė turi būti ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm ($\pm$ 5 mm). 2. „Seldin“ tipo arba lygiavertis. 3. Pagamintas iš aukštos kokybės	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Aštri, tiesi, plokščia su sekliu grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diameteras 2,5 mm. Rankenėlė ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm. 2. „Seldin“ tipo.	2					

		nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	3. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
1.14.	Tiesus elevatorius 13-1BC HLW, Vokietija	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius. Aštri, lenkta, plokščia su sekliu grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diametras 3,0 mm. Rankenėlė turi būti ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm (± 5 mm). 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 3. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius. Aštri, lenkta, plokščia su sekliu grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diametras 3,0 mm. Rankenėlė ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm. 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 3. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	2					
1.15.	Tiesus elevatorius 13-1B HLW, Vokietija	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius. Aštri, tiesi, plokščia su sekliu grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diametras 3,0 mm. Rankenėlė turi būti ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm (± 5 mm). 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 3. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius. Aštri, tiesi, plokščia su sekliu grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diametras 3,0 mm. Rankenėlė ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm. 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 3. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	2					
1.16.	Tiesus elevatorius 13-3 HLW, Vokietija	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius. Aštri, lenkta, plokščia su sekliu	1. Dantų ir šaknų šalinimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius. Aštri, lenkta, plokščia su sekliu	2					

		grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diametras 2,5 mm. Rankenėlė turi būti ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm (± 5 mm). 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 3. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	grioveliu darbinė dalis, darbinės dalies diametras 2,5 mm. Rankenėlė turi būti ergonomiška. Instrumento ilgis 150 mm. 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. 3. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
1.17.	Odontologinis karpulinis švirkštas DA.557.180 Falcon, Vokietija	1. Karpulinis švirkštas su aspiracijos įtaisu. Tinkamas 1,8 ml karpulėms ir vienkartinėms adatoms. 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 3. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 4. Atsparus korozijai. 5. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Karpulinis švirkštas su aspiracijos įtaisu. Tinkamas 1,8 ml karpulėms ir vienkartinėms adatoms. 2. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. 3. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 4. Atsparus korozijai. 5. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	4					
2 pirkimo dalis.									
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“									
2.1.	Chirurginiai grąžtai tiesiam antgaliui ostektomijoms „rožės“ tipo Diaswiss, Šveicarija	1. Kietmetalio, volframo karbido chirurginis boras skirtas atlikti intervencijoms kaule. 2. Gali būti dezinfekuojamas termiškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamas prie 134° C arba garo sterilizatoriui prie 180 °C. 3. Optimalus apsisukimų greitis 40000 rpm. 4. Darbinė dalis „rožės“ tipo (keturi ašmenys su skersinėmis įpjovomis eina spirale, „cross-cut“) arba lygiavertė. 5. Viso instrumento ilgis 45 mm, darbinės dalies skersmuo 2,7 mm.	1. Kietmetalio, volframo karbido chirurginis boras skirtas atlikti intervencijoms kaule. 2. Gali būti dezinfekuojamas termiškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamas prie 134° C arba garo sterilizatoriui prie 180 °C. 3. Optimalus apsisukimų greitis 40000 rpm. 4. Darbinė dalis „rožės“ tipo (keturi ašmenys su skersinėmis įpjovomis eina spirale, „cross-cut“) arba lygiavertė. 5. Viso instrumento ilgis 45 mm,	1					

		Kotelis HP tvirtinimo tipo, 2,35 mm skersmens. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	darbinės dalies skersmuo 2,7 mm. Kotelis HP tvirtinimo tipo, 2,35 mm skersmens. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
2.2.	Chirurginiai grąžtai tiesiam antgaliui ostektomijoms „rožės“ tipo Diaswiss, Šveicarija	1. Kietmetalio, volframo karbido chirurginis boras skirtas atlikti intervencijoms kaule. 2. Gali būti dezinfekuojamas termiškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamas prie 134° C arba garo sterilizatoriui prie 180 °C. 3. Optimalus apsisukimų greitis 40000 rmp. 4. Darbinė dalis „rožės“ tipo (keturi ašmenys su skersinėmis įpjovomis eina spirale, „cross-cut“) arba lygiavertė. 5. Viso instrumento ilgis 45 mm, darbinės dalies skersmuo 3,1 mm. Kotelis HP tvirtinimo tipo, 2,35 mm skersmens. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Kietmetalio, volframo karbido chirurginis boras skirtas atlikti intervencijoms kaule. 2. Gali būti dezinfekuojamas termiškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamas prie 134° C arba garo sterilizatoriui prie 180 °C. 3. Optimalus apsisukimų greitis 40000 rmp. 4. Darbinė dalis „rožės“ tipo (keturi ašmenys su skersinėmis įpjovomis eina spirale, „cross-cut“) arba lygiavertė. 5. Viso instrumento ilgis 45 mm, darbinės dalies skersmuo 3,1 mm. Kotelis HP tvirtinimo tipo, 2,35 mm skersmens. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	1					

2.3.	Chirurginīai grāžtai tiesiam antgaliui osteotomijoms „eglutēs” tipo Diaswiss, Šveicarija	1. Kietmetālio, volframo karbīdo chirurginīs boras skirtas atlikti intervencijoms kaulē. 2. Gali būtī dezinfekuojamās termīškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamās priē 134° C arba garo sterilizatoriui priē 180 °C. 3. Optimalus apsisukimū greitis 40000 rmp. 4. „Lindemann” tipo arba lygiavērcīai (keturi ašmenys eina spirālē su skersinēmīs iņjovomis). 5. Viso instrumento ilgīs 45 mm, darbinēs daļīs ilgīs 10-14 mm. Kotēlis HP tvirtinimo tipo, 2,35 mm skersmens. 6. Daugkartinīo naudojimo. 7. Turi atitiktī ES, ISO 9001, ISO 13485 standartū reikalavimus, turi turētī CE sertifikātā arba atitiktīs deklaracijā.	5
2.4.	Chirurginīai grāžtai greitināncīam antgaliui dantū šaknīs atdalīntī Diaswiss, Šveicarija	1. Kietmetālio, volframo karbīdo chirurginīs boras skirtas atlikti intervencijoms kaulē. 2. Gali būtī dezinfekuojamās termīškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamās priē 134° C arba garo sterilizatoriui priē 180 °C. 3. Eglutēs formas, boras skirtas dirbtī su greitinančīu (raudonu) antgaliu. Koturi ašmenys eina spirālē su skersinēmīs iņjovomis. 4. Optimalus apsisukimū greitis 80000 – 100000 rmp, maksimalus apsisukimū greitis 450000 rmp. 5. Viso instrumento ilgīs 28 mm, darbinēs daļīs ilgīs 6 mm. Darbinēs daļīs diametras 1,2 mm. Kotēlis FG tvirtinimo tipo. 6. Daugkartinīo naudojimo.	15

		7. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	7. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
2.5.	Chirurginiai gražtai greitinančiam antgaliui dantų šaknims atidalininti Diaswiss, Šveicarija	1. Kietmetalo, volframo karbido chirurginis boras skirtas atlikti intervencijoms kaule. 2. Gali būti dezinfekuojamas termiškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamas prie 134°C arba garo sterilizatoriui prie 180 °C. Eglutės formos, boras skirtas dirbti su greitinančiu (raudonu) antgaliu. 3. Keturi ašmenys eina spirale su skersinėmis įpjovomis. 4. Optimalus apsisukimų greitis 80000 – 100000 rmp, maksimalus apsisukimų greitis 450000 rmp. 5. Viso instrumento ilgis 28 darbinės dalies ilgis 10 mm, mm , darbinės dalies diametras 1,6 mm, kotelis FG tvirtinimo tipo. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Kietmetalo, volframo karbido chirurginis boras skirtas atlikti intervencijoms kaule. 2. Gali būti dezinfekuojamas termiškai arba ultragarsu, tai pat sterilizuojamas prie 134°C arba garo sterilizatoriui prie 180 °C. Eglutės formos, boras skirtas dirbti su greitinančiu (raudonu) antgaliu. 3. Keturi ašmenys eina spirale su skersinėmis įpjovomis. 4. Optimalus apsisukimų greitis 80000 – 100000 rmp, maksimalus apsisukimų greitis 450000 rmp. 5. Viso instrumento ilgis 28 mm, darbinės dalies ilgis 10 mm, darbinės dalies diametras 1,6 mm, kotelis FG tvirtinimo tipo. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	15					
3 pirkimo dalis.									
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33141000-0 „Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos“									
3.1.	Skalpelio ašmenys I 1465 Aditya dispomed, Indija	Skalpelio ašmenys 15 C tipo. Vienkartinio naudojimo.	Skalpelio ašmenys 15 C tipo. Vienkartinio naudojimo.	100					
3.2.	Chirurginiai siūlai su adata Atramat	1. Tirpstantys (absorbable), pinti poliglikolinės rūgšties siūlai, USP 5-0 storio. 2. Adata: durianti P3, 13 mm ilgio, 1/2 apskritimo.	1. Tirpstantys (absorbable), pinti poliglikolinės rūgšties siūlai, USP 5-0 storio. 2. Adata: durianti P3, 13 mm ilgio, 1/2 apskritimo.	60					

3.3.	Chirurginiai siūlai su adata Atramat	1. Tirpstantys (absorbable), pinti poliglikolinės rūgšties siūlai, USP 5-0 storio. 2. Adata: pjaunanti FS2, 17 mm ilgio, 3/8 apskritimo	1. Tirpstantys (absorbable), pinti poliglikolinės rūgšties siūlai, USP 5-0 storio. 2. Adata: pjaunanti FS2, 17 mm ilgio, 3/8 apskritimo	60					
3.4.	Sterilūs apklotai Noba, Vokietija	1. Sterilūs apklotai paciento užklojimui operacijos metu. 2. Dydis $\geq 40 \times 50$ cm. 3. Apatinis sluoksnis nepralaidus vandeniui, viršutinis – skystį absorbuojančiu paviršiumi. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitiktis deklaraciją.	1. Sterilūs apklotai paciento užklojimui operacijos metu. 2. Dydis 45×75 cm. 3. Apatinis sluoksnis nepralaidus vandeniui, viršutinis – skystį absorbuojančiu paviršiumi. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	200					
3.5.	Sterilūs apklotai Noba, Vokietija	1. Sterilūs apklotai staliukams. 2. Dydis $\geq 40 \times 50$ cm. 3. Apatinis sluoksnis nepralaidus vandeniui, viršutinis – skystį absorbuojančiu paviršiumi. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitiktis deklaraciją.	1. Sterilūs apklotai staliukams. 2. Dydis 40×50 cm. 3. Apatinis sluoksnis nepralaidus vandeniui, viršutinis – skystį absorbuojančiu paviršiumi. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	200					
3.6.	Sterilūs atsiburbimo antgaliai Zogear, Kinija	1. Sterilūs siurbliuko antgaliai, skirti dirbti intraoraliai. 2. Vienkartiniai, pagaminti iš termoplastinės polimerinės medžiagos. 3. Siurbliuko galo diametras 2,5 mm. 4. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitiktis deklaraciją.	1. Sterilūs siurbliuko antgaliai, skirti dirbti intraoraliai. 2. Vienkartiniai, pagaminti iš termoplastinės polimerinės medžiagos. 3. Siurbliuko galo diametras 2,5 mm. 4. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	200					

4 pirkimo dalis.

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“

4.1.	Ultragarsinio skalerio galvutė, pritaikyta perkandžioje organizacijoje veikiančiam piezoelektriniam ultragarsiniam skaleriui Woodpecker UDS-V3	1. Ultragarsinio skalerio galvutė, skirta apikalinei chirurgijai, danties šaknies kanalo apikalinio segmento retrogradiniam paruošimui. 2. Instrumento darbinė dalis lenkta dviejose plokštumose, darbinės dalies galiukas 3 mm ilgio, deimantiniu paviršiumi. 3. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją	1. Ultragarsinio skalerio galvutė, skirta apikalinei chirurgijai, danties šaknies kanalo apikalinio segmento retrogradiniam paruošimui. 2. Instrumento darbinė dalis lenkta dviejose plokštumose, darbinės dalies galiukas 3 mm ilgio, deimantiniu paviršiumi. 3. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	2					
5 pirkimo dalis. Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33130000-0 „Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai“									
5.1.	Kampinis greitaigis antgalis (raudonos žymos)Bion-Air CA 1:5 L	1. Kampinis antgalis su šviesolaidžiu ir vidiniu aušinimu. 2. Optika 25000 lux. 3. ≥ 40000 rpm greitis. 4. Greitinantis motoras su transmisija 1:2,7 arba 1:3, arba 1:5, išgaunamas grąžto greitis apie 140000 rpm. 5. Tinkamas dirbti su grąžtais su 1,6 mm skersmens jungtimi. 6. Keramikiniai guoliai. 7. Skirtas atlikti hemisekcijas, danties dalinimą, osteotomijas. 8. Mažiausiai 24 mėn. garantija ir garantinis aptarnavimas, atsarginių dalių keitimo galimybė. 9. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, esant $\geq 134^{\circ}\text{C}$, atsparus korozijai. 10. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	1. Kampinis antgalis su šviesolaidžiu ir vidiniu aušinimu. 2. Optika 25000 lux. 3. ≥ 40000 rpm greitis. 4. Greitinantis motoras su transmisija 1:5, išgaunamas grąžto greitis apie 140000 rpm. 5. Tinkamas dirbti su grąžtais su 1,6 mm skersmens jungtimi. 6. Keramikiniai guoliai. 7. Skirtas atlikti hemisekcijas, danties dalinimą, osteotomijas. 8. 24 mėn. garantija ir garantinis aptarnavimas, atsarginių dalių keitimo galimybė. 9. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, esant $\geq 134^{\circ}\text{C}$, atsparus korozijai. 10. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.	3					
5.2.	Tiesus antgalis (mėlynos žymos) W&F IIK-43 LT	1. Tiesus antgalis su šviesolaidžiu ir vidiniu aušinimu. 2. Greitis ≥ 40000 rpm	1. Tiesus antgalis su šviesolaidžiu ir vidiniu aušinimu. 2. Greitis ≥ 40000 rpm	3					

	3. Transmisija 1:1. 4. Optika 25000 lux. 5. Keramikiniai guoliai. 6. Korpusas atsparus subraižymams. 7. Mažiausiai 24 mėn. garantija ir garantinis aptarnavimas, atsarginių dalių keitimo galimybė. 8. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, esant $\geq 134^{\circ}\text{C}$, atsparus korozijai. 9. Turi atitikti ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi turėti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją.	3. Transmisija 1:1. 4. Optika 25000 lux. 5. Keramikiniai guoliai. 6. Korpusas atsparus subraižymams. 7. 24 mėn. garantija ir garantinis aptarnavimas, atsarginių dalių keitimo galimybė. 8. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, esant $\geq 134^{\circ}\text{C}$, atsparus korozijai. 9. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE sertifikatą.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 8282,00 Eur. Aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 00 centų.

PVM %: 1612,82 Eur. Vienas tūkstantis šeši šimtai dvylika eurų 82 centai.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 9894,82 Eur. Devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 82 centai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 8 ir 9 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vadybininkų asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Kristina Lieščinskaitė
(Vardas ir pavardė)