



PRINCIPALMED

UAB „Principalmed 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,

Tel +37037795542, Faks. +37037794625

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
MEDICININĖS ĮRANGOS VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINEI LIGONINEI LIEPOJOS
G. 41, KLAIPĖDA, PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr.170821-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Andrius Markūnas
Telefono numeris	(8-37) 795542
Fakso numeris	(8-37) 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiasprekes:

I pirkimodalis - smegenų oksigenacijos monitoravimo sistema.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM	Kiekis	Bendra kaina, Eur su PVM
1.	Smegenų oksigenacijos monitoravimo sistema Hamamatsu, NIRO-200NX	Kompl.	59000,00	1kompl.	59000,00
I pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (Penkiasdešimt devyni tūkstančiai Eur, 00 ct)					59000,00

II pirkimo dalis - didelės tėkmės deguonies terapijos aparatas.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM	Kiekis	Bendra kaina, Eur su PVM
1.	Didelės tėkmės deguonies terapijos aparatas MEKICS Co Ltd., HFT-500	Kompl.	9057,85	1kompl.	9057,85
II pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (Devyni tūkstančiai penkiasdešimt septyni Eur, 85 ct)					9057,85

Pastabos (kiekvienai pirkimo daliai):

- kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojama bendra prekių kaina kiekvienai pirkimo daliai(kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, išskyrus atvejus, kai dėl kelių ar visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju bus pripažintas tas pats tiekėjas - tokiu atveju gali būti sudaryta viena pirkimo sutartis).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų aprašo 3.1 punkte):*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
	Įgaliojimai	Andriui pasirasyti konkursus KONFIDENCIALU
	Įgaliojimai	Andriui tvirtinti kopijas KONFIDENCIALU
	EBVPD	espd-response.xml
	Garantas	Garantas.pdf
	CE sertifikatas	Hamamatsu CE konfidencialu.pdf
	Katalogai	Hamamatsu konfidencialu.pdf
	Įmonės įstatai	Istatai KONFIDENCIALU.pdf
	CE sertifikatas	Mekics CE konfidencialu.pdf
	Katalogai	Mekics konfidencialu.pdf
	Katalogai	Mekics priedai konfidencialu.pdf.pdf
	Pažyma	Pažyma apie įmonės akcininką PM KONFIDENCIALU.pdf
	Pažyma	2017.08.16 Jungtine pažyma.pdf
	Pažyma	Neteistumo pažyma.adoc

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia

informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2
2.	Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	1
3.	Pažyma apie įmonės akcininką.	1
4.	Įmonės įstatai	3
5.	Tiekėjo deklaracija	2
6.	Gamintojo CE sertifikato kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą.	4
7.	Siūlomų prekių katalogai ir jų vertimai į lietuvių kalbą.	27
8.	Įgaliojimo vadybininkui Andriui Markūnui tvirtinti kopijas ir vertimus kopija.	1
9.	Įgaliojimo vadybininkui Andriui Markūnui pasirašyti pasiūlymus viešiesiems pirkimams kopija.	1
10.	Pasiūlymo užtikrinimas	2
11.	EBVPD	

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Andrius Markūnas
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

**I PIRKIMO DALIS - SMEGENŲ OKSIGENACIJOS MONITORAVIMO SISTEMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
HAMAMATSU; NIRO-200NX**

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (nurodomas psl. gamintojo kataloge (originale ir vertime į lietuvių kalbą), puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą ir nurodant atitinkančio techninės specifikacijos parametro eilės numerį)
	Smegenų oksigenacijos monitoravimo sistema	Prekės pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	NIRO-200NX, Hamamatsu
1.	Aparato paskirtis	Nuolatinis neinvazinis audinių oksigenacijos monitoravimas (smegenų, raumenų ir kt.)	Nuolatinis neinvazinis audinių oksigenacijos monitoravimas (smegenų, raumenų ir kt.)
2.	Matuojami parametrai:	1) Oksigenuoto hemoglobino pokytis, ΔO_2Hb ($\mu\text{mol/L}$). 2) Deoksigenuoto hemoglobino pokytis, ΔHHb ($\mu\text{mol/L}$). 3) Bendras hemoglobino pokytis, ΔcHb ($\mu\text{mol/L}$). 4) Audinių oksigenacijos indeksas, TOI (%). 5) Normalizuotas Audinių Hemoglobino indeksas, nTHI.	1) Oksigenuoto hemoglobino pokytis, ΔO_2Hb ($\mu\text{mol/L}$). 2) Deoksigenuoto hemoglobino pokytis, ΔHHb ($\mu\text{mol/L}$). 3) Bendras hemoglobino pokytis, ΔcHb ($\mu\text{mol/L}$). 4) Audinių oksigenacijos indeksas, TOI (%). 5) Normalizuotas Audinių Hemoglobino indeksas, nTHI. Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
3.	Matavimo metodai	1) Erdvinės spektroskopijos (SRS) 2) MBL metodas (Modified Beer-Lambert)	1) Erdvinės spektroskopijos (SRS) 2) MBL metodas (Modified Beer-Lambert) Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
4.	Galimybė naudoti SRS ir MBL metodus vienu metu	Būtina	Galimybė naudoti SRS ir MBL metodus vienu metu Žr. Hamamatsu.pdf 2, 9 psl.
5.	Matavimo kanalai	≥ 2	2 kanalai Žr. Hamamatsu.pdf 3, 10 psl.
6.	Registravimo intervalo nustatymas	Ne blogiau kaip 0,05 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s	0,05 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
7.	Šviesos šaltinis	LED	LED

			Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
8.	Šviesos šaltinio bangos ilgis	735 nm, 810 nm ir 850 nm	735 nm, 810 nm ir 850 nm Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
9.	Šviesos šaltinio išeigos galia	$\leq 2 \text{ mW}$	2 mW Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
10.	Šviesos šaltinio impulso trukmė	$\leq 18 \mu\text{s}$	18 μs Žr. Hamamatsu.pdf 5, 12 psl.
11.	Šviesos impulso dažnis	$1,7 \text{ kHz} \pm 0,1 \text{ kHz}$	1,7 kHz Žr. Hamamatsu.pdf 5, 12 psl.
12.	Davikliai	Daugkartinio naudojimo	Daugkartinio naudojimo Žr. Hamamatsu.pdf 2, 9 psl.
13.	Daviklio detektoriaus tipas	Fotodiodinis	Fotodiodinis Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
14.	Daviklio laido ilgis	$\geq 2,5 \text{ m}$	2,5 m Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
15.	Spalvotas lietimui jautrus ekranas	$\geq 10 \text{ colių}$	10,4 colių, lietimui jautrus ekranas Žr. Hamamatsu.pdf 3, 6, 10, 13 psl.
16.	Ekrano skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 800 x 600	800 x 600 Žr. Hamamatsu.pdf 6, 13 psl.
17.	Skaitmeninė duomenų išvestis	RS232C ir USB	RS232C ir USB Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
18.	Baterija	Būtina, $\geq 3,2 \text{ Ah}$ talpos	3,2 Ah talpos Žr. Hamamatsu.pdf 8, 15 psl.
19.	Baterijos veikimo laikas	Ne mažiau kaip 30 min.	30 min. Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
20.	Galios sunaudojimas	$\leq 90 \text{ VA}$	90 VA Žr. Hamamatsu.pdf 4, 8, 11, 15 psl.
21.	Duomenų atmintis:	Vidinė atsarginė atmintis – ne mažiau kaip 10 duomenų bylų	Vidinė atsarginė atmintis – 10 duomenų bylų Žr. Hamamatsu.pdf 4, 10 psl.
22.	TOI, Δ TOI aliarmas:	Nustatytomos viršutinė ir apatinė aliarmo ribos, aliarmo funkcija išjungžiama paspaudus ALARM On/Off mygtuką.	Nustatytomos viršutinė ir apatinė aliarmo ribos, aliarmo funkcija išjungžiama paspaudus ALARM On/Off mygtuką. Žr. Hamamatsu.pdf 7, 14 psl.
23.	Galimybė prijungti išorinį monitorių	Būtina	Galimybė prijungti išorinį monitorių Žr. Hamamatsu.pdf 3, 9 psl.
24.	Garantija	$\geq 12 \text{ mėn.}$	12 mėn.
25.	Įrangos žymėjimas CE ženklui	Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatai arba EB atitikties deklaracijos, arba lygiaverčiai dokumentai.	CE sertifikatas
26.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis	Būtina. Pateikiama, įsigaliojus sutarčiai, kartu su prekėmis	Pateikiama, įsigaliojus sutarčiai, kartu su prekėmis

II PIRKIMO DALIS - DIDELĖS TĖKMĖS DEGUONIES TERAPIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (nurodomas psl. gamintojo kataloge (originale ir vertime į lietuvių kalbą), puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą ir nurodant atitinkančio techninės specifikacijos parametro eilės numerį)
	Didelės tėkmės deguonies terapijos aparatas	Prekės pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	HFT-500; MEKICS
1.	Paskirtis	Didelio deguonies srauto tiekimas pacientui per veido kaukę ar nosinę kaniulę, teigiamo slėgio terapija.	Didelio deguonies srauto tiekimas pacientui per veido kaukę ar nosinę kaniulę, teigiamo slėgio terapija. Žr. Mekics.pdf 1, 6 psl.
2.	Ekranas	≥ 4.3 colio, spalvotas, LCD tipo, lietimui jautrus, raiška $\geq 460 \times 270$	4.3 colio, spalvotas, LCD tipo, lietimui jautrus, raiška 480×272 Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
3.	Ekrane rodoma informacija	Tėkmė, FiO ₂ , PEEP, PIP, Vt est, RR, SpO ₂ , PR	Tėkmė, FiO ₂ , PEEP, PIP, Vt est, RR, SpO ₂ , PR Žr. Mekics.pdf 4, 8 psl.
4.	Sistema tinkama ir naujagimiui ir suaugusiajam	Būtina	Sistema tinkama ir naujagimiui ir suaugusiajam Žr. Mekics.pdf 1, 6 psl.
5.	Nustatomas tėkmės diapazonas (ne mažesniame intervale)	10 - 60 l/min.	10 – 60 Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
6.	Monitoruojamas tėkmės diapazonas (ne mažesniame intervale)	0 – 240 l/min.	0 – 240 Žr. Mekics.pdf 4, 8 psl.
7.	Nustatomas drėgmės lygis	Ne mažiau 10 lygių	10 lygių Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
8.	Nustatomas FiO ₂ diapazonas (ne mažesniame intervale)	21 - 100%	21 - 100% Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
9.	Nustatomas RR jautrumas (ne mažesniame intervale)	x0.3 – x3.0	x0.2 – x3.0 Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
10.	Nustatomas CPAP (ne mažesniame intervale)	4 – 20 cmH ₂ O	4 – 20 cmH ₂ O Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
11.	Nustatomas IPAP (ne mažesniame intervale)	4 - 40 cmH ₂ O	4 - 40 cmH ₂ O Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
12.	Nustatomas EPAP (ne mažesniame intervale)	4 - 20 cmH ₂ O	4 - 20 cmH ₂ O Žr. Mekics.pdf 3, 7 psl.
13.	Nustatoma temperatūra (ne mažesniame intervale)	26 -40 °C	26 -40 °C Žr. Mekics.pdf 3, 8 psl.
14.	Nustatomas įkvėpimo laikas (ne mažesniame intervale)	0,5 – 3,0 s.	0,5 – 3,0 s. Žr. Mekics.pdf 3, 8 psl.

15.	Monitoruojamas PEEP intervalas (ne mažesnis)	0 – 120 cmH ₂ O	0 – 120 cmH ₂ O Žr. Mekics.pdf 4, 8 psl.
16.	Monitoruojamas PIP intervalas (ne mažesnis)	0 – 120 cmH ₂ O	0 – 120 cmH ₂ O Žr. Mekics.pdf 4, 9 psl.
17.	Monitoruojamas Vt est intervalas (ne mažesnis)	0 – 2000 ml	0 – 2000 ml Žr. Mekics.pdf 4, 9 psl.
18.	Monitoruojamas RR intervalas (ne mažesnis)	0 – 300 k/min.	0 – 300 k/min. Žr. Mekics.pdf 4, 9 psl.
19.	Deguonies jungtis	ISO 22	ISO 22 Žr. Mekics.pdf 5, 9 psl.
20.	El. tinklas	220 V; 50 Hz	220 V; 50 Hz Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
21.	El. sunaudojimas	≥ 800 VA	800 VA Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
22.	Garsiniai aliarmai	Būtina	Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai Žr. Mekics.pdf 2, 7 psl.
23.	Galimybė prijungti deguonies balioną	Būtina	Galimybė prijungti deguonies balioną Žr. Mekics.pdf 5, 9 psl.
24.	Aparatas transportabilus	Svoris ≤ 4,5 kg	4,5 kg Žr. Mekics.pdf 5, 9 psl.
25.	Komplektacija		
25.1	Temperatūros daviklis	Būtina	Temperatūros daviklis Žr. Mekics komplektacija.pdf 1, 2 psl.
25.2	SpO ₂ daviklis	Būtina	SpO ₂ daviklis Žr. Mekics komplektacija.pdf 1, 2 psl.
25.3	Komplektas suaugusiems: nosinė kaniulė su spaudimo jungtimi, šildoma kvėpavimo linija, bakteriniu filtru	10 vnt.	Komplektas suaugusiems: nosinė kaniulė su spaudimo jungtimi, šildoma kvėpavimo linija, bakteriniu filtru 10 vnt. Žr. Mekics komplektacija.pdf 1, 2 psl.
25.4	Komplektas su veido kauke, šildoma kvėpavimo linija, kamera, filtru	10 vnt.	Komplektas su veido kauke, šildoma kvėpavimo linija, kamera, filtru 10 vnt. Žr. Mekics komplektacija.pdf 1, 2 psl.
26.	Garantija	≥ 12 mėn.	12 mėn.
27.	Įrangos žymėjimas CE ženklui	Būtinai. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatai arba EB atitikties deklaracijos, arba lygiaverčiai dokumentai.	EB atitikties deklaracija
28.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis	Būtinai. Pateikiama, išgaliojus sutarčiai, kartu su prekėmis	Pateikiama, išgaliojus sutarčiai, kartu su prekėmis