

Nr. 3.

UAB „FIGARO“

Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. - 8-37 730973, el.pasštas - office@optics.lt,
įregistruota Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas 132713849,
PVM mokėtojo kodas LT327138414

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė__
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ PIRKIMO

__2017-10-19__ Nr. ____
(Data)
__Kaunas__
(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Figaro“
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
Įmonės kodas	132713849
PVM mokėtojo kodas	LT327138414
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Gintaras Radzevičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Gintaras Radzevičius
Telefono numeris	8-37 730973
Fakso numeris	8-37 730973
El. pašto adresas	office@optics.lt
Banko pavadinimas	AB bankas Swedbank
Banko kodas	73000
Atsiskaitomoji sąskaita	LT7300010071017016

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro (supaprastinto pirkimo) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	SubtiekJė (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Žr. failą Techninė specifikacija Figaro.doc

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Techninė specifikacija	16	Techninė specifikacija Figaro.doc
2.	Sarašas	2	Sarasas_Figaro.xls
3.	Registravimo pažymėjimas	1	Registravimo pazymejimas.pdf
4.	Registravimo pažymėjimo duomenys	2	Registravimo duomenys.pdf
5.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15	EBVPD_Figaro.pdf
6.	Alcon CE sertifikatas	5	Alcon CE sertifikatas 2022.pdf
7.	Alcon įgaliojimas	1	Alcon igaliojimas.pdf
8.	Pažyma apie panaudojimą	2	Panaudojimo patvirtinimas.pdf
9.	KATALOGAI	23	Katalogas 2-Katalogas7.pdf; Hidrofobas.pdf; Katalogas Status krastas.pdf
10.	STRAIPSNIAI	34	Straipsnis3-Straipsnis7.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

____ Gamintojo pavadinimas, prekės pavadinimas, prekės kodas, straipsniai _____

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Radzevičius
(Vardas ir pavardė)

• Aesthetically Pleasing

**Priekšīnās kamerās nesulankstoši
(Pacientams kompensuojami)**

Orientacinis kiekis - 15 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės:
1	Medžiaga	polimetilmetakrilatas a jo dariniai
2	Ilgis	12,5 mm; 13,0 mm; 13 mm;
3	Optikos diametras	5,5 mm ir 6,0 mm;
4	Laužiamoji galia	nuo 10 iki 25 dioptrijų
5	Konstrukcija	Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“).
6	Lėšio pateikimo sąlygos	Lėšis teikiamas sterilus. Su šiuo lėšiu injektorių pateikti nereikalaujama

[illegible]

3 pirkimo objekto dalis
Užpakalinės kame
Orientacinis kiekis

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1	Medžiaga	hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip (.3% vandens. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±5 nm bangos ilgiu
2	Bendras ilgis	13,0 mm
3	Optikos diametras	6,0 mm
4	Optikos kraštas	status
5	Optikos savybės	nuo +6.0 iki +30.0 D diapazone - abipus išgaubta; nuo -5.0 iki +5.0 D diapazone – menisko formos.

Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
84,20	88,41

4 pirkimo dalis
Užpakalinės kameros sulaukštomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais inektoriais implantavimui.
Orientacinis kiekis 300 vnt

Modeliai A

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	keičiamas parametrai, reikšmės	Siūl.
1	Medžiaga	hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.3% vandens. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms.	hidro su 0, (pra ilgi švie mėl 400 ban akri tink Nel vei Ka * V žen
2	Bendras ilgis	13,0 mm	13 K
3	Optikos diametras	6,0 mm	6, K
4	Optikos kraštas	status	S F

Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
164,00	172,20

5	Optikos savybės	asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta. Užpakalinis paviršius suformuotas su neigiamą sferinę aberaciją, skirtą kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms.	A A n te K
6	Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,55	1, K
7	Laužiamoji galia	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų.	N K
8	Atraminų elementų forma	Modifikuota „L“ arba modifikuota „C“	St K
9	Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° K
10	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiamą sferinę aberaciją, kompensuojančią ragenos teigiamą sferinę aberaciją	M su ra K:

5 pirkimo dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi toriniai acforiniai intakai
Orientacinis kiekis 15 vnt.

N

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamų parametrų reikšmės	S
1	Medžiaga	hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.3% vandens. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms.	h su (f T m fi pi bi m k m m or K * 1 žei
2	Bendras ilgis	13,0 mm	13
3	Optikos diametras	6,0 mm	6, K

Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
396,00	415,80

4	Optikos kraštas	status	Si K
5	Optikos savybės	asferinė, torinė, abipusiai išgaubta, Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiamą sferinę aberaciją, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms.	T A n t P
6	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	
7	Laužiamoji galia	ne siauriau +10.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D)	
8	Torinio elemento laužiamoji galia	ne siauriau nei nuo +1.5D, iki +6.0D. Ne mažiau 7 modelių, didėjimo žingsnis kas 0.75D.	
9	Atraminų elementų forma	modifikuota „L“, „J“ arba „C“.	
10	Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	
11	Konstrukcija	monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje.	

12	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, komplekte su to paties gamintojo ar lygiaverte vienkartinė sterilia implantavimo kasete, skirta implantuoti IOL per ne didesnį kaip 2,4 mm pjūvį.	Visos pirkimo dalies kaina	
			5 940,00	6 237,00