

VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL AUDINIŲ PREPARATŲ DAŽYMO PROCESORIAUS PIRKIMO**

2017-11-30 Nr. 1-59167004
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Expertus Vilnensis“
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Neringa Viščiulytė
Telefono numeris	+370 5 2729374
Fakso numeris	+370 5 2729396
El. pašto adresas	info@exvil.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome *šias prekes*:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	1 mato vnt kaina be PVM	1 mato vnt kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1.	Audinių preparatų dažymo procesorius	1 vnt	19.950,00	24.139,50	19.950,00	24.139,50

Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR, įskaitant PVM – Dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni € 50 ct. (nurodyti kainą žodžiais).

PVM (21 proc.) EUR – Keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni € 50 ct. (nurodyti kainą žodžiais).

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Įgaliojimas_Neringai_Viščiulytei_Konfidencialu_(signed)
2.	ExpertusVilnensis_RC_jungtine_pazyma_konfidenciali-s1123
3.	RC_pazyma_apie_fizini_asmeni_konfidenciali-s1123

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	VĮ Registrų centro išduota pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB „Expertus Vilnensis“	ExpertusVilnensis_RC_jungtine_pazyma_konfidenciali-s1123
2.	VĮ Registrų centro išduota pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (JA dalyvį)	RC_pazyma_apie_fizini_asmeni_konfidenciali-s1123
3.	Įgaliojimas Neringai Viščiulytei	Įgaliojimas_Neringai_Viščiulytei_Konfidencialu_(signed)
4.	UAB „Expertus Vilnensis“ EBVPD	ExpertusVilnensis_Kvalifikacijos_dokumentai-s1129
5.	UAB „Expertus Vilnensis“ ISO 9001 sertifikatas	ExpertusVilnensis_Kvalifikacijos_dokumentai-s1129
6.	CE sertifikatas	1_Deklaracija
7.	Techninė dokumentacija	Technine_informacija

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Produktų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Neringa Viščiulytė

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUDINIŲ PREPARATŲ DAŽYMO PROCESORIUS (1 pirkimo dalis)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametras patvirtinantis dokumentas
1.	Paskirtis	Automatizuotas audinių preparatų dažymo procesorius skirtas histologinių ir citologinių audinių preparatų dažymo procedūroms atlikti	<i>Thermo Scientific Gemini AS</i>	1 Deklaracija.pdf 1 Vadovas.pdf, psl. 21
2.	Našumas	Ne mažiau kaip 200 stiklų per valandą	240 stiklų per valandą	1 Vadovas.pdf, psl. 91 1 Brošiūra.pdf, psl. 2
3.	Dažymo protokolų skaičius	Ne mažiau kaip 50	50	1 Vadovas.pdf, psl. 89
4.	Dažymo etapų skaičius	Ne mažiau kaip 50	50	1 Vadovas.pdf, psl. 89
5.	Reagentų talpų skaičius	Ne mažiau kaip 25	26	1 Vadovas.pdf, psl. 21
6.	Džiovinimo talpų su individualiu kaitinimu skaičius	Ne mažiau kaip 5	5	1 Vadovas.pdf, psl. 21
7.	Pakrovimo talpų skaičius	Ne daugiau kaip 2	2	1 Vadovas.pdf, psl. 114
8.	Iškrovimo talpų skaičius	Ne daugiau kaip 2	2	1 Vadovas.pdf, psl. 114
9.	Vandens talpų skaičius	Ne mažiau kaip 6	6	1 Vadovas.pdf, psl. 21
10.	Talpos tūris	Ne daugiau kaip 350 ml	320 ml	1 Vadovas.pdf, psl. 69
11.	Maksimali krepšelio pakrovimo talpa	Ne daugiau kaip 20 objektinių stiklų	20	1 Vadovas.pdf, psl. 21
12.	Vieną metu dažomų krepšelių skaičius	Ne mažiau kaip 10	12	1 Brošiūra.pdf, psl. 2
13.	Reagentų maišymas dažymo metu	Privalo būti ne mažiau kaip 3 maišymo lygiai	Yra 3 maišymo lygiai	1 Vadovas.pdf, psl. 92
14.	Galimybė pradėti naują dažymo metodiką bet kuriuo proceso metu	Būtina funkcija skubaus – prioritetinio protokolo paleidimui atlikti	Yra skubaus – prioritetinio protokolo paleidimo funkcija	1 Vadovas.pdf, psl. 73

15.	Galimybė atšaukti / grąžinti krepšelį į pakrovimo talpą	Būtina	Yra atšaukimo/ grąžinimo funkcija	1 Vadovas.pdf, psl. 82
16.	Valdymo įrenginys	Privalo būti integruotas į dažymo procesorių spalvotas liečiamas ekranas arba lygiavertis	Yra integruotas į dažymo procesorių spalvotas liečiamas ekranas	1 Vadovas.pdf, psl. 1
17.	Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne daugiau kaip 800 x 800 x 900 mm	720 x 790 x 888 mm (plotis x gylis x aukštis)	1 Vadovas.pdf, psl. 25
18.	Apšvietimas	Būtinasis vidinis LED apšvietimas arba lygiavertis	Yra vidinis LED apšvietimas	1 Brošiūra.pdf, psl. 2
19.	Garų surinkimo sistema	Būtinai integruoti ekstraktoriai su anglies filtrais bei galimybė prijungti prie laboratorijos ventiliavimo sistemos	Yra integruoti ekstraktoriai su anglies filtrais bei yra galimybė prijungti prie laboratorijos ventiliavimo sistemos	1 Vadovas.pdf, psl. 23 ir 40
20.	Apsauga nutrūkus elektros maitinimui	Būtinasis integruotas maitinimo elementas su ne mažesne kaip 30 min. atsarga	Yra integruotas maitinimo elementas su 40 min. rezervu	1 Vadovas.pdf, psl. 86
21.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.	
22.	CE sertifikatas	Būtina	Su CE ženklu.	1 Deklaracija.pdf
23.	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Pateikti vartotojo, valymo-dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiamos vartotojo, valymo-dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir analogiškus dokumentus.	1 Brošiūra.pdf; 1 Deklaracija.pdf; 1 Vadovas.pdf; 1 Vadovas EN.pdf.