

VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“
(Adresas (perkančioji organizacija))

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

PASIŪLYMAS DĖL

LABORATORINIŲ REAGENTŲ (INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI, HEMATOLOGINIAI, ŠLAPIMO TYRIMAI) PIRKIMO

2017-10-31 Nr. 347723 (2017-200322)

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Bioeksma“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ieva Ingeleikė, Sonata Balasaitienė
Telefono numeris	(8 5) 272 97 24 (8 5) 272 97 18
Fakso numeris	(8 5) 272 90 99
El. pašto adresas	Ieva.Ingeleike@bioeksma.lt Sonata.Balasaitiene@bioeksma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius
Tel.: 8 5 272 9721, 272 9718; faks. 8 5 272 9712
El. p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Įmonės kodas 300096612
PVM mokesčio kodas LT100001556016
A.s. LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440



Mes siūlome *šias* prekes

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEK SMA“

Techninė specifikacija

INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI

Eil. Nr.	Diagnosticinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Sitloma pakuotė	Sitlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius
Tel.: 8 5 272 9721, 272 9718; faks. 8 5 272 9712
El. p. bioeksma@bioeksma.lt
www.bioeksma.lt

Imones kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
A.s. LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“
29 PIRKIMO DALIS -TESTAI CLOSTRIDIUM DIFFICILE NUSTATYMU

Eil. Nr.	Diagnosticinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuočių	Siūlomos pakuočių kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

33. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM ŠLAPIMO TYRIMUI

33.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI PAGAL PANAUDĄ - 2 vnt. (*Uryxion-500 - 2 vnt, Macherey-Nagel, Vokietija*)

Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Sučioma pakuotė	pakuočių skaičius 36 mėn.	Sučiomos pakuotės kaina Eur be PVM	Sučiomos pakuotės PVM	Sučiomos pakuotės kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM 36 mėn	Suma Eur su PVM 36 mėn	Komercinis prekės pavadinimas	pridedamas 2-ųjų lygių kontrolių skaičius 36 mėn. (365x2x3)x2 analizatoriai t.y.:4380
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Siūloma pakuotė	pakuočių skaičius 36 mėn.	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM	Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM 36 mėn	Suma Eur su PVM 36 mėn	Komercinis prekės pavadinimas	pridedamas 2-ųjų lygių kontrolių skaičius 36 mėn. (365x2x3)t.v.: 2190	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PASTABOS:												
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti												
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kieki, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui												
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinėti CE arba lygiaverčių ženklų												
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)												
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos												
Tyrimo priemonės reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).												

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

1. Reikalavimai analizatoriui (2 vnt.)			
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo			
Pavadinimas techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai		Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Tipas	Automatinis šlapimo analizatorius	
2	Našumas	ne mažiau 400 tyrimų/h	
3	Atmintis	ne mažiau 500 mėginių matavimų ir 20 kalibracijos duomenų	
4	Vartotojo sąsaja	lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 10 cm istrižainės	
5	Jungtys	turi būti USB, RS232, PS/2	
6	Mėginio įvedimas	Barkodų skaitytuvu arba ekrane	
7	Kalibracija	Vidinė automatinė	
8	Šviesos šaltinis	LED, ne mažiau 4 bangų ilgių	
9	Mikroskopavimas	Analizatorius turi nurodyti, kuriuos mėginius priivaloma papildomai mikroskopuoti. Galimybė analizatoriuje prie tyrimo rezultato įvesti mikroskopavimo rezultatus (ne mažiau 10 skirtingų parametų)	
10	Mėginio skaidrumas, spalva	Galimybė nurodyti ir atspausdinti šlapimo mėginio skaidrumą ir spalvą lietuvių kalba	
11	Tiriamų parametų skaičius	Ne mažiau nei 10 parametų juostelės	

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

	Pavadinimas techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (butina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
12	Rezultatai	Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje	
13	Rezultatų pateikimas	Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS	
14	Kokybės kontrolė	2 lygių, skysta, paruošta naudoti	
15	Prijungimas prie LIS tinklo	Dvikrypčių ryšiu	
16	Atitikimas 98/79 EB direktyvai	Butina	

34 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM ŠLAPIMO TYRIMUI

34-1 Reagentai ir papildomos priemonės pusiautautomatiniam šlapimo tyrimų analizatoriui pagal panaudą 1 vnt. (*Uryxcon Relax – 1 vnt., Macherey-Nagel, Vokietija*)

Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Siūloma pakutė	pakučių skaičius 36 mėn.	Siūlomos pakutės kainą Eur be PVM	PVM	Siūlomos pakutės kainą Eur su PVM	Suma Eur be PVM 36 mėn	Suma Eur su PVM 36 mėn	Komercinis prekės pavadinimas	pridedamas 2- jų lygių kontrolių skaičius 36 mėn. (365x2x3)t.y.: 2190

Imones kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
A.s. LT59 7044 0600 0472 4488
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Siūloma pakuotė	pakuočių skaičius 36 mėn.	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM	Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM 36 mėn	Suma Eur su PVM 36 mėn	Komercinis prekės pavadinimas	pridedamas 2- jų lygių kontrolių skaičius 36 mėn. (365x2x3)t.v.: 2190	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PASTABOS:												
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (rašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti												
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kieki, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.												
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinėti CE arba lygiavertčiu ženklu.												
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams (pateikti gamintojo patvirtinimą)												
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.												
Tyrimo priemonės reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis												

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

34.2. Reikalavimai analizatoriui (1 vnt.)				
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo				
Pavadinimas techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)		
1	Tipas	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius		
2	Matavimo principas	Atspindžio fotometrija, nemažiau 3 bangos ilgių		
3	Našumas	Ne mažiau 50 mėginių /val		
4	Juostelės paėmimas	Automatiškai, uždejus juostelę		
5	Rezultatų pateikimas	Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS		
6	Duomenų atmintis	Ne mažiau 200 rezultatų		
7	Kalibracija	Automatinė savikalibracija		
8	Vartotojo sąsaja	Lietimui jautrus ekranas		
9	Jungtys	RS232, USB, PS/2		
10	Maitinimas	220 V 50/60 Hz ir integruotos AA arba lygiavertės baterijos		
11	Galimybė prisijungti išorinę klaviatūrą arba brūkšnių kodų skaitytuvą	Būtina		
12	Tiriamų parametrų skaičius	Ne mažiau nei 10 parametrų juostelės		
13	Kokybės kontrolė	2 lygių, skysta, paruošta naudoti		
14	Atsakymų pateikimas	Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje		
15	Atitiktumas 98/79 EB direktyvai	Būtina		

Uždaroji akcinė bendrovė „BIOEKSMA“

Bendra pasiūlymo kaina: 44675,06 (Keturiadsimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniadsimt penki Eur ir 06 ct) Eur su PVM.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	Igaliojimas	1
	Igaliojimas el. parašui	1
	Informatikos departamento pažyma	1
	Registru centro išplėstinis išrašas (.pdf byla)	1
	VMI pažyma	1
	SODRA pažyma	1
	Atitikties (CE) deklaracijos (.pdf bylos, .7z archyvas)	6
	Aprašymai (.pdf ir .doc bylos, .7z archyvai)	32
	Raštas dėl viešinimo	1

Pasiūlymas galioja iki 2018-02-09

Komercijos direktorius

Ramūnas Dilautas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkantčioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

