

PASIŪLYMAS
DĖL ŠALDYMO ĮRANGOS TEMPERATŪROS MONITORAVIMO SISTEMOS NUOMOS

2017-11-16

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Raidynas"
Tiekėjo adresas	J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	304147253
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Audronė Zolubienė, direktorė
Telefono numeris	8 689 47356
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@raidynas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mėnesio nuomos kaina Eur be PVM	Iš viso kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Šaldymo įrangos temperatūros monitoravimo sistemos nuoma	Mėn.	48		
Iš viso kaina Eur be PVM					
PVM tarifas					
PVM suma Eur					
Iš viso kaina Eur su PVM					128 937,60

Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM: 128 937,60 (šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai šešiasdešimt centų), t.sk PVM 22 377,60 (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai šešiasdešimt centų).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes nurodytas konkurso sąlygų 1 priede "Specifikacija".

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalavimai įrangai	Reikalavimą atitinkanti informacija*
1	Bevielė temperatūros, drėgmės ir paliktų pravirų durų monitoravimo sistema su serveriu ir integruota programine įranga	Prisijungimas prie sistemos vidiniame interneto tinkle (per VPN), su integruota programine įranga	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Sistema tinkama audito ataskaitoms teikti: skirtingų naudotojų prisijungimų, įvykių ir jų likvidavimo registravimas be galimybės juos taisyti. Sistema išsaugo temperatūros monitoravimo ir durų varstymo įrašus, aliarmus, įvykius ir pakitimus	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Pranešimų siuntimas nedelsiant sms žinute ir elektroniniu paštu, sutrikus elektros tiekimui neribotam naudotojų kiekiui, dingus radijo ryšiui su siųstuvu, senkant siųstuvo baterijai, sugedus bet kuriam jutikliui bei kontroliuojamų parametrų nukrypimas nuo leistinų ribų	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Konfigūruojamas dinaminis aliarmo ribų ir delsimo nustatymas kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Neribotas kiekis vartotojų prisijungimui suteikiant individualias teises kiekvienam naudotojui: sukurti vartotojus, priskirti matomus monitoruojamus taškus, monitoruojamų taškų parametrų keitimas ir redagavimas, aliarmų patvirtinimas su komentaro galimybe	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Atitikimas „21 CFR Part11“ duomenų saugumo standartui	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Sistema pritaikyta elektroninio parašo naudojimui	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Nepertraukiamas sistemos veikimas 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė kurti monitoravimo duomenų išklotines laiko atžvilgiu, rodančias sistemos įvykius, nuokrypius, aliarmų informaciją. Galimybė spausdinti išklotines. Duomenų atvaizdavimas skaičių forma ir grafiškai laiko, įvykių ir aliarmų pjūviais.	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Aliarmo metu pakartotinis aliarmo pranešimų siuntimas neprisijungus prie sistemos jokiam vartotojui sukonfigūruotu laiko tarpsniu	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Tiesioginis temperatūros ir drėgmės monitoravimo stebėjimas prisijungus prie sistemos	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
2	Serveris	Galimybė radijo ryšiu prijungti iki 64 siųstuvų	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė monitoruoti ne mažiau 250 taškų, nustatyti kiekvieno monitoruojamo taško kritinės aliarmo ribas, aliarmo suveikimo ir delsimo laikus, kurti monitoruojamus taškų ir zonų pavadinimus. Monitoruojamus taškus priskirti matavimų grupei	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Serveris gali saugoti ne mažiau kaip 10 metų matavimų informaciją	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Aliarmo metu vaizdinis bei garsinis signalas	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Elektros dingimo atveju, serveris turi veikti ne mažiau kaip 1 valandą integruoto akumuliatoriaus pagalba	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Elektros dingimo atveju tęsiamas temperatūros monitoravimas ir duomenų įrašymas siųstuvų atmintyje. Atsiradus elektros ryšiui duomenys automatiškai siunčiami į serverį	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė kurti serverio automatines duomenų bazės kopijas, į ligoninės vidinius serverius	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė peržiūrėti informaciją, esančią duomenų bazės kopijose	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas

			(pažymėta žalia spalva)
		Galimybė atsisiųsti duomenų kopiją į naudotojo kompiuterį naudojant papildomą programinę įrangą ir peržiūrėti duomenų kopiją atsijungus nuo serverio	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Duomenų bazės dublikatas dviejose serverio SD kortelių laikmenose.	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Serveris turi naudoti interneto tinklo srautą tik naudotojui prisijungus prie serverio	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Elektros tinklas AC 240 V±10 %, 50/60 Hz	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė monitoruoti ir kaupti įrašus apie temperatūrą, drėgmę, ir paliktas praviras duris	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė prijungti nuotolinį siųstuvą per vidinį interneto tinklą	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Ne mažesnė kaip 40 GB vidinė serverio atmintis	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Viename serveryje galima nustatyti ne mažiau 30 lokacijų, kuriose atliekamas matavimas	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė prijungti prie bendros aliarmų sistemos (įrenginys turi turėti relinį išėjimą)	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
3	Siųstuvai	Siųstuvai, tinkantis dvigubiems išoriniams temperatūros jutikliams prijungti, kurių matavimo ribos nuo -40±0,50 C iki +30±0,5 C	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		LCD ekranas, rodantis matuojamos temperatūros reikšmes- vidinio temperatūros jutiklio ir dviejų išorinių jutiklių. Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C. Aliarmo metu (temperatūrinio ir durų varstymo) vizualinis signalas siųstuve	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Dingus radijo ryšiui su serveriu, tęsiamas temperatūros monitoravimas. Atsiradus radijo ryšiui, įrašai automatiškai siunčiami į serverį	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Vidinis siųstuvo temperatūros monitoravimo jutiklis, skirtas monitoruoti patalpos temperatūrą ribose nuo +15± 0,5 °C iki +30±0,5 °C	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Konfigūruojamas duomenų į serverį siuntimo dažnis, nuo 1 min. Iki 60 min., Konfigūruojamas temperatūros matavimų registravimo dažnis nuo 1min iki 60 min.	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Aliarmo atveju duomenų siuntimo ciklas pertraukiamas ir duomenys siunčiami į serverį nedelsiant	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Siųstuvai netekę radijo ryšio su serveriu, turi registruoti į vidinę siųstuvo atmintį ne mažiau kaip 30 000 vnt. matavimų	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Antibakterinė išorės danga atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Korpusas atitinkantis ne blogesnę nei IP67 standartą	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Darbinė aplinkos temperatūra nuo -30°C iki + 30°C	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė jungti prie siųstuvo 2 išorinius temperatūrinius jutiklius ir 2 durų varstymo jutiklius	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)

		Keičiamos ličio jonų baterijos	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė siųstuvą prijungti prie elektros tinklo	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Duomenų perdavimas radijo bangomis 2.4 GHz, naudojant IEEE 802.15.4 moduliaciją	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimas atstumas tarp siųstuvų ne mažesnis nei 30 m. Galimybė stiprinti siųstuvo radijo ryšio signalą keičiant siųstuvo anteną galingesne	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Siųstuvai turi kurti savo privatų radijo bangų tinklą, kad užtikrintų patikimą duomenų perdavimą į serverį tarpusavyje siųstuvams komunikuojant radijo ryšiu	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva) 7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
4	Siųstuvai	Siųstuvai su integruotu drėgmės ir temperatūros matavimo jutikliu. Drėgmės jutiklio matavimo ribos nuo 10 iki 90%, temperatūros jutiklio matavimo ribos nuo -30°C iki +50°C	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		LCD ekranas, rodantis matuojamos temperatūros ir drėgmės reikšmes - vidinio temperatūros jutiklio ir vidinio drėgmės jutiklio. Ekrane rodomos temperatūros ir drėgmės rezoliucija 0,1°C/RH%. Aliarmo metu (temperatūrinio, durų varstymo ir drėgmės) vizualinis signalas siųstuve	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Dingus radijo ryšiui su serveriu, tęsiamas temperatūros monitoravimas. Atsiradus radijo ryšiui, informacija automatiškai siunčiama į serverį	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Konfigūruojamas duomenų į serverį siuntimo dažnis, nuo 1 min. Iki 60 min., Konfigūruojamas temperatūros matavimų registravimo dažnis nuo 1min iki 60 min.	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Aliarmo atveju duomenų siuntimo ciklas pertraukiamas ir duomenys siunčiami į serverį nedelsiant	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Siųstuvai netekęs radijo ryšio su serveriu, turi registruoti į vidinę siųstuvo atmintį ne mažiau kaip 30 000 vnt. matavimų	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Antibakterinė išorės danga atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Korpusas atitinkantis ne blogesnę nei IP67 standartą	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Darbinė aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +30°C	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė jungti prie siųstuvo 2 durų varstymo jutiklius	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Keičiamos ličio jonų baterijos	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimybė siųstuvą prijungti prie elektros tinklo	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Duomenų perdavimas radijo bangomis 2.4 GHz, naudojant IEEE 802.15.4 moduliaciją	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Galimas atstumas tarp siųstuvų ne mažesnis nei 30 m. Galimybė stiprinti siųstuvo radijo ryšio signalą keičiant siųstuvo anteną galingesne	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)

		Siųstuvasi turi kurti savo privatų radijo bangų tinklą, kad užtikrintų patikimą duomenų perdavimą į serverį tarpusavyje siųstuvas komunikuojančiam radijo ryšiu	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
5	Temperatūros matavimo jutikliai	Išoriniai dvigubi merkiama temperatūros matavimo jutikliai, kurių laidų ilgis ne trumpesnis nei 5 metrai. Jutiklių matavimo ribos nuo $-40\pm0,50$ C iki $+30\pm0,5$ C. Paklaida ne prastesnė nei $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Merkiama temperatūros matavimo jutikliai tinkami oro ir skysčių temperatūros matavimui	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
		Integruotas vidinis oro temperatūros matavimo jutiklis, kurio matavimo ribos nuo -30°C iki $+30^{\circ}\text{C}$. Paklaida ne prastesnė nei $\pm 1^{\circ}\text{C}$	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
6.	Drėgmės matavimo jutikliai	Drėgmės jutiklio matavimo ribos nuo 10 iki 90%, paklaida $+3\%$ RH	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
7.	Durų varstymo jutikliai	Jutiklio reakcijos laikas min. 10 sekundžių.	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
8.	Signalų stiprintuvas - siųstuvas	Signalų stiprintuvas - siųstuvas su elektros maitinimo šaltiniu ir vidiniu temperatūros monitoravimo jutikliu, kurio matavimo ribos ir darbinės aplinkos temperatūra nuo $-30\pm0,50$ C iki $+30\pm0,50$ C, su galimybe prijungti dvigubus išorinius temperatūros matavimo jutiklius. Paskirtis - kitų temperatūros monitoravimo sistemos siųstuvų radijo signalų stiprinimas	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
9.	GSM moduliatorius	GSM moduliatorius sms siuntimui suderinamas su sistemos programine įranga	7. Brošiūra ir 8. Įrangos aprašas (pažymėta žalia spalva)
10.	Metrologinė patikra temperatūros ir drėgmės jutikliams	Jutikliams tiekėjas turi pateikti metrologinės patikros sertifikatus (sertifikatai pateikiami kartu su įranga)	TAIP
11.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu		TAIP
12.	Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiektėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. <i>Perkančioji organizacija kvalifikavimo atlikimo protokolus reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.</i> Kvalifikavimui naudojama matavimo įranga turi turėti galiojantį kalibravimo liudijimą ar patikros sertifikatą (<i>kalibravimo liudijimo ar patikros sertifikatų kopijos turi būti pateiktos atliekant kvalifikavimą</i>). Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant tokio tipo įrangą (pateikti laisvos formos pažymą, nurodant įmonę, kur buvo atliktas tokio tipo įrangos kvalifikavimas, ir darbų atlikimo datą). Garantiniu laikotarpiu, po įrangos kritinio gedimo remonto turi būti atliekamas rekvalifikavimas.		TAIP
13	Įranga instaliuojama VŠĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius; VŠĮ NKC Panevėžio filialas Nemuno g. 75, Panevėžys; VŠĮ NKC Klaipėdos filialas, Naikupės g. 28, Klaipėda		TAIP

*nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	6
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas	3
3.	JAR jungtinė pažyma	2
4.	CE sertifikatai	2

5.	Igaliojimas atstovauti gamintoją	2
6.	ISO 9001 sertifikatas	2
7.	Brošiūra	15
8.	Įrangos aprašas	16
9.	Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis	73
10.	Apmokymų sertifikatas su vertimu	2
11.	Kvalifikavimo pažyma	1
12.	Apmokymų pažyma	1
13.	Remonto pažyma	1
14.	Metrologinės patikros pažyma	1
15.	Kvalifikavimo patirtį įrodantys dokumentai	2

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas	3
3.	JAR jungtinė pažyma	2
4.	CE sertifikatai	2
5.	Igaliojimas atstovauti gamintoją	2
6.	ISO 9001 sertifikatas	2
7.	Brošiūra	15
8.	Įrangos aprašas	16
9.	Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis	73
10.	Apmokymų sertifikatas su vertimu	2
15.	Kvalifikavimo patirtį įrodantys dokumentai	2

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar subteikėjai. Jei subteikėjai ar subteikėjai nenurodomi, laikoma, kad subteikėjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subteikėjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Subteikėjo/subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo/subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kokią veiklą vykdys pagal sutartį	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją/subteikėją (-us)	

Audronė Zolubienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.

UAB „Raidynas”

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617


Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Pažyma

Patvirtiname, kad kvalifikuosime siūlomą įrangą (IQ – Installation Qualification; OQ – Operation Qualification, PQ – Performance Qualification) – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimas bus atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė



UAB „Raidynas“

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617


Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Pažyma

Patvirtiname, kad darbuotojai bus apmokyti dirbti su siūloma įranga ir jiems bus išduoti tai patvirtinantys dokumentai.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė



UAB „Raidynas”

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617


Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Pažyma

Patvirtiname, kad po įrangos kritinio gedimo remonto atliksime rekvalifikavimą.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė



UAB „Raidynas“

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, el.p. info@raidynas.lt, mob. 8 689 47356, duomenys saugomi
Juridinių asmenų registre, įm.k. 304147253, PVM mok.k. LT100009958617

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

Pažyma

Patvirtiname, kad jutikliams pateiksime metrologinės patikros sertifikatus.

UAB „Raidynas“ direktorė

Audronė Zolubienė

