

PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. gruodžio 13 d. Nr. 79-2798
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB ANMEDA TECHNA (toliau – Pardavėjas), atstovaujama generalinės direktorės Neringos Korotajevienės, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas greitaeigės dvipusės automatinės 5 lygių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos su džioviniu ir priedais pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės 2017-11-30 protokolas.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. **Sutarties objektas** – greitaeigė dvipusė automatinė 5 lygių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina su džioviniu ir priedais (toliau – Prekė). Detalus Prekės aprašymas ir kiti reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. **Sutarties kaina** – 51 980,00 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 centų), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

3. Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta Prekės kaina, kuri galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

II. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI

4. **Prievolių įvykdymo terminai:** Prekė pristatoma Pardavėjo transportu. Prekė turi būti pristatyta iki 2017 m. gruodžio 20 d. Prekės pristatymo vieta – Liepojos g. 41, Klaipėda.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. **Apmokėjimo šaltinis** – už faktiškai Sutarties 4 punkte įvykdytas prievolės apmokama per 30 kalendorinių dienų po Prekės pristatymo dienos.

6. **Finansavimo šaltinis:** Sveikatos apsaugos programa (Nr. 13). Priemonė: Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimas Liepojos g. 39 (01 03 02). SB (VB) lėšos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. **Sutarties Šalių teisės ir pareigos:**

7.1. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarties 4 p. nurodytoms prievolėms tinkamai įvykdyti;

7.1.2. sumokėti už tinkamai įvykdytas Sutarties 4 p. nurodytas prievoles pagal Sutarties sąlygas.

7.2. Pirkėjas turi teisę:

7.2.1. reikalauti iš Pardavėjo atlyginti nuostolius, padarytus 4 p. nurodytų prievolių įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja:

7.3.1. pristatyti Prekę Sutarties 4 punkte nurodytu adresu pagal konkurso sąlygų aprašo reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

7.3.2. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Pardavėjui pristatyti Prekę nustatytais terminais;

7.3.3. jeigu Pardavėjas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo, negali Pirkėjui pateikti Sutarties priede numatytos Prekės, Pardavėjas pateikia Prekę, kuri yra lygiavertė ar geresnė už Sutarties priede nurodytą Prekę, nekeičiant kainos.

7.3.4. atlyginti Pirkėjui nuostolius, atsiradusius dėl Pardavėjo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;

7.3.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

V. ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

8. Šalių atsakomybė:

8.1. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per Sutarties 5 punkte numatytą laiką po prekių pristatymo dienos, Pardavėjas gali reikalauti 0.02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmoktos sumos.

8.2. Nepristačius prekių iki 2017 m. gruodžio 20 d., Pirkėjas gali reikalauti 0,02 % netesybų nuo netiekiamų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

8.3.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

8.3.2. Pažeidimas, kai Pardavėjas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Prekės pristatymą, raštiškai įspėtas neužtikrina Prekės kokybės.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9. **Ginčų sprendimas:** Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Pardavėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Pirkėjo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

10. Kitos sutarties sąlygos:

10.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.

10.2. Sutartis galioja 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.3. Pirkimo Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpi negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais apylinkėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos kvietimo pirkimui sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys (rašytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.4. Visi Sutarties priedai yra neatsiejamos Sutarties dalys, kurių reikalavimai privalomi Sutarties Šalims.

11. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriami Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

11.1. Konkurso sąlygos (patvirtintos VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2017-10-30 protokolu);

11.2. Pardavėjo užpildyta pasiūlymo forma; (dokumentai saugomi pas Pirkėją);

11.3. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka.

12. Pirkėjo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyriaus Projektų atrankos ir analizės poskyrio vyr. specialistė Daiva Šakinienė, tel. (8 46) 39 60 46, el. paštas daiva.sakinienė@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, tikrina Prekės kokybę ir atitiktį Sutarties sąlygų reikalavimams, bei jų priėmimą, organizuoja visą susirašinėjimą su Pardavėju, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Pardavėjas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 10 dienų pateikia Viešųjų pirkimų skyriui duomenis, reikalingus įvykdytų sutarčių ataskaitai parengti.

VII. PRIEDAI

13. Priedas – Techninė specifikacija, 4 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 61 78, faks. (8 46) 41 0051

Kodas 188710823

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

PARDAVĖJAS

UAB ANMEDA TECHNA

Kodas 301232595

PVM mok. kodas LT 100003608316

Baltupio g. 91-1, 08308 Vilnius

Tel./Faksas 8 5 2796055

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

A. s. LT57 7300 0101 0925 9733

Savivaldybės administracijos direktorius
Saulius Budinas

(parašas)

Direktorė
Neringa Korotajevienė

(parašas)

A. V.

Parengė
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Kasmačiauskė

2017-12-27

2014 m. gruodžio 13 d.
 sutarties Nr. 79-2798
 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI GREITAEIGEI DVIPUSEI AUTOMATINEI 5 LYGIŲ
 INSTRUMENTŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINAI SU DŽIOVINIMU IR
 PRIEDAIS

Eil. Nr.	Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreči parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukian kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Chirurginių instrumentų plovimo -dezinfekavimo greitaeigė mašina su džiovinimo funkcija	1 vnt.	Greitaeigė plovimo-dezinfekavimo mašina
2.	Paskirius - mašina turi būti pritaikyta įvairių chirurginių instrumentų plovimui bei terminiai dezinfekacijai. Mašinos privalo turėti priedus skirtus universaliam užkrovimui, kad to paties užkrovimo metu būtų galima plauti vienalyčius chirurginius instrumentus ir operacines priemones rinkinius.	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 1psl. 1 pastraipą.
3.	Konstruktinis išpildymas	Dvipusis modelis	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 4psl.
4.	Durys - mechaninės, valdomos ergonomiška rankena, durų medžiaga - armuotas suklas, naudojamos kaip pakrovimo/iškrovimo stalas	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 4psl.
5.	Valdymas	Mikroprocesorinis	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 1psl. 1 pastraipą.
6.	Gamintojo instaliuotos standartinės programos nemažiau 12 skirtingų, atitinkančių I.S.T EN15883 reikalavimus, galimybė užprogramuoti ne mažiau 50 papildomų programų.	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 6psl. 10-30 skirtingų, atitinkančių I.S.T EN15883 reikalavimus, galimybė užprogramuoti 60 papildomų programų.
7.	Kameros talpa	Ne daugiau 225 litrų	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 17psl. 225l.
8.	Kameroje tarpiniai rotaciniai purkštukai nemažiau nei šešiuose lygiuose, purškia vandenį dviem kryptim	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl, kameros viršuje, apačioje ir 5 tarpiniuose lygiuose, sivo 7 lygiai.
9.	Krepšių su instrumentais išdėstymas kameroje ne mažiau 5 lygiuose, 10 vienetų DIN (480mm x 240mm x 50 mm) dydžio krepšių.	Būtina	Taip, " 503284100 5 lygių pakrovim remas plovyklai" ir laikmeną „DIN padėklas.doc“, „1.9 punkto vertimas“.

10.	Plovimo kameros naudinga talpa ne mažiau 550 mm x 650 mm x 620 mm (plotis x aukštis x gylis). Medžiaga: nerūdijantis plienas 316 L arba geresnis	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 17psl, 550x660x620mm
11.	Mašinos gabaritai ne daugiau 850 mm x 2000mm x 700 mm (plotis x aukštis x gylis)	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 17psl, 850x1975x629mm
12.	Vandens kaitinimas	Elektrinis	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 4psl.
13.	Plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas automatinis, dozuojančių priemonių srauto kontrolė. Ne mažiau 2 dozavimo pompų su galimybe padidinti iki 4 vnt.	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 9psl.
14.	Greitas kameros užpildymas vandeniu ir ištuštinimas	Ne daugiau 30sek.	Taip, žiūrėti laikmeną „1.14 punktas.pdf“
15.	Integruotas rezervuaras pirminiam vandens pašildymui iki 90°C	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 15psl.
16.	Pilnas standartinio plovimo dezinfekavimo proceso laikas su džiovinimu ne daugiau 45min.	Būtina	Taip, žiūrėti laikmeną „1.16 punktas.pdf“
17.	Integruotas šilumos keitiklis džiovintuve	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2, 5psl.
18.	Privalomi HEPA filtrai su filtrų blokavimo kontrole	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.
19.	Plovimo metu cirkuliuojančio vandens slėgio kontrolė	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.
20.	Cirkuliacinės pompų našumas	Ne mažiau 500l/min.	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 15psl, 500l/min.
21.	Galimybė pasirinkti dezinfekcijos kontrolę pagal A0	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 7psl.
22.	Maksimalus vandens sunaudojimas vienai fazei standartinėje chirurginių instrumentų programoje esant pilnam užkrovimui	Ne daugiau 23 litrų.	Taip, žiūrėti „1.22 punktas.pdf“ 7psl, 23l
23.	Elektros maitinimas	Trifazis 3 x 400V / 50 Hz	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 13psl.
24.	Įrenginio galingumas	Ne daugiau 11 kW	Taip, žiūrėti „1.24 punktas.pdf“ 10, 1kW
25.	Jungtys nepriklausomai validacijai pagal IST EN ISO 15883, nepriklausomas temperatūros	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.
26.	matuoklis ir vandens pavyzdžių paėmimo jungtys.		Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.
27.	Įmontuotas terminis spausdintuvas duomenų registravimui	Būtina	Taip, žiūrėti „Terminis spausdintuvas punktas 1.27 .pdf“ ir „Punktas 1.27.pdf“
28.	Išorinės duomenų perdavimo jungtys RS323 ir RS485 arba lygiavertės	Būtina	Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.
Komplektacija			
29.	Priemonės instrumentų pakrovimui, montuojamos į vieną transformuojamą pakrovimo rėmą	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „LOADING_EQUIP_46-series_BROCH_2250_EN_NONU-1.pdf“ ir „Punktas 1.29 ir 1.30.1 lt“
29.1.1	Universalus penkių lygių rėmas, komplektuojamas ne mažiau kaip su 10 vnt. instrumentų padėklų pilno 480x240x50mm	1 kompl.	Taip, „503284100 5 lygių pakrovimo rėmas plovyklai“ ir laikmeną „DIN padėklas.doc“ ir „Punktas 1.29

			ir 1.30.1 lt ⁶
29.1.2.	Vamzdelinių instrumentų plovimo dezinfekavimo rėmas su ne mažiau, kaip 36 jungtimis, montuojamas į poz. 29.1, išmontavus bet kurį pasirinkta pakrovimo lygį	1 kompl.	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Vamzdelinių rėmas.pdf“.
29.2	Instrumentų ir chirurginių sistemų pirminio nukenksminimo įrenginys skirtas plovimui ir terminiai dezinfekcijai	1 vnt.	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.1	Pakrovimas turi būti iš viršaus ergonomiškame aukštyje ne aukščiau 800 mm virš grindų lygio	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.2	Išorės matmenys- ne daugiau 590 mm x 1000 mm x 660 mm	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 590x1000x660mm
29.2.3	Kameros matmenys ne mažiau 400 mm x 465 mm x 400 mm (plotis x ilgis x gylis)	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 400x465x400mm
29.2.4	Įrenginys turi turėti rankiniu būdu valdomą plovimą srove, esant atidarytam dangčiui, t.y. kamera naudojama kaip plautuvė	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.5	Elektrios sunaudojimas procesui	Ne daugiau 0,15 kWh	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 0,15kW
29.2.6	Automatinis dangčio atidarymas ir uždarymas valdomas kojiniu pedalu	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.7	Įrenginyje turi būti nemažiau kaip šeši fiksuoti ir ne mažiau kaip vienas besisukantis su vandens srove antgaliai	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.8	Dezinfekcijos proceso metu turi vykti ir visos vamzdelių ir antgalių sistemos dezinfekcija	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.9	Įrenginyje turi būti integruotas garo generatorius	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.10	Įrenginys turi turėti ne mažiau 3-jų standartinių programų: ekonominę, normalią ir intensyvią – pasirinktinai	Būtina	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.
29.2.11	Ekonominės programos metu vandens sunaudojimas procesui	Ne daugiau 12 litrų	Taip, žiūrėti pridedamą laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 12 litrų
30.	Įrangos instaliacija ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą	Būtina	Taip
31.	Įranga turi turėti CE ženklą su atpažinimo numeriu	Būtina	Pateikiama
32.	Įrenginys turi atitikti MDD 93/42/EEC, LST EN ISO 15883-1,2,3, pateikti atitikties deklaraciją ir sertifikatus.	Būtina	Pateikiama
33.	Gamintojas turi turėti LST EN ISO 9001/AC, LST EN ISO 13485 sertifikatus, pateikti nurodytus dokumentus.	Būtina	Pateikiama

34.	Garantinis aptarnavimas ne mažiau 12 mėn.	Būtina	Taip, 12mėn.
36.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <i>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</i>	Būtina	Taip, pateikiama
37.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Greitaeigė plovimo-dezinfekavimo mašina
38.	Perkamas kiekis	1 vnt.	Taip
39.	PVM tarifas procentais		21%
40.	Viso pasiūlymo bendra kaina Eur su pvm		51.980,00