

## UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, l.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, tel./faksas 8 5 2796055. el. paštas [neringa@anmeda.lt](mailto:neringa@anmeda.lt), [www.anmeda.lt](http://www.anmeda.lt)

Kam: Klaipėdos universitetinė ligoninė

### PASIŪLYMAS

### DĖL GREITAEIGĖS DVIPUSĖS AUTOMATINĖS 5 LYGIŲ INSTRUMENTŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINOS SU DŽIOVINIMU IR PRIEDAIS PIRKIMO

2017-11-20 d.Nr.01

Vilniaus m.

|                                                                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB ANMEDA TECHNA                                                                                                    |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Baltupio g. 91-1, LT-08308 Vilnius                                                                                   |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos    | Neringa Korotajevienė                                                                                                |
| Telefono numeris                                                                        | +37052796055                                                                                                         |
| Fakso numeris                                                                           | +37052796055                                                                                                         |
| El. pašto adresas                                                                       | <a href="mailto:neringa@anmeda.lt">neringa@anmeda.lt</a>                                                             |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai                                               | A.s. LT577300010109259733<br>AB bankas SWEDBANKAS B.k. 73000<br>A.s.LT887044060006187793<br>AB SEB BANKAS, B/k 70440 |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro Konkurso skelbime, pirkimo Nr. 352916;
- supaprastinto atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

| Prekių pavadinimas                                           | Mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Kiekis | Bendra kaina, Eur su PVM                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Greitaeigė plovimo-dezinfekavimo mašina                      | Kompl.    | 42.958,68                     | 1vnt.  | 51.980,00                                                                              |
| <i>Pagal 2 pirkimo priedo techninius reikalavimus</i>        |           |                               |        |                                                                                        |
| <b>Bendra kaina, Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais)</b> |           |                               |        | 51.980,00 (penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt Eurų, 00ct.). |

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)     | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Visa konkursui pateikta informacija yra konfidenciali, išskyrus bendrą pirkimo dalių kainą, | Pagal gamintojo Getinge AB vidaus taisyklės informacija apie modelius yra konfidenciali. |

### UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, l.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793  
AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

KOPIJA TIKRA  
L. e. raštinės vedėjos  
pareigas  
Sonata Sabūnienė

|  |                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|
|  | neišskiriant atskirų dalių kainos ir prekių pavadinimų. |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|

Elektronine forma pateikiami skanuoti šie kvalifikaciją įrodantys dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                        | Dokumento puslapių skaičius         |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.      | Pateikiami visi konkurso sąlygose nurodyti dokumentai | Žiūr. Elektroninę pasiūlymo versiją |

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

Neringa Korotajevienė, generalinė direktorė \_\_\_\_\_

(dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)



Konkurso sąlygų aprašo  
2 priedas

### TECHNINIAI REIKALAVIMAI GREITAEIGEI DVIPUSEI AUTOMATINEI 5 LYGIŲ INSTRUMENTŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINAI SU DŽIOVINIMU IR PRIEDAIS

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija                                                                                                                                                                                                                                                            | Parametro reikšmė    | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Chirurginių instrumentų plovimo dezinfekavimo greitaeigė mašina su džiovinimo funkcija                                                                                                                                                                                                                      | - 1 vnt.             | Greitaeigė plovimo-dezinfekavimo mašina                                                                                                                                                                                       |
| 2.       | Paskirtis - mašina turi būti pritaikyta įvairių chirurginių instrumentų plovimui bei terminiai dezinfekacijai.<br>Mašinos privalo turėti priedus skirtus universaliam užkrovimui, kad to paties užkrovimo metu būtų galima plauti vienaalyčius chirurginius instrumentus ir operacines priemonių rinkinius. | Būtina               | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 1psl. 1 pastraipą.                                                                                                                                                              |
| 3.       | Konstruktinis išpildymas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dvipusis modelis     | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 4psl.                                                                                                                                                                           |
| 4.       | Durys - mechaninės, valdomos ergonomiškai rankena, durų medžiaga - armuotas stiklas, naudojamos kaip pakrovimo/iškrovimo stalas                                                                                                                                                                             | Būtina               | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 4psl.                                                                                                                                                                           |
| 5.       | Valdymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mikroprocesorinis    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 1psl. 1 pastraipą.                                                                                                                                                              |
| 6.       | Gamintojo instaliuotos standartinės programos nemažiau 12 skirtingų, atitinkančių LST EN15883 reikalavimus, galimybė užprogramuoti ne mažiau 50 papildomų programų.                                                                                                                                         | Būtina               | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 6psl. 10-30 skirtingų, atitinkančių LST EN15883 reikalavimus, galimybė užprogramuoti 60 papildomų programų.                                                                     |
| 7.       | Kameros talpa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ne daugiau 225 litrų | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46                                                                                                                                                                                            |

#### UAB ANMEDA TECHNA

Balrupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793  
AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

KOPIJA TIKRA  
L. e. raštinės vedėjos  
pareigas  
Sonata Sablinskaite



|     |                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                              |                           | Turbo.pdf“ 17psl, 225l.                                                                                                 |
| 8.  | Kameroje tarpiniai rotaciniai purkštukai nemažiau nei šešiuose lygiuose, purškia vandenį dviem kryptim                                                       | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl, kameros viršuje, apačioje ir 5 tarpiniuose lygiuose, sivo 7 lygiai. |
| 9.  | Krepšių su instrumentais išdėstymas kameroje ne mažiau 5 lygiuose, 10 vienetų DIN (480mm x 240mm x 50 mm) dydžio krepšių.                                    | Būtina                    | Taip, „503284100 5 lygiu pakrovimo remas plovyklai“ ir laikmeną „DIN padėklas.doc“, „1.9 punkto vertimas“.              |
| 10. | Plovimo kameros naudinga talpa ne mažiau 550 mm x 650 mm x 620 mm (plotis x aukštis x gylis). Medžiaga: nerūdijantis plienas 316 L arba geresnis             | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 17psl, 550x660x620mm                                                      |
| 11. | Mašinos gabaritai ne daugiau 850 mm x 2000mm x 700 mm (plotis x aukštis x gylis)                                                                             | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 17psl, 850x1975x629mm                                                     |
| 12. | Vandens kaitinimas                                                                                                                                           | Elektrinis                | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 4psl.                                                                     |
| 13. | Plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas automatinis, dozuojamų priemonių srauto kontrolė. Ne mažiau 2 dozavimo pompų su galimybe padidinti iki 4 vnt. | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 9psl.                                                                     |
| 14. | Greitas kameros užpildymas vandeniu ir ištuštinimas                                                                                                          | Ne daugiau 30sek.         | Taip, žiūrėti laikmeną „1.14 punktas.pdf“                                                                               |
| 15. | Integruotas rezervuaras pirminiam vandens pašildymui iki 90°C                                                                                                | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 15psl.                                                                    |
| 16. | Pilnas standartinio plovimo dezinfekavimo proceso laikas su džiovinimu ne daugiau 45min.                                                                     | Būtina                    | Taip, žiūrėti laikmeną „1.16 punktas.pdf“                                                                               |
| 17. | Integruotas šilumos keitiklis džiovintuve                                                                                                                    | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2, 5psl.                                                                  |
| 18. | Privalomi HEPA filtrai su filtrų blokavimo kontrole                                                                                                          | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.                                                                     |
| 19. | Plovimo metu cirkuliuojančio vandens slėgio kontrolė                                                                                                         | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.                                                                     |
| 20. | Cirkuliacinės pompų našumas                                                                                                                                  | Ne mažiau 500l/min.       | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 15psl, 500l/min.                                                          |
| 21. | Galimybė pasirinkti dezinfekacijos kontrolę pagal A0                                                                                                         | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 7psl.                                                                     |
| 22. | Maksimalus vandens sunaudojimas vienai fazei standartinėje chirurginių instrumentų programoje esant pilnam užkrovimui                                        | Ne daugiau 23 litrų.      | Taip, žiūrėti „1.22 punktas.pdf“ 7psl, 23l                                                                              |
| 23. | Elektros maitinimas                                                                                                                                          | Trifazis 3 x 400V / 50 Hz | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 13psl.                                                                    |
| 24. | Įrenginio galingumas                                                                                                                                         | Ne daugiau 11 kW          | Taip, žiūrėti „1.24 punktas.pdf“ 10,1kW                                                                                 |
| 25. | Jungtys nepriklausomai validacijai pagal LST EN ISO 15883, nepriklausomas temperatūros                                                                       | Būtina                    | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.                                                                     |
| 26. | matuoklis ir vandens pavyzdžių paėmimo jungtys.                                                                                                              |                           | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.                                                                     |
| 27. | Įmontuotas terminis spausdintuvas duomenų registravimui                                                                                                      | Būtina                    | Taip, žiūrėti „Terminis spausdintuvas punktas 1.27 .pdf“ ir „Punktas 1.27.pdf“                                          |

### UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, I.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793  
 AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

L. e. raštinės vedėja  
 pareigas  
 Sonata Sabūnienė

|         |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.     | Išorinės duomenų perdavimo jungtys RS323 ir RS485 arba lygiavertės                                                                                          | Būtina              | Taip, žiūrėti aprašo „Getinge WD46 Turbo.pdf“ 2psl.                                                                  |
|         | Komplektacija                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                      |
| 29.     | Priemonės instrumentų pakrovimui, montuojamos į vieną transformuojamą pakrovimo rėmą                                                                        | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „LOADING_EQUIP_46-series_BROCH_2250_EN_NONUS-1.pdf“ ir „Punktas 1.29 ir 1.30.1 lt“ |
| 29.1.1  | Universalus penkių lygių rėmas, komplektuojamas ne mažiau kaip su 10 vnt. instrumentų padėklų pilno 480x240x50mm                                            | 1 kompl.            | Taip, „503284100 5 lygiu pakrovimo rėmas plovyklai“ ir laikmeną „DIN padėklas.doc“ ir „Punktas 1.29 ir 1.30.1 lt“    |
| 29.1.2. | Vamzdelinių instrumentų plovimo dezinfekavimo rėmas su ne mažiau, kaip 36 jungtimis, montuojamas į poz. 29.1, išmontavus bet kurį pasirinktą pakrovimo lygį | 1 kompl.            | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Vamzdelinių rėmas.pdf“.                                                           |
| 29.2    | Instrumentų ir chirurginių sistemų pirminio nukenksminimo įrenginys skirtas plovimui ir terminei dezinfekcijai                                              | 1 vnt.              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.1  | Pakrovimas turi būti iš viršaus ergonomiškame aukštyje ne aukščiau 800 mm virš grindų lygio                                                                 | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.2  | Išorės matmenys- ne daugiau 590 mm x1000 mm x 660 mm                                                                                                        | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 590x1000x660mm                |
| 29.2.3  | Kameros matmenys ne mažiau 400 mm x 465 mm x 400 mm (plotis x ilgis x gylis)                                                                                | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 400x465x400mm                 |
| 29.2.4  | Įrenginys turi turėti rankiniu būdu valdomą plovimą srove, esant atidarytam dangčiui, t.y. kamera naudojama kaip plautuvė                                   | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.5  | Elektros sunaudojimas procesui                                                                                                                              | Ne daugiau 0,15 kWh | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 0,15kW                        |
| 29.2.6  | Automatinis dangčio atidarymas ir uždarymas valdomas kojiniu pedalu                                                                                         | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.7  | Įrenginyje turi būti nemažiau kaip šeši fiksuoti ir ne mažiau kaip vienas besisukantis su vandens srove antgaliai                                           | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.8  | Dezinfekcijos proceso metu turi vykti ir visos vamzdžių ir antgalių sistemos dezinfekcija                                                                   | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.9  | Įrenginyje turi būti integruotas garo generatorius                                                                                                          | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.10 | Įrenginys turi turėti ne mažiau 3-jų standartinių programų: ekonominę, normalią ir intensyvią – pasirinktinai                                               | Būtina              | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“.                               |
| 29.2.11 | Ekonominės programos metu vandens sunaudojimas procesui                                                                                                     | Ne daugiau 12 litrų | Taip, žiūrėti pridedamą, laikmeną „Poz. 29.2 atitikimą patvirtinantis dokumentas.pdf“. 12 litrų                      |

### UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793  
 AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

L. e. raštinės vedėjas  
 pareigas  
 Sonata Sabūnienė



# ANMEDA

## T e c h n a

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 30. | Įrangos instaliacija ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Būtina | Taip                                    |
| 31. | Įranga turi turėti CE ženklą su atpažinimo numeriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Būtina | Pateikiama                              |
| 32. | Įrenginys turi atitikti MDD 93/42/EEC, LST EN ISO 15883-1,2,3, pateikti atitikties deklaraciją ir sertifikatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Būtina | Pateikiama                              |
| 33. | Gamintojas turi turėti LST EN ISO 9001/AC, LST EN ISO 13485 sertifikatus, pateikti nurodytus dokumentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Būtina | Pateikiama                              |
| 34. | Garantinis aptarnavimas ne mažiau 12 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Būtina | Taip, 12 mėn.                           |
| 36. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba.<br><u><b>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</b></u> | Būtina | Taip, pateikiama                        |
| 37. | Firminis pavadinimas, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Greitaeigė plovimo-dezinfekavimo mašina |
| 38. | Perkamas kiekis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 vnt. | Taip                                    |
| 39. | PVM tarifas procentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 21%                                     |
| 40. | Viso pasiūlymo bendra kaina Eur su pvm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 51.980,00                               |

Generalinė direktorė Neringa Korotajevienė \_



**UAB ANMEDA TECHNA**

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, l.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793  
AB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas, B/k 70440

*L. e. raštinės vedėjos  
pareigos*  
**Sonata Sabūnienė**