

SUTARTIS NR. 18011864/SUT-18-0101

Kaunas,

DĖL REAGENTŲ IR LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ KLINIKINĖS CHEMIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Werfen LT“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Šarūno Saudargo.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas, laimėjęs 2017-11-01viešai skelbtą atvirą konkursą dėl reagentų ir laboratorinių priemonių klinikinės chemijos tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis bei sudaryti panaudos sutartį (2 priedas) ir perduoti įrangą Pirkėjui neatlygintinai naudotis visą šios sutarties galiojimo laikotarpį.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **124.441,93 Eur** (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 93 ct) įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį pateiktų Prekių skaičiaus.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pateiktų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas Prekės įkainis su PVM;

Q - nepateiktų Prekių skaičius;

P - Prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pateiktas Prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už Prekes, pateiktas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto Prekių kiekio.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio įrangos, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio įrangą su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta įranga (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią panaudos sąlygą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Uzsakytus reagentus, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 14 val.) ir adresu.

2.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties ir panaudos sutarties sudarymo **Pardavėjas** įsipareigoja pristatyti, sumontuoti, suderinti ir paleisti įrangą.

2.3. **Pirkėjas** užsako reagentus dalimis, pagal poreikius.

2.4. **Pardavėjas** garantuoja reagentų tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

2.5. Pristatytus reagentus **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.6. Kartu su reagentais **Pardavėjas** pateikia reagentų kokybės dokumentus.

3. Prekių reagentų kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja perduodamų reagentų kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti reagentus likus ne mažiau kaip 3 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo jų pristatymo.

3.3. Reagentus betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas jų gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas priėmimo ir perdavimo akte bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai reagentai tiekiami supakuoti ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl reagentų komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais reagentų kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.5. Komisijai nustačius reagentų trūkumą ar nekokybiškumą, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškus reagentus pakeisti.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas Prekes ne didesnėmis negu nurodytomis konkurso metu kainomis, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pateiktas Prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po atskaitinio mėnesio pabaigos, pagal faktišką per tą mėnesį pateiktų Prekių skaičių, mokestiniu pavedimu per banką pagal per "E. sąskaita" sistemą pateiktas sąskaitas-faktūras (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti Prekių reagentus pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai reagentai pristatomi su pažeistu įpakavimu arba sugadinti ir/ar netekę kokybiškos išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies reagentų, jų nepristatymą arba užsakytų reagentų nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.4 punkte nurodytus terminus) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30% vidutiniškai per mėnesį pateikiamų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytus reagentus arba užsakytų reagentų nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

5.4. Už atsisakymą pristatyti, sumontuoti, suderinti ir paleisti įrangą suderintu laiku (per sutarties 2.2. punkte nurodytą terminą) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 15% nuo visos sutarties kainos (nurodytos sutarties 1.2. punkte) dydžio baudą. Už pakartotinį vėlavimą ar atsisakymą pristatyti, sumontuoti, suderinti ir paleisti įrangą **Pirkėjas** turi teisę taikyti papildomą 15% nuo visos sutarties kainos (nurodytos sutarties 1.2. punkte) dydžio baudą arba vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

5.5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekėjas yra bankrutuojantis;

- 6.1.3. Subtiekęjas yra restruktūrizuojamas;
- 6.1.4. Subtiekęjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;
- 6.1.5. Subtiekęjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;
- 6.1.6. Subtiekęjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;
- 6.2. Tiekęjas gali pakeisti subtiekęjus tik gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kito siūlomo subtiekęjo. Apie ketinimą keisti subtiekęją Tiekęjas privalo įspėti Pirkėją iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių Tiekęjas ketina keisti subtiekęją, nurodyti būsimus subtiekęjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti Tiekęjui apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.
- 6.3. Subtiekęjų keitimas visada įforminamas rašytinių Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

- 7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.
- 7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 mėn.
- 8.2. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:
 - 8.2.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;
 - 8.2.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
 - 8.2.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
 - 8.2.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.
- 8.3. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:
 - 8.3.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;
 - 8.3.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
- 8.4. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.
- 8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.
- 8.6. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.
- 8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.
- 8.7.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.
- 8.7.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.
- 8.8. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.
- 8.9. Atsakingi asmenys
- 8.9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
Vardas, pavardė	Oksana Vitulskienė	Rasa Steponavičiūtė

Pareigos	Distribucijos administratorė	Laboratorinės medicinos klinikos laboratorijos gydytoja
Adresas	Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	(8 37) 313157	(8 37) 326503
Faksas	(8 37) 313159	(8 37) 326775
Elektroninio pašto adresas	ill@ill.lt	rasa.steponaviciute@kaunoklinikos.lt

8.9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Lina Laurinaitienė, viešųjų pirkimų specialistė

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Werfen LT“
Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas
Įstaigos kodas 110413888
PVM mokėtojo kodas LT104138811
LT84 7300 0100 0224 6131
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000

Pirkėjo

LSMUL Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT31 4010 0425 0006 3371
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100


Generalinis direktorius
Šarūnas Saudargas

2018 m.....d.



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2018 m.....d.



Sutarties

2 priedas

PANAUDOS SUTEIKIMO SUTARTIS Nr. 18011864 A/SUT-IP-0101

2018 m. monio 12 d., Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“, juridinio asmens kodas 110413888, adresas: Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Šarūno Saudargo, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Panaudos davėjas),

ir

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, adresas: Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio įstatų pagrindu, (toliau – Panaudos gavėjas), toliau Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

sudarė šią sutartį dėl panaudos suteikimo (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Panaudos davėjas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą: (klinikinės chemijos analizatorius UniCel DxC 800), (toliau – Turtas), Panaudos davėjui priklausanti nuosavybės teise.

Eil. Nr.	Perduodamo turto (Panaudos) aprašas	Vieneto kaina (Eur su PVM)	Kiekis	Suma (Eur su PVM)
1.	Klinikinės chemijos analizatorius UniCel DxC 800	108.900,00	2	217.800,00
Iš viso: (Eur su PVM)				217.800,00

2. PANAUDOS DAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.1.1. pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, perduoti Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti Sutarties 1.1. punkte aprašytą Turtą. Turtas perduodamas Šalių įgaliojtiems asmenims pasirašant Turto perdavimo–priėmimo aktą (tipinė forma pridedama 1 priede); Turtas turi būti perduodamas tokios būklės ir (ar) tokios techninės komplektacijos, jog būtų tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį;

2.1.2. neatlygintinai instaliuoti visą reikiamą programinę įrangą ir kitaip paruošti Turtą naudoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms.

2.1.3. pateikti Turto vartotojo vadovą (instrukciją) lietuvių arba anglų kalba.

2.1.4. savo lėšomis apmokėti Panaudos gavėjo darbuotojus naudotis Turtu ir nuolat teikti jiems konsultacijas;

2.1.5. Sutarties galiojimo metu savo lėšomis užtikrinti autorizuotos Turto techninio aptarnavimo paslaugos (techninės profilaktikos ir būtinąjo techninio remonto) teikimą. Panaudos davėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas Panaudos davėjas turi atsiųsti serviso inžinierių (ius), kuris(ie) visiškai pašalintų gedimą per 48 val., o nesant galimybės pašalinti gedimo, Panaudos davėjas privalo per 48 val. sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus.

3. PANAUDOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

3.1.1. Turtą naudoti pagal tiesioginę paskirtį ir Panaudos davėjo pateiktą instrukciją;

3.1.2. be išankstinio raštiško Panaudos davėjo sutikimo neperduoti Turto naudoti kitam juridiniam asmeniui;

3.1.3. atlyginti tiesioginius Panaudos davėjo patirtus nuostolius, jei Turtas taptų netinkamu naudoti pagal paskirtį dėl Panaudos gavėjo kaltės;

3.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, grąžinti Turtą tokios būklės, kokios Panaudos davėjo buvo pateiktas, atsižvelgiant į normalų jo susidėvėjimą, tai fiksuojant Turto priemonės perdavimo–priėmimo akte.

4. SANKCIJOS UŽ PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

4.1. Panaudos davėjas, laiku be pakankamo pagrindo neperdavęs Turto Panaudos gavėjui, privalo atlyginti Panaudos gavėjui išlaidas, susijusias su pasiruošimu priimti Turtą.

4.2. Jei vienai iš Sutarties Šalių atsiranda nuostolių dėl kitos Šalies kaltės, ši (kaltoji Šalis) privalo nedelsdama pašalinti to priežastis bei pasekmes, atlyginti nukentėjusios Šalies tiesioginius nuostolius. Nuostolių atsiradimo priežastims, nuostolių dydžiui nustatyti Šalys gali pasitelkti nuo Šalių nepriklausomus, kompetentingus asmenis.

5. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

5.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama, Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

5.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

5.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 3 mėnesius.

6.2. Panaudos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą raštu įspėjęs Panaudos davėją prieš 1 (vieną) mėnesį.

6.3. Panaudos davėjas turi teisę reikalauti nutraukti šią Sutartį prieš terminą, jei Panaudos gavėjas Turtu naudojasi ne pagal paskirtį.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta Panaudos gavėjo reikalavimu nesilaikant šios Sutarties 6.2. punkte nustatyto įspėjimo termino, jei: Turtas, Panaudos gavėjo manymu, tampa netinkamas normaliai naudoti pagal paskirtį; kai Turtu negalima naudotis dėl aplinkybių, už kurias Panaudos gavėjas neatsako; Panaudos davėjas neatlieka Turto techninės profilaktikos ir (ar) būtinąjo techninio remonto.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Panaudos davėjas patvirtina, kad Turtas nėra išnuomotas, įkeistas, areštuotas ir jam netaikomi jokie draudimai ar apribojimai įstatymų nustatyta tvarka. Ginčų dėl Turto jokioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje ir (ar) teisme nevyksta.

7.2. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, kuri tapo žinoma šios Sutarties pagrindu.

7.3. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Panaudos gavėjui ir Panaudos davėjui, turinčiais vienodą juridinę galią.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių atstovams.

7.5. Jei dėl kokių nors priežasčių įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama dalis šios Sutarties, likusi Sutarties dalis Šalims galioja ir turi būti vykdoma. Tokiu atveju Šalys gera valia derybų būdu turi kaip įmanoma greičiau susitarti dėl pripažintos negaliojančia šios Sutarties dalies pakeitimo kitomis pagal prasmę labiausiai artimomis nuostatomis. Bet kuri šios Sutarties nuostata, kuri pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra dalimi, išliks pilnai galioti ta apimtimi, kiek ji nėra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama.

7.6. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

7.7. Pasikeitus adresams ir faksų numeriams ar kitiems rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

7.8. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Panaudos davėjo buveinės adresą.


Kiekviena Šalis patvirtina, kad jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Sutarties sudarymu ir (ar) nulėmę šios Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje Sutartyje ir pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir šios Sutarties pasirašymo tikslus.

Panaudos davėjo vardu:

UAB „Werfen LT“

Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas
Tel. (8 37) 313157, faks. (8 37) 313159
El. p. ill@ill.lt
Juridinio asmens kodas 110413888
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre


Generalinis direktorius
Šarūnas Saudargas



Panaudos gavėjo vardu:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Tel. (8 37) 32 67 68, faks. (8 37) 32 64 27
El. p. rastine@kaunoklinikos.lt
Juridinio asmens kodas 135163499
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius



I priedas
prie 2018 m. sausio 12 d.
panaudos suteikimo sutarties
Nr. 18011864/UT-18-0101

PANAUDOS PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

201_ m. _____ d., Kaunas

Vadovaujantis panaudos suteikimo sutartimi (toliau – Sutartis), pasirašyta tarp **Uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“**, juridinio asmens kodas 110413888, adresas: Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas, (toliau – Panaudos davėjas), ir **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos**, juridinio asmens kodas 135163499, adresas: Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, (toliau – Panaudos gavėjas), materialiai atsakingas Panaudos davėjo atstovas ir materialiai atsakingas Panaudos gavėjo atstovas sudarė šį panaudos perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo patvirtina, kad:

1. Panaudos davėjas perdavė Panaudos gavėjui, o Panaudos gavėjas priėmė iš Panaudos davėjo žemiau išvardintą turtą, kurio bendra vertė yra 217.800,00 Eur (du šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai, 00 ct):

Eil. Nr.	Perduodamo turto (Panaudos) aprašas	Vieneto kaina (Eur)	Kiekis	Suma (Eur)
1.	Klinikinės chemijos analizatorius UniCel DxH 800	108.900,00	2	217.800,00
Iš viso: (Eur)				217.800,00

2. Panauda buvo suteikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikai vadovaujantis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Šis panaudos perdavimo–priėmimo aktas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Perdavė (materialiai atsakingas Panaudos davėjo atstovas):

Priėmė (materialiai atsakingas Panaudos gavėjos atstovas):

(Užimamos pareigos) Inžinierius
Giedrius Zaleckas
UAB “Werfen LT”

(Užimamos pareigos)

(Vardas, pavardė, parašas)

(Vardas, pavardė, parašas)

2 priedas
prie 2018 m. kauno 12 d.
panaudos suteikimo sutarties
Nr. 18011804/LUT-18-0101

PANAUDOS GRAŽINIMO AKTAS

201_ m. _____ d., Kaunas

Vadovaujantis panaudos suteikimo sutartimi (toliau – Sutartis), pasirašyta tarp **Uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“**, juridinio asmens kodas 110413888, adresas: Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas, (toliau – Panaudos davėjas), ir **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos**, juridinio asmens kodas 135163499, adresas: Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, (toliau – Panaudos gavėjas), materialiai atsakingas Panaudos davėjo atstovas ir materialiai atsakingas Panaudos gavėjo atstovas sudarė šį panaudos grąžinimo aktą, kuriuo patvirtina, kad:

1. Panaudos gavėjas grąžino Panaudos davėjui, o Panaudos davėjas priėmė iš Panaudos gavėjo Turta, t. y. žemiau išvardintą turtą, kurio bendra vertė yra 217.800,00 Eur (du šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai, 00 ct):

Eil. Nr.	Perduodamo turto (Panaudos) aprašas	Vieneto kaina (Eur)	Kiekis	Suma (Eur)
1.	Klinikinės chemijos analizatorius UniCel DxH 800	108.900,00	2	217.800,00
Iš viso: (Eur)				217.800,00

2. Šis panaudos grąžinimo aktas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Panaudos davėjas apžiūrėjo Panaudos gavėjo grąžinamą Turtą, jo kokybę ir būklę patikrino, pretenzijų dėl to neturi ir ateityje neturės bei jų nereikš Panaudos gavėjui.

Grąžino (materialiai atsakingas Panaudos gavėjo atstovas):

(Užimamos pareigos)

(Vardas, pavardė, parašas)

Priėmė (materialiai atsakingas Panaudos davėjo atstovas):

(Užimamos pareigos) **Inžinierius**
Giedrius Zaleckas
UAB "Werfen LT"

(Vardas, pavardė, parašas)

Sutarties Nr. 1801-1804/

1 priedas 507-18-004

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

Eil. Nr.	Pavadinimas/techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras)
I.	Analizatoriai – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)		Siūlomi klinikinės chemijos tyrimų analizatoriai UniCel
I.	Techniniai reikalavimai analizatoriams:		DxC 800 Synchron – 2 vnt., Gamintojas Beckman Coulter
I.1.		Panaudai turi būti pateikti 2 vienodi (arba tiek dubliuotų analizatorių, kad užtikrintų 1 priede įvardintų tyrimų atlikimą) pilnai automatizuoti analizatoriai su analizatoriaus valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniais, spausdintuvais, išoriniais brūkšnių kodų skaitytuvais.	Panaudai pateiksime 2 vienodus, pilnai sukomplektuotus, automatizuotus analizatorius su analizatoriaus valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniais, spausdintuvais, išoriniais brūkšnių kodų skaitytuvais.
I.2.		Panaudai pateikti analizatoriai su valdymo programine įranga turi būti techniškai pajėgūs atlikti visus 1 priede įvardintus tyrimus.	Panaudai pateikti analizatoriai su valdymo programine įranga yra techniškai pajėgūs atlikti visus 1 priede įvardintus tyrimus.
I.3.		Kiekvieno panaudai pateikto klinikinės chemijos analizatoriaus našumas – ne mažiau kaip 1200 tyrimų per valandą.	Analizatoriaus našumas – 1440 tyrimų per valandą. Žr. <i>Reklaminį bukletą Nr. 1</i>
I.4.		Analizatoriuose turi būti integruotas vidinis brūkšnių kodų skaitytuvas mėginiams.	Analizatoriuose yra integruotas vidinis brūkšnių kodų skaitytuvas mėginiams. Žr. <i>Naudojimo instrukcija psl. 12, 13</i>
I.5.		Analizatoriai privalo turėti nepertraukiamo (nestabdant sistemos darbo) mėginių papildymo bei skubių mėginių tyrimo funkciją.	Analizatoriai turi nepertraukiamo mėginių patalpinimo galimybę. Žr. <i>Reklaminis bukletas Nr. 1</i> , bei skubių mėginių tyrimo funkciją. Žr. <i>Instructions for Use psl. 2-9, 2-10</i>
I.6.		Analizatoriai turi turėti galimybę tirti mėginius iš vienkartinų mėginių indelių, kuriuos turi pateikti analizatorių gamintojas (tiekęjas mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis).	Analizatoriai turi galimybę tirti mėginius iš vienkartinų mėginių indelių, kuriuos pateikia analizatorių gamintojas. (tiekęjas mėginių indelių pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). <i>Reklaminis bukletas Nr. 1</i>
I.7.		Būtina galimybė iš vieno ėminio iš karto užsakyti bei atlikti neribotą 1 priede nurodytų tyrimų kiekį.	Yra galimybė iš vieno ėminio iš karto užsakyti bei atlikti neribotą 1 priede nurodytų tyrimų kiekį. <i>Instruction for Use psl. 2-37</i>
I.8.		Analizatoriai turi turėti automatinę mėginių praskiedimo,	Analizatoriai turi automatinę mėginių praskiedimo, rezultatui

	rezultatui viršijant matavimo ribas, funkciją, o taip pat galimybę praskiedimo dydį parinkti rankiniu būdu.	viršijant matavimo ribas, funkciją. <i>Instructions for use, psl. 4-5</i> , o taip pat galimybę praskiedimo dydį parinkti rankiniu būdu. <i>Instructions for use, psl. 7-8</i>
1.9.	Analizatoriai turi turėti galimybę pridėti reagentus bei papildomas priemones bet kokia tvarka (reagentų talpos ar mėginiai statomi į bet kurią laisvą poziciją).	Analizatoriai turi galimybę pridėti reagentus bei papildomas priemones bet kokia tvarka. <i>Angl. random access</i> – reiškia, kad reagentų talpos ar mėginiai statomi į bet kurią laisvą poziciją. <i>Žr. Instruction for Use, psl. 2-37 ir Reklaminis bukletas Nr. 2</i>
1.10.	Analizatoriai automatiškai turi atpažinti reagentus, nuskaityti brūkšninį kodą bei nustatyti galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį.	Analizatoriai automatiškai atpažįsta reagentus, nuskaito brūkšninį kodą bei nustato galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį. <i>Žr. Reklaminis bukletas Nr. 1</i>
1.11.	Analizatoriai turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją.	Analizatoriai turi krešulio (užsikimšimo) mėginyje aptikimo funkciją. <i>Žr. Analizatoriaus naudojimo instrukcija psl. 12</i>
1.12.	Analizatoriai turi tirti mėginius, paimtus iš mėgintuvėlių su kamšteliais (analizatoriaus adata mėginį paima, pradūrusi kamštelį). Jei šios funkcijos nėra, kartu su panaudai pateiktais analizatoriais turi būti pateikiamas ir mėgintuvėlių kamštelių nuėmimo modulis.	Analizatoriai tiria mėginius, paimtus iš mėgintuvėlių su kamšteliais (analizatoriaus adata mėginį paima, pradūrusi kamštelį). <i>Žr. Analizatoriaus naudojimo instrukcija psl. 14</i>
1.13.	Analizatorių mėginių laikikliai turi būti pritaikomi skirtingų dydžių (įvairaus tūrio ir diametro) mėgintuvėliams (tame 0,5 ml tūrio mikrotaineriams su skiriamuoju geliu ir 16x100 mm dydžio šlapimo vakuutaineriams su konusiniu dugnu) bei tiekėjo pateikiamiems vienkartiniams mėginių indeliams.	Analizatorių mėginių laikikliai yra pritaikomi skirtingų dydžių (įvairaus tūrio ir diametro) mėgintuvėliams (tame tarpe ir 0,5 ml tūrio mikrotaineriams su skiriamuoju geliu ir 16x100 mm dydžio šlapimo vakuutaineriams su konusiniu dugnu) bei tiekėjo pateikiamiems vienkartiniams mėginių indeliams
1.14.	Analizatoriai turi turėti CE ženklą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).	<i>Žr. Instructions for Use, psl. 3-4</i> Analizatoriai turi CE ženklą (žr. <i>CVP IS pateikiamas CE atitikties deklaraciją</i>)
1.15.	Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis.	Kartu su analizatoriumi bus pateikta naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
1.16.	Analizatoriai turi turėti galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais.	Analizatoriai turi galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais. <i>Žr. Chemistry Quick Reference psl. 5 ir sekancius psl.</i>
1.17.	Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 4 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 8 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant	Tiekėjas užtikrins įrangos nepertraukiamą techninį aptarnavimą (7 dienas per savaitę, 24 val. per parą) sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjas gavęs pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 4 val. atsiųs reikiamos kvalifikacijos darbuotoją ir pašalins gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 8 val. Visiškai pašalins gedimą per 48 valandas, o nesant

		galimybės pašalinti gedimą per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte.	galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeis lygiaverte.
2.	Reikalavimai analizatorių programinei įrangai:		
2.1.		Analizatoriaus valdymas - integruota programinė įranga, kuri naudojama kalibracijai, kokybės kontrolei, techninei įrangos priežiūrai, reagentų kiekio detekcijai, mėginio skiedimui ir visam tyrimo proceso valdymui. Žr. <i>Published specification psl.12, 16, 20</i>	Analizatoriaus valdymas - integruota programinė įranga, kuri naudojama kalibracijai, kokybės kontrolei, techninei įrangos priežiūrai, reagentų kiekio detekcijai, mėginio skiedimui ir visam tyrimo proceso valdymui. Žr. <i>Published specification psl.12, 16, 20</i>
2.2.		Analizatoriaus programinė įranga turi teikti reagentų serijos, su kuria dirbama, kalibracijos, jos tinkamumo duomenis, turėti atliktų tyrimų ir jų rezultatų atsekamumo funkciją.	Analizatoriaus programinė įranga teikia reagentų serijos, su kuria dirbama, kalibracijos, jos tinkamumo duomenis, turi atliktų tyrimų ir jų rezultatų atsekamumo funkciją. Žr. <i>Analizatoriaus naudojimo instrukcija psl. 41</i>
2.3.		Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai.	Analizatoriuje yra integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. Žr. <i>Analizatoriaus naudojimo instrukcija psl. 53, Instruction for Use psl.6-1</i>
2.4.		Analizatoriaus programinė įranga turi turėti galimybę integruotis į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę sistemą.	Analizatoriaus programinė įranga turi galimybę integruotis į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę sistemą. Žr. <i>Published Specifications, psl. 16</i>
3.	Reikalavimai reagentams:	Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui.	Siūlome 2-jų lygių kontrolines medžiagas. Jos yra pritaikytos nurodytų tyrimų atlikimui ir validuotos siūlomam analizatoriui, teikiamam panaudos būdu. Žr. <i>CVP IS pateikiamus aprašymus</i>
3.1.		Reagentai turi būti ženklinami brūkšniniais kodais, tiekiami pilnai sukomplektuotais rinkiniais.	Reagentai yra ženklinami brūkšniniais kodais, tiekiami pilnai sukomplektuotais rinkiniais. <i>Analizatoriaus naudojimo instrukcija psl. 37 ir 41</i>
3.2.		Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūlomais analizatoriais (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomų analizatorių) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomiems analizatoriams.	Visos siūlomos prekės yra originalios, tinkamos darbui su panaudai siūlomais analizatoriais. Žr. <i>CVP IS pateiktus prekių aprašymus</i> .
3.3.		Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinius bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverečius dokumentus.	Reagentai yra pritaikyti klinikiniams tyrimams, turi CE IVD ženklus, žr. <i>CVP IS pateikiamus CE sertifikatus</i>
4.	Reikalavimai tyrimams:		

4.1.	Kiekvienam tyrimui turi būti pateikiami gamintojo patvirtinti norminiai dydžiai.	Kiekvienam tyrimui, gamintojo patvirtinti, norminiai dydžiai yra nurodyti CVI IS pateiktuose prekių aprašymuose. Žr. <i>CVP IS pateiktus prekių aprašymus</i>
4.2.	Tyrimų metodikos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.	Tyrimų metodikos pateikiamos anglų ir lietuvių kalbomis. Žr. <i>CVP IS pateiktus prekių aprašymus</i>
4.3.	Alfa amilazė, Alaninaminotransferazė (ALT), Aspartataminotransferazė (AST), Gamaglutamiltransferazė (GGT), Laktatdehidrogenazė (LDH), Kreatinkinazė - tyrimo metodas turi būti standartizuotas pagal IFCC reikalavimus. Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 2000 U/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Alfa amilazės, Alaninaminotransferazės (ALT), Aspartataminotransferazės (AST), Gamaglutamiltransferazės (GGT), Laktatdehidrogenazės (LDH), Kreatinkinazės - tyrimo metodai standartizuoti pagal IFCC reikalavimus. Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 5, 7, 9, 12, 15, 20</i> Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 2000 U/l ribos, be atskiro pareikalavimo. <i>Informaciniai lapeliai psl. , 7 ir Chemistry Quick Reference psl. 5, 7, 9, 12, 15, 20</i>
4.4.	Amoniakas - automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 500 μmol/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Informacinis lapelis psl. 4-5</i>
4.5.	Antistreptolizinas O - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 1000 kU/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 7</i>
4.6.	Bendras baltymas - automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 100 g/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 37</i>
4.7.	Bendras baltymas šlapime, likvoro - matavimo žemutinė riba ne didesnė kaip 0,05 g/l.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 21</i>
4.8.	Bendras baltymas, chloras, gliukozė, laktatai likvoro - Gamintojo patvirtinta metodika, kurioje nurodyta, kad tiriamoji medžiaga likvoras.	Bendras baltymas žr. <i>Informaciniai lapeliai psl. 12, chloras - psl. 14, gliukozė - psl. 23, laktatai likvoro - psl. 24.</i> Pateikiamame gamintojo patvirtintas metodika, kuriose nurodyta, kad tiriamoji medžiaga likvoras.
4.9.	Bilirubinas bendras - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 500 μmol/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 26</i>
4.10.	Bilirubinas tiesioginis - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 150 μmol/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 14</i>
4.11.	C reaktyvus baltymas - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 500 mg/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 12</i>
4.12.	Cholesterolis bendras - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 20 mmol/l ribos,	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 10</i>
	Cholesterolis mažo tankio - automatinis mėginio praskiedimo	Žr. <i>Chemistry Quick Reference psl. 10</i>

		parinkimas iki ne žemesnės kaip 10 mmol/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	
4.13.		Digoksinas, gentamicinas, karbamezepinas, litis, vankomicinas, valproatai - turi būti pateikiamos terapinės koncentracijos normos ribos.	Žr. Informaciniai lapeliai psl. 27-38
4.14.		Glikolizintas hemoglobinas HbA1C - Remiantis IFCC rekomendacijomis, rezultatas turi būti pateikiamas ir procentine, ir skaitine reikšme (mmol/mol).	Žr. Informaciniai lapeliai psl. 8-9
4.15.		Glukožė - automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 50 mmol/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo. Matavimo žemutinė riba ne didesnė kaip 1 mmol/l.	Žr. Informaciniai lapeliai psl. 25-26
4.16.		Imunoglobulinai A, M, G - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. Chemistry Quick Reference psl.18-19
4.17.		Jeį tyrimas atliekamas šlapime (albuminas, bendras baltymas, chloras, kalcis, kalis, kreatininas, magnis, natrij, neorg. fosforas, šlapalas, šlapimo r.), turi būti Gamintojo patvirtinta metodika, kurioje nurodyta, kad tiriamoji medžiaga šlapimas.	Yra galimybė tirti šlapimo mėginius ir juose nustatyti (albuminą, bendrą baltymą, chlorą, kalcį, kalį, kreatiną, magnį, natrij, neorg. fosforą, šlapalą, šlapimo r.), Pateikiamame gamintojo patvirtintas metodikas, kuriose nurodyta, kad tiriamoji medžiaga šlapimas. Žr. Informaciniai lapeliai psl. 12-22
4.18.		Kasos amilazė - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 1000 U/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. Chemistry Quick Reference psl.22
4.19.		Kreatininas (serume ir šlapime) - tyrimas turi būti standartizuotas pagal IDMS (izotopų skiedimo masių spektrometrija) principą. Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 2000 μmol/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo.	Informaciniai lapeliai psl. 10-11
4.20.		Šarminė fosfatazė - tyrimo metodas turi būti standartizuotas pagal IFCC reikalavimus. Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 1500 U/l ribos be atskiro pareikalavimo.	Žr. Chemistry Quick Reference psl.6
4.21.		Šlapalas serume/plazmoje - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 mmol/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. Chemistry Quick Reference psl.37
4.22.		Tiesioginis bilirubinas, mažo ir didelio tankio cholesterolių frakcijos turi būti išmatuojamos tiesioginiu būdu, o ne išskaičiuojamos.	Žr. Informaciniai lapeliai: DBIL - psl. 1; LDL - psl. 3; HDL - psl. 2
4.23.		Trigliceridai - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki	Žr. Chemistry Quick Reference psl. 27

		ne žemesnės kaip 10 mmol/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo.	
4.24.		Šlapalas šlapime - Automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 700 mmol/l ribos, be atskiro pareikalavimo.	Žr. <i>Chemistry Quick Reference</i> psl. 37

REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS KLINIKINĖS CHEMIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIAMS

Eil. Nr.	Diagnosticinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Orientacinis tyrimų skaičius per 3 mėnesius	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų (ml/vnt) orientaciniam tyrimų skaičiui per 3 mėnesius	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM	PVM tarifas %	Suma, Eur be PVM 3 mėnesiams	Suma, Eur su PVM 3 mėnesiams	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	1	2	3	4	5 (1*3)	6	7
	Reagentai ir priemonės analizatoriui Synchron UniceL DxC							

4.3	Beckman Coulter, Multicontrol	
4.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
5	x	
5.1	Beckman Coulter, Aspartate Aminotransferase	
5.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set	
5.3	Beckman Coulter, Multicontrol	
5.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
6	x	
6.1	Beckman Coulter, Ammonia	
6.2	Beckman Coulter, Ammonia cntrl	
6.3	Beckman Coulter, Ammonia cntrl	
6.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
7	x	
7.1	Beckman Coulter, ASO reagent	
7.2	Beckman Coulter, Cal 5 Plus	
7.3	Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl Iv1	
7.4	Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl Iv2	
7.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
8	x	
8.1	Beckman Coulter, Total Protein	
8.2	Beckman Coulter, Protein Calibrator	
8.3	Beckman Coulter, Multicontrol	
8.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
9	x	

9.1	Beckman Coulter, Microprotein
9.2	Beckman Coulter, Microprotein Calibrator
9.3	Microgenics, UrichemTRAK
9.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
10	x
10.1	Beckman Coulter, Microprotein
10.2	Beckman Coulter, Microprotein Calibrator
10.3	Microgenics, MAS CSF
10.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
11	x
11.1	Beckman Coulter, Total bilirubin
11.2	Beckman Coulter, T+D bili Cal
11.3	Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl Iv1
11.4	Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl Iv2
11.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
12	x
12.1	Beckman Coulter, Direct bilirubin
12.2	Beckman Coulter, T+D bili Cal
12.3	Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl Iv1
12.4	Beckman Coulter, Bilirubin Cntrl Iv2
12.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
13	x
13.1	Beckman Coulter, Total Cholesterol

13.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
13.3	Beckman Coulter, Multicontrol
13.4	<i>pozīcijas 65-73</i>
14	x
14.1	Beckman Coulter, IDL Cholesterol
14.2	Beckman Coulter, IDL Cal
14.3	Beckman Coulter, Lipid Cntrl Iv1
14.4	Beckman Coulter, Lipid Cntrl Iv2
14.5	<i>pozīcijas 65-73</i>
15	x
15.1	Beckman Coulter, DL Cholesterol
15.2	Beckman Coulter, Lipid Cntrl Iv1
15.3	Beckman Coulter, Lipid Cntrl Iv2
15.4	<i>pozīcijas 65-73</i>
16	x
16.1	Beckman Coulter, Cyclosporine
16.2	Beckman Coulter, Cyclosporine cntrl
16.3	<i>pozīcijas 65-73</i>
17	x
17.1	Beckman Coulter, SE Bufer
17.2	Beckman Coulter, SE Reference
17.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
17.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
17.5	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
17.6	Beckman Coulter, Multicontrol

17.7	Beckman Coulter, Cl Electrode Tip
17.8	Beckman Coulter, Cl Electrode
17.9	<i>Er. pastūlymo pozīcijas 65-73</i>
18	x
18.1	Beckman Coulter, ISE Buffer
18.2	Beckman Coulter, ISE Reference
18.3	Microgenics, Urichem TRAK
18.4	<i>Er. pastūlymo pozīcijas 65-73</i>
19	x
19.1	Beckman Coulter, ISE Buffer
19.2	Beckman Coulter, ISE Reference
19.3	Microgenics, MAS CSF
19.4	<i>Er. pastūlymo pozīcijas 65-73</i>
20	x
20.1	Beckman Coulter, C-Reactive Protein
20.2	Beckman Coulter, Cal 5 Plus
20.3	Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl Iv1
20.4	Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl Iv2
20.4	<i>Er. pastūlymo pozīcijas 65-73</i>
21	x
21.1	Beckman Coulter, High Sensitivity C-Reactive Protein
21.2	Beckman Coulter, Cal 5 Plus
21.3	Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl Iv1

21.4	Beckman Coulter, Vigil Serology Cntrl lv2
21.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
22	x
22.1	Beckman Coulter, Digoxin
22.2	Beckman Coulter, Digoxin Cal
22.3	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1
22.4	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2
22.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
23	x
23.1	Beckman Coulter, Iron kit
23.2	Beckman Coulter, Iron Cal
23.4	Beckman Coulter, Multicontrol
23.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
24	x
24.1	Beckman Coulter, Gentamicin
24.2	Beckman Coulter, Gentamicin Cal
24.3	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1
24.4	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2
24.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
25	x
25.1	Beckman Coulter, GGT
25.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set
25.3	Beckman Coulter, Multicontrol
25.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
26	x
26.1	Beckman Coulter, Glucose

26.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
26.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
26.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
26.5	Beckman Coulter, Multicontrol
26.6	Beckman Coulter, Glucose Oxygen Sensor
26.7	žr. <i>pastūlymo pozicijas 65-73</i>
27	x
27.1	Beckman Coulter, Glucose
27.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
27.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
27.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
27.5	Microgenics, MAS CSF
27.6	žr. <i>pastūlymo pozicijas 65-73</i>
28	x
28.1	Beckman Coulter, Hemoglobin A1c3
28.2	Beckman Coulter, Hb diluent
28.3	Beckman Coulter, ExtendSURE HbA1c Control Kit (2 levels)
28.4	žr. <i>pastūlymo pozicijas 65-73</i>
29	x
29.1	Beckman Coulter, Haptoglobin
29.2	Beckman Coulter, Cal 1
29.3	Beckman Coulter, Vigil Serolgy Cntrl Iv1
29.4	Beckman Coulter, Serolgy Cntrl Iv2
29.5	žr. <i>pastūlymo pozicijas 65-73</i>
30	x
30.1	Beckman Coulter, Immunoglobulin A
30.2	Beckman Coulter, Cal 1
30.3	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv1

30.4	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv2
30.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
31	x
31.1	Beckman Coulter, Immunoglobulin G
31.2	Beckman Coulter, Cal 1
31.3	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv1
31.4	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv2
31.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
32	x
32.1	Beckman Coulter, Immunoglobulin M
32.2	Beckman Coulter, Cal 1
32.3	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv1
32.4	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv2
33.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
33	x
33.1	Beckman Coulter, ISE Buffer
33.2	Beckman Coulter, ISE Reference
33.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
33.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
33.5	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
33.6	Beckman Coulter, Ca electrode tip
33.7	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
34	x
34.1	Beckman Coulter, ISE Buffer
34.2	Beckman Coulter, ISE Reference
34.3	UriconTRAK
34.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

39.1	Beckman Coulter, Pancreatic amylase
39.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set
39.3	Beckman Coulter, Multicontrol
39.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
40	x
40.1	Beckman Coulter, Creatinine
41.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
40.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
40.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
40.5	Beckman Coulter, Multicontrol
40.6	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
41	x
41.1	Beckman Coulter, Creatinine
41.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
41.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
41.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
41.5	Microgenics, UricemTRAK
41.6	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
42	x
42.1	Beckman Coulter, Creatine Kinase
42.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set
42.3	Beckman Coulter, Multicontrol
42.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
43	x
43.1	Beckman Coulter, CK-MB Reagent
43.2	Beckman Coulter, CK-MB ctrl
43.3	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

44		x
44.1	Beckman Coulter, Lactate	
44.2	Beckman Coulter, Multicalibrator	
44.3	Beckman Coulter, Multicontrol	
44.4	Ēr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
45	x	
45.1	Beckman Coulter, Lactate	
45.2	Beckman Coulter, Multicalibrator	
45.3	Microgenics, MAS CSF	
45.4	Ēr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
46	x	
46.1	Beckman Coulter, Lactate dehydrogenase	
46.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set	
46.3	Beckman Coulter, Multicontrol	
46.4	Ēr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
47	x	
47.1	Beckman Coulter, Lithium	
47.2	Beckman Coulter, Multicontrol	
47.3	Ēr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
48	x	
48.1	Beckman Coulter, Lipase	
48.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set	
48.3	Beckman Coulter, Multicontrol	
48.4	Ēr. pasiūlymo pozicijas 65-73	
49	x	

49.1	Beckman Coulter, Magnesium
49.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
49.3	Beckman Coulter, Multicontrol
49.4	<i>r. pasiūlymo pozicijas 65-73</i>
50	x
50.1	Beckman Coulter, Magnesium
50.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
50.3	Microgenics, IrichemTRAK
50.4	<i>r. pasiūlymo pozicijas 65-73</i>
51	x
51.1	Beckman Coulter, SE Buffer
51.2	Beckman Coulter, SE Reference
51.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
51.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
51.5	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
51.6	Beckman Coulter, Multicontrol
51.7	Beckman Coulter, Aqua electrode
51.8	<i>r. pasiūlymo pozicijas 65-73</i>
52	x
52.1	Beckman Coulter, SE Buffer
52.2	Beckman Coulter, SE Reference
52.3	Microgenics, IrichemTRAK
52.4	<i>r. pasiūlymo pozicijas 65-73</i>
53	x
53.1	Beckman Coulter, Phosphorus PHOSm
53.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1

53.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
53.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
53.5	Beckman Coulter, Multicontrol
53.6	Er. pasiūlymo pozicijas 65-73
54	x
54.1	Beckman Coulter, Phosphorus PHS
54.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
54.3	Microgenics, UrichemTRAK
54.4	Er. pasiūlymo pozicijas 65-73
55	x
55.1	Beckman Coulter, PAB
55.2	Beckman Coulter, PAB calibrator
55.3	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv1
55.4	Beckman Coulter, Vigil Protein Cntrl Iv2
55.5	Er. pasiūlymo pozicijas 65-73
56	x
56.1	Biokit, Quantex RF
56.2	Biokit, RF Cal
56.3	Biokit, RF Cntrl
56.4	Er. pasiūlymo pozicijas 65-73
57	x
57.1	Beckman Coulter, Triglycerides
57.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
57.3	Beckman Coulter, Multicontrol
57.4	Er. pasiūlymo pozicijas 65-73
58	x
58.1	Beckman Coulter, Alkaline Phosphatase

58.2	Beckman Coulter, Enzyme Validator Set
58.3	Beckman Coulter, Multicontrol
58.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
59	x
59.1	Beckman Coulter, Urea
59.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
59.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
59.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
59.5	Beckman Coulter, Multicontrol
59.5	Beckman Coulter, BUN Electrode
59.6	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
60	x
60.1	Beckman Coulter, BUN
60.2	Beckman Coulter, Aqua Cal 1
60.3	Beckman Coulter, Aqua Cal 2
60.4	Beckman Coulter, Aqua Cal 3
60.5	Microgenics, UrichemTRAK
60.6	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
61	x
61.1	Beckman Coulter, Uric Acid
61.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
61.3	Beckman Coulter, Multicontrol
61.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
62	x
62.1	Beckman Coulter, Uric Acid
62.2	Beckman Coulter, Multicalibrator
62.3	Microgenics, UrichemTRAK
62.4	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73
63	x
63.1	Beckman Coulter, Vancomycin
63.2	Beckman Coulter, Vancomycin Cal

63.3	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1		
63.4	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2		
63.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73		
64	x		
64.1	Beckman Coulter, Valproic Acid		
64.2	Beckman Coulter, Drug Cal		
64.3	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv1		
64.4	Beckman Coulter, TDMs cntrl lv2		
64.5	žr. pasiūlymo pozicijas 65-73		
	-		
65	Beckman Coulter, Wash Concentrate II		
66	Beckman Coulter, No Foam Kit		
67	Beckman Coulter, Cartridge Chemistry Wash Soln		
68	Beckman Coulter, Clenz		
69	Beckman Coulter, Diluent I		
70	Beckman Coulter, Sodium Hypochlorite Solution		
71	Beckman Coulter, Autogloss		
72	Kasetė analizatoriaus spausdintuvui		
73	Beckman Coulter, Sample cups		
		Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM)	124.441,93
			x

PASTABOS:

1. Įvertinome ir nurodėme (įrašėme) visas tyrimų atlikimui, pagal gamintojo rekomendacijas, reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.

2. Pateikiame reikalingą reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį, reikalingą numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui per 3 mėn. atlikti.

3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, įvertiname tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei, kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitinės matavimo ribas.

4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Tyrimo priemonės reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

Generalinis direktorius
Šartūnas Saudargas

2018 m.....

