

LSMU ligoninė Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
 DĖL MEDICINOS PAGALBOS IR HIGIENOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2017-07-10 Nr. BM2017-128

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Barameda“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Stanevičiaus g. 40-2, LT-07125
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	į.k. 303304004, PVM kodas LT100008567211
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	LT60 7044 0600 0795 8838, SEB bankas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Jekaterina Baratinskienė
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Jekaterina Baratinskienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Jekaterina Baratinskienė
Telefono numeris	+370 684 80614
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@barameda.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ Palyginimas REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
9	<ul style="list-style-type: none"> - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - pagaminti iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių: <ul style="list-style-type: none"> - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - vienas limpantis kraštas; - limpančios juostos plotis 5cm±1 cm; - išmatavimai 50±1 cm x 50 ±1 cm; - steriliame įpakavime po 1 vnt.; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 	<ul style="list-style-type: none"> - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - pagaminti iš neaustinės medžiagos dviejų sluoksnių: <ul style="list-style-type: none"> - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - vienas limpantis kraštas; - limpančios juostos plotis 5 cm; - išmatavimai 50cm x 50 cm; - steriliame įpakavime po 1 vnt.; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
10	<ul style="list-style-type: none"> - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - pagaminti iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių: <ul style="list-style-type: none"> - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus) - medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus; - vienas limpantis kraštas; - išmatavimai 75±5 cm x 90 ±5 cm; - steriliame įpakavime po 1 vnt.; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 	<ul style="list-style-type: none"> - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - pagaminti iš neaustinės medžiagos dviejų sluoksnių: <ul style="list-style-type: none"> - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai) - medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus; - vienas limpantis kraštas; - išmatavimai 75cm x 90cm; - steriliame įpakavime po 1 vnt.; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

17	<ul style="list-style-type: none"> - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - įpakavimas po 1 vnt.; - pagaminti iš specialios orui pralaidžios, skysčiams atsparios medžiagos; - elastingais, poliesteriniais ar lygiavertės medžiagos rankogaliais; - su persikeičiamu užsegimu/užrišimu nugaroje, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku; - turi atitikti LST EN 13795-1-3 standartą arba lygiavertį 	<ul style="list-style-type: none"> - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - įpakavimas po 1 vnt.; - pagaminti iš specialios orui pralaidžios, skysčiams atsparios medžiagos; - elastingais, poliesteriniais rankogaliais; - su persikeičiamu užsegimu/užrišimu nugaroje, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku; - turi atitikti LST EN 13795-1-3 standartą arba lygiavertį
61	<ul style="list-style-type: none"> - sterilios (simbolis ant pakuotės); - vienkartinės (pažymėta simboliu); - individualiame įpakavime; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - veikia įstačius į „Legacy“ aparatą 	<ul style="list-style-type: none"> - sterilios (simbolis ant pakuotės); - vienkartinės (pažymėta simboliu); - individualiame įpakavime; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - veikia įstačius į „Legacy“ aparatą
88	<ul style="list-style-type: none"> - viršutinis absorbuojantis sluoksnis, gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas per visą pakloto ilgį; - apatinis sluoksnis su polietileno arba lygiaverte plėvele per visą pakloto ilgį; - įvairaus storio (ne mažiau 2 sugeriamųjų sluoksnių); - dydis: 85±5 cm x 190+30cm absorbuojančios dalies dydis gali būti mažesnis iki 5cm arba lygus pakloto išmatavimams. - įpakuota dėžėse po 100-200vnt 	<ul style="list-style-type: none"> - viršutinis absorbuojantis sluoksnis, gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas per visą pakloto ilgį; - apatinis sluoksnis su polietileno plėvele per visą pakloto ilgį; - įvairaus storio (ne mažiau 2 sugeriamųjų sluoksnių); - dydis: 90 cm x 190cm absorbuojančios dalies dydis lygus pakloto išmatavimams. - įpakuota dėžėse po 120vnt
89	<ul style="list-style-type: none"> - apatinis sluoksnis su polietileno arba lygiaverte plėvele per visą pakloto ilgį; - pakloto absorbuojanti dalis pakloto vidurinėje dalyje, dydis 85±5 x 60±5 cm; - viršutinis sluoksnis gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas; - įvairaus storio (ne mažiau 2 sugeriamųjų sluoksnių); - viso pakloto dydis 85±5 cm x 200±20cm - įpakuota dėžėse po 100-200vnt 	<ul style="list-style-type: none"> - apatinis sluoksnis su polietileno plėvele per visą pakloto ilgį; - pakloto absorbuojanti dalis pakloto vidurinėje dalyje, dydis 80 x 55 cm; - viršutinis sluoksnis gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas; - įvairaus storio (ne mažiau 2 sugeriamųjų sluoksnių); - viso pakloto dydis 90 cm x 180cm - įpakuota dėžėse po 120vnt
93	<ul style="list-style-type: none"> - sterilios (simbolis ant pakuotės); - individualiame įpakavime; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - hipoalergiškos - pagamintos iš latekso ar lygiavertės medžiagos; - vidinis pirštinės paviršius papildomai apdorotas arba padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą (pateikti patvirtinančius dokumentus); - be pudros; - rankogaliai elipsės formos, be susisukusio kraštelio; - anatomicinės konfigūracijos, ilgis ne mažiau 28,0 cm; - AQL – ne daugiau 0,65 (pateikti patvirtinančius dokumentus); - įpakavimas – plėšiamas plyšta per siūles; - atitinka LST EN-455 1-2-3 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus); - dydis: Nr. 7; Nr. 7,5, Nr. 8; - gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės 	<ul style="list-style-type: none"> - sterilios (simbolis ant pakuotės); - individualiame įpakavime; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - hipoalergiškos - pagamintos iš latekso medžiagos; - vidinis pirštinės paviršius papildomai apdorotas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą (pateikiami patvirtinantys dokumentai); - be pudros; - rankogaliai elipsės formos, be susisukusio kraštelio; - anatomicinės konfigūracijos, ilgis ne mažiau 28,0 cm; - AQL – ne daugiau 0,65 (pateikiami patvirtinantys dokumentai); - įpakavimas – plėšiamas plyšta per siūles; - atitinka LST EN-455 1-2-3 (pateikiami patvirtinantys dokumentai); - dydis: Nr. 7; Nr. 7,5, Nr. 8; - gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės
144	<ul style="list-style-type: none"> - lipni juosta su cheminių dažų brūkšniais, kurie garų sterilizacijos metu keičia spalvą; - juostos plotis ≥ 15 mm; - indikatorius skirtas sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui; - indikatorius – ritinys, ne mažiau 50m; - galiojimo laikas turi būti nurodytas ant kiekvieno ritinio; - atitinka LST EN ISO 11140-1 (pateikti standartą patvirtinančius dokumentus) 	<ul style="list-style-type: none"> - lipni juosta su cheminių dažų brūkšniais, kurie garų sterilizacijos metu keičia spalvą; - juostos plotis > 15 mm; - indikatorius skirtas sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui; - indikatorius – ritinys, 50m; - galiojimo laikas yra nurodytas ant kiekvieno ritinio; - atitinka LST EN ISO 11140-1 (pateikiami standartą patvirtinantys dokumentai)
145	<ul style="list-style-type: none"> - indikatorius skirtas garo sterilizacijai; 	<ul style="list-style-type: none"> - indikatorius skirtas garo sterilizacijai;

	<ul style="list-style-type: none"> - indikatoriaus pavidalas – lipni etiketė įvairių pakuočių žymėjimui; - indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į sterilizacijos atsekamumo dokumentus (nenaudojant klijų); - ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas; - ant indikatoriaus turi būti pakankamai vietos reikiamai informacija įrašyti (3 eilutės su 32 simboliais: 21 skaičius, 10 taškų arba tarpų ir 1 raidė (I, M, T)) specialaus rankinio spausdintuvo pagalba - tiekiamos nemokamos rašalo kasetės, kurių rašalas atsparus sterilizacijai; - kartu pateikiami specialūs rankiniai spausdintuvai (poreikis 24vnt); - po sterilizacijos indikatorius turi tvirtai laikytis ant pakuotės; - atitinka LST EN ISO 11140-1 (pateikti standartą patvirtinančius dokumentus) 	<ul style="list-style-type: none"> - indikatoriaus pavidalas – lipni etiketė įvairių pakuočių žymėjimui; - indikatorius yra pritaikytas įklijuoti į sterilizacijos atsekamumo dokumentus (nenaudojant klijų); - ant cheminio indikatoriaus yra nurodytas indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais; - ant indikatoriaus yra pakankamai vietos reikiamai informacija įrašyti (3 eilutės su 32 simboliais: 21 skaičius, 10 taškų arba tarpų ir 1 raidė (I, M, T)) specialaus rankinio spausdintuvo pagalba - bus tiekiamos nemokamos rašalo kasetės, kurių rašalas atsparus sterilizacijai; - kartu pateikiami specialūs rankiniai spausdintuvai (poreikis 24vnt); - po sterilizacijos indikatorius turi tvirtai laikytis ant pakuotės; - atitinka LST EN ISO 11140-1 (pateikiami standartą patvirtinantys dokumentai)
146	<ul style="list-style-type: none"> - indikatoriai skirti nustatyti ar įvyko pakuotės sterilizacija; - turi būti 5 arba 6 tipo; - ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodyta tiksli indikatoriaus pasikeitimo interpretacija; - indikatoriai turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (pateikti standartą patvirtinančius dokumentus) 	<ul style="list-style-type: none"> - indikatoriai skirti nustatyti ar įvyko pakuotės sterilizacija; - 5 tipo; - ant cheminio indikatoriaus yra nurodyta tiksli indikatoriaus pasikeitimo interpretacija; - indikatoriai atitinka LST EN ISO 11140-1 (pateikiami standartą patvirtinantys dokumentai)
151	<ul style="list-style-type: none"> - vienkartinis (pažymėta simboliu); - su išoriniu indikatoriumi garui ir EO; - su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - skirtas vakuuminei sterilizacijai prie 121-134 C temperatūros, 100% EO dujų sterilizacijai; - maišelio siūlės ir užklėjavimo vieta po sterilizacijos ciklo turi išlikti sandarios (maišeliai bus įvertinti sandariais, kai iš 3 bandomų maišelių 2 maišelių siūlės bus vientisos, be kanalų/raukšlių); - užklėjavimo juostos plotis 20±3mm; - trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10mm; - nurodyta maišelio lenkimo linija; - ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris; - pakuotė iki 200vnt Dydis 90-95 x 200-260 	<ul style="list-style-type: none"> - vienkartinis (pažymėta simboliu); - su išoriniu indikatoriumi garui ir EO; - su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - skirtas vakuuminei sterilizacijai prie 121-134 C temperatūros, 100% EO dujų sterilizacijai; - maišelio siūlės ir užklėjavimo vieta po sterilizacijos ciklo turi išlikti sandarios; - užklėjavimo juostos plotis 17mm; - trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10mm; - nurodyta maišelio lenkimo linija; - ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris; - pakuotė iki 200vnt Dydis 90 x 250
152	Dydis 190-200 x 350-400	Dydis 190 x 400
153	Dydis 250-300 x 450-500	Dydis 300 x 450

PASIŪLYMO KAINA

Turi būti užpildytas Microsoft Excell „Sąrašas ir suvestinė“ dokumentas (abi lentelės „Sąrašas“ (1 lentelė) bei „Suvestinė“ (2 lentelė)) ir pateiktas Exel formatu.

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Registravimo pažymėjimas KONFIDENCIALU	2
2	Įstatai	3
3	Teistumo pažyma KONFIDENCIALU	1
4	Deklaracija dėl balsų daugumos KONFIDENCIALU	1
5	Jungtinė pažyma KONFIDENCIALU	2
6	Katalogai KONFIDENCIALU	11
7	Sertifikatai KONFIDENCIALU	57

8	Specifikacija	1
---	---------------	---

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekejai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) Registravimo pažymėjimas, Įstatai, Teistumo pažyma, Deklaracija dėl balsų daugumos, Sertifikatai, Katalogai, Siūlomų prekių gamintojų pavadinimai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

Direktorė
Jekaterina Baratinskienė



Jekaterina Baratinskienė

