

**MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. MD-17/156 /516**

2018 m. sausio mėn. 19 d.

Vilnius,

Mes, **Uždaroji akcinė bendrovė „Bioeksma“** atstovaujama direktoriaus Vito Černiausko, toliau vadinama „Vykdytoju“, ir

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė, atstovaujama direktoriaus Stasio Skaumino, toliau vadinama „Užsakovu“, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Vykdytojas įsipareigoja teikti visas prietaiso gamintojo numatytas **profilaktinės techninės priežiūros ir techninio remonto paslaugas**, toliau sutartyje vadinamas „aptarnavimo paslaugos“, šios sutarties priede Nr. 1 nurodytai *in vitro* diagnostikos laboratorinei medicinos įrangai.
- 1.2. Med. įrangos techninė priežiūra (TP) reiškia :
 - med. įrangos laidų, kontaktų, mygtukų, kabelių, lempučių, saugiklių, diržų, gumų, akumuliatorių, elektrodų, elektrinės dalies ir kitų dalių apžiūrą ir patikrinimą;
 - sisteminių skysčių tikrinimą ir keitimą;
 - susidėvėjusių gumų, diržų, filtrų ir panašių eksploatacinių dalių keitimą;
 - išorinių ir vidinių mazgų, blokų valymas, rūdžių ir apnašų pašalinimas, patepant tepalu, dulkių išsiurbimas;
- 1.3. Med. įrangos remontas apima kompleksą darbų, kurių metu būtina išrinkti (išardyti) įrangą ar jos mazgą tam, kad būtų pašalinti jų funkciniai pažeidimai ir/ar atstatyta prekinė išvaizda.

2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Techninės priežiūros darbų periodiškumas ir techninės priežiūros/remonto darbų įkainiai nurodyti šios sutarties priede Nr.1.
- 2.2. Už techninės profilaktikos ar remonto metu panaudotas medžiagas, pakeistas detales ir mazgus bei atsargines dalis Užsakovas apmoka atskirai. Sąskaita apmokėjimui išrašoma šalių pasirašyto darbų atlikimo akto pagrindu.
- 2.3. Paslaugų kaina gali būti keičiama, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems mokesčių dydį. Paslaugos įkainis su PVM bus keičiamas atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 3.1. Užsakovas įsipareigoja:
 - 3.1.1. eksploatuoti priede Nr. 1 nurodytą įrangą griežtai laikantis įrangos Darbo vadove ir „Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos apraše“ 2010 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-383, Valstybės žinios: 2010-05-11 Nr.54-2660) numatytų reikalavimų;
 - 3.1.2. įvykus punkte Nr. 1.1 nurodytos įrangos gedimui:
 - informuoti apie gedimą Vykdytoją tel. (8 5) 272 97 18, faksu (8 5) 272 90 99 arba el. paštu medicina@bioeksma.lt;
 - esant galimybei ir vadovaujantis inžinieriaus teikiamais nurodymais telefonu, atlikti veiksmus, reikalingus tikslesniam įrangos gedimo požymių nustatymui ir, jei įmanoma, gedimo pašalinimui;
 - nepavykus gedimo pašalinti savarankiškai, suderinti Vykdytojo atstovo atvykimo laiką.
 - 3.1.3. sudaryti sąlygas Vykdytojo atstovui atlikti įrangos techninį aptarnavimą (užtikrinti laisvą priėjimą prie įrangos);
 - 3.1.4. Vykdytojo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras už pakeistas detales, mazgus apmokėti per 60 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos.
- 3.2. Vykdytojas įsipareigoja:
 - 3.2.1. techninio aptarnavimo paslaugas teiks kvalifikuoti aptarnavimo inžinieriai, apmokyti ir turintys gamintojo išduotus sertifikatus;
 - 3.2.2. atvykti pagal gautą iškvietimą 48 val. laikotarpyje;
 - 3.2.3. atlikti planinę techninę profilaktiką ir/arba suremontuoti įrangą;
 - 3.2.4. atliktiems darbams suteikti 3 mėnesių garantiją;
 - 3.2.5. jei remonto ar planinės techninės priežiūros metu reikia pakeisti detales arba mazgus, informuoti apie tai Užsakovą ir gauti jo sutikimą. Užsakovui atsisakius pirkti reikalingas detales, nurodyti tai darbų atlikimo akte, o įrangos pase pažymėti apie jos tinkamumą eksploatacijai;
 - 3.2.6. pakeistoms detalėms ar eksploataciniams reikmenims suteikti garantiją pagal gamintojo suteiktas garantijas;
 - 3.2.7. atlikus remontą, patikrinti įrangos tvarkingumą ir jos charakteristikų atitikimą gamintojo specifikacijai, užpildyti remonto darbų aktą, nurodant sutrikimo priežastį, atliktus darbus, pakeistas detales bei mazgus ir jų

garantijos terminus, įrangos tinkamumą tolesnei eksploatacijai, taip pat šios sutarties p. 3.1.1. pažeidimus, jei jie buvo pastebėti. Abiems šalims patvirtinus minėtą aktą, padaryti įrašus medicinos įrangos pase;

3.2.8. patvirtinto akto pagrindu pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus ir pakeistas dalis bei mazgus, jei tokie buvo nurodyti akte;

3.2.9. teikti visapusišką informaciją laboratorijos personalui aktualiais kasdienės analizatoriaus techninės priežiūros ir eksploatacijos klausimais.

4. NEĮVEIKIAMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

4.1. Nė viena iš šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Sutartis įsigalioja, abiem šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais, ir galioja **12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo pasirašymo dienos**.

4.2. Šalims nepareiškus raštiško pageidavimo sutartį nutraukti, sutarties terminas pratęsiamas dar vieneriems metams. Tokiomis pačiomis sąlygomis sutartis gali būti pratęsta ir tretiesiems metams. Bendra sutarties trukmė su pratęsimais negali būti ilgesnė nei 3 (trys) metai.

4.3. Šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bet kuriuo metu.

4.4. Vienašališkai, prieš terminą, sutartis gali būti nutraukta, vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, ir raštu įspėjus apie tai kitą šalį ne mažiau kaip prieš 30 dienų.

5.1. Sutarties galiojimo pasibaigimas arba jos nutraukimas prieš terminą neatleidžia šalių nuo savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jeigu viena šalis iki sutarties pasibaigimo (nutraukimo) dienos atliko veiksmus, sąlygojančius kitos šalies prievolės pagal šią sutartį vykdymą.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Šalys tarpusavyje įsipareigoja laikytis konfidencialumo, visa informacija, kurią šalys sužinojo tarpusavyje bendradarbiaudamos, negali būti skelbiama sutartyje nedalyvaujantiems asmenims be atskiro šalių susitarimo.

6.2. Nė viena iš šalių neturi teisės be raštiško kitos šalies sutikimo perduoti trečiajai šaliai savo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo.

6.3. Sutartis gali būti papildyta ar pakeista papildomais susitarimais, protokolais, nekeičiančiais sutarties esminio turinio, kurie, pasirašyti abiejų šalių, galioja kaip neatskiriama šios sutarties dalis. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento.

6.4. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami geranorišku tarpusavyje susitarimu.

6.5. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavyje susitarimu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas egzempliorius lieka pas Užsakovą, o kitas pas Vykdytoją.


Šalių rekvizitai:

“Vykdytojas”

UAB „Bioeksma“

Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius
Įmonės kodas 300096612
PVM mokėtojo kodas LT100001556016
Tel.: (8 5) 272 97 18, faksas (8 5) 272 90 99
A/S LT597044060004724488
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Vitas Černiauskas



“Užsakovas”


Viešojo įstaiga

Kėdainių ligoninė

J. Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai,
Įmonės kodas 191045561

Tel. 347-67096

Direktorius
Stasys Skauminas



**MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES Nr. MD-17/156/ 516**


Priedas Nr.1

Pirki mo dalies Nr.	Prietaiso pavadinimas	Tipas/modelis	Tech.priežiūros periodiškumas (kartai metuose)	Techninės priežiūros periodiškumo valandų skaičius per metus	Remonto darbų 1 val. kaina eurais be PVM	Tech. priež. ir rem. darbų 1 val. kainų suma eurais be PVM. 7x8 grafos
1	2	3	4	7	8	9
1	Biocheminis analizatorius OLYMPUS AU640	OLYMPUS AU640 (Ser.Nr. 1060655)	2	8	43,45	347,60
2	Biocheminis analizatorius OLYMPUS AU480+ISE	OLYMPUS AU480+ISE (Ser.Nr. 2015084401)	2	8	43,45	347,60
3	Šlapimo analizatorius Cobas u411	Cobas u411 (Ser.Nr. 10000524)	2	2	43,45	86,90
Viso be PVM:						782,10
PVM 21% nuo 782,10 Eur:						164,24
Viso su PVM:						946,34

“Vykdytojas”

UAB „Bioeksma“


Direktorius
Vitas Černiauskas



“Užsakovas”

**Viešoji įstaiga
Kėdainių ligoninė**

Direktorius
Stasys Skauminas



A.V.