

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIUMI MEK-7300 K ARBA LYGIAPERČIU 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus)																	
Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams																	
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.																	
Eil. Nr.	Tyrimų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslų nuorodą dokumentacijoje)	Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn.	Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) (jeigu vidinė kontrolė nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją)	Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jeigu nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius)	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM	Tyrimo kaina, EUR be PVM	Tyrimo kaina, EUR su PVM	Suma, EUR be PVM 12 mėn.	Suma, EUR su PVM 12 mėn.	Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka)	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis, pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas			9000	800												

1	SULFOLYSER		Naudotojo vadovas 4-3 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				4	3 x 500 ml	4	140,00	147,00	0,67	0,70	560,00	588,00	Žr. pakuotės lape-lyje arba Išori-nėje pakuotėje	Sysmex, 12215616 001
2	CELLCLEAN		Naudotojo vadovas 4-3 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				5	50 ml	5	120,00	126,00			600,00	630,00	Žr. pakuotės lape-lyje arba Išori-nėje pakuotėje	Sysmex, 12215292 001
3	STROMATOLYSER-4DL		Naudotojo vadovas 4-2 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				5	5 l	5	140,00	147,00			700,00	735,00	Žr. pakuotės lape-lyje arba Išori-nėje pakuotėje	Sysmex, 33155170 01
4	STROMATOLYSER-4DS		Naudotojo vadovas 4-2 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				8	1 x 42 ml	8	120,00	126,00			960,00	1008,00	Žr. pakuotės lape-lyje arba Išori-nėje pakuotėje	Sysmex, 48804710 01
5	CELLPACK		Naudotojo vadovas 4-1 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				21	20 l	21	130,00	136,50			2730,00	2866,50	Žr. pakuotės lape-lyje arba Išori-nėje pakuotėje	Sysmex, 12215268 001
Kontrolinės medžiagos																	
6	E-Check (XS) low		Naudotojo vadovas 4-4 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				25	1,5 ml	25	13,50	14,18			337,50	354,38	14 d.	Sysmex, 48795890 01
7	E-Check (XS) norm		Naudotojo vadovas 4-4 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				25	1,5 ml	25	13,50	14,18			337,50	354,38	14 d.	Sysmex, 48799530 01

8	E-Check (XS) high		Naudotojo vadovas 4-4 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				25	1,5 ml	25	13,50	14,18			337,50	354,38	14 d.	Sysmex, 48802260 01
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)																	6890,64
REIKALAVIMAI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT.																	
Vertinamas tik pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.																	
Eil. Nr.	Techniniai parametrai		Reikalaujami techniniai parametrai						Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)) (įrašo tiekėjas)								
Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas (įrašo tiekėjas):																	
1	WBC matavimo principai		Tėkmės citometrija						Tėkmės citometrija; Naudotojo vadovas 1-5 psl.								
2	Analizuojami parametrai		Ne mažiau kaip: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, IG#, IG% WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterograma						WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, IG#, IG%; Naudotojo vadovas 1-4 psl. WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterograma; 11-17, 11-18, 12-1 psl.								
3	Analizatoriaus matavimo režimai		CBC, CBC+ DIFF						CBC, CBC+ DIFF; Naudotojo vadovas 11-10, 11-11, 11-17 psl.								
4	Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija		Būtina						Yra dangtelių pradūriklis; Naudotojo vadovas 1-5 psl.								
5	Bandinio tūris		Ne daugiau 60µl						Bandinio tūris 20 µl; Naudotojo vadovas 6-21 psl.								
6	Galimybė tirti kapiliarinį kraują		Būtina						Tiria kapiliarinį kraują; Naudotojo vadovas 6-11 psl.								
7	Analizatoriaus sparta		Ne mažiau 40 tyrimų per valandą						Apie 60 mėginių/val.; Naudotojo vadovas 11-1 psl.								
8	Kokybės kontrolės metodai: - L-J		Būtina						L-J (Levy-Jennings); Naudotojo vadovas 6-10 psl.								
9	Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrai, su galimybe stebėti ekrane ir atsispausdinti		Būtina						Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrai, yra galimybė jas stebėti ekrane ir atsispausdinti; Naudotojo vadovas 3-2, 7-17 psl.								
10	Vidinė analizatoriaus atmintis		Ne mažiau 300 pacientų skaitmeninių duomenų						Duomenų saugojimo talpa: 5000 pacientų skaitmeninių duomenų; Naudotojo vadovas 11-5 psl.								
11	Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS		Būtina						Palaiko standartinį ASTM arba HL7 protokolą ir gali būti integruotas su įstaigoje ir laboratorijoje naudojama informacine sistema.								
12	Maksimalios leistinos parametų paklaidos CV		WBC iki 3.0 % RBC iki 1.5 % Hgb iki 1.5 % MCV iki 1,5% Plt iki 4 %						WBC iki 3.0 % RBC iki 1.5 % HGB iki 1.5 % MCV iki 1,5% PLT iki 4 % ; Naudotojo vadovas 11-2 psl.								
13	Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo		Būtina						Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo; Naudotojo vadovas 11-1 psl.								
14	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis		Būtina						Komplektuosime su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu								

15	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Suteiksime 12 mėn. garantiją
----	-----------	------------------------	------------------------------

Kiti reikalavimai:

- 1) Pardavėjas, įrangą turi pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti Pirkėjo nurodytu adresu, paruošti darbui ir suderinti/išbandyti bei apmokyti Pirkėjo personalą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įrangos panaudos sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos. Pardavėjas kartu su įranga panaudai, turi pateikti užpildytą įrangos techninį pasą.
- 2) Pardavėjas turi būti gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą panaudai perduodamos įrangos eksploatavimo laikotarpiu. Pardavėjas privalo užtikrinti perduodamos įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą) be papildomo mokesčio (savo sąskaitą).

9. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIUMI SYSMEX 1000-i ARBA LYGIAVERČIŲ 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 9.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)																	
Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams																	
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.																	
Eil. Nr.	Tyrimų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)	Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn.	Maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. kokybės kontrolėi (vidinei ir išorinei) (jeigu vidinė kontrolė nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją)	Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (jeigu nenurodyta, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 12 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius)	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM	Tyrimo kaina, EUR be PVM	Tyrimo kaina, EUR su PVM	Suma, EUR be PVM 12 mėn.	Suma, EUR su PVM 12 mėn.	Reagentų/eksploatacinių medžiagų/papildomų priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka)	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo puslapis, pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Automatizuo-tas hematologinis (kraujo) tyrimas			3200	800												

1	SULFOLYSER		Naudotojo vadovas 4-3 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				4	3 x 500 ml	4	140,00	147,00	1,07	1,12	560,00	588,00	Žr. pakuotės lapelyje arba Išorinėje pakuotėje	Sysmex, 12215616001
2	CELLCLEAN		Naudotojo vadovas 4-3 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				3	50 ml	3	120,00	126,00			360,00	378,00	Žr. pakuotės lapelyje arba Išorinėje pakuotėje	Sysmex, 12215292001
3	STROMATOLYSE R-4DL		Naudotojo vadovas 4-2 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				3	5 l	3	140,00	147,00			420,00	441,00	Žr. pakuotės lapelyje arba Išorinėje pakuotėje	Sysmex, 3315517001
4	STROMATOLYSE R-4DS		Naudotojo vadovas 4-2 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				3	1 x 42 ml	3	120,00	126,00			360,00	378,00	Žr. pakuotės lapelyje arba Išorinėje pakuotėje	Sysmex, 4880471001
5	CELLPACK		Naudotojo vadovas 4-1 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				12	20 l	12	130,00	136,50			1560,00	1638,00	Žr. pakuotės lapelyje arba Išorinėje pakuotėje	Sysmex, 12215268001
	Kontrolinės medžiagos																

6	E-Check (XS) low		Naudotojo vadovas 4-4 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				25	1,5 ml	25	13,50	14,18			337,50	354,38	14 d.	Sysmex, 4879589001
7	E-Check (XS) norm		Naudotojo vadovas 4-4 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				25	1,5 ml	25	13,50	14,18			337,50	354,38	14 d.	Sysmex, 487953001
8	E-Check (XS) high		Naudotojo vadovas 4-4 psl.; žr. EB atitikties deklaraciją				25	1,5 ml	25	13,50	14,18			337,50	354,38	14 d.	Sysmex, 4880226001
9 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)																	4486,14

PASTABOS:

1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti ir nuolat atnaujinti (kur tinka) laboratorijos diagnostikos reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių naudojimosi instrukcijas, reagentų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas, kai yra patvirtinta pardavėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir Pardavėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į lietuvių kalbą – atsakingas Pardavėjas.

2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

3. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo Pirkėjo nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas Pardavėjas.

Jeigu Pardavėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.

Pirkėjas:

VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Tyzenhauzų g. 18A, LT-02106 Vilnius
Įstaigos kodas: 124368392
Tel. (8-5) 262 80 38, faks. (8-5) 262 80 38
El. paštas info@vgn.lt
A/s LT 55 7300 0100 0246 4515
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorė Kornelija Mačiulienė

A.V.

Pardavėjas:

UAB „Roche Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius
Įmonės kodas: 300089404
Tel. (8-5) 254 67 99, faksas (8-5) 254 67 97
El. paštas: lithuania.diagnostics@roche.com
A. s. LT

Banko kodas:

Generalinė direktorė Rasa Jonušienė

A.V.