

2

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)
NR. 158-115

PRIEMONĖS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI (NR. 3)

2018 m. balandžio mėn. 25 d.
Vilnius

UAB Balton Medical (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktorės Indrės Leikauskės, veikiančios pagal įmonės įstatus,
ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui Dainos Balčėtienės, veikiančios pagal 2017 m. liepos 4 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-182 „Dėl įgaliojimo pasirašyti pirkimo-pardavimo ir panaudos sutartis“,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Priemonės intervencinei radiologijai (Nr. 3)“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytus įkainius.

1.2. Sutarties galiojimo metu planuojamas pirkti preliminarus kiekvienos prekės kiekis yra nurodytas Sutarties priede. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti konkretaus prekių kiekio.

1.3. Pirkėjas turi teisę nupirkti mažesnę arba didesnę prekių kiekį nei nurodyta Sutarties priede, tačiau negali viršyti Sutarties 8.1 punkte nurodytos maksimalios pirkimo sutarties vertės.

1.4. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios Sutarties vertės nurodytos Sutarties 8.1 punkte. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei susitarimo užsakyti Sutarties priede nenurodytas prekes pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.6. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto modelio prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede Nr. 1 nurodytą techninę specifikaciją.

1.7. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ UŽSAKymo, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus raštu (elektroniniu paštu). Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kiekį.

2.2. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat

reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejų, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekęs buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekęs turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęs padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekęjo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytus įkainius įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodyti įkainiai nebus keičiami, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už 7014,00 EUR sumą be PVM, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Abiejų šalių rašytiniu susitarimu Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 3 mėn. terminui.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Audrius Širvinskas, Intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Irmėna Galdikienė, vyresnioji specialistė.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas, 3 lapai.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB Balton Medical

Subačiaus g. 15-51, LT-01300, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 302723907
PVM mokėtojo kodas: LT100006687716
Tel.: (8 6) 576 8776; (8 6) 509 7779
El. p. info@baltonmedical.com
Bankas: AB Swedbank bankas
A.s. LT767300010130503652

Direktorė
Indrė Leikauskė

(parašas)

(data)



PIRKĖJAS


VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124243848
PVM mokėtojo kodas LT242438412
Tel.: (8 5) 216 9069
E. p. rvul@rvul.lt
Bankas AB „SEB bankas“
A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
Daina Balčėtienė

(parašas)

2018-04-25
(data)



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyresnioji specialistė
A. Galdikienė
2018-04-24

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyresnioji specialistė
I. Galdikienė
2018-04-23

Sutarties Nr. KT-173 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PARDAVĖJO PASIŪLYMAS

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
- 1.2. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
- 1.3. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojaniais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkanciosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
- 1.4. Siūlomiems gaminiams būtina pateikti katalogus su atžymėta reikalaujamų parametru reikšme pagal siūlomos pirkimo dalies numerį.

2. Specialieji perkanciosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:

PD Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Kiekis Vnt.	Vnt. kaina EUR, be PVM	PVM tarifas (%)	Bendra kaina, EUR su PVM	Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalies, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametru reikšmės.	Atitikimas techniniams reikalavimams
PRIEMONĖS PERIFERIJAI								
Koronariniai stentai								
7	Vaistus išskiriantys stentai	Vamzdinis, lazeriu gręžtas, nominali stento sienelė $\leq 0.0045''$, Stento diametro: nuo 2.5mm iki 4,00 mm; Stento ilgiai: nuo 12mm iki 36mm; Metalo iki arterijos santykis $\leq 15\%$ Išplėstinė polimero dangos technologija, užtikrinanti optimaliai kontroliuojamą sirolimus išskyrimą, kuris efektyviai slopina int. hiperplaziją ir restenozę.	16	258,00	5	4.334,40	Alex Plus, Balton, Lenkija. ZSTC..CFSP; ZSTC..CFS; PBA; PC.; PC..NE; CBR; CCF; EucaVI; PW; PWsv; 3595; 3572; 3573; 3832; 3897; 3871; 3990; 3660; 3661; 3574; 3762; 3575; 3763; 3802; 3803; 3572; 3588; 3865; 3514; 3504.	Vamzdinis, lazeriu gręžtas, nominali stento sienelė $\leq 0.0045''$, Stento diametro: nuo 2.5mm iki 4,00 mm; Stento ilgiai: nuo 12mm iki 36mm; Metalo iki arterijos santykis $\leq 15\%$ Išplėstinė polimero dangos technologija, užtikrinanti optimaliai kontroliuojamą sirolimus išskyrimą, kuris efektyviai slopina int. hiperplaziją ir restenozę.

BDamm

9	Koronariniai kobalto chromo stentai	Stentas pagamintas kobalto chromo lydinio ar lygiavertės medžiagos. Stentas lankstus, lazeriu gręžtas, atvirų akučių dizainas. Lengvas priėjimas prie šoninių atšakų. Lygus hemodinamiškas stento paviršius - su užapvalintais vijų kraštais. Skirtas naudoti su 5Fr nukreipėju. Įvedimo sistemos ilgis - ≤ 138cm. Baliono pagamintas iš poliamido junginio. Įvedimo sistemos distali dalis pagaminta iš poliamido, distali - nerūdijantis plienas dengtas PTFE. Proksimalus įvedimo sistemos dydis - ≤ 2.1Fr, distalus - $2.5-2.9$Fr. Su rentgenokontraistais markeriais. Įvedimo sistemos galo dydis - ≤ 0.017". Rekomenduojamas vielos pravedėjo diametras - 0.014". Stentų dydžiai: Diametras: $2.25 - 4.5$mm, ilgis- $8 - 30$ mm (Būtinai įvairūs dydžiai); Nominalus slėgis - $8-9$ atm; Baliono darbinis plyšimo slėgis (RBP): ≤ 19 atm.	10	111,00	5	1.165,50	CCFlex, Eucatech, Vokietija. CCF; PBA; PC.; CBR; EucaVI; 3595; 3572; 3573; 3832; 3897; 3871; 3660; 3661; 3574; 3762; 3575; 3763; 3572; 3514; 3504.	Stentas pagamintas kobalto chromo lydinio ar lygiavertės medžiagos. Stentas lankstus, lazeriu gręžtas, atvirų akučių dizainas. Lengvas priėjimas prie šoninių atšakų. Lygus hemodinamiškas stento paviršius - su užapvalintais vijų kraštais. Skirtas naudoti su 5Fr nukreipėju. Įvedimo sistemos ilgis - ≤ 138cm. Baliono pagamintas iš poliamido junginio. Įvedimo sistemos distali dalis pagaminta iš poliamido, distali - nerūdijantis plienas dengtas PTFE. Proksimalus įvedimo sistemos dydis - ≤ 2.1Fr, distalus - $2.5-2.9$Fr. Su rentgenokontraistais markeriais. Įvedimo sistemos galo dydis - ≤ 0.017". Rekomenduojamas vielos pravedėjo diametras - 0.014". Stentų dydžiai: Diametras: $2.25 - 4.5$mm, ilgis- $8 - 30$ mm (Būtinai įvairūs dydžiai); Nominalus slėgis - $8-9$ atm; Baliono darbinis plyšimo slėgis (RBP): ≤ 19 atm.
10	Koronariniai stentai skatinančią endotelizaciją	Stentas pagamintas kobalto chromo lydinio arba nerūdijančio plieno su danga, skatinančia endotelizaciją. Stentas lankstus, lazeriu gręžtas, atvirų akučių dizainas, 3 sukabinimai, 6-9 zigzaginiai elementai žiedo segmente. Lengvas priėjimas prie šoninių atšakų. Lygus hemodinamiškas stento paviršius - su užapvalintais vijų kraštais. Stento vielos storis - ≤ 0.0063". Stento akutės	16	111,00	5	1.864,80	CCFlex, Eucatech, Vokietija. CCF; PBA; PC.; CBR; EucaVI; 3595; 3572; 3573; 3832; 3897; 3871; 3660; 3661; 3574; 3762; 3575; 3763; 3572; 3514; 3504.	Stentas pagamintas kobalto chromo lydinio arba nerūdijančio plieno su danga, skatinančia endotelizaciją. Stentas lankstus, lazeriu gręžtas, atvirų akučių dizainas, 3 sukabinimai, 6-9 zigzaginiai elementai žiedo segmente. Lengvas priėjimas prie šoninių atšakų. Lygus hemodinamiškas stento paviršius - su užapvalintais vijų kraštais. Stento vielos storis - ≤ 0.0063". Stento akutės



						plotis pagrindiniame segmente $\leq$ 0.0039". Sutrupėjimas po išskleidimo - $<4\%$; Mechaninis atitraukimas - $<5\%$; Metalų padengimas $\leq 18\%$. Skirtas naudoti su 5 - 7Fr nukreipėju. Įvedimo sistemos ilgis - $138\text{cm} \pm 2\text{cm}$; Vielos pravedėjo spindžio ilgis - $27\text{cm} \pm 2\text{cm}$; Balionas pagamintas iš poliamido junginio. Įvedimo sistemos distali dalis pagaminta iš poliamido, distali - nerūdijantis plienas dengtas PTFE. Proksimalus įvedimo sistemos dydis - $\leq 1.9\text{Fr}$, distalus - $\leq 2.5-2.9\text{Fr}$ priklausomai nuo baliono dydžio. Su platinos-iridžio rentgenokontrastiniais markeriais. Įvedimo sistemos galo dydis - $\leq 0.017"$; Rekomenduojamas vielos pravedėjo diametras - $0.014"$; Minimalus baliono išsikišimas ("overhang") $\leq 0.5\text{mm}$ kiekvienoje pusėje. Stentų dydžiai: Vidinis diametras: $2.25 - 6.0\text{mm}$, ilgis - $8 - 38\text{mm}$ (Būtinai įvairūs diametrai ir ilgiai); Nominalus slėgis - 8atm. Baliono darbinis plyšimo slėgis (RBP): $\leq 19\text{atm}$.
						plotis pagrindiniame segmente $\leq$ 0.0039". Sutrupėjimas po išskleidimo - $<4\%$; Mechaninis atitraukimas - $<5\%$; Metalų padengimas $\leq 18\%$. Skirtas naudoti su 5 - 7Fr nukreipėju. Įvedimo sistemos ilgis - $138\text{cm} \pm 2\text{cm}$; Vielos pravedėjo spindžio ilgis - $27\text{cm} \pm 2\text{cm}$; Balionas pagamintas iš poliamido junginio. Įvedimo sistemos distali dalis pagaminta iš poliamido, distali - nerūdijantis plienas dengtas PTFE. Proksimalus įvedimo sistemos dydis - $\leq 1.9\text{Fr}$, distalus - $\leq 2.5-2.9\text{Fr}$ priklausomai nuo baliono dydžio. Su platinos-iridžio rentgenokontrastiniais markeriais. Įvedimo sistemos galo dydis - $\leq 0.017"$; Rekomenduojamas vielos pravedėjo diametras - $0.014"$; Minimalus baliono išsikišimas ("overhang") $\leq 0.5\text{mm}$ kiekvienoje pusėje. Stentų dydžiai: Vidinis diametras: $2.25 - 6.0\text{mm}$, ilgis - $8 - 38\text{mm}$ (Būtinai įvairūs diametrai ir ilgiai); Nominalus slėgis - 8atm. Baliono darbinis plyšimo slėgis (RBP): $\leq 19\text{atm}$.

Direktorė

Indrė Leikaušė


(parašas)



Direktoriaus pavaduotoja valdymui

Daina Balčėtienė

(parašas)



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. patalpoje specialistė

J. Galdikienė
Irminda Galdikienė
2018-09-23