



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

Viešoji įstaiga, Naujoji g. 48, 62381 Alytus, tel. (8~315) 39740, faks. (8~315) 39902, el. p. alytus@apoliklinika.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272218

Suinteresuotiems dalyviams
CVP IS priemonėmis

2026-02-13 Nr. VP-2026/16

ATSAKYMAS Į PRAŠYMĄ

VšĮ Alytaus poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą „Mobilioji odontologinė įranga“, pirkimo Nr. 6296400 (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija iš suinteresuoto dalyvio (toliau – Tiekėjas) 2026-02-12 gavo pranešimą dėl siūlomų pakeitimų dentaliniam rentgenui (5p.d) (toliau – Prašymas).

Tiekėjas siūlo šiuos pakeitimus: NAIKINTI arba pakeisti šį punktą:

1.3. Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui – Būtina.

PAKEISTI Į: 1.3. Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui - Pageidautina, bet nebūtina.

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi prašymą, informuoja, kad reikalavimas nekeičiamas.

Alyva aušinami rentgeno vamzdžiai laikomi senesnės technologijos sprendimu, pasižyminčiu mažesniu patikimumu ir ilgaamžiškumu. Alyvos nutekėjimo atveju įrenginys dažnai tampa neremontuojamas. Nešiojamuose rentgeno aparatuose ši rizika ypač aktuali dėl galimų sukrėtimų transportavimo ar naudojimo metu.

Be to, alyvos naudojimas kelia papildomas saugos ir higienos rizikas bei neatitinka tvarumo ir aplinkosaugos principų. Bealyvė technologija nereikalauja papildomos priežiūros, susijusios su sandarumo užtikrinimu ar alyvos būklės kontrole, todėl mažina eksploatacines išlaidas per visą įrenginio naudojimo laikotarpį.

Perkančiajai organizacijai yra žinomi mažiausiai trys gamintojai, siūlantys rentgeno vamzdžius be alyvos aušinimo, todėl reikalavimas neriboja konkurencijos. Atsižvelgiant į tai, Prašymas netenkinamas, o pirkimo sąlygos nekeičiamos.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Struckienė