



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

Viešoji įstaiga, Naujoji g. 48, 62381 Alytus, tel. (8~315) 39740, faks. (8~315) 39902, el. p. alytus@apoliklinika.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272218

Suinteresuotiems dalyviams
CVP IS priemonėmis

2026-02-09 Nr. VP-2026/

ATSAKYMAS Į PRETENZIJĄ

VšĮ Alytaus poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą „Mobilioji odontologinė įranga“, pirkimo Nr. 6296400 (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija iš suinteresuoto dalyvio (toliau – Tiekėjas) 2026-02-05 gavo pretenziją Nr. 76 „Pretenzija dėl techninės specifikacijos pritaikymo konkrečiam gaminiui ir konkurencijos ribojimo“ (toliau – Pretenzija).

Tiekėjas teigia, kad 5 pirkimo dalies (mobilaus dantų rentgeno aparato) techninių reikalavimų visuma yra nepagrįsta, neproporcinga ir ribojanti konkurenciją, nes faktiškai orientuota į vieną konkretų gaminį. Ypač nepagrįstas laikomas reikalavimas dėl ne mažesnio nei 60 mm rentgeno spinduliuotės lauko, kuris nesuteikia papildomos diagnostinės naudos, prieštarauja ALARA principui ir eliminuoja kitus lygiaverčius, kliniškai tinkamus sprendimus. Tiekėjas prašo patikslinti techninę specifikaciją, pašalinant perteklinius ir konkurenciją ribojančius reikalavimus.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) nuostatomis, informuoja, kad Pretenzija yra atmesta kaip nepagrįsta. Perkančiosios organizacijos sprendimo motyvai nurodyti žemiau.

Rentgeno spinduliuotės lauko reikalavimas (ne mažesnis nei 60 mm apskritimas) nustatytas atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikius ir klinikinio naudojimo ypatumus, siekiant užtikrinti pilną intraoralinių detektorių (iki size 2) padengimą realiomis darbo sąlygomis bei išvengti pakartotinių ekspozicijų. Reikalavimas yra proporcingas pirkimo objektui ir atitinka radiacinės saugos principus.

Pažymime, kad Perkančioji organizacija prieš skelbiant pirkimą atliko rinkos analizę, ir jai yra žinomi ne mažiau kaip 3 mobilių dantų rentgenų aparatų gamintojai, kurie gamina pilnai techninę specifikaciją atitinkančius mobilius rentgeno aparatus. Taip pat pažymime, kad šiam pirkimui buvo paskelbta išankstinė rinkos konsultacija (CVP IS ID 6205315), kurioje buvo laukiama tiekėjų pastabų dėl techninės specifikacijos, tačiau tiekėjas tuo metu nepateikė jokių pastabų dėl šio ar kito punkto.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Perkančioji organizacija atmeta Pretenziją kaip nepagrįstą ir informuoja, kad procedūros tęsiamos toliau.