



PRINCIPALMED

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542,
Faks. +37037794625

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL TRANSKRANIJINIO DOPLERIO, SPECIALIZUOTŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIŲ IR
ANESTEZIJOS APARATŲ (pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-611) PIRKIMO**

2018 m. kovo 12 d. Nr 180312-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Andrius Markūnas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Andrius Markūnas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com gh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA						
Pirk. dalies Nr	Prekės pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM
1	<i>Transkranijinis dopleris (TKD)</i>	Delica 9UA	Vnt.	1	24880,00	30104,80
<i>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:</i>						30104,80

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūloma parametru reikšmė
1.	Paskirtis	1. Standartinė intrakranijinės, ekstrakranijinės ir periferinės kraujotakos diagnostika prie paciento lovos 2. Ilgalaikis monitoravimas	1. Standartinė intrakranijinės, ekstrakranijinės ir periferinės kraujotakos diagnostika prie paciento lovos 2. Ilgalaikis monitoravimas <i>Žr. Delica 9UA 6,10 psl.</i>
2.	Matuojami parametrai	1. Pikinis greitis 2. Vidutinis greitis 3. Sistolinis/diastolinis tėkmės greitis 4. Rezistentiškumo indeksas 5. Pulsatiliškumo indeksas 6. Širdies susitraukimų dažnis 7. Embolų detekcija 8. Lindegaard santykis	1. Pikinis greitis 2. Vidutinis greitis 3. Sistolinis/diastolinis tėkmės greitis 4. Rezistentiškumo indeksas 5. Pulsatiliškumo indeksas 6. Širdies susitraukimų dažnis 7. Embolų detekcija 8. Lindegaard santykis <i>Žr. Delica 9UA 5,9 psl.</i>
3.	Pilnai skaitmeninė doplerinė sistema	Būtina	Pilnai skaitmeninė doplerinė sistema. <i>Žr. Delica 9UA 8,10 psl.</i>
4.	Operacinė sistema	Windows XP arba lygiavertė	Windows XP arba 7

			<i>Žr. Delica 9UA 4,9 psl.</i>
5.	Duomenų apdorojimas ir pateikimas	1. Galimybė grafinė išraiška sekti ir vertinti ilgalaikius tyrimų rezultatų pokyčius 2. Tyrimų ataskaita pdf formatu	1. Galimybė grafinė išraiška sekti ir vertinti ilgalaikius tyrimų rezultatų pokyčius 2. PDF, RAW, BMP, XML, DOC, WAV, AVI <i>Žr. Delica 9UA 5,9 psl.</i>
6.	Monitorius	≥17" ekrano įstrižainės, UHD, LCD (arba lygiavertis)	17" ekrano įstrižainės, UHD, LCD <i>Žr. Delica 9UA 5,9 psl.</i>
7.	Komplekte pateikiami valdymo ir duomenų įvedimo įrenginiai:	1. Kompiuterinė pelė, klaviatūra 2. Nuotolinio valdymo pultas	1. Kompiuterinė pelė, klaviatūra 2. Nuotolinio valdymo pultas <i>Žr. Delica 9UA 4, 7,10 psl.</i>
8.	Doplerio kanalai	≥ 2	2 <i>Žr. Delica 9UA 7,10 psl.</i>
9.	Daviklių prijungimo jungtys	≥ 2	3 <i>Žr. Delica 9UA 7,10 psl.</i>
10.	Bilateralinis, M-Mode režimai	Būtina	Bilateralinis, M-Mode režimai <i>Žr. Delica 9UA 5,9 psl.</i>
11.	Spektriniai langai	≥ 4	8 <i>Žr. Delica 9UA 3,9 psl.</i>
12.	Jungtys	USB, DICOM	USB, DICOM <i>Žr. Delica 9UA 3,9 psl.</i>
13.	Vežimėlis įrangai	Būtinai	Vežimėlis įrangai <i>Žr. Delica 9UA 4,9 psl.</i>
14.	Diagnostiniai davikliai	1. 8±0,4 MHz dažnio – 1 vnt. 2. 2±0,4 MHz dažnio – 1 vnt.	8 MHz – 1 vnt. 1.6 MHz – 1 vnt. <i>Žr. Delica 9UA 5,9 psl.</i>
15.	Monitoravimo šalmas su davikliais	Būtinai. Komplekte su šalmu pateikiami du 2±0,4 MHz dažnio davikliai skirti monitoravimui	Komplektas su šalmu ir 2 vnt. 1.6 MHz dažnio davikliai skirti monitoravimui <i>Žr. Delica 9UA 5, 9 psl.</i>
16.	Maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo <i>Žr. Delica 9UA 5,9 psl.</i>
17.	Garantinio aptarnavimo	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.

	laikotarpis		
18.	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	Žr. Delica CE
19.	Su aparatu pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Sūdoma parametrų reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD (konfidencialu)	13	espd-response.xml
2.	Brošiūros (konfidencialu)	10	Delica 9UA.pdf
3.	Gamintojo įgaliojimai (konfidencialu)	4	Igaliojimas.pdf, igaliojimas.pdf
4.	CE sertifikatas	2	Delica CE.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

EBVPD (konfidencialu), Brošiūros (konfidencialu), Gamintojo įgaliojimai, CE sertifikatas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas
(Vardas ir pavardė)