



ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

UAB ILSANTA
Goštauto 40A
LT-01112 Vilnius
Lithuania
Tel.: +370 5 2691610
Fax.: +370 5 2691611
Email: info@ilsanta.lt
www.ilsanta.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
RIEMONĖS INTERVENCINEI ŠIRDIES ELEKTROFIZIOLOGIJAI**

2017 m. liepos 11 d.
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Ilsanta įm., kodas 110498671
Tiekėjo adresas	Goštauto g. 40a, LT-01112 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Čaikė
Telefono numeris	85 269 16 10
Fakso numeris	85 269 16 11
El. pašto adresas	info@ilsanta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

1) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pastabos:


Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus („Priemonių intervencinei širdies elektrofiziologijai techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Grafoje „Siūlomos techninės charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	7
2.	Registru centro pažyma	2
3.	Tiekėjo deklaracija	1
4.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1
5.	Oficiali tiekėjo deklaracija	1
6.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
7.	Įstatai	4
8.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
9.	Sertifikatai	5
10.	Gamintojų įgaliojimai	18
11.	Katalogai	12

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: gamintojų įgaliojimai, sertifikatai, katalogai, pirkimo dalių sudėtinės kainos.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų vadovė



Sandra Čaikė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS:

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas, tipas	Siūlomos techninės charakteristikos
1	Padidinto stangrumo vidutinio linkio 4 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras <7F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 4mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje rankenėlėje stumdomu žiedu, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą. Linkies dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 45±2 mm, linkis yra tolygus, distalinė dalis islinksta apskritimo forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrodo proksimalinė dalis iki linkio - padidinto stangrumo, kurį suteikia viduje esantis pintos plieninės vielos arba lygiavertis karkasas.
2	Iriguojami padidinto stangrumo vidutinio linkio valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras <8F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 3,5 mm , tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje rankenėlėje stumdomu žiedu, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą. Linkies dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 45±2 mm, linkis yra tolygus, distalinė dalis islinksta apskritimo forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrode kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniame 4 mm kontakte, kuris leistų iriguoti abliacijos metu distalmį kontaktą steriliu šaltu skiediniu iki 60 ml/min greičiu, apiplaudami ir išorinį elektrodo paviršių. Komplekte su elektrodu turi būti pateikiami sterilūs vamzdeliai - prailgintuvai, tinkami radiodažninės energijos generatoriaus EP Shuttle skysčio pompai "Cool Flow", kuriais sterilus skiedinys atiteka iš skalavimo siurblio į elektrodą, ilgis > 1,5 ra.
3	Padidinto stangrumo didelio linkio 4 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras <7F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 4mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje rankenėlėje stumdomu žiedu, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą. Linkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 50±2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis islinksta "L" forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrodo proksimalinė dalis iki linkio - padidinto stangrumo, kurį suteikia viduje esantis pintos plieninės vielos arba lygiavertis karkasas.
4	Iriguojami padidinto stangrumo labai didelio linkio valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras <8F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 3,5 mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje rankenėlėje stumdomu žiedu, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą. Linkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 100±2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis

		islinksta "L" forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrode kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniam e kontakte, kuris leistų iriguoti abliacijos metu distalinį kontaktą steriliu šaltu skiediniu iki 60 ml/min greičiu, apiplaudami ir išorinį elektrodo paviršių. Komplekte su elektrodu turi būti pateikiami sterilūs vamzdeliai - prailgintuvai, tinkami radiodažninės energijos generatoriaus EP Shuttle skysčio pompai "Cool Flow", kuriais sterilus skiedinys atiteka iš skalavimo siurblio į elektrodą, ilgis > 1,5 m.
5	Iriguojami padidinto stangrumo ir padidinto tikslumo didelio linkio dvikrypčiai aušinami vaudora i elektrodai- kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras 8F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 4 mm, tarpai tarp elektrodų 1-4-1mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas valdomas intuityvia rankenėle su fiksavimo galimybe. Linkies dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 50±2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis išlinksta "L" forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrode kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniam kontakte, kuris leistų iriguoti abliacijos metu distalinį kontaktą steriliu šaltu skiediniu iki 60 ml/min greičiu, apiplaudami ir išorinį elektrodo paviršių. Komplekte su elektrodu turi būti pateikiami sterilūs vamzdeliai — prailgintuvai, tinkami radiodažninės energijos generatoriaus EP Shuttle skysčio pompai "Cool Flow", kuriais sterilus skiedinys atiteka iš skalavimo siurblio į elektrodą, ilgis > 1,5 m.
6	Iriguojami padidinto stangrumo labai didelio linkio asimetriniai valdomi elektrodai - kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras 7F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 3,5 mm, tarpai tarp elektrodų 1-6-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis asimetrinis, f vieną pusę elektrodo linkios dalies linkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 50±2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis išlinksta "L" forma, kitą pusę Sinkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 100±2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis išlinksta "L" forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrode kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniam kontakte, kuris leistų iriguoti abliacijos metu distalinį kontaktą steriliu šaltu skiediniu iki 60 ml/min greičiu, apiplaudami ir išorinį elektrodo paviršių. Komplekte su elektrodu turi būti pateikiami sterilūs vamzdeliai — prailgintuvai, tinkami radiodažninės energijos generatoriaus EP Shuttle skysčio pompai "Cool Flow", kuriais sterilus skiedinys atiteka iš skalavimo siurblio į elektrodą, ilgis >1,5 m.
8	Padidinto stangrumo vidutinio linkio 8 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora.	Diametras 7F, ilgis 115±5cm, distalinis elektrodas 8mm ilgio, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje

		rankenėlėje stumdomu žiedu, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą. Linkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 50±2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis išlinksta "L" forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrodo proksimalinė dalis iki linkio - padidinto stangrumo, kurį suteikia viduje esantis pintos plieninės vielos arba lygiavertis karkasas.
11	Dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle su padidintos skiriamosios gebos kontaktais	Diametras 7F, ilgis 110±5cm, distalinis elektrodas 8-10 mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Dvikryptis valdymas intuityvia rankenėle geresnei prieigai ir apgręžiamumui. Distaliniame kateterio gale turi tris papildomus <1mm diametro mini elektrodus, leidžiančius registruoti potencialus iš mažo ploto, su didele skiriamąja geba. Galimi kreivių variantai: standartinio linkio, didelio linkio arba asimetrinis. Antgalis su atviru ir izoliuotu termistoriumi tikslesniam temperatūros matavimui.
12	Aušinamas dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle su padidintos skiriamosios gebos kontaktais	Diametras 7F, ilgis 110±5cm, distalinis elektrodas 8-10 mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Dvikryptis valdymas intuityvia rankenėle geresnei prieigai ir apgręžiamumui. Distaliniame kateterio gale turi tris papildomus <1mm diametro mini elektrodus, leidžiančius registruoti potencialus iš mažo ploto, su didele skiriamąja geba. Galimi kreivių variantai: standartinio linkio, didelio linkio arba asimetrinis. Antgalis su atviru ir izoliuotu termistoriumi tikslesniam temperatūros matavimui. Elektrode kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniame kontakte, kuris leistų iriguoti abliacijos metu distalinį kontaktą steriliu šaltu skiediniu iki 60 ml/ min greičiu, apiplaudami ir išorinį elektrodo paviršių. Komplekte su elektrodu turi būti pateikiami sterilūs vamzdeliai - prailgintuvai, tinkami radiodažninės energijos generatoriaus EP Shuttle skysčio pompai "Cool Flow", kuriais sterilus skiedinys atiteka iš skalavimo siurblio į elektrodą, ilgis > 1,5 m.
13	Dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle skirtingos linkio kreivės	Diametras 7F, ilgis 110±5cm, distalinis elektrodas 4mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Dvikryptis valdymas intuityvia rankenėle geresnei prieigai ir apgręžiamumui. Linkios dalies ilgis 5-10 cm, linkis yra netolygus (asimetrinis): linkis į vieną pusę yra 15 - 20 mm diametro, į kitą - 25-30 mm diametro. Antgalis su atviru ir izoliuotu termistoriumi tikslesniam temperatūros matavimui.
14	Iriguojami padidinto stangrumo dvigubo linkio kreivės valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora	Diametras 7F, ilgis 110±5 cm, distalinis elektrodas 4 mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2 mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas intuityvia rankenėle su fiksavimo galimybe. Elektrodas turi galimybę linkti į abi puses

		nuo vidurinės padėties; Į vieną pusę elektrodo linkios dalies linkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 45 ± 2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis išlinksta "L" forma, į kitą pusę linkios dalies distalinio galo nutolimas nuo ašies sulenkus 50 ± 2 mm, linkis yra netolygus, distalinė dalis išlinksta "L" forma.. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrode kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir distaliniame kontakte yra angelės, kurios leistų iriguoti abliacijos metu distalinį kontaktą steriliu šaltu skiediniu iki 60 ml/min greičiu, apiplaudami ir išorinį elektrodo paviršių. Komplekte su elektrodu turi būti pateikiami sterilūs vamzdeliai - prailgintuvai, tinkami radiodažninės energijos generatoriaus EP Shuttle skysčio pompai "Cool Flow", kuriais sterilus skiedinys atiteka iš skalavimo siurblio į elektrodą, ilgis $>1,5$ m.
20	Indiferentiniai vienkartiniai elektrodai radiodažninės energijos generatoriui	Skirti naudoti su Stockert EP Shuttle generatoriumi, 3M tipo arba lygiaverčiai
65	Sterilus perikardo drenavimo rinkinys.	Rinkinio sudėtyje turi būti; Perikardo drenavimo kateteris su šoninėmis angomis, kurio diametras 8 - 8,5 F, ilgis $40 + 2$ cm; dilatatorius kurio diametras 8,5 — 9 F, ilgis $20 - 25$ cm: viela - pravedėjas abiem minkštais galais, ilgis $80 + 5$ cm; dvi 18G punkcinės adatos (9 ir 15 cm ilgio), vienkartinis skalpelis Nr. 11, ne mažiau kaip du švirkštai (10 ml ir 60 ml), 1000 ml talpos drenavimo maišelis su išleidimo galimybe, trišakis didelio diametro kraniukas surinkimo maišeliui prijungti prie dreno, siūlas dreno fiksavimui (3.0 netirpstantis siūlas su lenkta pjaunančia adata).
67	Normalaus jautrumo ne natūralaus latekso chirurginės pirštinės intrakardiniams elektrofiziologiniams tyrimams	Hlpoal erginės sterilios chirurginės pirštinės be latekso ir pudros: sterilios; pagamintos iš sintetinio poliizopreno arba jam analogiškos hipoalerginės medžiagos; nėra latekso proteinų, talko; vidinis pirštinių paviršius yra padengtas poliueretanu ir silikonizuotas; išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra, chloruotas ir silikonizuotas; anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgis ne mažiau 305 mm; storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,230 mm, delno ne daugiau 0,215 mm, rankogalio ne daugiau 0,175 mm; rankogalių kraštelis - susuktas: paplonintais pirštų galais, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos; pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; plyšimo jėga ne daugiau 15 N; AQL — ne daugiau 0,65: atitinka ISO, CEirEN455 1-4 d. keliamus reikalavimus; gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės; atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus; dydžiai Nr. 5.5 - 9.0 (Europietiški dydžiai).

68	Padidinto jautrumo ne natūralaus latekso chirurginės pirštinės intrakardiniams elektrofiziologiniams tyrimams	Hipoalerginės steriliios chirurginės pirštinės be latekso ir pudros: - steriliios; - pagamintos iš sintetinio poliizopreno arba jam analogiškos hipoalerginės medžiagos; - nėra latekso proteinų, talko; - vidinis pirštinių paviršius yra padengtas polimeru ir silikonizuotas; išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra, chloruotas ir silikonizuotas; - anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgis ne mažiau 300 mm; - storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,195 mm, delno ne daugiau 0,175 mm, rankogalio ne daugiau 0,154 mm; rankogalių kraštelis - susuktas; paplonintais pirštų galais, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos; - pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; plyšimo jėga ne daugiau 13.3 N; - AQL -- ne daugiau 0,65; - atitinka ISO, CE ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus; - gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės; - atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus; - dydžiai Nr. 5.5 - 9.0 (Europietiški dydžiai).
74	Kabelis, tinkamas Boston Scientific abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės StockertEP Shuttle sistemos.	Distalinė jungtis Redel tipo arba lygiavertė, proksimalinė jungtis - Redel tipo arba lygiavertė. Ilgis > 2,5 m