



LITDENT

medžiagos, įrankiai, įranga odontologų kabinetams, technikų laboratorijoms

VŠĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Šiauliai

2017-09-18

DĖL SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES

UAB "Litdent" nesutinka su viešųjų pirkimų komisijos išvada, kad 3.3 pozicijoje pasiūlyta prekė "Reflectys" neatitinka techninės specifikacijos, nes pageidaujama spalva yra OA2 ir OA3, o pasiūlyta spalva A20 ir A30. UAB "Litdent" atkreipia dėmesį, kad kiekvienas gamintojas skirtingai įvardina opakerines spalvas. Vieni gamintojai tam naudoja reides OA2 ar OA3, o gamintojas ITENA naudoja skaičius A20 ir A30. Todėl pagal aukščiau išvardintus argumentus pasiūlyta prekė "Reflectys" yra lygiavertė.

Dėl 4.1 ir 4.2 pozicijos pasiūlytos prekės "Gutaperčos kaiščių rinkiniai" pasiūlytos prekės mato vienetas yra "pakuotė", o techninėje specifikacijoje pildant įsivėlė klaida.

Dėl 4.3 pozicijos "Medžiaga šaknies kanalo preparavimui" pasiūlyta prekė "i-EDTA" yra baltai matinė pasta, skirta šaknies kanalo preparavimui, kurios sudėtyje yra 15% etilendiamintetraacto ir 10% šlapalo peroksido. Pateikiamas gamintojo "Medicinos linija" raštas.

Dėl 4.4 pozicijos "Cheminio kietėjimo stiklo jonominės plombos" pasiūlyta prekė "Syntheos X Glass Fill" sudėtis atitinka techninę specifikaciją, nes miltelių sudėtį sudaro: strontium-fluor – aliuminio sūlikato milteliai 95%, pigmentai, poliosilaninė rūgštis 5%. Skysčio sudėtį sudaro: Demineralizuotas vanduo 49%, poliakrilinė rūgštis 41%, polikarboksilinė rūgštis 10%. Pridedama techninė produkto specifikacija.

Dėl 4.5 pozicijos "Cheminio kietėjimo stiklo jonominiai pamušalai" pasiūlyta prekė "i-BAS" yra stiklo jonominis cementas, skirtas bazėms ir pamušalams po kompozitais ir amalgamomis. Rinkinyje yra: 20g miltelių, kurie yra gelsvos spalvos ir 10g skysčio, kurio kiekis atitinka 12 ml.

PRIDEDAMA:

1. Gamintojo "Medicinos linija" raštas.
2. Medžiagos "Syntheos X Glass Fill" techninė specifikacija originalo kalba ir vertimas.

Vadybininkė

Jūratė Vališauskienė


PAAIŠKINIMAS

Šaknies kanalo paruošimo gelio i-EDTA pagrindinė sudėtis:

Pavadinimas	Kiekis, %
Etileno diamino tetraacto rūgštis (EDTA)	15
Šlapalo peroksidas	10

Pagarbiai,

Kokybės sistemų vadybininkė

 Geda Zuokaitė