



LITDINAMEDIKA

uždaroji akcinė bendrovė joint-stock company ltd.

Labdarių g. 2/20-1, LT-01120 Vilnius Tel. nr. 8 (5) 2791278; faks. nr. 8 (5) 2791279 Įm.k. 111497743,
PVM k. LT114977413

Viešojo įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

2014 11 26, Nr. _____
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Litdinamedika“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Labdarių g.2/20-1, LT-01120, Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkė Vaida Pečiulytė
Telefono numeris	8 52 791-278
Fakso numeris	8 52 791-279
El. pašto adresas	info@litdinamedika.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVPIS, /;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Lt/Eur be PVM	Kaina Lt/Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Ultragarstinė diagnostinė įranga <u>PROSOUND a6/</u> <u>HITACHI-ALOKA, Japonija</u>	1	vnt.	157 000,00/ 45 470 34	189 970,00/ 55 019,11

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 189 970,00 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt litų)/ 55 019,11 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai devyniolika eurų ir 11 euro centų).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 32 970,00 Lt.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
		Informacijos šaltinis: Techninė dokumentacija „Specifications for Diagnostic Ultrasound System Prosound Alpha 6“
1.	Ultragarsinės diagnostikos sistemos paskirtis	1. Kardiologiniai tyrimai; 2. Kraujagyslių tyrimai; 6 ir 7 lapai
2.	Spalvotas skystųjų kristalų monitorius	1. Įstrižainė 15 colių; 2. Sukiojamas, palenkiamas, kilnojamas; 15 lapas
3.	Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas	Yra vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu ; 3 lapas
4.	Reguliuojamas valdymo panelės ir monitoriaus aukštis	Reguliuojamas valdymo panelės ir monitoriaus aukštis, 15 lapas
5.	Sistemos valdymas	1. Valdymo panelėje įmontuotas lietimui jautrus, spalvotas skystųjų kristalų ekranas sistemos funkcijų valdymui, 10,4 colių įstrižaine; 15 lapas 2. Skaitmeninė – raidinė klaviatūra ; 10 lapas 3. Programuojami mygtukai; 15 lapas
6.	Skaitmeninis spindulio formuoklis	12 bitų; 2 lapas
7.	Kadrų dažnis	900 vaizdų per sekundę; 2 lapas
8.	Sistemos priėmimo perdavimo dažnis	16 MHz; 2 lapas
9.	Darbo režimai	1. Dvimatis režimas B; 2. Režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas ; 5. Aukštos raiškos kryptinio galios doplerio vaizdavimo režimas; 6. Trapezoidinis vaizdavimas; 3 ir 4 lapai
10.	B režimas	1. Skenavimo gylio diapazonas (0,5 – 30) cm; 3 lapas 2. Vaizdo didinimas 16 žingsnių; 3 lapas 3. Yra audinių plačiajuostis harmoninis vaizdavimas; 14 lapas 4. Kadrų koreliacija - 16 žingsnių , (automatinė/rankinė); 3 lapas 5. Vaizdo stiprinimo „gain“ diapazonas: (10 – 90) db; 3 lapas 6. Kontrastas 23 žingsniai; 3 lapas 7. Adaptuotas vaizdų apdorojimas; 3 lapas
11.	Spalvinio doplerio režimas	1. Audinių doplerinio vaizdavimo režimas (TDI); 2. Aukštos raiškos kryptinio galios doplerio režimas; 3. Krypties galios doplerio režimas; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
		(0,3÷16,0) kHz; 5. Greičio diapazonas: (0-3,8) m/s.; 6. Spalvų kodavimas 5 rūšių; 7. Kadru koreliacija 16 žingsnių; 4 ir 5 lapai
12.	Spektrinio doplerio režimas	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas ; 2. Mėginio vartelių keitimo diapazonas (0,5÷20,0) mm; 3. Doplerio autotrasavimas realiaame laike; 4. Greičio diapazonai: Pulsinės bangos (PW): (0-7,65) m/s. Nuolatinės bangos (CW): (0-15,94) m/s.; 4 lapas
13.	M režimas	1. Kontrastas 23 žingsniai; 2. Laisvas kampinis M režimas 3 kursoriai, pasirenkant B režimo bet kurioje kryptyje bet kurioje pozicijoje realiaame laike; 3. Yra galimybė rekonstruoti M režimo vaizdus iš B režimo vaizdų, išsaugotų sistemos kietajame diske ; 4. Ryškumo įsotinimo slopinimas; 16 žingsnių; 4 lapas
14.	Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius	3 aktyvios daviklių jungtys 15 lapas
15.	Davikliai	1. 4 skirtingų perjungiami dažniai dvimačiame režime, kiekvienam davikliui , 11 – 13 lapai 2. Dirbantys plačiajuosčiu audinių harmonikų vaizdavimo režimu; 14 lapas
16.	Fazuotos gardelės daviklis kardiologiniams tyrimams	1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: (1,82÷3,64) MHz; 2. Dažnio diapazonas doplerio režime: (2,0-3,64) MHz; 3. Skanavimo kampas 90°; 13 lapas
17.	Realaus laiko video vaizdo nenutrūkstamas įrašymas	Realaus laiko video vaizdo nenutrūkstamas įrašymas, 5 lapas
18.	Kadru atminties talpa „ Cine memory“	B režime 16384 vaizdai; M ir D režimuose 3968 vaizdai; 7 lapas
19.	Vaizdų konvertavimas į	BMP, JPEG, TIFF formatus, 5 lapas
20.	USB jungtys	6 jungtys, 15 lapas
21.	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas	Mitsubishi P95D, 10 lapas
22.	Papildoma įranga, kurią galima instaliuoti ateityje	Programinė įranga automatiniam kraujagyslės storio ir sienelės audinio standumo matavimams - FMD; „Stress echo“ analizės programinė įranga; 9 lapas
23.	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu	Pateikiame sertifikatą.
24.	Garantinis aptarnavimas	12 mėnesių garantinis aptarnavimas
25.	Pateikiama dokumentacija	Kartu su įranga pateiksime naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

Informacija apie subrangovus, kurie bus pasitelkiami įgyvendinant sutartį:

Eil. Nr.	Medicininė įranga	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1			
2			

Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai)
1.	Tiekėjo deklaracija	1
2.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	1
3.	VĮ Registrų centro pažyma	1
4.	VMI pažyma	1
5.	Valstybinio socialinio draudimo pažyma	1
6.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
7.	Įmonės įstatai	2
8.	Gamintojo parengti dokumentai	35

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Tiekėjo deklaracija	1
2.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	1
3.	VĮ Registrų centro pažyma	1
4.	VMI pažyma	1
5.	Valstybinio socialinio draudimo pažyma	1
6.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
7.	Įmonės įstatai	2
8.	Gamintojo parengti dokumentai	35

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame **NEREIKALAUJAMA**.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaida Pečiulytė

(Vardas ir pavardė)

