



Konkurso sąlygų 1 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT50 4010 0412 0039 6404, AB DNB bankas, Banko kodas 40100, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Tauragės ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO
„RENTGENO APARATO SKAITMENIZAVIMO ĮRANGOS PIRKIMAS“**

2015-05-21 Nr. KD15-80

Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „GRAINA“
Tiekėjo įmonės kodas	147736647
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsisikaitomoji sąskaita	LT50 4010 0412 0039 6404

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
 - kituose konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome Prekes, kurios visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus (pridedama specifikacija).

Eil. Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Kaina be PVM, eurai (skaičiais ir žodžiais)	PVM, eurai (skaičiais ir žodžiais)	Kaina su PVM, eurai (skaičiais ir žodžiais)
1.	Rentgeno aparato skaitmenizavimo įrangos komplektas	35.700,00 Trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct	7.497,00 Septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai 00 ct	43.197,00 Keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai 00 ct

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: (įrašyti)

Bendra kaina žodžiu: Keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai 00 ct.

VšĮ Tauragės ligoninei

Patvirtiname, kad techniniai duomenys atitinka ir yra tokie, kaip nurodyta žemiau:

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujamai parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu:

„3 Prekių aprašymas KONFIDENCIALU 29 lapai“.

KONFIDENCIALU – užpildyta techninės specifikacijos atitikimo lentelė psl. Nr. 2-3 psl.

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (konkreiti skaitinė reikšmė arba „Taip”/”Ne”, su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras)
Rentgeno aparato skaitmenizavimo įrangos komplektas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „3 Prekių aprašymas KONFIDENCIALU 29 lapai“
1.	Radiologinių vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos I-Reach (Merge Healthcare / Cedara Software) funkcijos		
1.1	Pacientų sąrašo perdavimo į diagnostinius įrenginius (DICOM Worklist Server) licencija	Būtina	Taip, pacientų sąrašo perdavimo į diagnostinius įrenginius (DICOM Worklist Server) licencija <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 6</u>
1.2	DICOM protokolu sąveikaujančių prietaisų kiekio praplėtimas	≥ 2	2 <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
2.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	1 vnt.
2.1	Automatinis rentgeno spindulių detektavimas	Būtina	Taip, automatinis rentgeno spindulių detektavimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 16</u>
2.2	Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stale ir rentgenografijos stovė	Būtina	Taip, galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stale ir rentgenografijos stovė <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 18</u>
2.3	Detektoriaus aktyvios zonos dydis	$\geq 430 \text{ mm} \times 430 \text{ mm}$	430 mm x 430 mm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
2.4	Pikselio dydis	$\leq 140 \mu\text{m}$	140 μm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
2.5	Pikselių skaičius	$\geq 9,4 \text{ mln.}$	9,4 mln., (3072 x 3072) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
2.6	Erdvinė raiška	$\geq 3,5 \text{ lp/mm}$	3,5 lp/mm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
2.7	Vaizdo gavimo ir perdavimo laikas	$\leq 3 \text{ s}$	3 s <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (konkreči skaitinė reikšmė arba “Taip”/”Ne”, su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras)
Rentgeno aparato skaitmenizavimo įrangos komplektas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „3 Prekių aprašymas KONFIDENCIALU 29 lapai“
2.8	Detektoriaus svoris	≤ 4,5 kg	4,5 kg Prekių aprašymo psl. Nr. 20
3.	Detektoriaus valdymo (technologo) darbo vieta	1 vnt.	1 vnt.
3.1	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Būtina	Taip, informacijos iš detektoriaus nuskaitymas Prekių aprašymo psl. Nr. 22
3.2	Gautų vaizdų peržiūra bei apdorojimas	Būtina	Taip, gautų vaizdų peržiūra bei apdorojimas Prekių aprašymo psl. Nr. 22
3.3	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Prekių aprašymo psl. Nr. 24
3.4	Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage)	Būtina	Taip, vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) Prekių aprašymo psl. Nr. 24
3.5	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)	Būtina	Taip, vaizdų spausdinimas (DICOM Print) Prekių aprašymo psl. Nr. 24
3.6	Procesorius	≥ dviejų branduolių	keturių branduolių Prekių aprašymo psl. Nr. 26
3.7	Kietasis diskas	≥ 500 GB	500 GB Prekių aprašymo psl. Nr. 26
3.8	Operatyvinė atmintis	≥ 2 GB	4 GB Prekių aprašymo psl. Nr. 26
3.9	Lietimui jautrus monitorius	Būtina, įstrižainė ≥ 19“	Lietimui jautrus monitorius, įstrižainė 19,5” Prekių aprašymo psl. Nr. 27
3.10	Kompiuterinio tinklo plokštė	Būtina	Taip, kompiuterinio tinklo plokštė Prekių aprašymo psl. Nr. 26
3.11	Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS)	Būtina, galingumas ≥ 750 VA	Taip, galingumas 750 VA Prekių aprašymo psl. Nr. 29
4.	Kiti reikalavimai		
4.1.	Garantinio laikotarpio trukmė	≥ 12 mėnesių	12 mėnesių

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas ir Techninė specifikacija KONFIDENCIALU (pagal konkurso sąlygų priedą Nr.1)	4
2.	Kvalifikacijos dokumentai KONFIDENCIALU: - Registrų centro dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; - Viešųjų pirkimų tarnybos pažyma dėl Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus; - Tiekėjo deklaracija; - Gamintojų „Drtech“ ir „Merge Healthcare/Cedara Software“ įgaliojimai, patvirtinantys teisę atstovauti gamintoją bei teikti techninį pasiūlymą ir aptarnavimą; - CE sertifikatai; - Įgaliojimas pasirašyti konkurso dokumentus.	13
3.	Prekių aprašymas KONFIDENCIALU siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinantys, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą	29

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
1.	Dokumentas Nr. 1 Pasiūlyme užpildyta techninė specifikacijos atitikimo lentelė yra KONFIDENCIALU 2-3 psl.
2.	Dokumentas Nr. 2 „Kvalifikacijos dokumentai KONFIDENCIALU 13 lapų”.
3.	Dokumentas Nr. 3 „Prekių aprašymas KONFIDENCIALU 29 lapai”.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Prekių pristatymas - per 60 dienų po sutarties pasirašymo - pristatytos, sumontuotos, apmokyti darbuotojai.

Prekių pristatymo vieta – VšĮ Tauragės ligoninė, Jūros g. 5, LT-72214 Tauragė.

Direktorius valdymui
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Šarūnas Gildutis
(Vardas ir pavardė)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.