

SUTARTIS Nr. 14-18-0069

Klaipėda,

2018 m. 07 mėn. 04 d.

1. Sutarties esmė

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Kavita“ atstovaujama direktoriaus A. Petrikaičio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (378130) laimėtą oftalmologinį daugiataškį lazerį Pascal Synthesis, Topcon, Japonija, kurio vnt. kaina yra 90.643,52 Eur (devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 52 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Oftalmologinis daugiataškis lazeris Pascal Synthesis, Topcon, Japonija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
1.	Paskirtis, konstrukcinis išpildymas	Daugiataškis skenuojantis lazeris tinklainės ligoms ir glaukoms gydyti, komplekte su plyšine lempa ir reguliuojamo aukščio staliuku
2.	Lazerio darbinės šviesos bangos ilgis	577nm
3.	Lazerio galia	Reguliuojama diapazone nuo 0mW, iki 2000mW
4.	Lazerio impulso trukmė	Reguliuojama diapazone nuo 5ms, iki 1s
5.	Lazerinio taško dydžio keitimo sistema	Fiksuoto žingsnio, kiekvienam dydžiui naudojant atskirą šviesolaidį.
6.	Lazerinio taško dydžiai	50µm, 100µm, 200µm, 400µm
7.	Daugiataškio gydymo šablonai	Kvadratas, trikampis, apskritimas, trigubas apskritimas, linija, trigubas lankas, makulos tinklelis, glaukomos.
8.	Galimybė keisti atstumą tarp taškų šablone	Taip, yra
9.	Galimybė pasukti pasirinktą šabloną	Taip, yra
10.	Lazerio valdymas	Valdymas lietimui jautraus ekrano ir 3-D valdymo pulto pagalba
11.	Fototerminės stimuliacijos gydymo režimas	Nesukeliantis tinklainės pažeidimo
12.	Fototerminės stimuliacijos energijos valdymas	Supaprastintas, keičiant tik vieną parametą – nustatant norimos energijos galią procentais (%)
13.	Fototerminė stimuliacija gydytų plotų vizualizacija	Yra galimybė įjungti šablono kraštus parodančius riboženklius (netaikyti jiems fototerminės stimuliacijos algoritmo), arba išjungti riboženklius (fototerminę stimuliaciją taikyti visiems šablono taškams)
14.	Daugiataškės skenuojančios lazerinės trabekuloplastikos modulis glaukomos gydymui	Nesukeliantis priekinės akies kameros kampo pažeidimo
15.	Automatinis šablono pasukimas, kad gydymas tolygiai apimtų visą trabekulinę zoną ir nepersidengtų gydytos zonos	11,25° kampu
16.	Komplekte su to paties gamintojo, pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančia biomikroskopine plyšine lempa	Taip, yra
17.	Komplekte su to paties gamintojo, pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančiu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku	Taip, yra

18.	Komplekte su apsauginiais akiniais	1 vnt.
19.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk H-R Wide Field, apžiūros laukas 160°/165°, vaizdo padidinimas 0,5x, lazerio spindulio diametras 2,0x. 1 vnt.
20.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk Area Centralis, apžiūros laukas 70°/84°, vaizdo padidinimas 1,06x, lazerio spindulio diametras 0,94x, be sijonėlio. 1 vnt.
21.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk G-4 Goniolaser, 4 veidrodžių x 64°, vaizdo padidinimas 1,0x, lazerio spindulio diametras 1,0x, be sijonėlio, kontaktinio ploto diametras 8,4mm, laikymo žiedo diametras 25,5mm. 1 vnt.
22.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk Selective Laser Trabeculoplasty (SLT), 1 veidrodžio x 63°, vaizdo padidinimas 1,0x, lazerio spindulio diametras 1,0x, kontaktinio ploto diametras 15,0mm. 1 vnt.
23.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo
24.	CE sertifikatas arba deklaracija	Taip, yra
25.	Naudotojo instrukcija	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą.
26.	Garantija	12 mėn.

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (1 vnt.) vertė – 90.643,52 Eur (devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 52 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

"Pirkėjas"

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035

Vyriausiojo gydytojo
pavaduotoja infrastruktūrai

Nijolė Motužienė



"Pardavėjas"

UAB „Kavita“
Gamyklos g. 39,
LT-89110 Mažieji
A/S LT077044060000017238
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 166725580



UAB „Kavita“
Gamyklos g. 39, Mažieji

VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei
PASIŪLYMO FORMA
DĖL OFTALMOLOGINIO DAUGIATAŠKIO LAZERIO PIRKIMO

2018-05-29 Nr. 180529_01

Mažeikiai

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Įmonės kodas	166725580
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Projektų vadovė Jurgita Kontenienė
Telefono numeris	8-443-65166
Fakso numeris	8-443-65866
El. pašto adresas	jurgita@kavita.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT077044060000017238 AB SEB, B.K 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija.pdf	3
2	Atitikties deklaracija_įšiai.pdf	4
	Atitikties deklaracija_pascal.pdf	2
3	Kavita išplėstinis išrašas.pdf	3
4	Espd response (dviem formatais xlm ir pdf)	12

5	Bukletas.pdf	17
6	Vadovo įgaliojimas.pdf	1
7	Jungtinė pažyma.pdf	2


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Atitikties deklaracija_lęšiai_Konfidencialu.pdf Atitikties deklaracija_pascal_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
2	Kavita išplėstinis išrašas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
3	Espd response_Konfidencialu (dviem formatais xlm ir pdf)	„Prisegti dokumentai“
4	Bukletas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
5	Vadovo įgaliojimas_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
6	Jungtinė pažyma_Konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Projekto vadovė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)


 (Parasas*)

Jurgita Kontenienė
 (Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

OFTALMOLOGINIS DAUGIATAŠKIS LAZERIS

Modelis: Pascal Synthesis, Gamintojas Topcon, Japonija.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Paskirtis, konstrukcinis išpildymas	Daugiataškis skenuojantis lazeris tinklainės ligoms ir glaukoms gydyti, komplekte su plyšine lempa ir reguliuojamo aukščio staliuku	Daugiataškis skenuojantis lazeris tinklainės ligoms ir glaukoms gydyti, komplekte su plyšine lempa ir reguliuojamo aukščio staliuku. Žr. Bukletas.pdf. 1,2 psl.
2.	Lazerio darbinės šviesos bangos ilgis	577±5nm	Lazerio darbinės šviesos bangos ilgis 577nm Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
3.	Lazerio galia	Reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 0mW, iki 2000mW	Lazerio galia reguliuojama diapazone nuo 0mW, iki 2000mW. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
4.	Lazerio impulso trukmė	Reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 5ms, iki 1s	Lazerio impulso trukmė reguliuojama diapazone nuo 5ms, iki 1s. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
5.	Lazerinio taško dydžio keitimo sistema	Fiksuoto žingsnio, kiekvienam dydžiui naudojant atskirą šviesolaidį.	Lazerinio taško dydžio keitimo sistema fiksuoto žingsnio, kiekvienam dydžiui naudojant atskirą šviesolaidį. Žr. Bukletas.pdf. 3 psl.
6.	Lazerinio taško dydžiai	Būtinai: 50±2µm, 100±5µm, 200±5µm, 400±10µm	Lazerinio taško dydžiai: 50µm, 100µm, 200µm, 400µm. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
7.	Daugiataškio gydymo šablonai	Būtinai: kvadratas, trikampis, apskritimas, trigubas apskritimas, linija, trigubas lankas, makulos tinklėlis, glaukomos.	Daugiataškio gydymo šablonai: kvadratas, trikampis, apskritimas, trigubas apskritimas, linija, trigubas lankas, makulos tinklėlis, glaukomos. Žr. Bukletas.pdf. 2,6 psl.
8.	Galimybė keisti atstumą tarp taškų šablone	Būtinai	Galima keisti atstumą tarp taškų šablone. Žr. Bukletas.pdf. 3,6,7 psl.
9.	Galimybė pasukti pasirinktą šabloną	Būtinai	Galima pasukti pasirinktą šabloną. Žr. Bukletas.pdf. 5,6,7 psl.
10.	Lazerio valdymas	Būtinai valdymas lietimui jautraus ekrano ir 3-D valdymo pulto pagalba	Lazerio valdymas lietimui jautraus ekrano ir 3-D valdymo pulto pagalba. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
11.	Fototerminės stimuliacijos gydymo režimas	Būtinai, nesukeliantis tinklainės pažeidimo	Fototerminės stimuliacijos gydymo režimas nesukeliantis tinklainės pažeidimo. Žr. Bukletas.pdf. 5 psl.
12.	Fototerminės stimuliacijos energijos valdymas	Supaprastintas, keičiant tik vieną parametą – nustatant norimos energijos galią procentais (%)	Fototerminės stimuliacijos energijos valdymas supaprastintas, keičiant tik vieną parametą – nustatant norimos energijos galią procentais (%). Žr. Bukletas.pdf. 5 psl.
13.	Fototerminė stimuliacija gydytų plotų vizualizacija	Būtinai galimybė įjungti šablono kraštus parodančius riboženklus (netaikyti jiems fototerminės stimuliacijos algoritmo), arba išjungti riboženklus (fototerminę stimuliaciją taikyti visiems šablono taškams)	Fototerminė stimuliacija gydytų plotų vizualizacijai galima įjungti šablono kraštus parodančius riboženklus (netaikyti jiems fototerminės stimuliacijos algoritmo), arba išjungti riboženklus (fototerminę stimuliaciją taikyti visiems šablono taškams). Žr. Bukletas.pdf. 5 psl.
14.	Daugiataškės skenuojančios lazerinės trabekuloplastikos modulis glaukomos gydymui	Būtinai, nesukeliantis priekinės akies kameros kampo pažeidimo	Daugiataškės skenuojančios lazerinės trabekuloplastikos modulis glaukomos gydymui, nesukeliantis priekinės akies kameros kampo pažeidimo. Žr. Bukletas.pdf. 5 psl.

15.	Automatinis šablono pasukimas, kad gydymas tolygiai apimtų visą trabekulinę zoną ir nepersidengtų gydytos zonos	Būtinai $11,25 \pm 0,05^\circ$ kampu	Automatinis šablono pasukimas $11,25^\circ$ kampu, kad gydymas tolygiai apimtų visą trabekulinę zoną ir nepersidengtų gydytos zonos. Žr. Bukletas.pdf. 5 psl.
16.	Komplekte su to paties gamintojo, pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančia biomikroskopine plyšine lempa	Būtina	Komplekte su to paties gamintojo, pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančia biomikroskopine plyšine lempa. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
17.	Komplekte su to paties gamintojo, pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančiu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku	Būtina	Komplekte su to paties gamintojo, pilną lazerio funkcionalumą užtikrinančiu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
18.	Komplekte su apsauginiais akiniais	Ne mažiau 1 vnt.	Komplekte su apsauginiais akiniais 1 vnt. Žr. Bukletas.pdf. 8 psl.
19.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk H-R Wide Field, apžiūros laukas $160^\circ/165^\circ$, vaizdo padidinimas 0,5x, lazerio spindulio diametras 2,0x. Būtinai 1 vnt.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu: Volk H-R Wide Field, apžiūros laukas $160^\circ/165^\circ$, vaizdo padidinimas 0,5x, lazerio spindulio diametras 2,0x. 1 vnt. Žr. Bukletas.pdf. 9,10 psl.
20.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk Area Centralis, apžiūros laukas $70^\circ/84^\circ$, vaizdo padidinimas 1,06x, lazerio spindulio diametras 0,94x, be sijonėlio. Būtinai 1 vnt.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu: Volk Area Centralis, apžiūros laukas $70^\circ/84^\circ$, vaizdo padidinimas 1,06x, lazerio spindulio diametras 0,94x, be sijonėlio. 1 vnt. Žr. Bukletas.pdf. 9,11 psl.
21.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk G-4 Goniolaser, 4 veidrodžių x 64° , vaizdo padidinimas 1,0x, lazerio spindulio diametras 1,0x, be sijonėlio, kontaktinio ploto diametras 8,4mm, laikymo žiedo diametras 25,5mm. Būtinai 1 vnt.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu: Volk G-4 Goniolaser, 4 veidrodžių x 64° , vaizdo padidinimas 1,0x, lazerio spindulio diametras 1,0x, be sijonėlio, kontaktinio ploto diametras 8,4mm, laikymo žiedo diametras 25,5mm. 1 vnt. Žr. Bukletas.pdf. 12,13 psl.
22.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu	Volk Selective Laser Trabeculoplasty (SLT), 1 veidrodžio x 63° , vaizdo padidinimas 1,0x, lazerio spindulio diametras 1,0x, kontaktinio ploto diametras 15,0mm. Būtinai 1 vnt.	Komplekte su kontaktiniu lęšiu: Volk Selective Laser Trabeculoplasty (SLT), 1 veidrodžio x 63° , vaizdo padidinimas 1,0x, lazerio spindulio diametras 1,0x, kontaktinio ploto diametras 15,0mm. 1 vnt. Žr. Bukletas.pdf. 12,13 psl.
23.	Maitinimo šaltinis	Iš ~220V 50Hz elektros tinklo	Maitinimo šaltinis iš ~220V 50Hz elektros tinklo. Žr. Bukletas.pdf. 1 psl.
24.	CE sertifikatas arba deklaracija	Būtina	Pateikiama atitikties deklaracija. Žr. Atitikties deklaracija.pdf.
25.	Naudotojo instrukcija	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą.	Naudotojo instrukcija pateikiama su prekėmis originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą. Žr. Bukletas.pdf. 17 psl.
26.	Garantija	≥ 12 mėn.	Suteikiama 12 mėn. garantija. Žr. Bukletas.pdf. 17 psl.
27.	Įrenginio suderinamumas ir veikimas su DICOM standarto įrenginiais	Jeigu perkamas įrenginys generuoja DICOM standarto informaciją, tai turi būti į pasiūlymą įtrauktos DICOM reikalingos licencijos, galimybei iš įrenginio perduoti visą atlikto tyrimo informaciją ligoninės PACS serveriui. Taip pat, įrenginio turimos DICOM licencijos turi turėti galimybę	Siūlomo įrenginio veikimui nereikalingas suderinamumas su DICOM.

		užklausti PACS darbų sąrašą ir tokiu būdu priimti užsakymą.	
28..	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Žr. Bukletas.pdf. 1-17 psl.
29.	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
30.	PVM tarifas procentais		21 proc.
31.	Viso kaina Eur su PVM		90643,52 Eur.
32.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Pascal Synthesis, Gamintojas Topcon, Japonija.