



UAB „ARM GATE“

Įmonės kodas 135218757, PVM mokėtojo kodas LT352187515,
adresas J.Kubiliaus g. 6-21, LT – 08234 Vilnius
Įmonė įregistruota VĮ Registrų centro Kauno filiale, Registravimo Nr. 037947

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

PASIŪLYMAS

**Dujiniam chromatografui organinių deguoninių junginių, bendrojo deguonies,
angliavandenių tipų benzine nustatyti
pirkimo**

2018-06-27 Nr.KP6938
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Arm gate“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marijus Svetikas, direktorius
Telefono numeris	8 5 278 9573
Fakso numeris	8 5 278 9572
El. pašto adresas	info@armgate.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes (prieštaisus):

**Dujinį chromatografą organinių deguoninių junginių, bendrojo deguonies,
angliavandenių tipų benzine nustatyti**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM	PVM suma -Eur	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7

Arm Gate, UAB
J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 278 9573; faks. +370 5 278 9572
El. p. info@armgate.lt



Įmonės kodas 135218757
PVM mokėtojo kodas LT352187515
Sąsk. Nr. LT82 7300 0100 7443 7059
Swedbank AB, B/K 73000, SWIFT: HABALT22

	Dujinis chromatografas organinių deguoninių junginių, bendrojo deguonies, angliavandenių tipų benzine nustatyti	1	vnt.	56.980,00	11.965,80	68.945,80
--	--	---	------	-----------	-----------	-----------

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) - 68.945,80 EUR (Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki Eur, 80ct.)

(skaičiais ir suma žodžiais)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės	Siūlomo rodiklio reikšmė
1.	Dujų chromatografas	Tinkamas organinių deguoninių junginių, bendrojo deguonies kiekio, angliavandenių tipų benzine nustatymui pagal LST EN 13132:2001 „Skystieji naftos produktai. Bešvinis benzinai. Organinių deguoninių junginių ir bendrojo organiniuose junginiuose sujungto deguonies kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu, naudojant kolonėlės perjungimą“ nurodytas metodikas arba lygiavertį	Shimadzu GC2030 dujų chromatografas sukonfigūruotas specialiai organinių deguoninių junginių, bendrojo deguonies kiekio, angliavandenių tipų benzine nustatymui pagal LST EN 13132:2001 „Skystieji naftos produktai. Bešvinis benzinai. Organinių deguoninių junginių ir bendrojo organiniuose junginiuose sujungto deguonies kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu, naudojant kolonėlės perjungimą“ nurodytas metodikas

2.	Privalo atitikti standartų keliamiems reikalavimams	LST EN 13132:2001, EN 13132:2000 arba lygiavertį	Atitinka ir pranoksta LST EN 13132:2001 EN 13132:2000 keliamus reikalavimus (ASTM D4815) 3 psl. ads-0050.pdf
3.	Termostato darbinės temperatūros intervalas	Ne siauresnis nei nuo 4°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450 °C	nuo 2°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450 °C 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
4.	Termostato nustatytos temperatūros tikslumas	Ne blogesnis nei $\pm 1\%$	$\pm 1\%$ 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
5.	Programuojamų temperatūros žingsnių skaičius	Ne mažesnis kaip 30	32 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
6.	Termostato temperatūra nustatoma:	Programiškai, nustatomas maksimalus temperatūros kitimo greitis ne mažesnis kaip 250°C/min.	250°C/min 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
7.	Termostato aušinimo greitis	Keičiamas, programuojamas (nenaudojant neigiamų rampų) ne ilgiau nei per 4 min nuo 450°C iki 50°C	3.4 min 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
8.	Kolonėlių temperatūrinė apsauga	Dviguba	Dviguba (maksimali leistina+maksimali kolonėlei leistina)

			1,2 pls. 221-79201_NexisGC-2030_OG_EN_max_temp.pdf
9.	Kolonėlių termostato matmenys	Kolonėlių termostatas privalo talpinti ne mažiau nei dvi 60 m ilgio kapliarines kolonėles	Kolonėlių termostatas erdvus 280x280x175mm, pilnai talpinantis dvi 60m ilgio kolonėles 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
10.	Srauto ir slėgio kontrolė	Programinė pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas	Visoms naudojamos dujos, įskaitant purge, split, detektoriaus dujas yra kontroliuojamos elektroniskai per programinę įrangą bei iš pačio chromatografo. Nereikalingas joks rankinis reguliavimas 7. psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
11.	Dujų taupymo funkcija	Privaloma, programuojama	Yra, programuojama 11. psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
12.	Būtinės testavimo funkcijos	Sandarumo, dujų bei šilumos nuotėkio aptikimo sistemos, garsiniai/vaizdiniai pranešimai apie nuotėkį	Sandarumo, dujų bei šilumos nuotėkio aptikimo sistemos, garsiniai/vaizdiniai pranešimai apie nuotėkį 4. psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
13.	Grafinis ekranas	Privaloma, visų chromatografo parametrų ir būsenos,	Yra grafinis, lietimui jautrus ekranas visų chromatografo parametrų ir būsenos, chromatogramų atvaizdavimui

		chromatogramų atvaizdavimui	3. psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
14.	Valdymas	Personaliniu kompiuteriu ir integruotu mikroprocesoriumi, per lietimui jautrų ekraną	Integruotu mikroprocesoriumi per lietimui jautrų ekraną, personaliniu kompiuteriu, yra galimybė stebėti ir mobiliuose įrenginiuose 5. psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
15.	Darbo apskaitos žurnalas	Privalomas, su skaitikliais prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (septų, insertų ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai	Yra, su skaitikliais prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (septų, insertų ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai 11. psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
16.	Darbo aplinkos temperatūra	Nuo 15 iki 35 °C	Nuo 5 iki 40 °C 8 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
17.	Maitinimas	230 V±10%, 50 Hz	230 V±10%, 50 Hz 8 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
18.	Mėginio įvedimo sistema (inžektorius):		
18.1.	Elektroninis programuojamas su srauto dalinimu ir be jo (split/spitless)	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms. Lengvai pasiekiamas srauto padalinimas esant įvairioms analizės sąlygoms	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms. Lengvai pasiekiamas srauto padalinimas esant įvairioms analizės sąlygoms 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf

18.2.	Slėgio intervalas	Ne siauriau nei nuo 0 iki 150 psi	0 iki 150 psi (0~1035 kPa) 4,5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
18.3.	Nustatomo slėgio žingsnio reikšmė	Ne didesnė nei 0,001 psi visame nustatomo slėgio intervale	0,001 psi
18.4.	Srauto nustatymo diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min. He dujoms naudojant 0,18~0.53 vidinio diametro kapiliarines kolonėles	Nuo 0 iki 1300 ml/min He dujoms, naudojant 0,05~0,53mm vidinio diametro kolonėles 4,5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
18.5.	Maksimali temperatūra	Ne žemesnė nei 450°C	450°C 5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
18.6.	Dujų nešėjų srauto kontrolė	Ne mažiau trijų režimų: - nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė, nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos - pastovaus slėgio režimas - pastovaus srauto režimas	Trys režimai: - nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė, nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos (linear velocity) - pastovaus slėgio režimas - pastovaus srauto režimas 7 psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
18.7.	Srauto dalinimo (split) diapazonas	Ne mažiau nei iki 9000:1	9999.9:1

			5 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
18.8.	Papildomas skaitmeninis dujų nešėjų srauto kontroleris	Privalomas	Komplektuojamas, skirtas antros dimensijos kolonėlei valdyti
19.	Automatinis skystų mėginių įvedimo įrenginys:		
19.1.	Vietų skaičius mėginiams	Ne mažiau nei 140 vietų ne mažesnio kaip 2ml tūrio buteliukams	150 vietų standartiniams chromatografiniams (1,5~2ml tūrio) buteliukams 10 psl. c189e021j_AOC_20i_s_brochure.pdf
19.2.	Mėginio įvedimo greitis	Reguliuojami injektavimo ir mėginio įšvirkštimo greičiai	Reguliuojami injektavimo (lėtas/greitas) ir mėginio įšvirkštimo (Greitas/vidutinis/lėtas) greičiai 10 psl. c189e021j_AOC_20i_s_brochure.pdf
19.3.	Atkuriamumas	Ne blogiau nei 0,3% RSD	0,3% 4 psl. c189e021j_AOC_20i_s_brochure.pdf 7 psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf
19.4.	Įvedimo švirkštai	10 µl, su galimybe keisti į kitokios talpos	10 µl, su galimybe keisti į 50 ar 250µl talpos 10 psl. c189e021j_AOC_20i_s_brochure.pdf

19.5.	Švirkšto praplovimas	Privalomas, ne mažiau nei 3 skirtingais tirpikliais	3 galimi tirpikliai 1 psl. AOC-20i-s_IM_RevBocr_number of solvents.pdf
20.	Liepsnos jonizacijos detektoriai (2 vnt.) (LJD, FID):		
20.1.	Dujų tiekimo ir slėgio kontrolė	Elektroninė-pneumatinė	Elektroninė-pneumatinė, be jokių rankinių reguliavimų
20.2.	Maksimali darbinė temperatūra	Ne mažesnė nei 450°C	450°C 6 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
20.3.	Linijinis dinaminis intervalas	Ne mažiau nei 10^7	1×10^7 6 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
20.4.	Mažiausia aptikimo riba	1,2 pg C/s	1,2 pg/C 6 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
20.5.	Duomenų nuskaitymo dažnis	Ne mažiau nei 500 Hz	500 Hz 6 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf
20.6.	Liepsnos kontrolė	Privalo būti automatinis liepsnos uždegimas ir užgesimo detekcija su automatinio pakartotinio uždegimu	Yra automatinis liepsnos uždegimas ir užgesimo detekcija su automatinio pakartotinio uždegimu 6 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf

21.	Kapiliarinės kolonėlės, atsarginės dalys ir kita:		
21.1.	Pagrindinių susinaudojančių/atsarginių dalių rinkinys	Rinkinys, užtikrinantis chromatografinės sistemos darbą ne mažiau kaip 2 metus (grafitinės ferulės, laineriai, „O“ žiedai, tarpinės, ir kt.)	Bus pateiktas inkinys, užtikrinantis chromatografinės sistemos darbą ne mažiau kaip 2 metus (grafitinės ferulės, laineriai, „O“ žiedai, tarpinės, ir kt.)
21.2.	Kapiliarinė kolonėlė (2 vnt.)	Terminiškai atspari, duodanti mažą foną nepolinė 60m HP-1 tipo, 0,25mm ID, 0.25mkm fazės storio	Bus pateikta termiškai atspari, duodanti mažą foną nepolinė 60m HP-1 tipo, 0,25mm ID, 0.25mkm fazės storio
21.3.	Kapiliarinė kolonėlė (2 vnt.)	Terminiškai atspari, duodanti mažą foną polinė 60m WAX tipo, 25mm ID, 0.25mkm fazės storio	Bus pateikta termiškai atspari, duodanti mažą foną polinė 60m WAX tipo, 25mm ID, 0.25mkm fazės storio
21.4.	Dujų valymo sistema	Susidedanti iš ne mažiau nei 3 kasečių sistemos su galimybe greitai pakeisti kasetes, su matomais spalvos pasikeitimo indikatoriais	Bus pateikta susidedanti iš ne mažiau nei 3 kasečių sistemos su galimybe greitai pakeisti kasetes, su matomais spalvos pasikeitimo indikatoriais
21.5.	Vienkartiniai buteliukai su kamšteliais	1000 vnt. 2 ml talpos, užsukami, tinkantys automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui	Bus pateikta 1000 vnt. 2 ml talpos, užsukamų, tinkančių automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui
21.6.	Švirkštai mėginiams įvesti	1µl, 2 vnt.	Bus pateikti 2vnt.

21.7.	Medžiagos prietaiso darbingumui įvertinti	Medžiagų rinkinys automatinei išėjimo laiko korekcijai atlikti, detektoriaus darbingumo įvertinimui	Bus pateiktas rinkinys automatinei išėjimo laiko korekcijai atlikti, detektoriaus darbingumo įvertinimui
21.8.	Srautų perjungimo vožtuvas	Igalinantis atlikti iškirpimo (heart-cut) funkciją sudėtingos matricos bandinių analizei	heart-cut funkcijai bus pateiktas vožtuvas (Dean Switch) sudėtingų matricų bandinių analizei. 4 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf 1 p21sl. Heart-Cut.pdf 1.psl. Introduction of a Multidimensional GC System_eg253b.pdf
21.9.	Vožtuvo tipas	Perjungimas slėgio skirtumu	Perjungimas slėgio skirtumu 1 psl. Introduction of a Multidimensional GC System_eg253b.pdf
21.10.	Perjungimo srauto valdymas	Naudojant skaitmeninį slėgimo kontrolerį	Naudojant skaitmeninį slėgimo kontrolerį (APC) 1 psl. Introduction of a Multidimensional GC System_eg253b.pdf
21.11.	Vožtuvo deaktyvacija	Privaloma	Yra (Switching element (inert surfaced) 1 psl. Introduction of a Multidimensional GC System_eg253b.pdf
21.12.	Perjungimo efektyvumas	Privalo neįtakoti sulaikymo laikų pirmos pakopos chromatogramoje	Neįtakoja sulaikymo laikų pirmos pakopos chromatogramoje

			4 psl. c184e042 GC-2030 specification_KOFIDENCIALU.pdf 1 psl. Introduction of a Multidimensional GC System_eg253b.pdf
21.13.	Sulaikymo laikų atsikartojamumas	Sulaikymo laikų atsikartojamumas (abiem pakopoms) privalo būti ne blogesnis nei 0,02 %, nepriklausomai nuo atliktų perjungimų skaičiaus	Sulaikymo laikų atsikartojamumas (abiem pakopoms) yra ne blogesnis nei 0,02 %, nepriklausomai nuo atliktų perjungimų skaičiaus 2 psl. Introduction of a Multidimensional GC System_eg253b.pdf
22.	Taikomoji programinė įranga:		
22.1.	Valdomi moduliai	Pilnam chromatografo, automatinio mėginių įvedimo įrenginio, iškirpimo vožtuvo, valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui	Pilnam chromatografo, automatinio mėginių įvedimo įrenginio, iškirpimo vožtuvo, valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui 2,3 psl. C191E016 Labsolutions.pdf 4 psl. Heart-cut.pdf
22.2.	Multiparametrinė paieška	Būtina, pagal datą, operatoriaus vardą, mėginio aprašymą, mėginio numerį, komentarus ir kt.	Yra, pagal datą, operatoriaus vardą, mėginio aprašymą, mėginio numerį, komentarus ir kt. 2psl. Labsolutions SystemUsersGuideFile_multiparametric.pdf
22.3.	Darbą palengvinantys vedliai	Privalomi	Yra 14 psl. Nexis GC-2030 brochure.pdf

22.4.	Sulaikymo indekso (IR) skaičiavimo funkcija	Privaloma	Programinė įranga turi sulaikymo indekso (RI Retention Index (Kovačo indeksas)) skaičiavimo funkciją 11 psl. C191E016 Labsolutions.pdf
22.5.	Sulaikymo laikų korekcija pakeitus kapiliarinės kolonėlės ilgį	Privaloma, automatinė, korekcijai atlikti neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos	Automatinei, korekcijai atlikti nėra naudojamos analizuojamos medžiagos, tam naudojamas standartinis angliaviandenilių mišinys 11 psl. C191E016 Labsolutions.pdf
22.6.	Vožtuvo kontrolė	Privalomas pilnas, grafinis, tiesioginis, nereikalaujantis papildomo duomenų eksportavimo, vožtuvo perjungimo laikų programavimas naudojant pirmos pakopos chromatogramą, tiesiogiai atliekamas duomenų surinkimo programine įranga	Yra pilnas, grafinis, tiesioginis, nereikalaujantis papildomo duomenų eksportavimo, vožtuvo perjungimo laikų programavimas naudojant pirmos pakopos chromatogramą, tiesiogiai atliekamas duomenų surinkimo programine įranga LabSolutions 6 psl. Heart-cut.pdf
23.	Kompiuteris stacionarus:		
23.1.		Šiuolaikiškas pilnai tenkinantis taikomosios programinės įrangos reikalaivmus, pateikamas kartu su ne mažesniu nei 24" LCD , pele bei klaviatūra, operacine sistema	Bus pateiktas šiuolaikiškas pilnai tenkinantis taikomosios programinės įrangos reikalaivmus, pateikamas kartu su ne mažesniu nei 24" LCD , pele bei klaviatūra, operacine sistema

24.	Garantija ir techninis aptarnavimas	Siūlomam chromatografui privaloma suteikti ne trumpesnę nei 36 mėn. garantiją skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamų nesusinaudojančių atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Į kainą privalo būti įskaičiuotos įrangos transportavimo į laboratoriją (adresu V.Bielskio 47b, Šiauliai), instaliacijos, vartotojų apmokymo darbo vietoje paslaugos, techninio garantinio aptarnavimo paslaugos. Garantinio gedimo metu serviso reakcijos laikas privalo būti užtikrinamas per ne ilgiau kaip per 48 val.	Siūlomam chromatografui bus suteikta 36 mėn. garantiją skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu garantuojamas nemokamų nesusinaudojančių atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Į kainą įskaičiuotos įrangos transportavimo į laboratoriją (adresu V.Bielskio 47b, Šiauliai), instaliacijos, vartotojų apmokymo darbo vietoje paslaugos, techninio garantinio aptarnavimo paslaugos. Garantinio gedimo metu serviso reakcijos laikas bus užtikrinamas per ne ilgiau kaip per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo
-----	-------------------------------------	---	--

		(2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo	
25.	Techninis palaikymas	Tiekėjas privalo užtikrinti konsultacijas darbui su įranga bei einamojo aptarnavimo paslaugų tiekimą garantiniu periodu per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo	Tiekėjas užtikrins konsultacijas darbui su įranga bei einamojo aptarnavimo paslaugų tiekimą garantiniu periodu per 48 val. (2 darbo dienas) nuo pranešimo gavimo
26.	Apmokymai	Apmokymas (lietuvių kalba) darbo vietoje dirbti su sistema	Bus atliktas apmokymas (lietuvių kalba) darbo vietoje dirbti su sistema
27.	Aptarnavimas	Aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, pardavėjas privalo turėti gamintojo paruoštą ir sertifikuotą serviso inžinierių siūlomo prietaiso aptarnavimui ir remontui, (pateikti sertifikato kopiją)	Aptarnavimas yra organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, pardavėjas privalo turi gamintojo paruoštą ir sertifikuotą serviso inžinierių siūlomo prietaiso aptarnavimui ir remontui, (pateikiama sertifikato kopija)
28.	Paslaugos	Chromatografo instaliacija, įvedimas į eksploataciją, darbo metodo kūrimas, adaptacija, derinimas, kalibracinių kreivių kūrimas, ataskaitos formos kūrimas, detalūs apmokymai	Chromatografo instaliacija, įvedimas į eksploataciją, darbo metodo kūrimas, adaptacija, derinimas, kalibracinių kreivių kūrimas, ataskaitos formos kūrimas, detalūs apmokymai įtraukti į pasiūlymą

29.	Dokumentacija	Chromatografo darbo instrukcija lietuvių kalba	Bus pateikta chromatografo darbo instrukcija lietuvių kalba
30.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas privalo atlikti siūlomos įrangos instaliaciją vartojimo vietoje, suderinti įrangą, bei atlikti tyrimo metodo diegimą bei derinimą, o taip pat atlikti specializuotus apmokymus perkančiosios organizacijos darbuotojams darbui su pateikiama įranga	Tiekėjas atliks siūlomos įrangos instaliaciją vartojimo vietoje, suderins įrangą, bei atliks tyrimo metodo diegimą bei derinimą, o taip pat atlikti specializuotus apmokymus perkančiosios organizacijos darbuotojams darbui su pateikiama įranga
31.	Papildomi reikalavimai	Kartu su pasiūlymu teikėjas privalo pateikti gamintojų patvirtintus ar viešai prieinamus dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kiekvienam techninių reikalavimų punktui (su nuorodomis į konkrečius dokumentus ir jų puslapių numerius).	Pateikiama

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	
2	Jungtinė Registrų centro pažyma	



3	Ivykdytų sutarčių sąrašas	
4	Prekių pristatymą patvirtinantys dokumentai	
5	Gamintojo atstovavimo raštas	
6	Specialistų sertifikatai	
7	Kokybės vadybos sistemos sertifikatas	
8	Techninė informacija apie prekes	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.		
Direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		Marijus Svetikas
		(Parašas)