



PRINCIPALMED

UAB „PRINCIPALMED 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
Tel +37037795542, Faks. +37037794625

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKTI

Lazerio, reabilitacijos sistemos su veloergometru, gyvybinių funkcijų monitorių, ANG instrumentų, operacinių kėdžių pirkimas Nr. 17206

2018-06-29 Nr.180629-1

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB "Principalmed 1L"
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Andrius Markūnas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą **parašu**, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

2 pirkimo dalis

Pirki mo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas, kodas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
2.	Gyvybinių funkcijų monitorius, SinoHero, iS10 Express	6	Vnt.	2095,00	21	2534,95	12570,00	15209,70

2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): penkiolika tūkstančių du šimtai devyni Eur, 70 ct. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2639,70 Eur. (Du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt devynis Eur, 70 ct.)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2 pirkimo dalis Gyvybinių funkcijų monitorius, SinoHero, iS10 Express

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Reikalavimai paciento monitoriui transportavimui ir pabudimo palatai	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius, pritaikytas įvairių amžiaus grupių ligoniams	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius, pritaikytas įvairių amžiaus grupių ligoniams <i>Žr. Brosiura.pdf 1, 2, 7, 9 psl.</i>
2.	Elektros maitinimas	1. 220V-+10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 270 min.	1. 220V-+10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 270 min. <i>Žr. Brosiura.pdf 2, 8 psl.</i>
3.	Reikalavimai monitoriaus ekranui:	Spalvotas, LCD tipo, ≥ 30 cm įstrižainės, skiriamoji geba ne mažiau kaip 800 x 600 taškų	Spalvotas, LCD tipo, 30,7 cm įstrižainės, skiriamoji geba 800 x 600 taškų, lietimui jautrus <i>Žr. Brosiura.pdf 1, 2, 7, 8 psl.</i>
4.	Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu	≥ 6 kreivių	Iki 12 kreivių <i>Žr. Brosiura.pdf 5, 6, 12 psl.</i>
5.	Monitoriaus valdymas	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas 2. Integruoti klavišai	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas 2. Integruoti klavišai Lietumui jautrus ekranas <i>Žr. Brosiura.pdf 1, 7 psl.</i>
6.	Matuojami parametrai	1. EKG multi-derivacinis kanalas, 2. Kvėpavimas, 3. SpO2, 4. Temperatūra, 5. Netiesioginis kraujo spaudimas 6. Tiesioginis kraujo spaudimas	1. EKG multi-derivacinis kanalas, 2. Kvėpavimas, 3. SpO2, 4. Temperatūra, 5. Netiesioginis kraujo spaudimas 6. Tiesioginis kraujo spaudimas <i>Žr. Brosiura.pdf 2, 9, 10 psl.</i>
7.	Reikalavimai EKG/ Kvėpavimo registravimo kanalui: 1. EKG derivacijos: 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos, ne blogiau už nurodytas 3. Gyvybei pavojingų Aritmijų analizė	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, 2. 30 -300 susitr./min 3. Būtina	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, 2. 10 -350 susitr./min 3. Gyvybei pavojingų Aritmijų analizė <i>Žr. Brosiura.pdf 2, 4, 9 psl.</i>
8.	Reikalavimai SpO2 kanalui:		

	1. SpO ₂ matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Matavimo paklaida	1. Nuo 0-100 % 2. Ne daugiau ± 2 skaitmenys diapazone 70-100%	1. Nuo 0-100 % 2. ± 2 skaitmenys diapazone 70-100% Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl.
9.	Reikalavimai netiesioginiam kraujospūdžio matavimo kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Kraujospūdžio matavimo metodika 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai	1. 10-290 mmHg 2. Oscilometrinė 3. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis	1. 10-290 mmHg 2. Oscilometrinė 3. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis Žr. Brosiura.pdf 2,9 psl.
10.	Reikalavimai tiesioginiam kraujospūdžio matavimo kanalui: 1. Matavimo diapazonas, ne siauresnis už nurodytą	1. -40 – 300 mmHg stulpelio	Žr. Brosiura.pdf 2,10 psl.
11.	Registruojamų parametrų atmintis	Ne mažiau kaip 72 val.	168 val. Žr. Brosiura.pdf 1,7 psl.
12.	EKG kabelis 3 elektrodų	1 vnt.	1 vnt. Žr. Brosiura.pdf 6,12 psl.
13.	SpO ₂ matavimo pirštinis daviklis su kabeliu	1 vnt.	1 vnt. Žr. Brosiura.pdf 6,12 psl.
14.	Daugkartinio naudojimo manžetės neinvaziniam AKS matuoti	3 vnt. (Skirtingų dydžių)	3 vnt. (Skirtingų dydžių) Žr. Brosiura.pdf 6,12 psl.
15.	Monitorius pritaikytas kabinti ant specialios konsolės virš paciento lovos.	Būtina	Monitorius pritaikytas kabinti ant specialios konsolės virš paciento lovos. Žr. Brosiura.pdf 3 psl.
16.	Komplektacijoje – pakabinimo konsolė, leidžianti pagal reikalą monitorių perkelti prie kitos lovos	Būtina	Komplektacijoje – pakabinimo konsolė, leidžianti pagal reikalą monitorių perkelti prie kitos lovos Žr. Brosiura.pdf 3,6,12 psl.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	12
2.	Gamintojo produkto aprašymai	12
3.	Gamintojo įgaliojimas	2
4.	CE sertifikatas	2
5.	Įgaliojimai pateikti pasiūlymą ir tvirtinti kopijas, vertimus	1

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1.	EBVPD	espd-response.xml
2.	Gamintojo produkto aprašymai	Brosiura.pdf
3.	Gamintojo įgaliojimas	Igaliojimas.pdf
4.	CE sertifikatas	CE sertifikatas.pdf
5.	Įgaliojimai pateikti pasiūlymą ir tvirtinti kopijas, vertimus	171222 igaliojimas Andriui konkursai.pdf

Vadybininkas
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)



(parašas*)

Andrius Markūnas
(vardas, pavardė*)