



15-C-64 2015-01-21

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Sutartis finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis

Vilnius,

2015 m. saukis 21d.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, atstovaujamos direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014-12-16 įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu, toliau vadinama Pirkėju, ir UAB „Medicinos projektai“ atstovaujama direktoriaus Arūno Daragano, toliau vadinama Tiekėju, laimėjusi 2014 m. rugsėjo mėn. 26 d. skelbtą atvirą konkursą medicinos įrangai (toliau tekste – įranga) pirkti (pirkimo Nr. 156042), vykdant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose“, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui įrangą, kurios komplektuojančios dalys išvardintos šios sutarties specifikacijoje, pristatyti ją į pirkėjo būstinę, instaliuoti ir instrukuoti personalą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes. Sumokėta už jas bus Sutartyje nurodyta kaina Sutarties 5.1 p. numatyta tvarka.

1.2. Jei dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra sutarties suma be PVM **9.551,66 EUR** (devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras, 66 centai).

PVM suma **2.005,85 EUR** (du tūkstančiai penki eurai, 85 centai).

Bendra sutarties suma su PVM **11.557,51 EUR** (vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 51 centas).

2.2. Sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu. Kaina nurodyta CIP sąlygomis (pagal INCOTERMS 2000 taisykles).

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, jų pristatymo, įdiegimo, paleidimo, garantinio aptarnavimo, personalo apmokymo išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai

pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

3. ĮRANGOS PRISTATYMAS

3.1. Pasirašius ir įsigaliojus sutarčiai, Tiekėjas įrangą įsipareigoja pristatyti, instaliuoti ir apmokyti personalą po raštiško prekių užsakymo ne vėliau kaip per 45 dienas ir perduoti Pirkėjui dokumentus. Pristatant prekes, turi būti pateikiamos CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijos.

3.2. Įrangos pristatymo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip iki 30 dienų. Pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu pirkimo sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios sutarties dalimi.

3.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai.

3.3. Tiekėjas atlieka įrangos išbandymą ir instruktuoja personalą.
Tiekėjas taip pat perduoda Pirkėjui:

- Įrangos vartotojo instrukcijas (lietuvių ir anglų kalba);
- Techninę dokumentaciją.

3.4. Sėkmingai išbandžius įrangą ir pateikus reikalaujamus dokumentus, šalys pasirašo įrangos priėmimo – perdavimo ir instaliavimo aktą.

4. ĮRANGOS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodama įranga yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus instaliavimo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita.

4.2. Įrangai nustatomas 36 mėnesių nuo instaliavimo akto pasirašymo dienos garantinis terminas.

4.3. Įrangą garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turinti įmonė Tiekėjo lėšomis. Serviso specialistas atvyksta ne vėliau kaip per 48 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per mėnesį pakeisti sugedusį prietaisą.

4.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Tiekėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Numatoma, kad pirkėjas privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

5.2. Galimas avansas iki 30 procentų sutarties sumos. Tuo atveju, kai išmokamas avansas, tiekėjas turi pateikti užtikrinimą - banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą – ne mažesnei sumai kaip išmokamas avansas.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti medicininę įrangą iki sutartyje numatyto termino, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių,



numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Tiekėjo vėluojamos pristatyti medicininės įrangos kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamos pristatyti įrangos vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 % bendros sutarties kainos.

6.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekės neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, šio straipsnio 1 dalyje minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

6.3. Jei pirkėjas įgijo teisę reikalauti 5 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs tiekėją:

- a) išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų;
- b) pasinaudoti sutarties įvykdymo garantija;
- c) nutraukti sutartį - šiuo atveju tiekėjui nepriklauso jokia kompensacija;
- d) sudaryti sutartį su trečiaja šalimi dėl nepristatytų prekių tiekimo. Tiekėjas už šią sutarties dalį atlyginimo negauna. Be to, jis privalo padengti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pasirašant sutartį kartu pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas arba rašytinis įsipareigojimas pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų. Pasirašius sutartį ir pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą, sutartis įsigalioja, o konkurso nugalėtojas tampa tiekėju. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 5 % sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki nupirktų prietaisų instaliavimo akto tarp pirkėjo ir tiekėjo pasirašymo.

7.2. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 15 dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį.

7.3. Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių valios, t.y. gamtinių stichinių nelaimių, karinių veiksmų, susirėmimų, pilietinių riaušių, streikų, sabotazo, embargo.

8.3. Šių sąlygų atsiradimas turi būti patvirtintas tos šalies, kurioje atsirado aplinkybės, Pramonės ir prekybos rūmų arba kitos kompetentingos organizacijos raštišku patvirtinimu.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir pateikus sutarties galiojimo užtikrinimą ir galioja 6 mėnesius. Sutarties termino pasibaigimas neatleidžia sutarties šalių nuo visiško įsipareigojimų įvykdymo pagal šią sutartį įvykdymo.

9.2. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 3 mėnesiams.

9.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas ją iš esmės pažeidė:



- 9.3.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.3.2. Tiekėjas nepristatė prekių per 75 dienas nuo raštiško užsakymo gavimo.
- 9.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.4.1. daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.4.2. daugiau kaip du kartus nepriėmė Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 9.5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 9.6. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Tiekėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

- 10.1. Tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų subtiekėjų, dėl kurių buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties įvykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo terminui prieš tai raštu nepranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir negavęs jo raštiško sutikimo. Keičiamas subtiekėjas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją.
- 10.2. Jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas, dėl kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, užsakovas gali reikalauti nedelsiant surasti kitą subtiekėją, kuris turėtų tinkamą ir užsakovui priimtina kvalifikaciją ir patirtį, prieš tai raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.
- 10.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją, turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjas, patikrinęs keičiamų subtiekėjų kvalifikaciją, kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. KITOS SĄLYGOS

- 11.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 11.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti - teismine tvarka.
- 11.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 11.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.
- PRIDEDAMA: Specifikacija.


JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI:

Tiekėjas

UAB "Medicinos projektai"
I.Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Įmonės kodas: 125224854
PVM mok. kodas LT252248515
A/s LT58 7044 0600 0499 9501,
AB SEB bankas, b/k 70440

Direktorius

Arūnas Daraganas




Pirkėjas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610

Direktorė valdymo

Elena Jurevičienė



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



15-C-64 2015-01-21

Priedas prie 2015 m.d.

Sutarties Nr.....

SPECIFIKACIJA


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojas, kodas	Perkamas kiekis vnt.	Vnt. kaina, Eur be PVM	PVM tarifas proc.	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1	Pacientų šildymo sistema							
	Tipas Nr. 1	Alpha, gamint. Indither, Jungtinė Karalystė	2	2.968,60	21	3.592,01	5.937,20	7.184,02
	Tipas Nr. 2	Alpha, gamint. Indither, Jungtinė Karalystė	1	3.614,46	21	4.373,49	3.614,46	4.373,49
Bendra sutarties suma Eur be PVM								9.551,66
PVM suma Eur								2.005,85
Bendra sutarties suma Eur su PVM								11.557,51

Tiekėjas

UAB "Medicinos projektai"
I. Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Įmonės kodas: 125224854
PVM mok. kodas LT252248515
A/s LT58 7044 0600 0499 9501,
AB SEB bankas, b/k 70440

Direktorius

Arūnas Daraganas

Vyriausioji buhalterė
Jolita Grigientienė

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610

Direktorė valdymui Elena Jurevičienė

Vyriausioji
viešųjų pirkimų specialistė
Jolita Balandienė

Priedas prie 2015 m.d.

Sutarties Nr.....

Vienuolikta pirkimo dalis. Pacientų šildymo sistema - 3 kompl.
Siūloma šildymo sistema – Alpha, gamintojas Inditherm, Jungtinė Karalystė
Tipas Nr. 1 - 2 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (katalogo Nr., psl.)
1.	Paskirtis	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7)
2.	Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis; - lankstus; - dezinfekuojamas;	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis; - lankstus; - dezinfekuojamas; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6, 7, 8)
3.	Šildymo čiužinio matmenys	- ilgis 2000 +/- 100 mm - plotis 600 +/- 50 mm	Čiužinys OTM1 - ilgis 1900 mm - plotis 585 mm („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
4.	Čiužinio tvirtinimas	Turi tiktai standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančių bėgelių.	Tinka standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančių bėgelių užsegamais diržais. („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6)
5.	Antipragulinės čiužinio savybės	Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote	Integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4, 5, 6)
6.	Šildymo elementas	Vienalytis specialus polimeras	Vienalytis specialus polimeras („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4, 5, 6)
7.	Suderinamumas su C-lanku	Šildymo elementas turi nepalikti atskiros pėdsako rentgeno grafinių tyrimų zonoje	Vienalytis polimeras nepalieka atskiros pėdsako rentgeno vaizde („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4)
8.	Čiužinio prijungimo kabelis	Ne mažiau kaip 2 m ilgio	Čiužinio prijungimo kabelis 4 m ilgio („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
9.	Bendri reikalavimai	- šildymo temperatūros nustatymas;	- šildymo temperatūros nustatymas;




	valdymo ir kontrolės įrenginiui	- šildymo temperatūros palaikymas; - gedimų kontrolė;	- šildymo temperatūros palaikymas; - gedimų kontrolė; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
10.	Šildytuvo valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8 ir naudojimo instrukcia)
11.	Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas	Būtinasis LCD ekranas tekstinei ar grafiniai informacijai pateikti	LCD ekranas su pašvietimu tekstinei ar grafiniai informacijai pateikti („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
12.	Palaikomos čiužinio temperatūros indikavimas	Būtinasis	Rodoma čiužinio temperatūra („IndithermInstr.pdf“)
13.	Temperatūros palaikymo ribos	- žemutinė – ne mažiau kaip 37°C - viršutinė – ne daugiau kaip 40°C	- žemutinė – 37°C - viršutinė – 40°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
14.	Temperatūros nustatymo tikslumas	1°C tikslumas arba tiksliau	Temperatūros nustatymo tikslumas - 1°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
15.	Temperatūros kontrolės principas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
16.	Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros	Būtinasis, automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C	Automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
17.	Valdymo bloko tvirtinimas	Būtinasis įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo	Integruotas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)


Tipas Nr. 2 - 1 kompl.

Siūloma šildymo sistema – Alpha, gamintojas Inditherm, Jungtinė Karalystė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (katalogo Nr., psl.)
1.	Paskirtis	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje ir paciento transportavimui į operacinę ir iš jos, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir šildomo čiužinio	Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7)
2.	Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis;	- daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; - neperšlampantis;



		- lankstus; - dezinfekuojamas;	- lankstus; - dezinfekuojamas; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6, 7, 8)
3.	Šildymo čiužinio matmenys	- ilgis 1300 +/- 100 mm - plotis 600 +/- 50 mm	Čiužinys OTM2 - ilgis 1200 mm - plotis 585 mm („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
4.	Čiužinio tvirtinimas	Turi tiktį standartinės konstrukcijos operaciniams stalams ir pacientų transportavimo vežimėliams. Tvirtinamas prie šonuose esančių bėgelių.	Tinka standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. Tvirtinamas prie stalo šonuose esančių bėgelių užsegamais diržais. („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 6)
5.	Antipragulinės čiužinio savybės	Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote	Integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4, 5, 6)
6.	Šildymo elementas	Vienalytis specialus polimeras	Vienalytis specialus polimeras
7.	Suderinamumas su C-lanku	Šildymo elementas turi nepalikti atskiros pėdsako rentgeno grafinių tyrimų zonoje	Vienalytis polimeras nepalieka atskiros pėdsako rentgeno vaizde („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 4)
8.	Čiužinio prijungimo kabelis	Ne mažiau kaip 2m ilgio	Čiužinio prijungimo kabelis („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
9.	Bendri reikalavimai valdymo ir kontrolės įrenginiui	- vidinė baterija įrenginio darbui transportavimo metu užtikrinti; - šildymo temperatūros nustatymas; - šildymo temperatūros palaikymas; - gedimų kontrolė;	- vidinė baterija įrenginio darbui transportavimo metu užtikrinti; - šildymo temperatūros nustatymas; - šildymo temperatūros palaikymas; - gedimų kontrolė; („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
10.	Šildytuvo valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8 ir naudojimo instrukcia)
11.	Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas	Būtinasis LCD ekranas tekstinei ar grafinei informacijai pateikti	LCD ekranas su pašvietimu tekstinei ar grafinei informacijai pateikti („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)
12.	Paciento temperatūros monitoringas	Būtinasis	Su papildomu paciento temperatūros davikliu („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 3, 8)
13.	Palaikomos čiužinio temperatūros	Būtinasis	Rodoma čiužinio temperatūra („IndithermInstr.pdf“)



	indikavimas		
14.	Temperatūros palaikymo ribos	- žemutinė – ne mažiau kaip 37°C - viršutinė – ne daugiau kaip 40°C	- žemutinė –37°C - viršutinė – 40°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
15.	Temperatūros nustatymo tikslumas	1°C tikslumas arba tiksliau	Temperatūros nustatymo tikslumas - 1°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
16.	Temperatūros kontrolė principas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas	Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
17.	Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros	Būtinai, automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C	Automatinis šildymo nutraukimas prie 43°C („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
18.	Darbo laikas nuo vidinės baterijos	Ne mažiau kaip 1 valanda	Darbo laikas nuo vidinės baterijos 1 valanda („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
19.	Transportinio valdymo bloko svoris	Ne daugiau 3,5 kg	Transportinio valdymo bloko MCU204 svoris 3,2 („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 8)
20.	Valdymo bloko tvirtinimas	Būtinai įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo	Integruotas įtaisas tvirtinimui prie infuzijų stovo („Alpha-Brochure.pdf“, psl. 7 ir „IndithermInstr.pdf“)

