

Vilniaus universitetui
(teikiama CVP IS priemonėmis)

2026-02-25 Nr. 26-42-4483
2026-02-23 Nr. 547671

DĖL PASIŪLYMO PATIKSLINIMO
(pirkimo Nr. 6316594)

Atsakydami į Jūsų 2026-02-24 CVP IS pranešimą Nr. 547671, patiksliname konkurso „Nr.11026, Horizontalus, ant grindų pastatomas autoklavas“, pirkimo Nr. 6316594 (toliau - Konkursas) pasiūlymą.

Siūlomo horizontalaus autoklavo Systec HX-430 komplektaciją sudarys visi komponentai/opcijos, kurie nurodyti konkurso techninėje specifikacijoje.

15.	Šaldymo sistema	Su integruota šaldymo sistema, sudaryta iš vieno ar kelių komponentų, leidžiančia sutrumpinti skysčių atšaldymo laiką bent iki 70%, lyginant su savaiminiu ataušimu.	Su integruota šaldymo sistema, sudaryta iš trijų komponentų, leidžiančia sutrumpinti skysčių atšaldymo laiką iki 70%, lyginant su savaiminiu ataušimu. Sistemą sudaro : šaldymas vandentiekio vandeniu + suspaustas oras + ventiliatorius.	20, 21 psl. Systec autoklavu brošiura EN.pdf Priedai : 1. 008-3-2 Quick Cooling with support air pressure with closed internal water circulation 2. 010-3-2 Dual Radial ventilator 3. Suspausto oro kompresorius Silair C196X2/100
17.	Vakuumo sistema*	Su integruota vakuumo sudarymo sistema kietų objektų autoklavavimui bei džiovinimui, nuklenksminimo programoms	TAIP	16 psl. Systec autoklavu brošiura EN.pdf Priedas : 006-3-1 Vacuum system for the validatable sterilization of solids and waste in destruction bags
19.	Tinkamas autoklavuoti biologiškai pavojingas medžiagas bei atliekas maišuose bei uždaruose induose	Komplektuojamas su išmetamo oro filtravimo sistema arba lygiaverte sistema, užtikrinančia saugų pavojingų biologinių medžiagų sterilizavimą	Komplektuojamas su išmetamo oro filtravimo sistema, užtikrinančia saugų pavojingų biologinių medžiagų sterilizavimą	23 psl. Systec autoklavu brošiura EN.pdf Priedas : 013-3-1 Exhaust air filtration (including condensate activation) for the safe sterilization of hazardous biological substances

20.	Krepšiai*	Komplektacijoje ne mažiau nei 4 vnt. nerūdijančio plieno stačiakampių tinklinių arba lygiaverčio tipo krepšių. Krepšiai privalo optimaliai užpildyti kameros lentynos plotą, t.y. sustačius 2 suglaustus krepšius ant lentynos turi likti ne daugiau kaip 10 mm tarpas iš visų pusių, o krepšio aukštis ne daugiau kaip 20 mm mažesnis nei pusė įsivaizduojamo stačiakampio gretasienio aukščio virš lentynos.	TAIP	26 psl. Systec autoklavu brosiura EN.pdf Priedas : 049-430-1 wire mesh basket for Systec HX-430 (2x2) Komplektacijoje bus 4 vnt. tokių krepšių.
-----	-----------	--	------	---

