

Perkamų medicininių priemonių chirurgijai sąrašas

Dalies Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacini s perkamas kiekis	Stilomo parametro atitikimas, konkreiti parametrai reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pastilyme, puslapyje pabrėžiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitinkamą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gaminiojas
1.	Išvaržų tinklelių priešaudytojas	Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui priešaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 340 mm ilgio. Tinka 5 mm trokarui. Rankena pistoleto tipo. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės, rezorbcijos trukmė – 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas	Iki 10 vnt.					
		Viso 1 dalis						
2.	Endoskopiniai piovėjai, kasetės, siuvimo aparatai							
2.1.	Naujos kartos endoskopinis titaninis linijinis lankstus piovėjas	Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukinat pirštu regulatorių, o aparatą lenkint: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodančių, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 arba 60 mm (nurodoma užsakant), sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nuįjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba	Iki 6 vnt.					

		grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššauant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms.						
2.2.	Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm	Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Kraujagyslinė kasetė: kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0, 1,5 1,8 arba 2,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. (nurodoma užsakymo metu)	Iki 24vnt.					
2.3.	Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam pjovėjui 60 mm	Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm, bent 4 kabutės už peilio ribos. Kabutės titano plieno lydinio. Kasetė turi atstumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm (nurodoma užsakymo metu)	Iki 36 vnt.					
2.4	Lenktas linijinis pjovėjas	Pjovėjo darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praėina į 30 mm pločio erdvę. Yra audinius sulaikantis strypas. Kasetė su peiliu, užtaisyta titaninėmis kabutėmis. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo – 40 mm. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Skirtas 6 šūviams, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, turi atskiras uždarymo ir peilio aktyvacijos rankenas	Iki 3 vnt.					
2.5.	Kasetės lenktam linijiniam pjovėjui	Kasetė su integruotu peiliu, užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo 40 mm	Iki 6 vnt.					
2.6.	Cirkuliarus siuvimo aparatas 33 mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomicškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susitišti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo	Iki 3 vnt.					

[illegible]

	rankena su laidu	sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms				
4.5	Ultragarinio generatoriaus rankena su laidu BLUE tipo	5 mm skersmuo. 5 m ilgio. Piezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Daugkartinio naudojimo. Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle ir pažastyje	1 vnt.			
5.	Kabučių aplikatorius	Viso 4 dalis				
5.1.	Vienkartinis kabučių aplikatorius M dydžio	Vienkartinis kabučių aplikatorius atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatomą, galima vizualinė kabučių kontrole. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampū. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm	Iki 12 vnt.			
6.	Linijinis pjovėjas	Viso 5 dalis				856,80
6.1.	Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms ir kepenų operacijoms	Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisyta kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaukant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytais dvejais eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siutlės ilgis – 60mm	Iki 3 vnt.			

6.2.	Kasetes linijiniam siuvejui	Kasetė linijiniam siuvejui. Kasetė užtaisyta titinio plieno kabutėmis išdėstytais dvejais eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60 mm	Iki 3 vnt.						
7.	Biologiniai klijai	Viso 6 dalis						674,10	
7.1.	Biologiniai klijai	Dvikomponentiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (bendras tūris 4 ml), antgalis neužankantis	Iki 5vnt.						
7.2.	Biologiniai klijai	Dvikomponentiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (bendras tūris 2 ml), antgalis neužankantis	Iki 8 vnt.						
8.	Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms stemplės rezekcijoms	Viso 7 dalis							
8.1.	Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 25 mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titininių kabučių siūle. Išorinės siūlės skersmuo 25 mm ($\pm 0,5$ mm), anatomicškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35 cm. Speciali šiuurškuma leidžianti patogiau paimiti priekalą	Iki 3 vnt.						

		laparoskopinių instrumentų. Priekalas po susiuvimo palenkiamas. Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo. Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai. Kabutės skerspjuvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 3,5 mm ($\pm 0,01$ mm), uždarytos kabutės dydis 1,5 mm ($\pm 0,01$ mm)					
8.2.	Transoralinis priekalas	Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliariui 25 mm XL dydžio instrumentu. Priekalas tiekiamas palenktose formoje, sujungtas su 90 cm polivinilchlorido zondū, paruoštas naudoti sterilioje pakuočiųje	Iki 3 vnt.				
9.	Siuvinimo pjovimo aparato rankena ir kasetės	Viso 8 dalis					1597,05
9.1.	Siuvinimo-pjovimo aparato rankena	Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas gali būti užtaisytas/„iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis	Iki 2 vnt.				

		kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus. Darbinės dalies ilgis 15,5 cm ($\pm 0,5$ cm). Pasuka kasetę 5 pozicijas iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio/pasisukančias/tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį							
9.2.	Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45 mm	Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Vienkartinės. Siūlės ilgis 45 mm. Siuva 3 persidengiančiom titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų pusių. Vienkartinis peilis integruotas kasetėje. Kasetės paviršius laiptuotas, nesuspaustų kabučių aukštis 2,0/2,5/3,0 mm toje pačioje kasetėje. Pasisuka į abi puses iki 45°. Kasetės galas lenktas	Iki 3 vnt.						
10.	Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams	Viso 9 dalis						992,25	

10.1.	Vienkartinė sterili kasėtė su kabutėmis organų susiuvimui	Vienkartinė sterili kasėtė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD90, kurią sudaro 33 titaninės kabutės. Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm. Bendras siūlės ilgis 92 mm. Atitikimas: CE deklaracija	Iki 15 vnt.						
10.2.	Vienkartinė sterili kasėtė su kabutėmis organų susiuvimui	Vienkartinė sterili kasėtė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD60, kurią sudaro 19 titaninių kabučių. Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm. Bendras siūlės ilgis 92 mm. Atitikimas: CE deklaracija	Iki 50 vnt.						
11.	Radiodažnuminiai elektrodai	Viso 10 dalis							
11.1.	Radiodažnuminiai elektrodai	Graduotas elektrodas-adata audinių radiodažnuminiais destrukcijai. Lankstoma rankena, aušinamas iš vidaus, komplektuojamas su jungiamuoju vamzdeliu ir atšaldymo linija ir tinkantis ligoninėje turimam prietaisui MYGEN 2004. Galimybė su perfuzija elektrodo gale didesniems abliacijos zonoms. Dydžiai: Ø 1,5 mm, ilgis 20 cm, darbinis galiukas 4,0 cm	Iki 2 vnt.						
12.	Rinkiniai nefrostomijai, cholangiostomijai	Viso 11 dalis							
12.1.	Sterilus nefrostomijos rinkinys	Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilatatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 6	Iki 10 vnt.						
12.2.	Sterilus nefrostomijos rinkinys	Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilatatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas. Dydis: Ch 8	Iki 5vnt.						
12.3.	Sterilus nefrostomijos rinkinys	Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilatatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir	Iki 10 vnt.						

12.4.	Sterilus nefrostomijos rinkinys	piltuvėlio galais, drenazinis maišas. Dydis: Ch 12	Iki 10 vnt.						
		Drenazinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui. Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilatatorius, pravedimo styga tiesiu atramutiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenazinis maišas. Dydis: Ch 14							
13	Titaninės kabutės su užrakinimu	Viso 12 dalis							
13.1	Titaninės kabutės su užrakinimu	Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojėlėmis ir tarpu tarp jų, distaliname gale yra kabutę užrakinantis dantukas, bendras plotis $7,8 \pm 0,1$ mm, ilgis $9,4 \pm 0,1$ mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės, pakuotėje po 15 kasečių. Turi tiktai prie ligoninėje esančių klipatorių PL807R	Iki 15 pak						
14	Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės, generatoriaus rankena su laidu	Viso 13 dalis							
14.1	Laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės	5mm x 370 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoletu tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydyimo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 20mm, pjovimo ilgis 18mm. Tinkamas dirbti su Valleylab tipo generatoriumi.	Iki 6 vnt						

14.2	Atviroms operacijoms skirtos koaguliuojančios žnyplės	18,8 cm ilgio. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydyimo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 16,5mm. Tinkamas dirbti su Valley/lab tipo generatoriumi.	Iki 25 vnt						
15	Laproskopiniai automatiniai klipatoriai	Viso 14 dalis						13293,00	
15.1		Pusiau automatinis 5mm diametro klipatorius įvedamas per 5mm trokarą, tačiau klipuojantis standartiniais medium/large dydžio klipais. 15 titaninių klipų su vidiniais ištiržiniais grioveliais. Turi indikatorį, pasikeičiantį likus 2 klipams. 360 laipsnių rotuojamas. 33cm ilgio. Uždaryto klipo ilgis 8,8mm. Klipo saugojimo žiotyse mechanizmas.	Iki 15 vnt						
15.2		Pusiau automatinis 10mm diametro klipatorius, klipuojantis standartiniais medium/large dydžio klipais. 20 titaninių klipų su vidiniais ištiržiniais grioveliais. 360 laipsnių rotuojamas. 33cm ilgio. Uždaryto klipo ilgis 8,8mm. Klipo saugojimo žiotyse mechanizmas.	Iki 21 vnt						
16	Sterilus cholangiostomijos rinkinys	Viso 15 dalis							
16.1		Punkcinė adata 18 G- 150± 2 mm. Pravedimo styga tiesi, minkštu atraumatinu galiuku, 0,035", 90 cm. Drenažinis	Iki 15 vnt						

		kateteris 30 cm ilgio pigtail tipo galu su intraduseriu įvedimu. Drenažinis kateteris 30 cm ilgio pigtail tipo galu su intraduseriu įvedimu. Skysčio surinkimo maišas su išleidimu. Luer/Lock jungtis tarp kateterio ir maišo. Dydis: Ch 6							
17	Laparoskopinis kepenų ultragarsinės disekcijos instrumentas		Viso 16 dalis						
17.1		Integra lifesciences laparoskopinį antgalis, skirtas atlikti laparoskopines kepenų operacijas su CUSA Excel aspiratoriumi susidedančiu iš 1 antgalio ir 6 sandarinančių žiedų.	Iki 3 vnt						
			Viso 17 dalis						

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrąuktas ir pažymėtas atitiktinas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrąukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiavertčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.