

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO BEI ĮRANGOS ĮSIGIJIMO PANAUDOS BŪDU IMUNOLOGIJOS IR KRAUJO PERPYLIMO LABORATORIJAI NR. 16876

2018-07-04

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Werfen LT“
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 281 A, Kaunas LT-50128
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Pardavimų vadybininkė Audronė Grigaliūnaitė
Telefono numeris	+37037313157
Fakso numeris	+37037313159
El. pašto adresas	werfenlt@werfen.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: visa pasiūlymą sudaranti informacija, išskyrus pasiūlymo bendrą kainą, bendras pirkimo dalių sumas ir viešojoje erdvėje laisvai prieinamus dokumentus.

Mes siūlome šias prekes nurodytais į kainiais: pagal pridedamą lentelę (SPS priedas Nr. 1).

Pasiūlymo kaina su PVM –	73928,82 Eur (Septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 82 ct.) (skaičiais ir žodžiais)
--------------------------	--

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3520,42 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikiamas užpildytas SPS priedas Nr. 1).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	Žr. CVP IS
2.	Gamintojų suteikti įgaliojimai juos atstovauti Lietuvoje	Žr. CVP IS
3.	Siūlomų prekių CE sertifikatų kopijos	Žr. CVP IS
4.	Siūlomų prekių MNI	Žr. CVP IS
5.	Siūlomų prekių MSDS	Žr. CVP IS

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Generalinis direktorius



Šarūnas Saudargas

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU IMUNOLOGIJOS IR KRAUJO PERPYLIMO LABORATORIJAI NR. 16876

REAGENTAI RUTINIŲ AUTOANTIKŲŲ NUSTATYMU ĮNETIESIOGINĖS IMUNOFLUORESCENCIJOS METODU										
5.	Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas	Specialieji reikalavimai, metodas	Matavimo vienetai	Preliminarus kiekis	PVM tarifas %	1 mato vnt. įkainis be PVM	1 mato vnt. įkainis su PVM	Preliminari suma be PVM	Preliminari suma su PVM	Gamintojas, pastabos
	Pasitūlymą teikti visi pirkimo daliai. Į pasitūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi nurodytų tyrimų skaičių atlikti reikalingi reagentai ir pagalbinės priemonės (nurodytąs audinių dengti stiklučiai, konjugatai (Ig prieš žmogaus imunoglobuliną, sujungti su FITC su Evanso melio buferioje, arba Evanso melis gali būti pakėstas -, pvz., DAPI), visi tyrimui atlikti reikalingi buferiniai ir/ar mėginių skiedikliai, dažymo padėkliai reakcijos laukeliams (jei reikalingi) pagal gamintojo metodiką), drėgmės kameros (jeigu reikalingos pagal gamintojo metodiką), specialūs pincetai (jeigu reikalingi), kt.). Antigeniniai substratai ir jų fiksacija kaip nurodyta specifikaicijoje: ANA Hep-2 žmogaus epitelio ląstės, ANCA žmogaus neutrofilai, fiksuoti etanolio. Vidaus kokybės kontrolėi privalomos teigiamos ir neigiamos kontrolės (-lių) medžiagos kiekis pakankamas naudoti su kiekvienu substratu stiklučiu. Jeigu į rinkinį neįima nurodytos teigiamos kontrolės medžiagos, jos turi būti pateiktos atskirai ir įskaičiuotos į tyrimo kainą. Pasitūlyme nurodyti siūlomą rinkinių skaičių, skaičiuojant reikiamą reagentų rinkinių skaičių būtina užkrinti, kad bendras tyrimų skaičius būtų ne mažesnis, negu numatyta specifikaicijoje. Trumpiausias reagentų galiojimas nuo pristatymo datos 6 mėn. Trumpiausias galiojimo laikas po rinkinio komponentų atidarymo 2 mėn.	Antigeninis substratas HEp-2 (žmogaus epitelio ląstės). Teigiamos ir neigiamos kontrolinės medžiagos. Kiekviename stiklučiame ne mažiau negu 12 ir ne daugiau negu 16 reakcijos laukelių. Antigeninis substratas žmogaus neutrofilai, fiksuoti etanolio. Teigiamos kontrolės medžiagos antikūnai prieš cANCA ir pANCA, neįgiama kontrolinė medžiaga. Kiekviename stiklučiame ne mažiau negu 6 ir ne daugiau negu 12 reakcijos laukelių.	tyr.	12000	5	0,6732	0,70686	8078,40	8482,32	Inova Diagnostics, NOVA Lite Hep-2 ANA, 20x12 wells, 8078,40 8482,32 708100. siūlome 51 pak.
	Reagentų rinkiniai atrankiniam ir pusiau kokybiniam IgG klases antikūnų prieš branduolio antigenus (ANA) nustatymui netiesioginės imunofluorescencijos metodu									
	Reagentų rinkiniai atrankiniam ir pusiau kokybiniam IgG klases antikūnų prieš neutrofilų citoplazmą (ANCA) nustatymui netiesioginės imunofluorescencijos metodu		tyr.	6000	5	3,15	3,3075	18900,00	19845,00	Inova Diagnostics, NOVA Lite ANCA, 10x6 wells, 708290, siūlome 101 pak.

Generalinis direktorius

Sarūnas Saudargas

