

PASIŪLYMAS**DĖL OTORINOLARINGOLOGO DARBO VIETOS IR LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PIRKIMO**

2018-10-09 Nr. 181009-01

Mažeikiai

VŠĮ Karoliniškių poliklinikai
L. Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (-ai)	UAB „Kavita“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	Įm.K. 166725580
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p.)	Projektų vadovė Jurgita Kontenienė, Tel. 8 443 65166, Faks. 8 443 66885, jurgita@kavita.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUSŪkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais ³
1.		
2.		

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis⁴:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir jos vertė Eur (įskaitant PVM)
1.		

¹ Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

² Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

³ Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsitikinti, kad jis, vadovaudamasis Specialiųjų konkurso sąlygų 6 skyriaus nuostatomis, gali remtis ūkio subjekto pajėgumais ir (arba) pasitelkti subtiekėjus.

⁴ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

2.		
----	--	--

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Pirkimo dalies. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Kaina EUR su PVM*	Suteikiama garantija, mėn.	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Otorinolaringologo darbo vieta	1 komplektas	26760,00	32379,60	24	Otopront, Vokietija	SMART
2.	Lankstus endoskopas skirtas vaikams	1 vnt.	5200,00	6292,00	24	Optomic, Ispanija	OP-20
3.	Lankstus endoskopas skirtas suaugusiems	1 vnt.	3900,00	4719,00	24	Optomic, Ispanija	OP-30

*Jei PVM neskaičiuojamas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomų prekių atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams:

Parametrai, komplektacija	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės su nuoroda į gaminio techninės charakteristikos aprašymą
Bendrieji reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:		
1. Garantija	- ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn
2. Prekės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu	- tai įrodantys dokumentai pateikiami su pasiūlymu	CE Sertifikatas_I_p.d; CE Sertifikatas_II_III_p.d
3. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis	- pristatoma kartu su prekėmis	Bus pristatoma kartu su prekėmis
4. Prekių techninės charakteristikos aprašymas, patvirtinantis atitikimą nustatytiems reikalavimams	- pateikiama kartu su pasiūlymu	Žr. Bukletas_I_p.d.pdf Žr. Bukletas_II_p.d.pdf Žr. Bukletas_III_p.d.pdf
Reikalavimai I pirkimo dalies prekėms: <u>Įranga Otorinolaringologo darbo vietai įrengti (1 Kompl) modelis: SMART, gamintojas: Otopront, Vokietija</u>		
1. Įranga LOR gydytojo darbo vietai įrengti	- visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietas;	- visos sistemos sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;

	- sistemos gylis ne daugiau 600mm, ilgis ne daugiau 900mm, aukštis ne daugiau 1300 mm; - turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; - nerūdijančio plieno briaunos, skirtos apsaugoti nuo susidėvėjimo; - galimybė pasirinkti darbo vietų spalvą pagal RAL arba lygiavertę paletę	- sistemos gylis 510mm, ilgis 488mm, aukštis 985mm; - yra ant 2 ratukų; - nerūdijančio plieno briaunos, skirtos apsaugoti nuo susidėvėjimo; - galima pasirinkti darbo vietų spalvą pagal RAL. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 1-5 psl.
2.Pagrindinis modulis		
2.1. Siurbimo sistema:		
2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema	- oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 57 l/min; - vakuumas ne mažiau -91kPa - vakuumo reguliatorius; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas - darbo režimas nepertraukiamas (darbo trukmė neribojama) - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - dviguba skysčio išbėgimo kontrolė - antibakterinis filtras, oro filtras - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - autoklavuojamas adapteris	- oro srauto pratekėjimas 58 l/min; - vakuumas -91kPa (%) - vakuumo reguliatorius; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas - darbo režimas nepertraukiamas (darbo trukmė neribojama) - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - dviguba skysčio išbėgimo kontrolė - antibakterinis filtras, oro filtras - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - autoklavuojamas adapteris. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 5,6,7,10,12 psl.
2.1.2. talpa sekretui/išskyroms	- talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - su integruotu antibakteriniu filtru; - apsauga nuo perpildymo; - autoklavuojama	- talpos tūris 1,25 l; - su integruotu antibakteriniu filtru; - apsauga nuo perpildymo; - autoklavuojama. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 5,8,10 psl.
2.2. Suspausto oro sistema		
2.2.1. Oro kompresorius	- reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 3,5 bar; - slėgio ribotuvai; - laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzer'io antgaliais - chromuota, metalinė rankena	- reguliuojamas slėgis ribose nuo 0 iki 4 bar; - slėgio ribotuvai; - laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzer'io antgaliais - chromuota, metalinė rankena. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 5,7,9,10 psl.

2.2.2. Medikamentų buteliukai	- 3 skirtingų dydžių buteliukai medikamentams purkšti, skirtingų spalvų - keičiamos kaniulės	- 3 skirtingų dydžių buteliukai medikamentams purkšti, skirtingų spalvų - keičiamos kaniulės. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 5,7,9,10 psl.
2.3. Ausies plovimo sistema:		
2.3.1. vandens sistema	- palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 38°C; - automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje kristalų susidarymo prevencijai; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 5 ml/min iki 750 ml/min; - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; - chromuota, metalinė, autoklavuojama plovimo rankena - keičiamas daugkartinis nerūdijančio plieno antgalis, - apsauga nuo apsitaškymo; - autoklavuojama vandens filtro talpa su filtro kasete	- palaikoma vandens temperatūra 38°C; - automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje kristalų susidarymo prevencijai; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, nuo 5 ml/min iki 800 ml/min; - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; - chromuota, metalinė, autoklavuojama plovimo rankena - keičiamas daugkartinis nerūdijančio plieno antgalis, - apsauga nuo apsitaškymo; - autoklavuojama vandens filtro talpa su filtro kasete. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 5,7,8,9,10,11,12,13 psl.
2.4. Darbo vietos apšvietimas:		
2.4.1. Šviesos šaltiniai	- ne mažiau dviejų atskirų halogeninių šviesos šaltinių - šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui - ne mažiau dviejų šviesos indikatorių	- dviejų atskirų halogeninių šviesos šaltinių - šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui - dviejų šviesos indikatorių. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 5,7,10 psl.
2.5. Pagrindinio modulio komplektacija:		
2.5.1. Pagrindinį modulį sudaro	- siurblys įmontuotas į darbo vietą - suspausto oro sistema - ausies plovimo sistema pajungta prie vandentiekio - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - automatinis skysčių evakuavimas per esamą vandentiekio sistemą - reguliuojamo aukščio galvinio šviestuvo laikiklis - ištraukiamas stalčius skirtas instrumentams pasidėti - popieriaus laikiklis	- siurblys įmontuotas į darbo vietą - suspausto oro sistema - ausies plovimo sistema pajungta prie vandentiekio - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - automatinis skysčių evakuavimas per esamą vandentiekio sistemą - reguliuojamo aukščio galvinio šviestuvo laikiklis - ištraukiamas stalčius skirtas instrumentams pasidėti

	- momentinė veidrodėlių pašildymo sistema - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; - ausies praplovimo indas su lanksčia atrama bei papildoma siurbimo žarna pajungimui prie siurbimo sistemos	- popieriaus laikiklis - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema - 2 kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai; - 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; - ausies praplovimo indas su lanksčia atrama bei papildoma siurbimo žarna pajungimui prie siurbimo sistemos. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 3,5,6,7,12,13,14 psl.
3. Standus nosinis endoskopas	- darbinis skersmuo: $2,6 \pm 0,2$ mm; - darbinis ilgis: $200\text{mm} \pm 5\text{mm}$; - matymo kampas: $0^\circ \pm 5^\circ$; - autoklavuojamas	Standus nosinis endoskopas: - darbinis skersmuo: 2,7 mm; - darbinis ilgis: 195mm; - matymo kampas: 0°; - autoklavuojamas. Žr. Bukletas_I_p.d.pdf. 15 psl.
4. Tele-laringo-faringoskopas	- darbinis skersmuo: $10\text{mm} \pm 0,2$ mm; - darbinis ilgis: $200\text{mm} \pm 5\text{mm}$; - matymo kampas: $70^\circ \pm 5^\circ$; - raiška: HD arba lygiavertė - reguliuojamas fokusavimas - merkiamas	Tele-laringo-faringoskopas: - darbinis skersmuo: 10 mm; - darbinis ilgis: 200mm; - matymo kampas: 70°; - raiška: HD - reguliuojamas fokusavimas - merkiamas. Bukletas_I_p.d.pdf. 16 psl.
5. Paciento kėdė	- elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 140mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) ne mažiau 450mm; - atrama galvai; - galvos atramos padėties reguliavimo, priartinant prie/atitolinant nuo atlošo, eiga ne mažiau 100mm; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga ne mažiau 70°; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda;	Paciento kėdė: - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga 150mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) 455mm; - atrama galvai; - galvos atramos padėties reguliavimo, priartinant prie/atitolinant nuo atlošo, eiga 120mm; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga 70°; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama yra paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda. Bukletas_I_p.d.pdf. 17 psl.
6. Gydytojo kėdė	- turi būti ant ratukų; - aukščio reguliavimas; - su nugaros atlošu;	Gydytojo kėdė: - ant ratukų; - aukščio reguliavimas;

		- su nugaros atlošu. Bukletas_I_p.d.pdf. 18 psl.
Reikalavimai II pirkimo dalies prekėms:		
Lankstus endoskopas skirtas vaikams	- lanksčios dalies diametras: 2,6 ± 0,1 mm; - darbinis ilgis: 280mm ± 10mm; - matymo laukas: 90° ± 5° - matymo kampas: 0° ± 5°; - fokusavimo reguliavimas - apžiūros lauko gylis: 4-50 mm ±1 mm - galo lenkimo kampai: į viršų 180° ± 10°, į apačią 100°± 10°; - reguliuojama vaizdo raiška iki ne mažiau 10000 pikselių; - saugojimo lagaminėlis; -turi būti suderinamas su VšĮ Karoliniškių poliklinikos turimu šviesos šaltinio aparatu Euroclinic Otocompact Professional.	Lankstus endoskopas skirtas vaikams - lanksčios dalies diametras: 2,5 mm; - darbinis ilgis: 270mm; - matymo laukas: 90° - matymo kampas: 0°; - fokusavimo reguliavimas - apžiūros lauko gylis: 5-50 mm - galo lenkimo kampai: į viršų 180°, į apačią 90°; - reguliuojama vaizdo raiška iki 110000 pikselių; - saugojimo lagaminėlis; -suderinamas su VšĮ Karoliniškių poliklinikos turimu šviesos šaltinio aparatu Euroclinic Otocompact Professional. Modelis:OP-20, Gamintojas:Optomic, Ispanija. Žr. Bukletas_II p.d.pdf 1,2,3 psl.
Reikalavimai III pirkimo dalies prekėms:		
Lankstus endoskopas skirtas suaugusiems	- lanksčios dalies diametras: 3,2 ± 0,1 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 10mm; - matymo kampas: 0° ± 5°; - galo lenkimo kampai (aukštn/žemyn): 140° ± 10° - fokusavimo reguliavimas - reguliuojama vaizdo raiška iki ne mažiau 17000 pikselių; - Apžiūros lauko gylis: 2-50 mm ±1 mm - saugojimo lagaminėlis; -turi būti suderinamas su VšĮ Karoliniškių poliklinikos turimu šviesos šaltinio aparatu Euroclinic Otocompact Professional.	Lankstus endoskopas skirtas suaugusiems - lanksčios dalies diametras: 3,2 mm; - darbinis ilgis: 300mm; - matymo kampas: 0°; - galo lenkimo kampai (aukštn/žemyn): 130° - fokusavimo reguliavimas - reguliuojama vaizdo raiška iki18000 pikselių; - Apžiūros lauko gylis: 2,5-50 mm - saugojimo lagaminėlis; -suderinamas su VšĮ Karoliniškių poliklinikos turimu šviesos šaltinio aparatu Euroclinic Otocompact Professional. Modelis:OP-30, Gamintojas:Optomic, Ispanija. Žr. Bukletas_III p.d.pdf 1,2,3 psl.

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ⁵ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	Bukletas.pdf (pagal pirkimo dalis)	1-20; 1-3; 1-3	Pagal VPĮ 20 str. 2 punktą: Komercinė (gamybinė) paslaptis
	Serviso sertifikatas_I_p.d.pdf	1-2	Pagal VPĮ 20 str. 2 punktą: komercinė (gamybinė) paslaptis ir asmens duomenų apsauga.
	Atstovavimo raštas_II_III_p.d.	1-2	Pagal VPĮ 20 str. 2 punktą: komercinė (gamybinė) paslaptis ir asmens duomenų apsauga.
	CE sertifikatas.pdf (atskirai pagal pirkimo dalis)	1-4; 1-2	Pagal VPĮ 20 str. 2 punktą: komercinė (gamybinė) paslaptis ir asmens duomenų apsauga.
	Vadovo įgaliojimas.pdf	1	Asmens duomenų apsauga.
	Espd-response (dviem formatais xml ir pdf)	1-15	Asmens duomenų apsauga.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlymas galioja Specialiųjų konkurso sąlygų 8.1 punkte nurodytą terminą.

Projektų vadovė Jurgita Konetnienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

⁵ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.