

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

UAB „Pharm House“

Uždaroji akcinė bendrovė „Pharm House“, įmonės kodas 304114456, PVM LT100009768813, Saulėtekio al. 15 LT-10224, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami Valstybės įmonė registrų centras Vilniaus filialas, el.paštas: info@pharmhouse.lt, tel.: +370 656 87720

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL „VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI SU DIODINIO LAZERIO
PANAUDA“**

2025.07.28 Nr.2025.07.28

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Pharm House
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Saulėtekio al.15, Vilnius LT -10224
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Darius Daunoravičius, konsultantas
Telefono numeris	065687720
El. pašto adresas	darius.daunoravicius@pharmhouse.lt

***Pastaba.** Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė	-
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai)	-
Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šią prekę kainą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 24 mėn.	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, REF kodas	1 mato vnt kaina Eur be PVM	PVM dydis %	Pakuotės kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	Diodinis lazeris panaudai (reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje)			neoV 1470, G.N.S. neolaser Ltd NV14700					
1.1	Šviesolaidinis kojų venų zondas	vnt.	780	CORONA 360 600 Fiber 2.5 m 1.8 mm,	120,00	5	1200,00	93600,00	98280,00

				CORONA 360 400 Fiber 2.5 m 1.3 mm, LightGuideOp tics International Ltd., REF SFCS000128 , SFCS000134 Įvedimo rinkinys 6F, 4F Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., REF NIS02, NIS05					
1.2.	Vienartinė sistema dozavimo pompai su greičio reguliatoriumi, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL)	vnt.	780	Vienartinė sistema dozavimo pompai, Nouvag AG, REF 6022	8,00	5	80,00	6240,0 0	6552,0 0
1.3.	Vienartinių priemonių komplektas hemorojus operacijoms su proktologiniu pravedėju	vnt.	240	CORONA Hemorrhoid Probe 2.5m EU, LightGuideOp tics International Ltd., SFCS000088, Vienartinis pravedėjas 14G, Biopsybell s.r.l., STRC1406C Anoskopas Gull, Sapimed Spa. REF A.4086.1	139,00	5	1390,00	33360, 00	35028, 00
Bendra pasiūlymo suma:								133200 ,00	139860 ,00
Vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų (Bendra pasiūlymo suma su PVM žodžiais)									

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė	Atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo, bukletą, brošiūros, instrukcijos ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai
1.1.	Šviesolaidinis kojų venų zondas	1. Sterilus; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Šviesolaidžio diametras (400 μm arba 600 μm) pasirenkamas užsakymo metu; 4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 5. Pluoštas skleidžia spindulį žiedine(radialine) (360⁰) kryptimi, be spinduliavimo į priekį; 6. Pateikiamas komplekte kartu su šviesolaidinio kojų venų zondo įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: a) pravediklis-plėtiklis, pritaikytas užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidiniam zondui; b) echogeninė įvedimo adata; c) viela-gidas. 7. Žymimas CE ženklą (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 8. Turi tiktį panaudos būdu teikiamam prietaisui.	1. Sterilus; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. 400 μm arba 600 μm 4. 2,5 m; 5. Pluoštas skleidžia spindulį žiedine (radialine) (360⁰) kryptimi, be spinduliavimo į priekį; 6. Pateikiamas komplekte kartu su šviesolaidinio kojų venų zondo įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: a. pravediklis-plėtiklis, pritaikytas užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidiniam zondui; b. echogeninė įvedimo adata; c. viela-gidas. 7. Žymimas CE ženklą, CE sertifikato kopija pateikiama 8. Tinka panaudos būdu teikiamam	1.žr.Katalogai.pdf 1 ir 3 psl. 2.žr.Katalogai.pdf 5 ir 6 psl. 3.žr.Katalogai.pdf 2 ir 4 psl. 4.žr.Katalogai.pdf 2 ir 4 psl. 5.žr.Katalogai.pdf 2 ir 4 psl. 6.žr.Katalogai.pdf 7 ir 8 psl., Patvirtinimas.pdf 7.žr.Katalogai.pdf 5 ir 6 psl.; CE_lgo.pdf, CE_kindly.pdf 8.žr.Katalogai.pdf 1 ir 2 psl.
1.2.	Vienkartinė sistema dozavimo pompai su greičio reguliatoriumi, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL)	1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Supakuota sterilioje pakuotėje; 4. Techniškai suderinama su panaudos būdu teikiama dozavimo pompa; 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 6. Su Luer-Lock jungtimi; 7. Sistemos ilgis ne mažiau nei 4,0 m;	1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Supakuota sterilioje pakuotėje; 4. Techniškai suderinama su panaudos būdu teikiama dozavimo pompa; 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi;	1.žr.Katalogai.pdf 9 ir 10 psl. 2.žr.Katalogai.pdf 10 psl. 3.žr.Katalogai.pdf 10 psl. 4.žr.Katalogai.pdf 9 ir 10 psl. 5.žr.Katalogai.pdf 10 psl. 6.žr.Katalogai.pdf 10 psl.

		8. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).	6. Su Luer-Lock jungtimi; 7. 4 m; 8. Žymimas CE ženklu, CE sertifikato kopija pateikiama	7.žr.Katalogai.pdf 10 psl. 8.žr.Katalogai.pdf 10 psl., CE_nouvag.pdf
1.3.	Vienkartinių priemonių komplektas hemorojaus operacijoms	1. Sterilus; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Šviesolaidžio diametras 600 µm; 4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 5. Pluošto galas kūgio formos; 6. Vienkartinis sterilus anoskopas; netrumpesnis nei 90mm, anatominės formos; 7. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 8. Turi tikti panaudos būdu teikiamam prietaisui.	1. Sterilus; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Šviesolaidžio diametras 600 µm; 4. 2,5 m; 5. Pluošto galas kūgio formos; 6. Vienkartinis, sterilus, anoskopas; 93 mm , anatominės formos; 7. Žymimas CE ženklu, CE sertifikato kopija pateikiama 8. Tinka teikiamam neoV 1470 lazeriui	1.žr.Katalogai.pdf 11 psl. 2.žr.Katalogai.pdf 13 psl. 3.žr.Katalogai.pdf 12 psl. 4.žr.Katalogai.pdf 12 psl. 5.žr.Katalogai.pdf 11 psl. 6.žr.Katalogai.pdf 14 ir 15 psl. 7.žr.Katalogai.pdf 13 ir 14 psl. CE_lgo.pdf, CE_sapimed.pdf 8.žr.Katalogai.pdf 11 psl.
1.3.1.	Proktologinis pravedėjas	1. Vienkartinio naudojimo, 14 G dydžio; 2. Supakuotas sterilioje pakuotėje; 3. Pravedėjo ilgis 6,0cm ±0,3 cm; 4. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).	1. Vienkartinio naudojimo, 14G; 2. Supakuotas sterilioje pakuotėje; 3. 6 cm; 4. Žymimas CE ženklu, CE sertifikato kopija pateikiama	1.žr.Katalogai.pdf 16 ir 17 psl. 2.žr.Katalogai.pdf 16 psl. 3.žr.Katalogai.pdf 17 psl. 4.žr.Katalogai.pdf 16 psl., CE_biopsybell.pdf
2.	Reikalavimai panaudos būdu pateikiamam diodiniam lazeriui	Kartu su siūlomais šviesolaidiniais zondais ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudoti visi iš tiekėjo įsigyti šviesolaidiniai zondai) turi būti pateiktas diodinis lazeris, suderinamas su siūlomais šviesolaidiniais zondais, atitinkantis techninės specifikacijos pateiktus reikalavimus: 1. Skirtas kraujagyslių chirurgijai ir lazerinei proktologijai; 2. Diodinio lazerio galia ≥ 12W; 3. Ne mažiau kaip 2 darbo režimai: a) Nepertraukiamas režimas;	<i>G.N.S neolaser Ltd. neoV 1470:</i> 1. Skirtas kraujagyslių chirurgijai ir lazerinei proktologijai. 2. 12W. 3. 2 darbo režimai a. Nepertraukiamas režimas (CW)	1.žr.Katalogai.pdf 18 psl. 2.žr.Katalogai.pdf 19 psl. 3.žr.Katalogai.pdf 19 psl.

		b) Pasikartojančių impulsų režimas; 4. Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo; 5. Žymimas CE ženklų (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 6. Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; 7. Diodinio lazerio profilaktinį techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas bei remontą savo sąskaita atlieka tiekėjas („panaudos davėjas“) (būtinai tiekėjo atitinkamas patvirtinimas); 8. Diodinio lazerio pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinai tiekėjo atitinkamas patvirtinimas). 9. Prietaisas ne senesnis nei 3 metai.	b. Pasikartojančių impulsų (pulsed) 4. Elektros maitinimas iš 100-240 V, 50 Hz elektros tinklo. 5. Žymimas CE ženklų, CE sertifikato kopija pateikiama 6. Instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis bus pateiktos komplekte kartu su lazeriu; 7. Diodinio lazerio profilaktinį aptarnavimą ir remontą atlieka tiekėjas. 8. Diodinio lazerio pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 9. Pateiksime prietaisą ne senesnę nei 3 metai	4.žr.Katalogai.pdf 20 psl. 5.žr.Katalogai.pdf 19 psl., CE_neolaser.pdf 6.Bus pateikta kartu su lazeriu. 7.Tiekėjo_deklaracija.pdf. 8.Tiekėjo_deklaracija.pdf.
3.	Reikalavimai panaudos būdu pateikiamai dozavimo pompai	Kartu su siūlomomis sistemomis ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos iš tiekėjo įsigytos sistemos) turi būti pateikta dozavimo pompa, suderinama su siūlomomis sistemomis ir atitikti pateiktus reikalavimus: 1. Pompa skysčiams, tinkančios endoveninei gydomajai lazerio procedūrai; 2. Skysčio pratekėjimo greitis ne mažesnė ribose nei: 1-12,5 l/h; 3. Dozavimo pompos profilaktinį techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas bei remontą savo sąskaita atlieka tiekėjas („panaudos davėjas“) (būtinai tiekėjo atitinkamas patvirtinimas); 4. Dozavimo pompos pristatymo, instaliavimo,	<i>Nouvag AG, DP30</i> 1. Pompa skysčiams, tinkančios endoveninei gydomajai lazerio (EVLA) procedūrai 2. Skysčio pratekėjimo greitis 1-12,5 l/h 3. Dozavimo pompos profilaktinį aptarnavimą ir remontą atlieka tiekėjas 4. Dozavimo pompos pristatymo,	1.žr.Katalogai.pdf 9 psl. 2.žr.Katalogai.pdf 9 psl. 3.žr.Tiekėjo_deklaracijos.pdf 4.žr.Tiekėjo_deklaracija.pdf

		ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinąs tiekėjo atitinkamas patvirtinimas).	instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	
4.	Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu	Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo).	Pateikiame su pasiūlymu patvirtinantį dokumentą	žr.Deklaracijos.pdf
Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai				
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Įrodantys dokumentai		
5.	Prekė turi būti tiekama ar perduodama antrinėje perdurbamoje pakuotėje t. y. pamintoje iš vienos iš šių medžiagos: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalo (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiūto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.5 punktu.	Tiekėjo deklaracija		
		Pakuotės_deklaracija.pdf		

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Papildomus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams (gamintojo techninę specifikaciją, aprašymą, katalogą ar kitus lygiaverčius duomenis).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1_priedas_Pasiūlymas.pdf	7
2.	5_priedas_Tiekėjo_deklaracija.pdf	1
3.	6.2_Techninė_specifikacija.pdf	4
4.	CE_biopsybell.pdf	15
5.	CE_neolaser.pdf	4
6.	CE_lgo.pdf	24

7.	CE_nouvag.pdf	12
8.	CE_kindly.pdf	15
9.	CE_sapimed.pdf	19
10.	Deklaracijos.pdf	4
11.	EBVPD.pdf	16
12.	Igaliojimas.pdf	1
13.	Katalogai.pdf	20
14.	Pakuotės_deklaracija.pdf	1
15.	Patvirtinimas.pdf	2
16.	Tiekėjo_deklaracija.pdf	1

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	CE_biopsybell.pdf	
	CE_neolaser.pdf	
	CE_lgo.pdf	
	CE_nouvag.pdf	
	CE_kindly.pdf	
	CE_sapimed.pdf	
	Deklaracijos.pdf	

****Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.***

konsultantas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius
Daunoravičius

(Vardas ir pavardė)