



UAB „LITESKO“  
Konstitucijos pr.7, Vilnius

2018-09-26

## PAŽYMA DĖL TECHNINĖS ĮRANGOS

Aš, plėtros departamento direktorius Edgaras Adomaitis, atstovaujantis UAB „Axioma servisas“ (toliau – Tiekėjas), kuris dalyvauja perkančiosios organizacijos tarptautiniame **Biokuro ir durpių ėminių drėgmės, peleningumo, šilumingumo rodiklių nustatymas** pirkime (toliau – pirkimas), vykdomame derybų būdu, tvirtinu, kad Tiekėjo turima laboratorinė įranga (biokuro ir durpių pagrindiniams kokybės tyrimams atlikti) užtikrina pagrindinių tyrimų paros apimtį.

Naudojamos įrangos sąrašas:

- Džiovinimo spintos Venticell LSIK-B2V/VC 222 –19 vnt. 2011-2016m.
- Džiovinimo spintos Venticell LSIK-B2V/VC 404 – 2 vnt. 2014m.
- Klimatinė kamera Climacell – 1 vnt. 2015m.
- Mufelinė krosnis SNOL – 2 vnt. 2015m.
- Mufelinė krosnis Nabertherm LVT15/11/B180 – 3 vnt. 2011m.
- Malūnas Fritsch Pulverisette 19 – 2 vnt. 2011m.
- Kalorimetras Parr 6400 – 2 vnt. 2011m.
- Precizinės svarstyklės Metler Toledo ME 3002 – 5 vnt. 2014-2017m.
- Analitinės svarstyklės Metler Toledo ML 104/01 – 6 vnt. 2014-2016m.
- Hidraulinis presas – 1 vnt. 2015m.
- Kompiuteriai – 13 vnt. 2011-2017m.
- Vandens demineralizavimo sistema -1 vnt. 2017m.
- Duomenų apdorojimo ir skaičiavimo programinė įranga – 1 vnt. 2011-2018m.

Laboratorijos naudojamos įrangos pajėgumai:

- Visuminės drėgmės tyrimai – 367 ėminiai/parai.
- Pelenų kiekio nustatymas – 58 ėminiai/parai.
- Šilumingumo nustatymas – 58 ėminiai/parai.

Plėtros departamento direktorius

5