

2018 m. lapkričio 9 d.

Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr.

5-2018-845

Priedas Nr. 1

**PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KARDIOLOGIJOS INTERVENCIJOS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS**


Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Sitūmos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), stulomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 5)	PVM procento dydis	Bendra kaina € be PVM (6+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<p>Vaistas išskiriantis koronarinis stentas su everolimus, kobalto chromo lydinio</p> <p>Stento medžiaga Cobalt Cromium, Sienelės storis 0,0032", Stentą dengia fluoropolimeras, nesukeliantis uždegimų, polimero storis 7,8 μm, Vaistai citostatiniai- everolimus, Vaisto išskyrimas- 100μm/cm², Vaisto išskyrimo laikas: 4 mėnesiai, optimaliai endotelizacijai įvykti, Stento diametrai: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm,</p> <p>Stento ilgiai: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm,</p> <p>Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams, Slėgis: NPB- 8atm 2.25-2.75mm diametro, 10atm 3.0-4.0mm diametro, RBP- 18 atm,</p> <p>Išpūstus balionėlių, stentas tik 1-2mm už jį trumpesnis, tai leidžia iki minimumo sumažinti kraujagyslių sienelių pažeidimo galimybę, Žymekliai aiškiai nurodo išplėsto</p>	500	<p>Xience Xpedition, Xience Pro, Xience Alpine</p> <p>- Cobalt Cromium,</p> <p>- sienelės storis 0,0032",</p> <p>- fluoropolimero storis 7,8 μm,</p> <p>- vaistai - everolimus,</p> <p>- vaisto išskyrimas- 100μm/cm²,</p> <p>- išskyrimo laikas: 4 mėnesiai,</p> <p>- diametrai: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm,</p> <p>- ilgiai: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm,</p> <p>- kateterio nukreipėjo-diametras: 5F - visiems dydžiams ir ilgiams,</p> <p>- slėgis: NPB- 8atm 2.25-2.75mm diametro, 10atm 3.0-4.0mm diametro, RBP- 18 atm,</p> <p>- išpūstus balionėlių, stentas tik 1-2mm už jį trumpesnis,</p> <p>- žymekliai nurodo išplėsto stento ilgį, - CE sertifikuota indikacija 3 mėn. DAPT, diabetu sergantiems žmonėms, esant ūminiam vainikinių arterijų sindromui (ACS),</p> <p>5 metų tyrimų rezultatai. Tirta daugiau</p>	Abbott Vascular, 1070200-12 -- 1070400-38	263	131.500,00	5	138.075,00

<p>stento ilgi, CE sertifikuota indikacija 3mėn. DAPT, diabetu sergantiems žmonėms, esant ūminiam vainikinių arterijų sindromui (ACS), Pateikti tyrimų rezultatai: yra 5 metų tyrimų rezultatai. Tirta daugiau nei 45 tūkst. pacientų. Atlikta virš 100 registrų ir tyrimų.</p>	<p>nei 50 tūkst. pacientų. Atlikta virš 100 registrų ir tyrimų. Abbott Vascular Xience Xpedition katalogas, psl. 1-6</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: šimtas trisdesimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai, 00 ct

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
Tel. (8 46) 491002, faks. (8 46) 385338
El. paštas: jurlig@jurlig.lt
Įm. kodas 191340469
PVM mokėtojo kodas LT913404610
Atsisk. Sąskaita LT977300010002325146
AB bankas "Swedbankas"



Pardavėjas

UAB „Gameda“
Breslaujos 3, LT44403 Kaunas
Tel. (8 46) 313231
Faks. (8 46) 313230
El paštas: info@gameda.lt
Įm. kodas 140927183
A/S LT05 7180 9000 3146 7726
Šiaulių bankas

Direktorius Edmundas Štaliūnas

