

2018 m. lapkričio mėn. 12 d.

Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. VP-154/TVD / 5 - 2018 - 828 1 priedas

PREKIŲ SARAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	<p>Endovaskulinė gaudyklės sistema</p> <p>Kilpa svetimkūniams šalinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sudaryta iš trijų nitinolinių arba lygiavertčių kilpų su platinos siūlais; • kateterio galas palenktas 15 laipsnių; • komplekte: 1 kilpa, 1 įvedimo kateteris, 1 introduiseris ir 1 suktukas; • kilpų diametrai 2,0 – 45,0 mm, ilgis 120 - 175 cm; • įvedimo kateterio diametras 3,5-7,0 F, ilgis 100 - 150 cm. 	10	<p>Merit Medical Onesnare retrieval device, EN1003004, EN1003008, EN2006020, ONE700. Kilpa svetimkūniams šalinti: sudaryta iš trijų nitinolinių arba lygiavertčių kilpų su platinos siūlais; kateterio galas palenktas 15 laipsnių; komplekte: 1 kilpa, 1 įvedimo kateteris, 1 introduiseris ir 1 suktukas; kilpų diametrai 2,0 – 45,0 mm, ilgis 120 - 175 cm; įvedimo kateterio diametras 3,5-7,0 F, ilgis 100 - 150 cm. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 45-48 psl.</p>	Merit Medical EN1003004, EN1003008, EN2006020, ONE700	540,00	5400,00	5	5670,00

Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: penkti tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt Eur 0 ct

91	<p>Skirtingo storio galais vainikinių arterijų stentai, padengti -limus klasės vaisiu:</p> <p>stento proksimalinis ir distalinis galas skirtingo diametro: 2,75 ir 2,25mm; 3,00 ir 2,50mm; 3,50 ir 2,75mm; 3,50 ir 3,00mm±0,05mm; stentas padengtas biodegruojančia 2 jīm storio polimerine danga ir -limus klasės vaisiu, kurio koncentracija – ne didesnė nei 1,25 µg/mm²; stentų ilgiai - 30, 40, 50 ir 60 mm; nominalus balionėlio slėgis - ne mažiau 9 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 14 atm;</p> <p>stento sienelės storis - nuo 65 µm, hibridinės celės konstrukcija (arba lygiavertė), kobalto-chromo ar lygiavertis lydinys;</p> <p>įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm;</p> <p>sistema turi būti žemo profilio: proksimalinės dalies diametras - ne didesnis nei 2,13 F, distalinės - ne didesnis nei 2,7 F;</p> <p>naudojami su 0,014" vielomis; turi rentgeno kontrastinius platinos/iridžio ar lygiavertčius žymeklius.</p>	50	<p>Biomime Morph BIM27522530, BIM27522540, BIM27522550, BIM27522560, BIM30025030, BIM30025040, BIM30025050, BIM30025060, BIM35030030, BIM35030040, BIM35030050, BIM35030060. Skirtingo storio galais vainikinių arterijų stentai, padengti -limus klasės vaisiu: stento proksimalinis ir distalinis galas skirtingo diametro: 2,75 ir 2,25mm; 3,00 ir 2,50mm; 3,50 ir 2,75mm; 3,50 ir 3,00mm; stentas padengtas biodegruojančia 2 jīm storio polimerine danga ir -limus klasės vaisiu, kurio koncentracija – ne didesnė nei 1,25 µg/mm²; stentų ilgiai - 30, 40, 50 ir 60 mm; stento sienelės storis - nuo 65 µm, hibridinės celės konstrukcija (arba lygiavertė), kobalto-chromo ar lygiavertis lydinys; naudojami su 0,014" vielomis; turi rentgeno kontrastinius platinos/iridžio ar lygiavertčius žymeklius.</p> <p>Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 51-52 psl.</p>	<p>Meril Life Sciences BIM27522530, BIM27522540, BIM27522550, BIM27522560, BIM30025030, BIM30025040, BIM30025050, BIM30025060, BIM35030030, BIM35030040, BIM35030050, BIM35030060</p>	425,00	21250,00	5	22312,50
----	---	----	--	---	--------	----------	---	----------

Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai dvylika Eur 50ct

Sutarties šalys:

Pirkėjas

VsĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Direktorius pavaduotojas medicinai

Pardavėjas

UAB Sormedica

Direktorius

Marius Ramanauskas

A. V.