

2018 m. 11-02 d.
 Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
 Nr. S-2018-805
 1 priedas

INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dalis Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS	REIKALAUJAMOS SAVYBĖS	Peržiamas preliniarus kiekis (metams) vienetas	Stiploios prekės firmos pavadinimas, prekės kodas (gegu tur), sistomų prekų parametrai ir reikšmės bei tai patvirtinamo dokumento pavadinimas, psl. Nr. kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Val. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4+7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Stentai, skirti aortai balionu išpliačiami diametras kinta 14-25mm.	Maksimalus diametras daugiau 14mm iki 25mm ilgis 40-50 mm. Stento sienelės storis 0,012".	5	AndraStent L, XL. Maksimalus diametras nuo 12mm iki 25 mm, ilgis 39-57 mm. Stento sienelės storis 0,010". Failas "Konfidenciali informacija", psl. 1-2.		880,00	4400,00	5%	4620,00
71	Periferinių arterijų stentgrafas	Periferinių arterijų dengtas stentas: Kobalto-chromo stentas, dengtas PTFE audiniu, darbui su 0,035" viela, turi praėti per 5F kateterį, diametrai nuo 5mm iki 10mm; ilgiai nuo 18 iki 58mm, plyšimo slėgis (RBP) ne mažiau 8-9atm.	10	BeGraft Peripheral. Kobalto-chromo stentas, dengtas PTFE audiniu, darbui su 0,035" viela, pračina per 5F kateterį, diametrai nuo 5mm iki 10mm; ilgiai nuo 18 iki 58mm, plyšimo slėgis (RBP) ne mažiau 8-9atm. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 3-6.	(Konfidencialu). I, I, I	1100,00	11000,00	5%	11550,00