

**PASIŪLYMAS
GREITO PLAZMOS KONTAKTINIO UŽŠALDYMO ŠALDIKLIO
PIRKIMUI**

2018-09-26

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Raidynas"
Tiekėjo adresas	J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	304147253
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Paulius Stasevičius, pardavimų vadovas
Telefono numeris	8 689 47356
Fakso numeris	
El. pašto adresas	paulius@raidynas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	PVM suma, Eur	Bendra kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	
1.	Greito plazmos kontaktinio užšaldymo šaldiklis	Vnt.	1	41 250,00	8 662,50	49 912,50

Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM 49 912,50 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų penkiasdešimt centų), t.sk PVM 8 662,50 (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai penkiasdešimt centų).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes nurodytas konkurso sąlygų 1 priede "Specifikacija".

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimą atitinkanti informacija*
1.	Šaldiklis	x
1.1.	Specializuotas, medicininis, skirtas plazmos užšaldymui.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.2.	Sauso tipo, kontaktinis.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva)

		9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.3.	Šaldiklio talpa ne mažesnė kaip 40 plazmos maišų, kai užšaldomos plazmos tūris maišuose iki 300 ml.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.4.	Šaldiklio pagrindas su ratukais (lengvam judėjimui, priežiūrai ir aptarnavimui).	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.5.	Išoriniai išmatavimai (mm) ne daugiau kaip 1500 (gylis) x 1500 (plotis) x 2000 (aukštis).	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.6.	Visos šaldiklio dalys yra integruotos ir nereikalauja papildomo aušinimo / ventiliacijos išvedimo. Šaldymo agregatai nereikalaujantys montavimo ar papildomo ploto kitoje patalpoje ar patalpų išorėje.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.7.	Kameros vidus iš nerūdijančio plieno.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
1.8.	Automatinis atitirpinimas.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
2.	Valdymas - programuojamas, šaldiklio veikimas pilnai kontroliuojamas mikroprocesoriumi. Valdymo blikas apsaugotas slaptažodžiu ar PIN kodu.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
3.	Displėjus - lengvai skaitomas, skaitmeninis, šaldymo metu rodomi faktiniai užšaldymo parametrai. Realio laiku rodomi, registruojami, išsaugomi bei atnaujinami šaldymo atsekamumui: nustatyta darbinė temperatūra, data, laikas, šaldymo kameros vidaus temperatūra, nustatytos viršutinės ir apatinės aliarmų ribos, matoma įrenginio būseną t. y. maitinimo šaltinio, akumuliatoriaus, atidarytų / uždarytų durų, kompresorių būseną. Duomenų iškėlimas su išorine laikmena už ne trumpesnį kaip 1 mėn. laikotarpį. Garsinis ir vaizdinis aliarmų signalai.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
4.	Plazmos užšaldymas	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
4.1.	Užšaldymo laikas esant pilnai pakrautam šaldikliui - ne ilgiau kaip per 60 minučių (temperatūra plazmos maišelio viduje turi nukristi iki - 30 ⁰ C).	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
4.2.	Galimybė užšaldyti įvairių gamintojų skirtingos talpos (nuo 300 ml iki 1000 ml) plazmos maišus.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
4.3.	Po vieno plazmos užšaldymo ciklo nedelsiant pradėti kitą plazmos užšaldymo ciklą (nereikalauja atitirpinimo po kiekvieno užšaldymo ciklo).	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
4.4.	Po užšaldymo plazmos maišeliai turi būti plokščios formos (tinkamų užšaldytos plazmos saugojimo sąlygų užtikrinimui).	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
5.	Šaldiklio šaldymo įrangos aušinimas - oru.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
6.	Programinė įranga	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
6.1.	Atlieka kiekvieno maišelio užšaldymo fiksavimą šaldiklio programinėje įrangoje brūkšninių kodų skaitytuvu ir susieja su to vieneto užšaldymo pagrindiniais parametrais: laiku (pradžią ir pabaigą), trukme, operatoriumi atliekančiu užšaldymą, maišelio identifikavimo numeriu, šaldymo ciklo identifikavimo numeriu, kritinių įvykių sąrašu (jei buvo fiksuoti), operatoriaus atliktų veiksmų sąrašu. Atspausdina kiekvieno užšaldymo ciklo protokolą bei perduoda šiuos duomenis į VŠĮ NKC	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)

	naudojamą kraujo donorystės informacinę sistemą eProgesa.	
6.2.	Automatiškai išsaugoja visus aliarmo ir klaidų pranešimus.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
6.3.	Turi galimybę dokumentuoti šaldiklio veikimo parametrus, užšaldymo ciklo duomenis, įvesti plazmos maišelių identifikacinius duomenis brūkšninių kodų skaitytuvu. Atspausdinti ataskaitą. Šaldymo ciklo ataskaita rengiama automatiškai ir išsaugoma pasibaigus kiekvienam šaldymo ciklui šaldiklio atmintyje su galimybe peržiūrėti ekrane, automatiškai siunčiama į serverį su galimybe atspausdinti išoriniu spausdintuvu. Buvusių užšaldymo ciklų peržiūra ir pakartotinas spausdinimas.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
7.	Šaldiklio konstrukcijoje naudojamos didelio tankio izoliacinės medžiagos, kurių sudėtyje nėra CFC.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
8.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu. Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvą 93/42 „Medicinos prietaisai“	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
9.	Įrangos gamintojas turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO-9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus.	7. Naudojimo instrukcija ir (pažymėta žalia spalva) 9. Aprašas ir įrangos brėžinys (pažymėta žalia spalva)
10.	Vartotojo instrukcija anglų kalba. Vartotojo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas kartu su įranga.	7. Naudojimo instrukcija
11.	Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti greito plazmos kontaktnio užšaldymo šaldiklio techninę priežiūrą. Gedimo šalinimas per 72 val. nuo raštiško /žodinio pranešimo gavimo.	11. Garantijos ir gedimų šalinimo pažyma
12.	Gamintojo, tiekėjo arba subtiektėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo. *(papildomos sąlygos)	12. Kvalifikavimo pažyma
13.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su greito plazmos kontaktnio užšaldymo šaldikliu ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	13. Apmokymų pažyma
14.	Jeigu konkurse dalyvauja ne pats gamintojas, o jo atstovas, Tiekėjas turi būti įgaliojamas atstovauti gamintojo produkciją, t.y. turėti teisę platinti/ siūlyti/ parduoti gamintojo produkciją.	4. Įgaliojimas atstovauti gamintoją
15.	Greito plazmos kontaktnio užšaldymo šaldiklis pristatomas adresu Žolyno g. 34, Vilnius (trečias pastato aukštas).	Taip

***nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas ir įstatai	3
3.	JAR jungtinė pažyma	2
4.	Įgaliojimas atstovauti gamintoją	1
5.	ISO sertifikatai	3
6.	CE sertifikatai	5
7.	Naudojimo instrukcija	69
8.	Brošiūros	16
9.	Aprašas ir įrangos brėžinys	3

10.	Kvalifikavimo patirtį įrodantys dokumentai	2
11.	Garantijos ir gėdimų šalinimo pažyma	1
12.	Kvalifikavimo pažyma	1
13.	Apmokymų pažyma	1

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
2.	Įmonės registravimo pažymėjimas ir įstatai	3
3.	JAR jungtinė pažyma	2
4.	Įgaliojimas atstovauti gamintoją	1
5.	ISO sertifikatai	3
6.	CE sertifikatai	5
7.	Naudojimo instrukcija	69
8.	Brošiūros	16
9.	Aprašas ir įrangos brėžinys	3
10.	Kvalifikavimo patirtį įrodantys dokumentai	2
11.	Garantijos ir gėdimų šalinimo pažyma	1
12.	Kvalifikavimo pažyma	1
13.	Apmokymų pažyma	1

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar subteikėjai. Jei subteikėjai ar subteikėjai nenurodomi, laikoma, kad subteikėjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subteikėjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Subteikėjo/subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo/subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kokią veiklą vykdys pagal sutartį	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją/subteikėją (-us)	

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. _____ d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.