

UAB „FIGARO“

Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. - 8-37 730973, el.pasštas - office@optics.lt, įregistruota
Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas 132713849, PVM mokėtojo kodas
LT327138414

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojas)

__VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė_____
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ PIRKIMO

____2015-02-09____ Nr. _____

(Data)

____Kaunas____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „FIGARO“ Įm. kodas 132713849
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo (įgalioto) asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gintaras Radzevičius
Telefono numeris, fakso numeris	Tel., faks. 8-37 730973
El. pašto adresas	office@optics.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3.* Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Partnerio numatomos atlikti paslaugos ir paslaugų dalies vertė paslaugų kainoje be PVM, Eur

*Pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė.

4. ** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas ir adresas	Numatomos atlikti subteikimo paslaugos	Sutarties dalis (apimtis eurais, be PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus (subteikėjus)

--	--

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).**

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kopijos) :

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1.	Lęšiukų techninė specifikacija_4 priedas	2
2.	VRM pažyma	1
3.	VĮ Registrų centras pažyma	1
4.	Tiekėjo deklaracija	1
5.	VMI pažyma	1
6.	Registravimo pažymėjimas	1
7.	Registravimo pažymėjimo duomenys	2
8.	Alcon CE sertifikatai	2
9.	Alcon CE sertifikato vertimas	1
10.	Pažyma apie Alcon lęšiukų naudojimą	1
11.	Publikacijos	7
12.	Katalogai	6
13.	Gaminio aprašymas	2

6.* Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:**

Eil.Nr.	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas

*****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

7. Pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priedą „Supaprastinto atviro konkurso Intraokuliniai lęšiai specifikacija“ mūsų siūlomos šios prekės: (pildoma pagal 4 priedo pateiktą formą)

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai perkamai prekei	Prekės kodas	Numato mas pirkti preliminarus kiekis vnt.	Prekės 1 vnt. kaina (EUR)		Suma (EUR)	
				be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
1	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)	MA30AC +10,0 - +30,0D SA60AT; +6,0 - +40,0D MA60MA -5,0 - +5,0D	400	42,50	44,62	17000,00	17848,00

1. Medžiaga – hidrofofinis akrilatas.
2. Ilgis – MA30AC 12,5 mm, SA60AT ir MA60MA 13,0mm
3. Optikos diametras – – MA30AC 5,5 mm, SA60AT ir MA60MA 6,0mm
4. Optikos kraštas – stačiakampis.
5. Optikos išgaubtumas – plusinių (0-34) dioptrijų - abipusiai išgaubtas, minusinių (-5-0) dioptrijų - menisko formos.
6. Refrakcijos indeksas – 1,46
7. Laužiamoji galia – nuo MA30AC (+10,0 - +30,0D) SA60AT (+6,0 - +40,0D) MA60MA (-5,0 - +5,0D).
8. Atraminų elementų forma „C”.
9. Konstrukcija – hidrofiliniai - SA60AT monolitiniai; MA30AC ir MA60MA – trijų dalių

2	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)	SA60AT; +6,0 - +40,0D MA60MA -5,0 - +5,0D	15	42,50	44,62	637,50	669,30
---	--	--	----	-------	-------	--------	--------

1. Medžiaga –hidrofofinis akrilatas.
2. Ilgis – 13,0 mm.
3. Optikos diametras – 6,0 mm.
4. Optikos kraštas – stačiakampis.
5. Optikos išgaubtumas – plusinių (6 - 40) dioptrijų - abipusiai išgaubtas – modelis SA60AT, minusinių (-5- +5) dioptrijų - menisko formos – modelis MA60MA.
6. Refrakcijos indeksas – 1,55
7. Laužiamoji galia – nuo -5 iki 34 dioptrijų.
8. Atraminų elementų forma - „C”.
9. Konstrukcija – hidrofiliniai – monolitiniai SN60AT modelis; hidrofofiniai susidedantys iš 3 dalių MA60MA modelis.

3	Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai	A-302	15	15,00	15,75	225,00	236,25
---	---	-------	----	-------	-------	--------	--------

1. Medžiaga – polimetilmetakrilatas;
2. Ilgis – 12,5 mm;
3. Optikos diametras – 6,0 mm;
4. Laužiamoji galia – nuo 8 iki 30 dioptrijų;
5. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks”).

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: 17862,50 EUR (Septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt du EUR 50 centų;

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 18753,85 EUR (Aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt trys EUR 85 centų;

(pildoma nurodant siūlomų prekių kainą ir bendrą pasiūlymo kainą). Į pasiūlymo kainą įeina transportavimo išlaidos ir kitos išlaidos bei mokesčiai.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Radzevičius

(Vardas ir pavardė)

Intraokulinių lęšių techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai perkamai prekei	Prekės kodas	Numatomas pirkti prelininarus kiekis, vnt.	Prekės 1 vnt. kaina, Eur		Suma Eur	
				be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
1	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšukai su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)	MA30AC					
	1. Medžiaga – hidrofilinis ar hidrofofinis akrilatas.	+10,0 - +30,0D					
	2. Ilgis – 12,5 mm.						
	3. Optikos diameteras – 5,5 - 6,0 mm.						
	4. Optikos kraštas – stačiakampis.	SA60AT;					
	5. Optikos išgaubtumas – pliusinių (0-34) dioptrijų - abipusiai išgaubtas, minusinių (-5-0) dioptrijų - menisko formos.	+6,0 - +40,0D	400	42,50	44,62	17000,00	17848,00
	6. Refrakcijos indeksas – 1,44 – 1,55	MA60MA					
2	7. Laužiamoji galia – nuo -5 iki 34 dioptrijų.	-5,0 - +5,0D					
	8. Atraminų elementų forma - „J“ arba „C“.						
	9. Konstrukcija – hidrofiliniai – monolitiniai; hidrofofiniai - monolitiniai arba hidrofofiniai susidedantys iš 3 dalių.						
	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšukai su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)	SA60AT;					
	1. Medžiaga – hidrofilinisarhidrofofinis akrilatas.	+6,0 - +40,0D					
	2. Ilgis – 13,0 mm.						
	3. Optikos diameteras – 5,5 - 6,0 mm.	MA60MA	15	42,50	44,62	637,50	669,30
3	4. Optikos kraštas – stačiakampis.	-5,0 - +5,0D					
	5. Optikos išgaubtumas – pliusinių (0 - 34) dioptrijų - abipusiai išgaubtas, minusinių (-5-0) dioptrijų - menisko formos.						
	6. Refrakcijos indeksas – 1,44 – 1,55						
	7. Atraminų elementų forma - „J“ arba „C“.						
	8. Konstrukcija – hidrofiliniai – monolitiniai; hidrofofiniai - monolitiniai arba hidrofofiniai susidedantys iš 3 dalių.						
	Prieikinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšukai	A302	15	15,00	15,75	225,00	236,25
	1. Medžiaga – polimetilmetakrilatas ar jo dariniai;						
	2. Ilgis – 12,5 mm; 13,0 mm; 13,5 mm;						
	3. Optikos diameteras – 5,5 mm ir 6,0 mm;						
	4. Laužiamoji galia – nuo 10 iki 25 dioptrijų;						
	5. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“).						

Perkamų prekių privalomieji reikalavimai:

Acrysof lęšių implantavimui pakankamą įėjimą. Pagal šio konkurso perkamų lęšių kiekį mes pareigojame pateikti nemokamai daugkartinio naudojimo inektorius Monarch II arba Monarch III santykiu 1% nuo perkamų lęšių vienetų kiekio (Pav. perkant 400 vnt. pagal 1 dalį, bus pristatyti 4 daugkartinio naudojimo inektoriai nemokamai).

Reikalavimų punkto Nr.9: straipsnių kopijos pateiktos, visi iš žurnalo „Journal of Cataract and Refractive Surgery“, straipsnių yra ir kituose ISI arba Thomson Reuters Web of Knowledge indeksuose turinčiuose leidiniuose.