

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> |
|-----------------------------|

**I – CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS**

|                                         |   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamintojas                              | : | SEBIA                                                                                                     |
| Adresas                                 | : | Parc Technologique Leonard de Vinci - Rue Leonard de Vinci<br>CP 8010 Lisses<br>91008 EVRY CEDEX - FRANCE |
| Telefono numeris                        | : | 33.(0)1.69.89.80.80                                                                                       |
| Fakso numeris                           | : | 33.(0)1.69.89.78.78                                                                                       |
| Tiekėjas                                | : | IĮ Linea libera, a/d 2678, Vilnius LT 08412<br>Tel. (5) 2638748, Faksas (5) 2638748                       |
| Produkto pavadinimas                    | : | MINICAP PROTEIN(E) 6                                                                                      |
| Produkto kodas                          | : | 2203                                                                                                      |
| Produkto tipas                          | : | <i>In vitro diagnostikos priemonė.</i>                                                                    |
| Žymėjimas                               | : | Ėdantis.                                                                                                  |
| Telefonas skubiai informacijai suteikti | : | (5) 2362052                                                                                               |

**II – RINKINIO SUDĖTIS**

|                                              |   |                  |
|----------------------------------------------|---|------------------|
| CAPILLARYS / MINICAP<br>PROTEIN(E) 6 buferis | : | SDS/CIA/SEB/0121 |
| CAPILLARYS / MINICAP<br>plovimo tirpalas     | : | SDS/CIA/SEB/0461 |

Duomenys šiame saugos duomenų lape remiasi išleidimo dieną turima informacija. Ši informacija negali būti laikoma išsamia ir jokiais būdais neapriboja produkto vartotojų nuo pareigos gauti informaciją iš kitų šaltinių siekiant užtikrinti tinkamą produkto naudojimą ir personalo saugumą. SEBIA negali būti laikoma atsakinga už žalą dėl produkto, aprašyto šiame medžiagų saugos duomenų lape, naudojimo ar kontakto su juo.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> |
|-----------------------------|

**I – CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS**

|                                         |   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamintojas                              | : | SEBIA                                                                                                     |
| Adresas                                 | : | Parc Technologique Leonard de Vinci - Rue Leonard de Vinci<br>CP 8010 Lisses<br>91008 EVRY CEDEX - FRANCE |
| Telefono numeris                        | : | 33.(0)1.69.89.80.80                                                                                       |
| Fakso numeris                           | : | 33.(0)1.69.89.78.78                                                                                       |
| Tiekėjas                                | : | IĮ Linea libera, a/d 2678, Vilnius LT 08412<br>Tel. (5) 2638748, Faksas (5) 2638748                       |
| Produkto pavadinimas                    | : | NORMALUS KONTROLINIS SERUMAS (5)                                                                          |
| Produkto kodas                          | : | 4785                                                                                                      |
| Produkto tipas                          | : | <i>In vitro diagnostikos priemonė.</i>                                                                    |
| Žymėjimas                               | : | Netaikoma.                                                                                                |
| Telefonas skubiai informacijai suteikti | : | (5) 2362052                                                                                               |

**II – RINKINIO SUDĖTIS**

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolinis serumas | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nustatyta, kad šis serumas neigiamas pagal hepatito B paviršiaus antigeną.</li> <li>- Nustatyta, kad šis serumas neigiamas pagal anti-VHC antikūnus.</li> <li>- Nustatyta, kad šis serumas neigiamas pagal anti-ŽIV 1 ir 2 antikūnus.</li> <li>- Kadangi jokie testai negali patvirtinti ŽIV viruso, hepatito B viruso, hepatito C viruso ar kitų infekcinių agentų nebuvimo, su serumu turi būti elgiamasi kaip su biologišškai pavojinga medžiaga.</li> </ul> |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Duomenys šiame saugos duomenų lape remiasi išleidimo dieną turima informacija. Ši informacija negali būti laikoma išsamia ir jokiais būdais neapriboja produkto vartotojų nuo pareigos gauti informaciją iš kitų šaltinių siekiant užtikrinti tinkamą produkto naudojimą ir personalo saugumą. SEBIA negali būti laikoma atsakinga už žalą dėl produkto, aprašyto šiame medžiagų saugos duomenų lape, naudojimo ar kontakto su juo.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> |
|-----------------------------|

**I – CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS**

|                                         |   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamintojas                              | : | SEBIA                                                                                                     |
| Adresas                                 | : | Parc Technologique Leonard de Vinci - Rue Leonard de Vinci<br>CP 8010 Lisses<br>91008 EVRY CEDEX - FRANCE |
| Telefono numeris                        | : | 33.(0)1.69.89.80.80                                                                                       |
| Fakso numeris                           | : | 33.(0)1.69.89.78.78                                                                                       |
| Tiekėjas                                | : | IĮ Linea libera, a/d 2678, Vilnius LT 08412<br>Tel. (5) 2638748, Faksas (5) 2638748                       |
| Produkto pavadinimas                    | : | HYPERGAMMA KONTROLINIS SERUMAS (5)                                                                        |
| Produkto kodas                          | : | 4787                                                                                                      |
| Produkto tipas                          | : | <i>In vitro diagnostikos priemonė.</i>                                                                    |
| Žymėjimas                               | : | Netaikoma.                                                                                                |
| Telefonas skubiai informacijai suteikti | : | (5) 2362052                                                                                               |

**II – RINKINIO SUDĖTIS**

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolinis serumas | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nustatyta, kad šis serumas neigiamas pagal hepatito B paviršiaus antigeną.</li> <li>- Nustatyta, kad šis serumas neigiamas pagal anti-VHC antikūnus.</li> <li>- Nustatyta, kad šis serumas neigiamas pagal anti-ŽIV 1 ir 2 antikūnus.</li> <li>- Kadangi jokie testai negali patvirtinti ŽIV viruso, hepatito B viruso, hepatito C viruso ar kitų infekcinių agentų nebuvimo, su serumu turi būti elgiamasi kaip su biologiškai pavojinga medžiaga.</li> </ul> |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Duomenys šiame saugos duomenų lape remiasi išleidimo dieną turima informacija. Ši informacija negali būti laikoma išsamia ir jokiais būdais neapriboja produkto vartotojų nuo pareigos gauti informaciją iš kitų šaltinių siekiant užtikrinti tinkamą produkto naudojimą ir personalo saugumą. SEBIA negali būti laikoma atsakinga už žalą dėl produkto, aprašyto šiame medžiagų saugos duomenų lape, naudojimo ar kontakto su juo.