

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS CENTRIFŪGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas)
1.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.	Įranga bus nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
2.	Visa perkama techninė ir/ar programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota (jei taikoma).	Visa tiekiamą techninė ir/ar programinė įranga bus pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota (jei taikoma).
3.	Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.	Į įrangos komplektą įeis visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.
4.	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi būti praversti įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įrangos pristatymo iš anksto suderintu laiku.	Į pasiūlymo kainą yra įtrauktos įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai bus praversti įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įrangos pristatymo iš anksto suderintu laiku.
5.	Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukiami į bendrą pasiūlymo kainą.	Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą.
7.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir anglų arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.	Pažymėjome geltonai bylose:  HE_24_75_konkursu i.pdf  NEYA_rotors_konku rsui.pdf  NEYA_16_konkursui .pdf

1. Centrifuga su krepšeliais		Kiekis: 1 vnt.
Firma gamintoja:		GIORGIO BORMAC S.r.L.
Modelis ir gamintojo kodas:		NEYA 16
Specifikacija:		
Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė		Tiekėjo siūloma parametro reikšmė
Su atsilenkiančio kampo rotoriumi		Taip 5 psl.
Sukomplektuota su mėgintuvėliais ir dangteliais. Rotoriaus vietų (krepšelių) skaičius – ne mažiau nei 4 vnt. Su ne mažiau nei 90ml ir ne daugiau 100 ml tūrio mėgintuvėliais.		Atitinka 5 psl Pateiksime rotorių SB-4-175 Įdėklus I 1 -100 Mėgintuvėlius -4 vnt.
elektroninė apsisukimų greičio kontrolė – nuo 0 rpm iki ne mažiau 15000 rpm,		16000 rpm. 5psl
elektroninis laikmatis – nuo 0,5 iki 99 min., dangčio užrakto sistema,		0,3-99 min
Nepertraukiamo darbo režimo funkcija (laikrodis išjungtas);		Yra (continuos mode)
skaitmeninis ekranas,		Yra
programų skaičius – ne mažiau 8;		10 programų
Indikatoriai: veikimo proceso, rotoriaus atpažinimo, RPM, RCF, užrakinto dangčio, atrakinto dangčio, laikmačio, temperatūros;		Yra
apsauga nuo netaisyklingo mėgintuvėlių sudėjimo,		yra
vidinė kamera - nerūdijančio plieno;		yra
Mėgintuvėliai: ne mažiau 8 vnt. pritaikyti šiai centrifūgai.		Pateiksime
Esant poreikiui galimybė dirbti ir su kitais rotoriais (papildomi rotoriai į pasiūlymą neįtraukiami): 6x96 plokštelės (imuno analizei), 32x15 ml, 6x50ml, 8x50 ml, 6x100ml, 12x5ml, 24x2 ml, 36x05ml, 4 plokštelės x 8 akutės (PCR polimerazės grandininė reakcija), 24x75 hematokrito kapiliarams.		Yra galimybė
Suteikiama ne trumpesnė, nei 24 mėnesių garantija.		Suteikiama 24 mėnesių garantija Informacija bylose:  NEYA_16_konkursui. HE_24_75_konkursui. NEYA_rotors_konkursui.pdf  pdf  pdf pažymėta geltonai. Paaiškinimai  laukelyje.